

Fornitura di dispositivi per la produzione di emocomponenti da sangue cordonale

Si richiede l'acquisto di dispositivi con le seguenti caratteristiche

Sistema di sacche ABC integralmente collegate tra di loro per il frazionamento di concentrati eritrocitari da sangue cordonale n 500 sistemi

Sistema di sacche integralmente collegato con filtro per leucodeplezione di unità di sangue cordonale comprensivo di soluzione conservante SAG M n 1000 sacche

Caratteristiche tecniche

Assenza di DEHP, plastificante appartenente alla categoria degli ftalati a cui sono stati associati potenziali rischi tossicologici e ambientali, sterili, assemblati singolarmente, apirogeni.

Compatibilità con il congelamento EDD a -80°C

I volumi delle sacche dei kit devono essere tali da consentire la lavorazione di unità di sangue placentare (+ anticoagulante) di volume fino a circa 200 ml per garantirne una buona separazione e un buon recupero degli emocomponenti durante la centrifugazione