



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO. N. 235 DEL 10 FEB. 2023

**OGGETTO:** GARA TELEMATICA MEPA – RDO N. 3003963 – PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER UOC ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA EX ATTO DELIBERATIVO DI AGGIUDICAZIONE N. 2045 DEL 12.12.2022. ESERCIZIO OPZIONI CONTRATTUALI EX ART. 106 COMMA 1) A) E COMMA 12) D.LGS. N. 50/2016 – PER LA FORNITURA DI N. 12 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER UO NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI SCIACCA

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 315 DEL 06/02/2023

IL DIRIGENTE AMM.VO  
Dott.ssa Maria Tirrò

IL RESPONSABILE U.O.C. PROVVEDITORATO  
Dott. Oreste Falco

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. REG del 07/02/2023  C.E. ,  C.P. A101020601

IL RESPONSABILE S.E.E. PROCEDIMENTO  
L'ADDETTO RESPONSABILE  
Sig. Giovanni Faselli

IL DIRETTORE U.O.C. S.E.E. e P.  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Beatrice Savogo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

08 FEB. 2023

L'anno duemilaventitre il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA RINQUIR adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, dott. Oreste Falco**

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23.12.2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04.06.2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10.06.2020;

### **Premesso:**

- che con atto deliberativo n. 692 del 21.4.2022 è stata indetta la "Gara telematica Mepa per la fornitura di n. 20 letti degenza elettrici per l'UOC di Ortopedia del P.O. di Sciacca";
- che con atto deliberativo n. 2045 del 12.12.2022 è stata aggiudicata la predetta fornitura – RDO n. 3003963 - in favore della ditta Hill Rom/ migliore offerente, al prezzo complessivo offerto di €. 68.384,60 + IVA;
- che, successivamente all'atto deliberativo di indizione, è pervenuta prot. 80713 del 4.5.2022 del Responsabile UO Nefrologia e dialisi di richiesta di n. 12 letti degenza elettrici;
- che l'Ing. Clinico pro-tempore, relativamente al fabbisogno dell'UO predetta, ha comunicato con mail del 16.5.2022 la sostanziale sovrapposibilità delle caratteristiche indicate dal richiedente con quelle previste nella RDO 3003963, ad eccezione degli specifici accessori per l'UOC di Ortopedia non necessari per un reparto di Nefrologia;
- che la lex di gara prevede le seguenti clausole:

- opzione di cui all'art. 106 co. 1) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 *"l'ASP di Agrigento si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel corso del biennio successivo all'aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori n. 10 letti elettrici nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale. L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'ASP, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna eccezione"*
- opzione di cui all'art. 106 co. 12) D.Lgs n. 50/2016 *"E' facoltà dell'ASP di Agrigento, a suo insindacabile giudizio... aumentare o diminuire la quantità della fornitura, fermo restando che qualunque variazione della fornitura è subordinata alle reali esigenze dell' Azienda Sanitaria , nel rispetto del limite legale, agli stessi patti e condizioni economiche";*

- che, al fine di soddisfare la richiesta prot. 80713/2022, la Hill Rom – aggiudicataria della precitata RDO - con prot. 19863 del 2.2.2023 è stata invitata a trasmettere il *...dettaglio dell'offerta economica presentata in gara ed in particolare il prezzo dei "n.15 Sostegni per sistemi di trazione Zuppingher indipendenti che consentano una rapida immobilizzazione e trazione dell'arto inferiore" al fine di verificare la convenienza/opportunità di procedere all'esercizio della predetta opzione, in quanto tali accessori non sono di interesse per il reparto destinatario dell'eventuale fornitura...*;

- che la società Hill Rom ha riscontrato con comunicazione Mepa indicando un prezzo complessivo per n. 15 telai di Zuppingher di €. 22.564,60 + IVA (prezzo unitario €. 1.504,30 + IVA);
- che tale prezzo risulta in linea con quelli presenti in deliberazioni (agli atti d'ufficio) di altre Aziende sanitarie reperite nel web;

### **Considerato:**

- possibile procedere all'esercizio delle opzioni avanti citate per soddisfare la richiesta del Responsabile UO Nefrologia e dialisi di n. 12 letti degenza elettrici, ai medesimi patti e condizioni di aggiudicazione, ivi compreso il prezzo offerto decurtato del costo dei n. 15 telai di zuppingher acquistati unitamente ai n. 20 letti per Ortopedia, dunque ad un prezzo

unitario di € 2.291,00 + IVA (determinato come segue: prezzo complessivo aggiudicato per n. 20 letti di ortopedia € 68.384,60 + IVA, detratto il prezzo dei n. 15 telai di zuppingher pari a € 22.564,60 + IVA, suddiviso per il quantitativo aggiudicato);

- che l'esercizio delle opzioni citate determina un onere complessivo a carico del bilancio aziendale di € 33.540,24 (€ 27.492,00 + IVA € 6.048,24), già previsto nel piano degli investimenti – annualità 2023 - adottato con atto deliberativo n. 1374 del 18.8.2022 (letti da degenza varie UU.OO. dell'ASP - € 60.000,00);

- che la complessiva spesa di € 33.540,24 deve essere imputata sul conto patrimoniale A101020601 del bilancio 2023;

- che residua la possibilità di esercitare l'opzione, ove necessario per altre fronteggiare sopravvenute esigenze dell'ASP, di cui all'art. 106 co. 12 D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di n. 2 letti degenza elettrici;

Visto il Durc della ditta Hill Rom regolare ai fini INPS e INAIL

## PROPONE DI

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti

**1) Dare atto** delle clausole espressamente contenute nella lex di gara – RDO n. 3003963 – ex atti deliberativi nn. . 692 del 21.4.2022 e 2045 del 12.12.2022 di cui di seguito:

- opzione di cui all'art. 106 co. 1) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 *“l'ASP di Agrigento si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel corso del biennio successivo all'aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori n. 10 letti elettrici nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale. L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'ASP, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna eccezione”*
- opzione di cui all'art. 106 co. 12) D.Lgs n. 50/2016 *“E' facoltà dell'ASP di Agrigento, a suo insindacabile giudizio... aumentare o diminuire la quantità della fornitura, fermo restando che qualunque variazione della fornitura è subordinata alle reali esigenze dell' Azienda Sanitaria , nel rispetto del limite legale, agli stessi patti e condizioni economiche”;*

**2) Prendere atto** della prot. 80713 del 4.5.2022 del Responsabile UO Nefrologia e dialisi di richiesta di n. 12 letti degenza elettrici e del parere tecnico dell'ingegnere clinico pro-tempore relativo alla sostanziale sovrapposibilità delle caratteristiche indicate dal richiedente con quelle previste nella RDO 3003963, ad eccezione degli specifici accessori per l'UOC di Ortopedia non necessari per un reparto di Nefrologia.

**3) Prendere atto** del dettaglio dell'offerta economica trasmessa da Hill Rom con comunicazione Mepa del 2.2.2023 e, specificatamente, per quanto di interesse del presente acquisto, del prezzo complessivo per n. 15 telai di Zuppingher di € 22.564,60 + IVA (prezzo unitario € 1.504,30 + IVA).

**4) Esercitare** le opzioni avanti citate per soddisfare la richiesta del Responsabile UO Nefrologia e dialisi di n. 12 letti degenza elettrici, ai medesimi patti e condizioni di aggiudicazione, ivi compreso il prezzo offerto decurtato del costo dei n. 15 telai di Zuppingher acquistati unitamente ai n. 20 letti per Ortopedia, dunque ad un prezzo unitario di € 2.291,00 + IVA (determinato come segue: prezzo complessivo aggiudicato per n. 20 letti di ortopedia € 68.384,60 + IVA, detratto il prezzo dei n. 15 telai di Zuppingher pari a € 22.564,60 + IVA, suddiviso per il quantitativo aggiudicato).

**5) Affidare** la fornitura in parola alla società Hill Rom aggiudicataria della RDO n.3003963, giusta deliberazione n. 2045 del 12.12.2022.

**6) Dare atto** che l'esercizio delle opzioni avanti citate determina un onere complessivo a carico del bilancio aziendale di € 33.540,24 (€ 27.492,00 + IVA € 6.048,24), già previsto nel piano degli investimenti – annualità 2023 - adottato con atto deliberativo n. 1374 del 18.8.2022 (letti da degenza varie UU.OO. dell'ASP - € 60.000,00).

- 7) **Imputare** la complessiva spesa di €. 33.540,24 sul conto patrimoniale A101020601 del bilancio 2023.
- 8) **Nominare** DEC della fornitura il Responsabile dell'UO Nefrologia e Dialisi del P.O. di Sciacca – dott. Giovanni Pugliese.
- 9) **Dare atto** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse.
- 10) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di dotare l'UOC di Nefrologia del P.O. di Sciacca degli arredi in parola.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore della UOC Provveditorato**  
**Dott. Oreste Falco**

**Allegati:**

nota prot 80713 del 4.5.2022  
 mail del 16.5.2022  
 capitolato tecnico rdo n. 3003963  
 offerta rdo n. 3003963 Hill Rom  
 prot.19863 del 2.2.2023  
 comunicazione Mepa Hill Rom del 2.2.2023  
 Durc

**Parere** falcone **SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**  
**Data** 08/04/2023

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Alessandro Mazzara**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato.


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Mario Zappia**

**Il Segretario verbalizzante**  
 IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
 "Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
 Dott.ssa Teresa Cinque



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
n. 1 di AGRIGENTO  
Sede Legale: Viale della Vittoria, n. 321  
- 92100 Agrigento -

Al Responsabile del Provveditorato ASP AG  
Dott. Oreste



**RICHIESTA PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE  
AL DI SOPRA DELLA SOGLIA ECONOMALE**

Data 04 / 05 / 2022 Prot. Az. n. \_\_\_\_\_

U.O. RICHIEDENTE NEFROLOGIA E DIALISI

RESPONSABILE U.O.S.D. Dott. G. Pugliese

OGGETTO Richiesta letti per la Nefrologia

CARATTERISTICHE letto a 4 sezioni portata non inferiore a 200kg, dimensioni esterne 218x99.5cm., dimensioni piano rete 200x90cm, con movimentazioni elettriche: variazione di altezza e tilt, schienale uguale o superiore a 70° e femorale uguale o superiore a 34°, sezione talloni manuale, trendelenburg e antitrendelenburg, batteria di backup con indicato lo stato di carica, ruote di diametro uguale o maggiore di 150mm dotati di quinta ruota direzionale, testiera e pediera removibili, semi sponde laterali in plastica con comandi integrati per le movimentazioni, possibilità di chiusura totale della parte laterale anti caduta, sistema di frenatura centralizzato con 4 leve del freno, allunga letto integrato, barre porta drenaggi bilaterali con ganci removibili da 74 cm pannello di controllo operatore dotato di tasti dedicati per tutte le movimentazioni elettriche blocco movimentazioni e autocontour, luci notturne per la migliore visualizzazione del letto, allarme letto non frenato, asta solleva paziente con maniglia triangolare regolabile con avvolgimento meccanico asta porta flebo telescopica con 4 ganci, dotato di materasso in schiumato poliuretano con profilazione dedicata sullo strato superiore ed inferiore, dotato di cover impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori con cerniera a 180° capacità massima di peso non inferiore ai 150 kg, dimensioni 200x90x14cm

QUANTITA' n° 12 (Dodici)

ALLEGATI: CAPITOLATO BASE D'ASTA  
RELAZIONE INDAGINE DI MERCATO

EVENTUALI DITTE \_\_\_\_\_  
PRESENTI SUL MERCATO \_\_\_\_\_  
ESCLUSIVISTE \_\_\_\_\_

EVENTUALE SPECIFICA MOTIVAZIONE SULL'URGENZA: Prima richiesta inoltrata il 31/05/2018 dal Dr. S.Vittoria. Si fa presente che i letti in dotazione sono usurati, non sono dotati di variazione di altezza. Grazie per la collaborazione.

Il Responsabile  
Dott. G. Pugliese  
A.S.P. AG 1 - Distretto AG 2 SCIACCA  
Ospedale Giovanni Paolo II  
U. O. NEFROLOGIA E DIALISI  
Il Responsabile  
Dott. G. Pugliese

## R: RICHIESTA LETTI PER LA NEFROLOGIA

Eduardo Tarallo <eduardo.tarallo@aspag.it>

Lun 16/05/2022 11:40

A: Maria Tirrò <maria.tirro@aspag.it>

Cc: PO Sciacca - Nefrologia e Dialisi <posciacca.nefrologiaedialisi@ASPAG.IT>

Buongiorno

Le caratteristiche indicate dal dott. Pugliese sono sovrapponibili a quelle della gara in corso. L'unica cosa che andrà valutata sono gli accessori per ciascun letto, perché la gara in corso comprende anche accessori per ortopedia che per la Nefrologia non sono necessari.

Saluti

**Ing. Eduardo Tarallo**

Coll. Tecnico Professionale Ingegnere Clinico  
U.O.C. Servizio Tecnico  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
(0922407311 - [eduardo.tarallo@aspag.it](mailto:eduardo.tarallo@aspag.it))

---

**Da:** Maria Tirrò <maria.tirro@aspag.it>

**Inviato:** venerdì 13 maggio 2022 09:15

**A:** Eduardo Tarallo <eduardo.tarallo@aspag.it>

**Cc:** PO Sciacca - Nefrologia e Dialisi <posciacca.nefrologiaedialisi@ASPAG.IT>

**Oggetto:** I: RICHIESTA LETTI PER LA NEFROLOGIA

Gent.mo Ing. Tarallo,

trasmetto la richiesta allegata affinché la S.V. cortesemente trasmetta le caratteristiche tecniche dei dispositivi richiesti dal P.O. di Sciacca per l'UOSD Nefrologia e Dialisi.

Cordialità.

Maria Tirrò

---

**Da:** forniture <forniture@ASPAG.IT>

**Inviato:** giovedì 5 maggio 2022 17:16

**A:** Maria Tirrò <maria.tirro@aspag.it>

**Oggetto:** RICHIESTA LETTI PER LA NEFROLOGIA



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI ELETTRICI DA DESTINARE ALL'UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PO DI SCIACCA**

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, di ultima generazione e dotate di tutti i cavi e gli accessori necessari per il corretto funzionamento. La struttura del letto nella sua totalità deve essere di facile pulizia, resistente a detergenti e disinfettanti; tali caratteristiche devono essere garantite anche per tutte le parti elettriche e centraline di comando facenti parte del letto stesso.

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME**

- Letto elettrico, alimentato anche a batteria di lunga durata e che assicuri i movimenti anche durante il trasporto
- 4 sezioni e 3 snodi (schienale, femorale, gambale) con sistema di traslazione in materiale plastico lavabile facilmente asportabile integralmente (sezione bacino fissa), senza spigoli vivi, obbligatoriamente completo di ferma materasso integrato
- 4 ruote gemellate di diametro 150 mm, di cui almeno 2 piroettanti, 1 antistatica e bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le ruote con leve a doppio braccio o unica barra
- Il letto dovrà essere il più compatto possibile (circa 220 cm di lunghezza e 100 cm di larghezza)
- Sistema di sollevamento a leveraggi (sistema a compasso)
- Altezza variabile tra circa 40 e 80 cm con led di indicazione di altezza minima di sicurezza sotto il letto
- Schienale elevabile elettricamente
- Zona piedi elevabile manualmente
- Zona femorale elevabile elettricamente
- Sponde in monoscocca a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfettabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un'impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto
- Goniometro per visualizzare le inclinazioni nelle principali movimentazioni cliniche/assistenziali
- Carico di lavoro sicuro minimo: almeno 210 kg
- Tutta la struttura deve avere superfici lisce, facilmente sanificabili e resistente agli agenti corrosivi
- Doppi comandi per operatore e paziente, dotati di blocco di sicurezza per le movimentazioni sulle pulsantiera paziente
- Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente
- Posizione di emergenza CPR azionabile sia meccanicamente mediante leva (facilmente accessibile anche con sponde abbassate) sia elettricamente con comando sulla pulsantiera
- Tastiera e pediera in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento
- Paracolpi di protezione agli angoli
- Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica
- Possibilità di utilizzo dei sollevatori paziente con il letto in posizione minima

- Predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi senza che sia necessario togliere la pediera
- Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica
- Supporti laterali per drenaggi e sacche
- Possibilità di aggancio/appoggio dei dispositivi antidecubito
- Alloggiamenti per le aste portaflebo posti nei 4 angoli del letto
- N. 15 Sostegni per sistemi di trazione Zuppinger indipendenti che consentano una rapida immobilizzazione e trazione dell'arto inferiore
- Rispondere ai requisiti della norma CEI-EN 60601-1-2-52:2010

#### **Accessori minimi richiesti per ogni letto**

- Alloggiamento per bombola di ossigeno
- Asta portaflebo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri, con ganci in acciaio, regolabili in altezza
- Asta solleva malato con trapezio, regolabile in lunghezza
- Porta pappagallo
- Porta padella
- Ganci per sacche urine e drenaggi
- Vassoio servitore dotato di 4 ruote e di altezza variabile

### **INSTALLAZIONE E FORMAZIONE**

L'installazione sarà a carico dell'aggiudicatario. In fase di installazione, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- modalità di utilizzo del sistema
- modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema
- attività di manutenzione a carico dell'operatore

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

### **DOCUMENTAZIONE**

- Manuale d'uso completo in lingua italiana
- Relazione tecnica completa punto per punto
- Depliant illustrativi
- Certificato di corrispondenza alle direttive CE
- Dichiarazione di rispondenza alla norma CEI-EN 60601-1-2-52:2010
- Copia dell'offerta economica senza prezzi con il dettaglio dei prodotti offerti

### **GARANZIA**

Le apparecchiature s'intendono coperte da garanzia full risk per la durata minima di 24 mesi dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell'Azienda.

Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

- Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di

verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature.

- Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
- Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
- Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata
- Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO

CAPITOLATO D'ONERI/SCHEMA D'OFFERTA

**FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel capitolato tecnico di gara che si intendono ripetute e trascritte**

C.I.G. 920774685E

Prezzo unitario posto a base d'asta per n. 1 letto elettrico	€.	5.250,00
<b>PREZZO UNITARIO OFFERTO PER N. 1 LETTO ELETTRICO</b>	€.	<b>3.419,23</b>
Prezzo complessivo posto a base d'asta per n. 20 letti elettrici	€.	105.000,00
<b>PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER N. 20 LETTI ELETTRICI</b>	€.	<b>68.384,60</b>

(da compilare e firmare digitalmente)

**Hill-Rom S.p.A.**  
Maurizio Fumagalli  
Legale Rappresentante  
*Maurizio Fumagalli*



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[maria.tirro@aspag.it](mailto:maria.tirro@aspag.it)

PROT: n. 19863 del 02/02/2023

HILL-ROM

**oggetto: RDO n. 3003963 - GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA - LOTTO N. 1 C.I.G. 920774685E -**

Con riferimento alla RDO indicata in oggetto, la cui fornitura è stata aggiudicata a codesta Società con atto deliberativo n. 2045 del 12.12.2022, atteso che la lex di gara ha previsto la seguente clausola “L’ASP di Agrigento si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere all’aggiudicatario – opzione ai sensi della’art. 106 co. 1) c) e co. 7) d. lgs. n. 50/2016 – nel corso del biennio successivo all’aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori n. 10 letti elettrici nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale. L’esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell’ASP, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna eccezione”, **si invita a fornire il dettaglio dell’offerta economica presentata in gara** ed in particolare il prezzo dei “n.15 Sostegni per sistemi di trazione Zuppinger indipendenti che consentano una rapida immobilizzazione e trazione dell’arto inferiore” al fine di verificare la convenienza/opportunità di procedere all’esercizio della predetta opzione, in quanto tali accessori non sono di interesse per il reparto destinatario dell’eventuale fornitura.

Nel porgere cordiali saluti, si resta in urgentissima attesa di riscontro.

*Il Dirigente Amm.vo*  
*Dott.ssa Maria Tirrò*

*Il Direttore UOC Provveditorato*  
*Dott.ssa Maria Tirrò*  
*Direttore Amministrativo*

# Dettaglio comunicazione

## DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO

<b>Oggetto</b>	R: RDO N. 3003963 - GARE TELAMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER UOC ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA - LOTTO N. 1 - CIG 920774685E - 3003963 - Fornitura di n. 20
<b>Id iniziativa</b>	3003963
<b>Nome Iniziativa</b>	Fornitura di n. 20 "Letti degenza elettrici" per l'U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Sciacca
<b>Mittente</b>	HILL-ROM
<b>Testo</b>	<p>Gentilissimi,Il prezzo totale dei 15 sostegni Zuppingher comprensivi di attacchi ed accessori utili per il loro funzionamento da noi forniti nella RDO 3003963 è pari ad €.22.564,60+IVA; che il prezzo totale dei 20 letti comprensivi degli accessori richiesti (ad esclusione delle trazioni Zuippingher) è pari ad €.41.860,00+IVA pari ad €.2.093,00+IVA cadauno; il prezzo totale dei 20 tavolini servitore è pari ad €.3.960,00+IVA pari ad €.198,00+IVA cadauno. In considerazione della Vostra richiesta, il Vostro eventuale acquisto di ulteriori 10 letti configurati come in RDO 3003963 comprensivi di tutti gli accessori previsti ad esclusione di quelli specifici per il reparto di Ortopedia (trazioni Zuppingher) e con i tavolini servitore avrebbero un prezzo totale di €.22.910,00+IVA. I tempi di consegna degli eventuali 10 letti con accessori e dei 10 tavolini servitore sarebbero pari a 45 gg data ordine</p> <p>Cordiali saluti.</p>
<b>Allegati</b>	-
<b>Dettaglio discussione</b>	
<b>Gestita</b>	No

[INDIETRO](#)[RISPONDI](#)[SEGNA COME GESTITA](#)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34550404	Data richiesta	05/02/2023	Scadenza validità	05/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HILL - ROM S.P.A.
Codice fiscale	08817300158
Sede legale	VIA AMBROSOLI 6 RODANO MI 20053

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

✕ Immediatamente esecutiva dal **10 FEB. 2023**  
Agrigento, li **10 FEB. 2023**

Il Referente Ufficio atti deliberativi  
Il collaboratore amm.vo  
Sig.ra Sabrina Terrasi



### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio atti deliberativi  
Il collaboratore amm.vo  
Sig.ra Sabrina Terrasi