



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2045 DEL 12 DIC. 2022

OGGETTO: GARA TELEMATICA MEPA – RDO N. 3003963 - PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG 920774685E

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 2225 DEL 06-12-2022

IL DIRIGENTE AMM.VO
Dott.ssa Maria Tirò

IL RESPONSABILE U.O.C. PROVVEDITORATO
Dott. Oreste Falco

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. R 6 del _____

A 10 10 20 601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GIORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SEF&P.

SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Beatrice Salvio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

09 DIC. 2022

L'anno duemilavent'uno il giorno DODICI del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/7/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, dott. Oreste Falco

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23.12.2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04.06.2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10.06.2020;

Premesso:

- che con atto deliberativo n. 692 del 21.04.2022 è stata autorizzata l'indizione della "GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA", articolata in un lotto unico e omogeneo;
- che la procedura in parola è stata inserita nella piattaforma telematica di negoziazione della Consip - RDO n. 3003963 - quale gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica di riferimento, prevedendo come termine ultimo di presentazione delle offerte il 13.05.2022 ore 10:00;
- che entro il termine prescritto hanno presentato candidatura/offerta le sotto elencate società

1	GIVAS	Lotto 1	10/05/2022 12:12:58
2	HILL-ROM	Lotto 1	12/05/2022 14:36:45
3	MALVESTIO SPA	Lotto 1	10/05/2022 15:54:44
4	MIS MEDICAL	Lotto 1	11/05/2022 15:56:52
5	NOVAMED	Lotto 1	11/05/2022 21:00:01

- che con verbali del seggio di gara dei 19.05.2022, 11.11.2022 e 17.11.2022, oltreché con verbale di valutazione tecnica trasmesso con nota prot. 186984 del 10.11.2022, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente atto, sono state compiute le attività ivi descritte e si è pervenuti all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore dell'O.E. miglior offerente HILL – ROM al prezzo complessivo offerto per n. 20 letti elettrici di €. 68.384,60 + IVA (prezzo unitario offerto €. 3.419,23 + IVA);
- che i documenti propedeutici alla proposizione del presente atto, richiesti con prot. 191346 del 17.11.2022, sono stati regolarmente trasmessi tramite piattaforma MEPA e sono in corso i controlli di rito a carico dell'O.E. Hill-Rom;

Visto il Durc della ditta aggiudicataria regolare ai fini INPS e INAIL;

Ritenuto, per quanto sopra, possibile procedere all'aggiudicazione definitiva della RDO 3003963 relativa alla fornitura di n. 20 letti elettrici per l'UOC Ortopedia del P.O. di Sciacca al prezzo unitario offerto di €. 3.419,23 + IVA, nonché a quello complessivo di €. 68.384,60 + IVA;

Dato atto:

- che il complessivo importo derivante dalla presente aggiudicazione ammonta a €. 83.429,21 (€. 68.384,60 + IVA);
- che la detta spesa è prevista ed inclusa nel piano degli investimenti triennio 2022-2023-2024-annualità 2022 – adottato con atto deliberativo n. 1374 del 18.08.2022;
- che l'imputazione dell'onere derivante dal presente atto, già assunto con l'atto deliberativo di indizione n. 692 del 21.4.2022, deve essere aggiornata con l'importo complessivo di aggiudicazione di €. 83.429,21 IVA inclusa - conto A101020601 bilancio 2022;
- che la ditta 2^a classificata Mis Medical ha formulato istanza di accesso agli atti (pec 21.11.2022) e che la stessa è stata, al momento, riscontrata con nota di differimento ai sensi dell'art. 53 co. 2 c) D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica e valutazione dei contrapposti interessi (prot. 195584 del 25.11.2022)

P R O P O N E D I

Per i motivi esposti in premessa che si intendo ripetuti e trascritti

1) Approvare la RDO n. 3003963 relativa alla fornitura di n. 20 letti elettrici per l'UOC Ortopedia del P.O. di Sciacca e i verbali del seggio di gara dei 19.05.2022, 11.11.2022 e 17.11.2022 e il verbale di valutazione tecnica trasmesso con nota prot. 186984 del 10.11.2022 e, conseguentemente, aggiudicare definitivamente la fornitura in favore dell'O.E. miglior offerente HILL – ROM al prezzo complessivo offerto per n. 20 letti elettrici di €. 68.384,60 + IVA (prezzo unitario offerto €. 3.419,23 + IVA).

2) Dare atto:

- che il complessivo importo derivante dalla presente aggiudicazione ammonta a €. 83.429,21 (€. 68.384,60 + IVA);
- che la detta spesa è prevista ed inclusa nel piano degli investimenti triennio 2022-2023-2024-annualità 2022 – adottato con atto deliberativo n. 1374 del 18.08.2022;
- che l'imputazione dell'onere derivante dal presente atto, già assunto con l'atto deliberativo di indizione n. 692 del 21.4.2022, deve essere aggiornata con l'importo complessivo di aggiudicazione di €. 83.429,21 IVA inclusa - conto A101020601 bilancio 2022.

3) Nominare DEC – Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Giuseppe Tulumello – Direttore UOC Ortopedia P.O. Sciacca.

9) Dare atto che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse.

10) Dichiare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore della UOC Provveditorato
Dott.Oreste Falco**

Allegati:

verbali del seggio di gara dei 19.05.2022, 11.11.2022 e 17.11.2022
verbale di valutazione ex prot. 186984 del 10.11.2022
DURC Hill-Rom

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favoloso
Data 12/12/2022

Parere buon
Data 12/12/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Statistiche e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cingue



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 1

VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI
PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA
LOTTO N. 1 C.I.G. 920774685E**

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Daniela Parla | - Teste |
| 3) Sig. Alfonso De Leo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 692 del 21.04.2022 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA**, lotto unico;

che con RDO n. 3003963 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 13.05.2022;

che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	GIVAS	Lotto 1	10/05/2022 12:12:58
2	HILL-ROM	Lotto 1	12/05/2022 14:36:45
3	MALVESTIO SPA	Lotto 1	10/05/2022 15:54:44
4	MIS MEDICAL	Lotto 1	11/05/2022 15:56:52
5	NOVAMED	Lotto 1	11/05/2022 21:00:01

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.

Procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti.

Da atto di quanto segue:

GIVAS – non risulta presentato, di seguito al DGUE, il patto di integrità e il protocollo di legalità C.A. Dalla Chiesa. Atteso che trattasi di fattispecie rientrante nell'art. 83 co. 9, viene attivato il soccorso istruttorio. La ditta viene ammessa con riserva di regolarizzazione.

NOVAMED - non risulta presentato, di seguito al DGUE, il patto di integrità e il protocollo di legalità C.A. Dalla Chiesa; nella dichiarazione presentata “prezzi praticati in linea con quelli praticati presso altre azienda” non risulta l’elencazione delle “altre aziende”. Atteso che trattasi di fattispecie rientranti nell'art. 83 co. 9 D.LGS. n. 50/2016, viene attivato il soccorso istruttorio. La ditta viene ammessa con riserva di regolarizzazione.

MIS MEDICAL - nella dichiarazione presentata “prezzi praticati in linea con quelli praticati presso altre azienda” non risulta l’elencazione delle “altre aziende”. Atteso che trattasi di fattispecie rientranti nell'art. 83 co. 9 D.LGS. n. 50/2016, viene attivato il soccorso istruttorio. La ditta viene ammessa con riserva di regolarizzazione.

HILL-ROM – documentazione amministrativa regolare

MALVESTIO SPA - documentazione amministrativa regolare

La seduta di gara viene chiusa per consentire le regolarizzazioni avanti specificate e l'esame della documentazione tecnica, i cui plichi vengono aperti pubblicamente nella presente seduta, presentata dalle ditte partecipanti da parte dell'organo tecnico che verrà all'uopo nominato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ani
IL TESTE A. De Leo
IL TESTE Parle Daniela



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 2

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA LOTTO N. I C.I.G. 920774685E

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Daniela Parla | - Teste |
| 3) Sig. Alfonso De Leo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 692 del 21.04.2022 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA**, lotto unico;

che con RDO n. 3003963 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 13.05.2022;

che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

1	GIVAS
2	HILL-ROM
3	MALVESTIO SPA
4	MIS MEDICAL
5	NOVAMED

che con verbale del 19.5.2022 sono state compiute le attività ivi indicate ed, in particolare, è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co.9 D. Lgs. n. 50/2016 a carico degli O.E. Givas, Novamed, Mis Medical per le motivazioni nel detto verbale specificate;

che le predette società, ammesse con riserva come risultante dal verbale del 19.5.2022, hanno regolarizzato per come richiesto;

che con note prott. 91653 del 20.05.2022 e 131837 del 26.07.2022, sollecitate con prot.183385 del 4.11.2022, è stata trasmessa la documentazione tecnica delle ditte partecipanti agli specialisti incaricati della

valutazione tecnica della stessa, attesa l'incompetenza tecnica del presente seggio di gara e del RUP ad effettuare tale valutazione;

che con nota prot.186984 del 10.11.2022 gli specialisti di cui avanti è cenno hanno trasmesso propria valutazione tecnica della documentazione tecnica delle società superiormente elencate

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.

Innanzitutto procede a sciogliere la riserva relativa all'ammissione delle ditte Givas, Novamed, Mis Medical e ad ammetterle al prosieguo di gara.

Da pubblica lettura della valutazione tecnica pervenuta con nota prot. 186984 del 10.11.2022 - allegato, riportandone di seguito sinteticamente gli esiti:

GIVAS

Non conforme

HILL-ROM

Conforme

MALVESTIO SPA

Conforme

MIS MEDICAL

Conforme



NOVAMED

Conforme

Dichiara esclusa dal prosieguo di gara la ditta Givas per non avere riportato giudizio tecnico di conformità.

Sospende la seduta per consentire le pubblicazioni e notifiche normativamente previste.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE Paolo Daniello
IL TESTE 



**REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. "Giovanni Paolo II" Sciacca (AG)
U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Dott. Giuseppe Tulumello**

Assegnato nr. **0 186984**

del **10/11/2022**

**Al Direttore dell' Ufficio Provveditorato
ASP AG**

e.p.c.

**Al Commissario Straordinario
ASP AG**

**Al Direttore Sanitario Aziendale
ASP AG**


**Al Direttore Amministrativo
ASP AG**

**OGGETTO: RISPOSTA ALLA NOTA PROTOCOLLO 183385 DEL 4/11/22, RDO MEPA
3003963**

Egr. Direttore, In riferimento alla nota prot. In oggetto, si trasmette file contenente la valutazione tecnica della documentazione presentata dalle ditte oferenti alla RDO specificata in oggetto. Dalla valutazione allegata, usufruendo del supporto dell' Ing. Angelo Russi, si evince che la ditta GIVAS SRL risulta essere non conforme, la ditta MIS MEDICAL e MALVESTIO risultano essere conformi, mentre per le ditte HILL-ROM e NOVAMED non si evince, dalle schede inoltrate, che la presenza di colonna telescopica sia servoassistita da pompa a gas, ma trattandosi di carrello servitore non facente parte strutturale del letto di degenza, si considera tale caratteristica poco rilevante essendo le offerte dei vassoi servitori funzionalmente equivalenti a quanto richiesto, pertanto anche tali offerte possono essere ritenute conformi.
Cordiali Saluti.

Addi 10/11/2022

Dott. Giuseppe Tulumello


A.S.P. AGRIGENTO
P.O. "GIOVANNI PAOLO II" SCIACCA
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Direttore Dott. Tulumello Giuseppe
C.M. AG2673 - Cad. ENPAM 300241888F

LEGENDA		DITTA	Givas s.r.l.	Mis Medical	Hill-Rom	Malvestio	Novamed
Richiesta chiarimenti alla ditta partecipante		MARCA	Givas	MIS MEDICAL	HILL-ROM	MALVESTIO	KENIMAK
CONFORME		MOD.	"	SMART 600	HR900	DELTIS 4	GUESS 401
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE :							
1	Letto elettrico, alimentato anche a batteria di lunga durata e che assicuri i movimenti anche durante il trasporto	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
2	4 sezioni o 3 studi (schienale, femorale, gambale) con sistema di trascinazione in materiale plastico lavabile facilmente asportabile integralmente (sezione bacino fissa), senza spigoli vivi, obbligatoriamente completo di ferma materassino integrato	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
3	4 ruote gemellate di diametro 150 mm, di cui almeno 2 piroettanti, 1 antistatica e bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabili su tutte le ruote con leva a doppio braccio o unica barra	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
4	Il letto dovrà essere il più compatto possibile (circa 220 cm di lunghezza e 100 cm di larghezza)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
5	Sistema di sollevamento a leve/ruote (sistema a compasso)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
6	Altezza variabile tra circa 40 e 80 cm con led di indicazione di altezza minima di sicurezza sotto il letto	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
7	Schiene/elevatore elettricamente fino ad almeno 63°	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
8	Zona piedi elevabile manualmente	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
9	Zona femorale elevabile elettricamente fino ad almeno 25°	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
10	La sezione gambale si dovrà inclinare sino ad almeno 20° NON CONFORME se sezione gambale inclinata fino a 15°	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
11	Sponde in monoscocca a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfezionabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un'impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
12	Goniometro per visualizzare le inclinazioni nelle principali movimentazioni cliniche/assistenziali	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
13	Carico di lavoro sicuro minimo: almeno 210 kg	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
14	Tutta la struttura deve avere superfici lisce, facilmente sanitizzabili e resistente agli agenti corrosivi	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
15	Doppi comandi per operatore e paziente, dotati di blocco di sicurezza per le movimentazioni sulle pulsantiere paziente	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
16	Posizioni trendelenburg anti-trendelenburg almeno +/-15°, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
17	La posizione di poltrona cardiologica dovrà essere ottenuta tramite pulsante dedicato sulla tastiera operatore	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
18	Posizione di emergenza CPR azionabile sia meccanicamente mediante leva (facilmente accessibile anche con sponde abbassate) sia elettricamente con comando sulla pulsantiera	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
19	Tastiera e pedale in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfondamento	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
20	Paracapi di protezione agli angoli	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
21	Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
22	Possibilità di utilizzo dei sollevatori paziente con il letto in posizione minima	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
23	Predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi senza che sia necessario togliere la pediera	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
24	Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
25	Supporti laterali per drenaggi e sacche	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
26	Possibilità di aggancio/appoggio dei dispositivi antidecubito	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
27	Alloggiamenti per le aste portafalda posizionati nei 4 angoli del letto	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
28	N. 15 sistemi di trazione Zippinger indipendenti che consentano una rapida immobilizzazione e trazione dell'arto inferiore	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
29	Rispondere ai requisiti della norma CEI-EN 60601-1-2-	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
30	Accessori minimi richiesti per ogni letto	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
31	Alloggiamento per bombola di ossigeno	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
32	Asta portaflafo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri con ganci in acciaio, regolabili in altezza	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
33	Asta solleva malato con trapezio, regolabile in altezza	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
34	Porta pappagallo	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
35	Porta padella	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
36	Ganci per sacche urine e drenaggi	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
37	Vassolo servitore dotato di 4 ruote e regolabile in altezza tramite colonna telescopica servoassistita da pompa a gas con comando a pulsante	NON CONFORME se la colonna telescopica è servostimata da un sistema a rotella	CONFORME	Non si evince dalle schede inoltrate che la presenza di colonna telescopica servostimata da pompa a gas con comando a pulsante	CONFORME	Non si evince dalle schede inoltrate che la presenza di colonna telescopica servostimata da pompa a gas con comando a pulsante	

Data Valutazione		Esito Valutazione Tecnica
10/11/2022	NON CONFORME	CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 3

VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI
PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA
LOTTO N. 1 C.I.G. 920774685E**

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirro | - Presidente |
| 2) Sig.ra Daniela Parla | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 692 del 21.04.2022 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. DI SCIACCA**, lotto unico;

che con RDO n. 3003963 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 13.05.2022;


che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

1	GIVAS
2	HILL-ROM
3	MALVESTIO SPA
4	MIS MEDICAL
5	NOVAMED

che con verbale del 19.5.2022 sono state compiute le attività ivi indicate ed, in particolare, è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co.9 D. Lgs. n. 50/2016 a carico degli O.E. Givas, Novamed, Mis Medical per le motivazioni nel detto verbale specificate;

che le predette società, ammesse con riserva come risultante dal verbale del 19.5.2022, hanno regolarizzato per come richiesto;

che con note prott. 91653 del 20.05.2022 e 131837 del 26.07.2022, sollecitate con prot.183385 del 4.11.2022, è stata trasmessa la documentazione tecnica delle ditte partecipanti agli specialisti incaricati della


1

valutazione tecnica della stessa, attesa l'incompetenza tecnica del presente seggio di gara e del RUP ad effettuare tale valutazione;

che con nota prot.186984 del 10.11.2022 gli specialisti di cui avanti è cenno hanno trasmesso propria valutazione tecnica della documentazione tecnica delle società superiormente elencate

che con verbale dell'11/11/2022 si è data pubblica lettura del verbale di valutazione tecnica di cui di seguito si riportano sinteticamente gli esiti

GIVAS	Non conforme
HILL-ROM	Conforme
MALVESTIO SPA	Conforme
MIS MEDICAL	Conforme
NOVAMED	Conforme

Che con il medesimo verbale la ditta Givas è stata esclusa dal prosieguo di gara la ditta Givas per non avere riportato giudizio tecnico di conformità

Che la seduta di gara è stata sospesa per procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.



Procedere ad inserire sulla piattaforma Mepa le ammissioni e l'esclusione già disposta con verbale dell'11/11/2022. Indi, inizia l'esame della documentazione amministrativa procedendo all'apertura telematica dei plichi delle ditte ammesse di seguito indicate.

Da pubblica lettura del contenuto delle stesse e riportandolo nella sottostante tabella

	Prezzo complessivo offerto per n. 20 letti elettrici aventi le caratteristiche specificate nel capitolato tecnico di gara – Base d'asta €. 105.000,00 + IVA
HILL-ROM	€. 68.384,60 + IVA
MIS MEDICAL	€. 76.200,00 + IVA
MALVESTIO SPA	€. 77.395,20 + IVA
NOVAMED	€. 81.980,00 + IVA

Preso atto delle offerte, dichiara aggiudicatario provvisorio l'O.E. miglior offerente HILL – ROM per aver offerto un prezzo complessivo per n. 20 letti elettrici, aventi, atteso il giudizio di conformità tecnica conseguito (verbale ex prot.186984 del 10.11.2022) le caratteristiche tecniche specificate nel capitolato tecnico di gara, di €. 68.384,60 + IVA.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE 
IL TESTE 

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_34952641	Data richiesta	07/10/2022	Scadenza validità	04/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HILL ROM SPA
Codice fiscale	08817300158
Sede legale	VIA GIORGIO AMBROSOLI, 6 20053 RODANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 12 DIC. 2022

Agrigento, li 12 DIC. 2022

Il Referente Ufficio atti deliberativi

Il collaboratore amm.vo Sig. DOMENICO ALAIMO
Sig.ra Sabrina Terrasi Coadiutore Amministrativo



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio atti deliberativi

Il collaboratore amm.vo
Sig.ra Sabrina Terrasi