



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 - Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in dieci lotti, di "Attrezzi sanitarie chirurgiche/ambulatoriali per le UU.OO. di ORL dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca".

Chiarimenti

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano i chiarimenti resi dal Responsabile f.f. UOSD ORL del PO di Sciacca a seguito di quesiti posti da alcune ditte:

D.01 *"Le caratteristiche indicate nel capitolato riconducono ad un sola azienda. In particolare:*

Filtro ottico e digitale NBI

Angolazione 130° del fibroscopio

Diametro e lunghezza del fibroscopio, nonchè l'angolazione.

Pertanto si richiede di eliminare le suddette caratteristiche altrimenti non potrà partecipare alcuna azienda ad eccezione dell'unica che le possiede"

R.01 *"Premesso che la procedura in commento è stata preceduta da una Indagine di mercato a cui l'operatore ha risposto senza porre alcuna eccezione (omissis...), si riscontrano le stesse come segue:*

- Circa il filtro NBI si accetta sia se di natura ottica che di natura digitale. A tal fine, quindi, si precisa che l'acronimo NBI equivale all'inglese "narrow band imaging" cioè un filtro che permetta l'osservazione della vascolarizzazione sottomucosa utilizzando luce infrarossa. Tale funzione è il principale motivo di questa richiesta di acquisto giacché trattasi di funzione indispensabile per una corretta diagnosi oncologica;

- Circa le angolazioni, lunghezza e diametro saranno accettate tolleranze del +/- 5%.

È, comunque, sempre ammesso il criterio dell'equivalenza in sede di gara.

Circa il fatto che con queste caratteristiche, abbastanza generiche, possa partecipare una sola azienda ci appare infondato giacché, per quanto di nostra conoscenza, queste sono caratteristiche presenti nel catalogo di almeno tre aziende."

In relazione al principio di equivalenza sopra evocato, l'offerente può fornire, con qualsiasi mezzo appropriato, la prova che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, al fine di consentire la valutazione della conformità sostanziale dell'offerta alle suddette specifiche.

Il Coll. Amm.vo e RUP
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco