



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 84548 del 10/05/2022

A tutte le ditte interessate

oggetto: indagine esplorativa di mercato per la fornitura di Kit per chirurgia

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, i dispositivi specificati in oggetto (**Kit per chirurgia**) dettagliati nel capitolato tecnico allegato e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 25.5.2022 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

File allegato:
capitolato tecnico

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

CAPITOLATO KIT PER CHIRURGIA

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO	CND
KIT PER CHIRURGIA ➤ UTILIZZO: Kit professionale per una rapida e sicura medicazione , per un intervento immediato senza utilizzare l'autoclave. ➤ CONFEZIONE : IN BUSTA STERILE MONOUSO ➤ LA PRODUZIONE: effettuata secondo metodiche standard convalidate conformi a quanto espressamente indicato nella direttiva 93\42\CEE (D.lgs. n. 46/1997) , in assenza di elementi che possano provocare allergie. ➤ MATERIALE: ATOSSICO , APIROGENO E LATEX FREE ➤ CARATTERISTICA: STERILE MONOUSO ➤ CLASSE : CLASSE II/A sterile (la classe di appartenenza fa riferimento al dispositivo più critico presente nel kit). IL KIT DEVE ESSERE COMPOSTO: ➤ 1 PORTAGHI MAYO: acciaio inox, lunghezza tra 14 cm e 16 cm ➤ 1 PINZA CHIRURGICA RETTA : acciaio inox, lunghezza tra 12 cm e 14 cm ➤ 1 PINZA DI KOCHER: acciaio inox, lunghezza tra 14 cm e 16 cm ➤ 1 PINZA KELLY: acciaio inox, lunghezza tra 14 cm e 16 cm ➤ 1 FORBICE MAYO: acciaio inox, lunghezza tra 14 cm e 17 cm ➤ TELINO STERILE IN BIACCOPPIATO : 50X50 CM / 45X75 CM, MORBIDO , TRASPIRANTE, CAPACITA' ASSORBENTE ELEVATA (EN 13795), RESISTENZA SU BAGNATO, IMPERMEABILITÀ E RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI, REPELLENTE ALL'ACQUA E ALL'ALCOOL, NO LINTING: NESSUNA VEICOLAZIONE DI MICRORGANISMI VERSO LA FERITA CHIRURGICA, NESSUN RILASCIO DI PARTICELLE O PULVISCOLI, PIEGATURA NEL RISPETTO DELLA CORRETTA TECNICA ASETTICA, EVITA CONTAMINAZIONI DURANTE LA CREAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO E LA COPERTURA DEL PAZIENTE, LISTA DELLE SVHC (SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN) DI ECHA IN QUANTITÀ SUPERIORE ALLO 0,1% IN PESO (FACENDO RIFERIMENTO ALL'ART. 57 REG. 1907/2006 REACH E SUCCESSIVI EMENDAMENTI). IL DISPOSITIVO DEV'ESSERE CONFORME ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITÀ'.	T0202
FABBISOGNO ANNUO	800 kit