



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

forniture@aspag.it

maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 91194

del 19/05/2022

A tutte le ditte interessate

oggetto: indagine esplorativa di mercato per la fornitura di set per anestesia spinoperidurale combinata, peridurale e spinale continua

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere, eventualmente, acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, i dispositivi specificati in oggetto (**set per anestesia spinoperidurale combinata, peridurale e spinale continua**) dettagliati nel capitolato tecnico allegato e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato di ogni tipologia, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 3.6.2022 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirò*

File allegato:
capitolato tecnico

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

CAPITOLATO TECNICO SET PER ANESTESIA SPINOPERIDURALE COMBINATA, PERIDURALE E SPINALE CONTINUA.

- Set di cateteri per anestesia epidurale/spinale combinata (CSE)

Ago spinale con punta Sprotte o Whitacre, corpo dell'ago teflonato per direzionare l'ago spinale all'interno dell'ago epidurale. La punta dell'ago fuoriesce attraverso l'occhiello posteriore dell'ago epidurale punta Tuohy. Diametro 1.30 x 88 millimetri, G 18 x 3 1/2".

Occhiello posteriore supplementare in curva Tuohy.

Catetere epidurale di materiale poliammide. Diametro 0,85 x 0,45 millimetri, lunghezza 100 cm. Marcature completamente integrate nel materiale del catetere. Guida per introdurlo nell'ago.

Siringa a perdita di resistenza.

Connettore Luer. Privo di lattice.

Sistema adesivo di fissaggio del filtro;

Filtro 0.2 um.

Quantitativo annuo. N. 1000 pz

- Set per l'anestesia epidurale continua

Ago epidurale con Punta tipo Tuohy . Diametro 1,30 x 80 mm, 18 G o Diametro 1,70 x 80 mm, 16 G.

Catetere epidurale Catetere Standard, Soft-Tip ONE Lunghezza 1000 mm. Guida per avanzamento catetere.

Connettore a scatto.

Filtro epidurale- piatto 0,2 μ . Volume di riempimento di 0,45 ml. Resistente fino a 7 bar di pressione.

Dispositivo autoadesivo di fissaggio del filtro, filtro 0.2 μ .

Siringa LOR a perdita di resistenza.

Quantitativo annuo: N. 2000 pz

- Set per anestesia spinale continua e analgesia post operatoria

Composto da ago spinale Sprotte, catetere, mandrino in acciaio, adattatore, filtro e siringa Caratteristiche tecniche: ago atraumatico modificato di Sprotte di acciaio di elevata qualità con pareti sottili ed elevata elasticità alla flessione, nelle misure 21 e 22 G x 90 e 103 mm con mandrino, con terminale a codice colore e stampigliatura della misura dell'ago.

Punta dell'ago ad ogiva, affusolata e priva di bordi taglienti.

Catetere radiopaco in poliammide nelle misure 25 e 27 G x 90 cm con estremità distale aperta, con mandrino in acciaio fino a 3 cm dall' estremità distale e cono-guida per l'introduzione.

Tacche di profondità in inchiostro atossico stampate sul catetere ogni centimetro dai 6 ai 15 ed ai 20 cm. Stiletto per prepungere la cute su tutte le misure.

Filtro piatto in polisulfone , rotondo da 0,22 micron Connnettore con ghiera di fissaggio del catetere, attacco luer lock m/f e tappo

Quantitativo annuo: N. 1000 pz