



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Telefono 0922 407279
FAX 0922 407119
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. P8077 del 30-05-2022

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura, in regime di somministrazione, di "Dispositivi sovraglottici per procedure di endoscopia" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto, in regime di somministrazione, di "Dispositivi sovraglottici per procedure di endoscopia" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, per un fabbisogno presunto annuo di 650 pz., le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata scheda tecnica e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Il fabbisogno presunto annuo indicato è puramente indicativo e non vincolante per questa Asp, e potrà variare in sede di eventuale Procedura Negoziate.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre martedì 07.06 p.v., a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (NON di listino) del dispositivo richiesti, franco destino (PO. di Agrigento);
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire, agli Operatori Economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco

DISPOSITIVI SOVRAGLOTTICI PER PROCEDURE DI ENDOSCOPIA

CAPITOLATO TECNICO

Maschera laringea in silicone per procedure endoscopiche dotata di un ampio canale per l'inserimento dell'endoscopio che comincia prossimalmente e corre parallelo lungo il tubo di ventilazione.

Dotate di un connettore per la ventilazione inclinato per facilitare l'inserimento e la manovrabilità dell'endoscopio e di un sistema di gonfiaggio con valvola pilota della cuffia che consente monitoraggio visivo costante della pressione all'interno della cuffia.

Disponibile nelle misure 3 4 e 5