

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 478 DEL 13 MAR. 2023

**OGGETTO:** Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA aperta n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp". Approvazione atti di gara ed aggiudicazione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 606 DEL 10-02-2023

Il Collab. Amministr. e Rup

(Dr. Giuseppe Palumbo)

Il Dirigente Amministrativo

(Dr.ssa Maria Tirò)

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato

(Dr. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

P. N. 148799/22 Lx art. 113

( ) Autorizzazione n. R.E.C. del 10/03/2023

C.E.

C.P.

150.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.E.P.P.  
L'ADDETTO RESPONSABILE  
Dott. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC S.E.P.P.  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

13 MAR. 2023

L'anno duemilaventitre il giorno TRE DICI del mese di MARZO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

### Il Responsabile della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO, Dr. Oreste Falco

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

### PREMESSO

- ✓ CHE, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1502 del 15.09.2022 è stata autorizzata - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, importo così elevato dall'art. 51, c. 1, lett. a) p. 2.2) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n. 108, e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 – l'esperimento di Procedura Negoziate per l'affidamento della fornitura urgente, ed in tredici lotti, di *"Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp"*, per un importo complessivo presunto di € 214.598,11 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- ✓ CHE con la suddetta Deliberazione è stato approvato il documento denominato “Condizioni particolari di contratto”, che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA;
- ✓ CHE con la summenzionata Deliberazione, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto è stato nominato il Collab. Amministr. Prof.le Dr. Giuseppe Palumbo, dipendente di ruolo presso questa UOC Servizio Provveditorato, mentre la nomina del Dec è stata differita all'adozione del presente provvedimento;
- ✓ CHE l'onere derivante dal predetto provvedimento, pari presuntivamente ad € 264.180,68 IVA e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16 comprese, come da seguente quadro economico:

Fornitura urgente, in somministrazione annuale, di “Placche per i defibrillatori di proprietà dell’Asp di Agrigento	€ 214.598,11
IVA 22%	€ 47.211,58
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 2.145,98
Contrib. Anac	€ 225,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 264.180,68</b>

è stato imputato:

- per € 87.344,90 iva compresa sul Conto Economico n. C501010504 (Dispositivi per apparato cardiocircolatorio) del Bilancio d’Esercizio 2022;
- per € 174.689,79 iva compresa sul Conto Economico n. C501010504 (Dispositivi per apparato cardiocircolatorio) del Bilancio d’Esercizio 2023;
- per € 2.145,98 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del Bilancio d’Esercizio 2022 (P.N. 148799/22), giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;

con riserva di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, col presente provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

## ATTESO

- ✓ **CHE** in esecuzione della sopra citata Delibera a Contrarre, si è proceduto, in data 29.09.2022, alla pubblicazione della RDO/MEPA aperta n. 3209371, con pubblicazione del relativo avviso di indizione sul sito web aziendale sezione Amministrazione trasparente, conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ **CHE** in data 30.09.2022 ed in data 11.10.2022, stati resi i chiarimenti a riscontro di quesiti prodotti da Operatori interessati alla Procedura, con pubblicazione degli stessi sul sito web Aziendale, sezione Amministrazione trasparente, nell'area dedicata alla presente procedura;
- ✓ **CHE** a seguito di segnalazioni di malfunzionamento della piattaforma “Acquistiinrete”, si è reso necessario prorogare il termine di scadenza della presente procedura al 17.10.2022;
- ✓ **CHE**, entro il termine utile, alla predetta RdO ha presentato offerta, per tutti i lotti oggetto di gara, ad eccezione del lotto n. 07, unicamente la Società Gi. Pi. Medical s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 190, 95127 Catania (CT), cod. fisc. e p. iva 05261540875;
- ✓ **CHE**, esaminata la documentazione amministrativa prodotta da detta Società, si è reso necessario attivare, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs 50/2016, l'istituto del Soccorso Istruttorio, con invito ad integrare la documentazione amministrativa prodotta entro un termine perentoriamente assegnato;
- ✓ **CHE**, entro il suddetto termine, l'Operatore Economico in oggetto ha prodotto la documentazione integrativa richiesta e, per l'effetto, è stato ammesso alla fase di valutazione tecnica;
- ✓ **CHE**, scaricata la documentazione tecnica prodotta dalla sopra riportata Società, partecipante ed ammessa, questa è stata trasmessa, con nota prot. 175969 del 20.10.2022 (all. A), a mezzo mail, dallo scrivente Servizio al Dirigente Responsabile delle Farmacie dei PP.OO. di Canicattì e Licata, perché potesse esprimere necessario parere di conformità tecnica, prope deutico al prosieguo e completamento della gara in oggetto;
- ✓ **CHE** con mail del 21.10.2022 (all. B), il suddetto Dirigente rappresentava la necessità “... *di istituire una commissione tecnica per la valutazione.*.”;
- ✓ **CHE** con nota prot. 179384 del 27.10.2022, qui allegata (all. C), la Direzione Strategica di questa Asp ha nominato l'Organismo di Valutazione Tecnica (OVT), incaricato di esaminare la documentazione tecnica prodotta dalla Ditta partecipante ed ammessa alla gara in oggetto, al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di gara, OVT così composto:
  - Dr.ssa Valeria Ciotta, Dirigente farmacista (presidente);
  - Dr. Salvatore Montalto Dirigente medico cardiologo (componente);
  - Dr. ssa Valentina Impellizzeri, Dirigente farmacista (componente),ed assegnando un breve termine (5gg.) per l'espletamento della funzione, data l'urgenza di definire detta procedura;
- ✓ **CHE** con nota prot. 179658 del 27.10.2022 (all. D) questo Servizio notificava ai predetti Dirigenti quanto sopra, notiziandoli altresì di aver contestualmente trasmesso la documentazione tecnica per l'espletamento della funzione ed invitandoli al rispetto dei tempi assegnati, per come in detta nota riportato;

## ATTESO

- ✓ **CHE**, con mail del 10.11.2022, la Direzione Amministrativa di questa Asp trasmetteva richiesta prot. 182269 del 03.11.2022 (all. E) dell'OVT di personale specializzato tecnico ed amministrativo, a supporto dell'attività di verifica, per le motivazioni in detta nota riportate;
- ✓ **CHE** prontamente, con nota prot. 187711 del 11.11.2022 (all. F), trasmessa via mail in pari data, la Direzione Strategica di quest'Asp provvedeva alla nomina del segretario verbalizzante richiesto dall'OVT, la Dr.ssa G. Vinti, funzionario amministrativo in servizio presso la UOC Farmacia del PO di Agrigento;
- ✓ **CHE** con mail del 17.11.2022, perveniva verbale n. 01 dell'OVT, qui allegato (all. G), nel quale veniva richiesto all'Operatore concorrente, per il tramite di questo Servizio, chiarimenti in relazione alla documentazione tecnica prodotta in gara nonché la produzione di campionatura "... *per singolo prodotto offerto per singolo lotto.*", richiesta esaudita da questo Ufficio con nota prot. 192827 del 21.11.2022 trasmessa a mezzo pec e tramite Sistema all'Operatore concorrente;
- ✓ **CHE** con mail del 16.12.2022 pervenivano i verbali n. 02 e 03 dell'OVT, qui allegati (all. H, I), ove venivano espressi i richiesti pareri di conformità tuttavia, a giudizio di questo Ufficio, non pieni ma parziali, limitati cioè ad alcune delle caratteristiche richieste;
- ✓ **CHE** con nota prot. 209852 del 21.12.2022 (all. L), lo scrivente Servizio manifestava tali perplessità all'OVT, invitandolo a rivedere il predetto giudizio di conformità, previa eventuale richiesta alla Ditta offerente, per il tramite di questo Servizio, di ulteriori chiarimenti, "... *per consentire la consapevole espressione della conformità richiesta.*", per come in detta nota riportato;
- ✓ **CHE** a riscontro di quanto sopra, il Presidente dell'OVT trasmetteva nota prot. 213246 del 29.12.2022, qui allegata (all. M), a chiarimento delle valutazioni espresse, precisando alfine che "... *solo la ditta offerente, per il tramite di codesto Provveditorato, può fornire delucidazioni in merito ai dubbi espressi nel sopracitato verbale.*", per come in detta nota espresso;
- ✓ **CHE**, preso atto di quanto sopra, con nota prot. 2309 del 04.01.2023, qui allegata (all. N), questo Servizio interpellava tramite Sistema la Ditta offerente, all'ovvio fine di fugare le perplessità dell'OVT, informandolo di ciò con nota prot. 2311 del 04.01.2023 (all. O);
- ✓ **CHE** in data 05.01.2023, pervenuti i chiarimenti richiesti, questi sono stati immediatamente trasmessi in pari data con mail all'OVT per le valutazioni di competenza;

## RILEVATO

- ✓ **CHE** con mail del 24.01.2023, l'OVT trasmetteva verbale n. 04 (all. P), ove esprimeva il definitivo parere di conformità/non conformità, sinteticamente riportato nella sottostante tabella, dell'offerta tecnica prodotta in gara dall'unico Operatore partecipante ed ammesso, esprimendo, per ciascun lotto, le motivazioni sottostanti al suddetto giudizio;

N. Lotto	Marca	Modello	Esito
Lotto n. 01	Bexen Cardio	Reanibex 300/800	Non conforme
Lotto n. 02	Cardiac Science Corp	Powerheart Aed G3	Non conforme
Lotto n. 03	Comen	S8	Conforme
Lotto n. 04	Cu Medical Systems Inc	Cu Hd1 Lifegain	Non conforme

N. Lotto	Marca	Modello	Esito
		Paramedic Cu Er1	
		Paramedic Cu Er3	
Lotto n. 05	Esaote Spa	Mdf Vf Plus	Conforme
Lotto n. 06	Innomed Medical Inc	Cardio Aid 360b	Conforme
Lotto n. 07	Mediana Co Ltd	D 500	Deserto
		D 500m-Lsnt	
Lotto n. 08	Mindray Co Ltd	Beneheart D3	Conforme
		Beneheart D6	
Lotto n. 09	Nihon Kohden Corp	Tec 5521 K	Non conforme
		Tec 5531 K	
		Tec 5621	
Lotto n. 10	Philips Medical Systems	Heartstart XI +	Non conforme
		M 3535 A Heartstart Mrx	
		M 5067 A Heartstart Hs1	
Lotto n. 11	Physio Control (Ex Medtronic)	Lifepack 15	Conforme
		Lifepack 1000	
Lotto n. 12	Schiller Ag	Defigard 5000	Conforme
Lotto n. 13	Zoll Medical Corp	M Series	Non conforme
		R Series Als	
		X Series	
		Zoll Aed Plus	

- ✓ CHE il predetto verbale veniva trasmesso, in data 06.02 u.s. e tramite Sistema, all'Operatore unico offerente Gi. Pi. Medical srl il quale, in data 07.02 u.s., sempre tramite Sistema, richiedeva revisione del giudizio di conformità per alcuni dei lotti dichiarati non conformi, per le motivazioni in detta richiesta riportate e qui allegate (all. Q), prontamente inoltrata in pari data all'OV, per le valutazioni di competenza;
- ✓ CHE in data 23.02 u.s. l'OV trasmetteva nota prot. 32025 (all. R) con la quale sostanzialmente, per le motivazioni in detta nota riportate, confermava il precedente giudizio espresso, nota trasmessa tramite Sistema all'Operatore Gi. Pi. Medical srl in data 07.03 u.s., al quale in data 08.03 u.s. veniva trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 D. Lgs. 50/2016, notifica di esclusione prot. 39370 (all. S) per i lotti dichiarati non conformi;
- ✓ CHE, conclusa la fase dell'apertura della Busta Tecnica, si è proceduto, in data 09.03 u.s., all'apertura dell'Offerta Economica per i lotti dichiarati conformi, rilevando il prezzo offerto per ciascuno di essi, per come risulta dagli allegati "Documenti di Offerta Economica" (all. T) e ammontante complessivamente ad € 67.471,73, oltre iva di legge;

## DATO ATTO

- ✓ CHE l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., è garantito anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

- ✓ **CHE** risulta possibile proporre l'aggiudicazione della procedura di cui alla suddetta RdO/MePa n. 3209371 per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione ed in tredici lotti, di *"Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp"*, alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nelle offerte prodotte dall'unico Operatore offerente Gi. Pi. Medical s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 190, 95127 Catania (CT), cod. fisc. e p. iva 05261540875, sinteticamente riportate nella sottostante "Tabella riepilogativa imp. offerti", per l'ammontare complessivo di € 67.471,73 oltre IVA di legge;

Tabella Riepil. imp. offerti				
N. Lotto	Marca	Modello	Cig	Prezzo Offerto
Lotto n. 03	Comen	S8	94188210FA	€ 16.803,84
Lotto n. 05	Esaote Spa	Mdf Vf Plus	94188801AA	€ 1.441,50
Lotto n. 06	Innomed Medical Inc	Cardio Aid 360b	9418892B8E	€ 37.528,48
Lotto n. 08	Mindray Co Ltd	Beneheart D3	9418986921	€ 8.259,82
		Beneheart D6		
Lotto n. 11	Physio Control (Ex Medtronic)	Lifepack 15	9419002656	€ 2.557,74
		Lifepack 1000		
Lotto n. 12	Schiller Ag	Defigard 5000	9419011DC1	€ 880,35

- ✓ **CHE** l'onere derivante dal presente atto, ammontante a € 84.686,49 compreso IVA e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, giusto Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1283 del 03.08.2020, come da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di <i>"Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp"</i>	€ 67.471,73
IVA 22%	€ 14.843,78
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 2.145,98
Contrib. Anac	€ 225,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.686,49</b>

va imputato per competenza:

- per € 68.596,26 iva compresa sul Conto Economico n. C501010504 (Dispositivi per apparato cardiocircolatorio) del corrente Bilancio d'Esercizio;
- per € 13.719,25 iva compresa sul Conto Economico n. C501010504 (Dispositivi per apparato cardiocircolatorio) del Bilancio d'Esercizio 2024;
- per € 2.145,98 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del corrente Bilancio d'Esercizio (P.N. 148799/22), giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;
- Per € 225,00 sul conto n. C502020199 (Altri servizi non sanitari da privato) del corrente Bilancio di esercizio;

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- ✓ **APPROVARE** le operazioni di gara telematica, di cui alla RdO/MePa n. 3209371 per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione ed in tredici lotti, di *"Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp"*, per come in premessa riportato;
- ✓ **DICHIARARE** deserto per mancanza di offerte il lotto n. 07;
- ✓ **DICHIARARE** deserti per mancanza di offerte valide i lotti nn. 01, 02, 04, 09, 10, 13;
- ✓ **AGGIUDICARE** i rimanenti lotti all'unico Operatore Offerente Gi. Pi. Medical s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 190, 95127 Catania (CT), cod. fisc. e p. iva 05261540875 come riportato nella sottostante "Tabella riepilogativa imp. offerti", per l'importo complessivo di € 67.471,73 oltre IVA di legge;

Tabella Riepil. imp. offerti				
N. Lotto	Marca	Modello	Cig	Prezzo Offerto
Lotto n. 03	Comen	S8	94188210FA	€ 16.803,84
Lotto n. 05	Esaote Spa	Mdf Vf Plus	94188801AA	€ 1.441,50
Lotto n. 06	Innomed Medical Inc	Cardio Aid 360b	9418892B8E	€ 37.528,48
Lotto n. 08	Mindray Co Ltd	Beneheart D3	9418986921	€ 8.259,82
		Beneheart D6		
Lotto n. 11	Physio Control (Ex Medtronic)	Lifepack 15	9419002656	€ 2.557,74
		Lifepack 1000		
Lotto n. 12	Schiller Ag	Defigard 5000	9419011DC1	€ 880,35

- ✓ **DARE MANDATO** al Servizio proponente di predisporre con la massima urgenza gli atti propedeutici e necessari all'avvio di nuova procedura finalizzata all'acquisizione dei dispositivi relativi ai lotti qui dichiarati deserti;
- ✓ **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto, ammontante a € 84.686,49 compreso IVA e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, giusto Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1283 del 03.08.2020, come da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di <i>"Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp"</i>	€ 67.471,73
IVA 22%	€ 14.843,78
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020 (P.N. 148799/22)	€ 2.145,98
Contrib. Anac	€ 225,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.686,49</b>

vada imputato per competenza:

- per € 68.596,26 iva compresa sul Conto Economico n. C501010504 (Dispositivi per apparato cardiocircolatorio) del corrente Bilancio d'Esercizio;
- per € 13.719,25 iva compresa sul Conto Economico n. C501010504 (Dispositivi per apparato cardiocircolatorio) del Bilancio d'Esercizio 2024;

- per € 2.145,98 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del corrente Bilancio d'Esercizio, giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;
  - Per € 225,00 sul conto n. C502020199 (Altri servizi non sanitari da privato) del corrente Bilancio di esercizio;
- ✓ **NOMINARE**, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Valeria Ciotta, Dirigente Farmacista della UOC Farmacia del PO di Agrigento;
- ✓ **AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 8 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1 lett. a) D. L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, l'esecuzione della presente fornitura in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgl 50/2016, propedeutica alla stipula del contratto, stante l'urgenza di acquistare i dispositivi oggetto della presente procedura, con espressa riserva di procedere all'eventuale revoca dell'aggiudicazione, nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicatario diano esito infausto per lo stesso o che non pervengano i documenti che verranno richiesti unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- ✓ **AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la Ditta aggiudicataria, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato e dalle competenti Farmacie dei PP.OO. richiedenti i dispositivi in oggetto, ciascuno per la parte di propria competenza;
- ✓ **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
- ✓ **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per consentire alle UUOOC destinate l'immediata fruizione dei dispositivi *de quo*.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato  
Dott. Oreste Falco

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere favorevole  
Data 13/03/23

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole  
Data 13-3-23

Il Direttore Sanitario

Dott. Emanuele Cassarà

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco, Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco, responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia

**Il Segretario verbalizzante**

**IL COLLABORATORE AMM.VO TPO**  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque





AR A

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 145969 del 20-10-2022

Alla Dr.ssa Emanuela Ferrera  
Responsabile Farmacia PP.OO. di  
Canicattì e Licata

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale, e comunque fino ad esaurimento dei fabbisogni espressi, ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

Trasmissione documentazione tecnica di gara.

In relazione alla procedura di cui all'oggetto, si trasmettono schede tecniche dell'unica Ditta partecipante ed ammessa alla suddetta procedura, al fine della emissione del necessario giudizio di conformità tecnica, propedeutico al prosieguo e completamento della gara in oggetto. Si allega altresì, per economia di procedimento, Capitolato tecnico da Voi proposto nonché il documento "Condizioni Particolari di contratto ove evincere la documentazione tecnica richiesta.

Per opportuna conoscenza si comunica che per il lotto n. 07 (Placche per defibrillatore marca Mediana mod. D 500 e D 500m-Lsnt) non sono state presentate offerte.

Appare superfluo ricordare che PRIMA DELL' EMISSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' TECNICA ed al fine di agevolare la formulazione dello stesso, questa Servizio, previa specifica Vostra richiesta in tal senso, potrà richiedere alla Ditta oferente la presentazione della campionatura, da consegnare entro un termine perentorio non inferiore a 10 giorni.


Al fine di consentire il celere completamento della procedura di cui all'oggetto, si rivolge cortese invito a trasmettere, stesso mezzo, parere di conformità allo scrivente, anche per conoscenza.

In attesa di cortese riscontro, gradite distinti saluti.

Il Collab. Amministr. e RUP  
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore UOC Serv. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco



R: RdO n. 3209371 - Placche per defibrillatori - nota prot. 175969/2022 - Invio sch. tecniche per conformità - Invio 2 di 2

Emanuela Ferrera <emanuela.ferrera@aspag.it>  
ven 21/10/2022 12:42

all B

A: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>  
si rende necessario istituire formalmente una commissione tecnica per la valutazione.  
cordiali saluti

Responsabile ad interim UOS Farmacia  
PO Canicattì e Licata  
Dr.ssa E. Ferrera

recapiti telefonici:  
Licata : 0922869113  
Canicattì: 0922733387

---

**Da:** Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>  
**Inviato:** giovedì 20 ottobre 2022 11:47  
**A:** Emanuela Ferrera <emanuela.ferrera@aspag.it>  
**Oggetto:** RdO n. 3209371 - Placche per defibrillatori - nota prot. 175969/2022 - Invio sch. tecniche per conformità - Invio 2 di 2

Si allegano schede tecniche dei rimanenti lotti.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo  
UOC Servizio Provveditorato  
Asp Agrigento



Rec. C

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Colfab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 179384 del 27/10/2022

Ai Componenti dell'Organismo di valut.  
tecnica

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale, e comunque fino ad esaurimento dei fabbisogni espressi, ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

**Nomina Organismo di valutazione tecnica**

Premesso che con Deliberazione a contrarre n. 1502 del 15.10.2022, questa Azienda ha indetto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA, per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 214.598,11=oltre iva di legge;

Che in data 29.09.2022 si è proceduto alla pubblicazione della RdO n. 3209371 in oggetto;

Che entro la data di scadenza ha presentato offerta tramite piattaforma un unico Operatore Economico;

Che la Documentazione Amministrativa dell'unico Operatore offerente è stata valutata conforme;

Che occorre procedere alla nomina di un Organismo di valutazione, incaricato di svolgere la valutazione delle offerte tecniche pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità in relazione alla documentazione tecnica presentata dalla ditta partecipante ed ammessa alla gara in oggetto.

Premesso e considerato quanto sopra esposto, si procede alla nomina dell'Organismo di valutazione tecnica, composto per competenza da:

1. DOTT.SSA CIOTTA VALERIA - D.R.FARMACISTA (Presidente)
2. DOTT.SALVATORE MONTALTO - D.R.MED.CARDIOLOGO (Componente);
3. DOTT.SSA VALENTINA IMPELLIZZERI - D.R.FARMACISTA (Componente)

I lavori del predetto Organismo saranno verbalizzati da un Segretario, nominato dal Presidente tra i componenti l'Organismo medesimo.

Al fine di adempiere ai termini di cui all'art. 1 c. 1 D. L. 76/2020, convertito con modifiche in L. 120/2020, e non incorrere nelle responsabilità per eventuali danni erariali, paventati nel

citato articolo, l'Organismo in parola dovrà concludere i lavori entro 05 gg. lavorativi, decorrenti dalla ricezione della presente che verrà trasmessa a mezzo mail, unitamente alla documentazione tecnica delle ditte partecipanti alla RDO medesima, scaricata dalla piattaforma MEPA/Consip per il tramite del funzionario UOC Servizio Provveditorato e Rup, Dr. Giuseppe Palumbo, punto istruttore MePa.

La nomina in parola non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato


Dr. Oreste Falco



---

Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Zappia



---



Ag. D

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 179658 del 27-10-2022

Alla Dr.ssa Valeria Ciotta  
Dirig. Farmacista UOC Farmacia PO  
Agrigento  
AI Dr. Salvatore Montalto  
Dirig. Medico UO Cardiologia PO  
Licata  
Alla Dr.ssa Valentina Impellizzeri  
Dirig. Farmacista Farmacia PO Licata

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

Notifica nota del Commissario Straordinario prot. 179384/2022 – Nomina Organismo di valutaz. Tecnica.

In allegato si trasmette nota in oggetto indicata, con la quale le SS.LL. sono state nominate quali componenti dell'Organismo di valutazione delle offerte tecniche prodotte in gara dall'unica Azienda partecipante ed ammessa, al fine di esprimere il necessario giudizio di conformità delle offerte tecniche prodotte.

A tal scopo si rappresenta di aver trasmesso, a mezzo Wetransfer, il link ove scaricare le medesime offerte tecniche, nonché la documentazione a supporto dell'esame di conformità.

Si rappresenta di aver altresì trasmesso la medesima documentazione all'ing. clinico A. Russi della Società Polygon spa, nell'ambito del contratto di assistenza vigente con questa Asp, per un eventuale supporto tecnico, qualora dalle SS.LL. ritenuto necessario.

Si porge cortese invito a procedere con la massima celerità possibile, nei tempi indicati dalla predetta nota prot. 179384/2022, stante l'esigenza di questo Servizio di definire la suddetta procedura nel più breve tempo possibile.


Si ringrazia e si resta in attesa.

Il Coll. Amm.vo e Rup  
Dr. Giuseppe Palumbo

Gi. Palumbo

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dr. Oreste Falco

O. Falco



Al DA  
OLI/21  
A  
AUE  
Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Prot. 182268 del 03/11/2022

Al Commissario Straordinario Asp

**OGGETTO:** Richiesta del Segretario e di un tecnico specializzato a supporto della Commissione Organo Tecnico della procedura per l'affidamento della fornitura urgente di placche per i defibrillatori Asp Ag

Con riferimento alla nota n.179384 del 27/10/2022 in cui è stato nominato l'Organismo di Valutazione Tecnica delle placche per i defibrillatori di proprietà dell'Asp di Agrigento, si rappresenta che, in data 03/11/2022, la Commissione si è riunita alle ore 10:00 on-line per mezzo della piattaforma zoom.

Il Presidente dell'Organismo di valutazione tecnica, la Dott.ssa Valeria Ciotta, invita i componenti ad esprimere la propria disponibilità a verbalizzare i lavori, come espresso nella suddetta nota.

I Componenti, Dott.ssa Valentina Impellizzeri e Dott. Salvatore Montalto, non sono disponibili, in quanto, esula dai loro compiti squisitamente sanitari e clinici e non amministrativi.

Al fine di creare un team di specialisti completo, così come avvenuto e condiviso dalla S.V. in altre occasioni simili, sarebbe auspicabile inserire sin dal momento della nomina dell'organo tecnico anche una figura amministrativa, possibilmente appartenente proprio all'Ufficio Provveditorato, competente in materia di gara e in questo caso specifico, anche un tecnico specializzato appartenente a Tecnologie Sanitarie, competente in materia di assistenza tecnica e apparecchiature.

A tal proposito, l'Organismo di Valutazione Tecnica chiede la presenza di un Funzionario Amministrativo quale supporto nella gestione documentale, quale raccordo con il RUP, nonché in qualità di segretario verbalizzante nelle operazioni di verifica tecnica e la presenza di un professionista di Tecnologie Sanitarie quale supporto tecnico.

Non si può pensare che vi sia un motivo ostativo a tali presenze in fase di valutazione tecnica, presenze che rappresentano certamente best practice dell'indagine amministrativa e dell' assistenza tecnica, indice di collaborazione tra le diverse Aree Aziendali.

Ciò comporterebbe una maggiore celerità nella definizione del processo, dettata proprio dalla complementarietà delle figure presenti in sede di valutazione tecnica, ognuno con la propria specifica al fine di evitare eventuali errori.

Certi di un condiviso riscontro e per l'attenzione dedicata, al fine di velocizzare le procedure di gara per il bene dei pazienti, si porgono i più cordiali saluti.

U.O.C. Provveditorato 9/11/2022

Dott.ssa Valeria Ciotta (Presidente)

Valeria Ciotta

Dott.ssa Valentina Impellizzeri (Componente)

Valentina Impellizzeri

Dott. Salvatore Montalto (Componente)

Verifichiamo il punto della funzione.  
Quali soluzioni ci sono?

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Alessandro Mazzara



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Proc. n. 18771 del 11-11-2022

*A.U.F.*

Alla Dott.sse Giovanna Vivaldi  
Colleg. Dr.ssa. UOC Faluca  
P.O. AGRIGENTO  
e p.c. Ai Componenti dell'Organismo di  
Valutazione Tecnica

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale, e comunque fino ad esaurimento dei fabbisogni espressi, ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

**Nomina Segretario per l'Organismo di Valutazione Tecnica**

Vista la nota prot. 179384 del 27.10.2022, con cui questa Direzione Strategica ha nominato l'Organismo di valutazione delle offerte tecniche di cui alla Procedura Negoziata in epigrafe indicata, composto per competenza da:

1. Dr.ssa Valeria Ciotta (Dirig. Farmacista) (Presidente)
2. Dr. Salvatore Montalto (Dirig. Medico Cardiologo) (Componente);
3. Dr.ssa Valentina Impellizzeri (Dirig. Farmacista) (Componente)

Vista la nota prot. 182269 del 03.11.2022, con la quale la suddetta Commissione richiede l'ausilio di un Funzionario Amministrativo quale supporto nella gestione documentale ed in qualità di Segretario verbalizzante delle operazioni di verifica tecnica;

Al fine di celerizzare le operazioni di verifica delle offerte tecniche prodotte in sede di gara, si nomina la S.V. quale Segretario Verbalizzante delle suddette operazioni.

La nomina in parola non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato

*Dr. Oreste Falco*

Il Commissario Straordinario  
Dott. Mario Zappia

Al. 6

**ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA PER PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MAPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO".**

**VERBALE SEDUTA N. 1**

Vista la nota prot. n. 179384 del 27/10/2022 con la quale il Commissario Straordinario ASP AG ha provveduto a nominare l'Organismo di Valutazione Tecnica in ordine alla "PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MAPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO", di cui alla deliberazione ASP n. 1502 del 15/09/2022, che risulta così composto:

- ✓ Dirigente Farmacista UOC Farmacia P.O. Agrigento – Dott.ssa Valeria Ciotta – Presidente;
- ✓ Dirigente Farmacista Farmacia P.O. Licata AG – Dott.ssa Valentina Impellizzeri - Componente;
- ✓ Dirigente Medico UO Cardiologia P.O. Licata – Dott. Montalto Salvatore – Componente;

vista la nota prot. n. 187711 del 11/11/2022 con la quale il Commissario Straordinario ASP AG ha provveduto a nominare quale Segretario Verbalizzante, dell'Organismo di Valutazione Tecnica sospeso, il Collaboratore Amm/vo Titolare di Pos. Org. Giovanna Vinti;

ciò premesso:

l'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 15,30 presso i locali della Direzione dell'UOC Farmacia del P.O. di Agrigento, si insedia in prima seduta l'Organismo di Valutazione Tecnica per la "PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MAPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO", giusta nota di convocazione prot. n. 189392 del 15/11/2022.

Sono presenti:

Dott.ssa Valeria Ciotta – Presidente, Dott.ssa Valentina Impellizzeri – Componente, Dott. Salvatore Montalto - Componente.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Coll. Amm/vo Giovanna Vinti.

Dichiarata valida la seduta, i componenti iniziano ad esaminare la documentazione trasmessa via e-mail dal Settore Provveditorato.

I componenti prendono atto che solo l'O.E. società FIAB spa ha presentato offerte; e che lo stesso O.E. ha presentato offerta per i lotti nn. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13, ovvero non è stata presentata offerta per il lotto n. 7 di cui alla procedura negoziata disposta dall'ASP AG, giusta deliberazione a contrarre n.1502 del 15/09/2022.

Si passa alla valutazione tecnica della documentazione cartacea presentata dal suddetto O.E., per singolo Lotto.

Si rileva quanto segue:

- dalla valutazione della documentazione prodotta per il lotto n. 9 manca il "prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione della presenza della caratteristica tecnica richiesta" per come prodotto per gli altri lotti;
- dalla valutazione della documentazione prodotta per il lotto n. 10, in merito al modello M 5067 A Heartstart Hs1, la Società non ha prodotto offerta.

Dopo una attenta analisi della documentazione cartacea prodotta, i componenti all'unanimità concordano di richiedere alla Società, per il tramite del Settore Provveditorato, sia i chiarimenti in ordine alle rilevazioni sospese che la campionatura per singolo modello offerto per singolo lotto.



Alle ore 17,30, la seduta viene ad essere sospesa e rinviata all'atto della ricezione di quanto richiesto con il presente verbale.

Letto e confermato, il presente verbale viene sottoscritto dai presenti.


Il Presidente



I Componenti

Il Segretario Verbalizzante



A 20.11

ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA PER PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MAPPA N. 3209371 PER  
LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO".

VERBALE SEDUTA N. 2

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 15,30 presso i locali della Direzione dell'UOC Farmacia del P.O. di Agrigento, si riunisce in seconda seduta l'Organismo di Valutazione Tecnica per la "PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MAPPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO""", giusta nota di convocazione prot. 203526 n. del 12/12/2022

Sono presenti:

Dott.ssa Valeria Ciotta – Presidente

Sono assenti:

Dott.ssa Valentina Impellizzeri – Componente, Dott. Salvatore Montalto - Componente.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Coll. Amm/vo Giovanna Vinti.

Il Presidente prende atto dell'email trasmessa dalla Dott.ssa Impellizzeri datata 13/12/2022, che si allega, con la quale comunica che entrambi i componenti non possono partecipare alla seduta odierna per sopralluoghi impegni lavorativi, chiedendo contestualmente il rinvio in autoconvocazione per il giorno 15 p.v. alle ore 15.

La presente seduta viene chiusa alle ore 15,35 .

Letto e confermato , il presente verbale viene sottoscritto dai presenti.

Il Presidente

*Valeria Ciotta*

I Componenti

*ASSENTI*

Il Segretario Verbalizzante

*Giovanna Vinti*

**Re: convocazione Organismo Valutazione Tecnica RDO/MEPA "Placche per defibrillatori di proprietà ASP AG".**

Valentina Impellizzeri <v.impellizzeri@aspag.it>

mar 13/12/2022 09:17

A: Giovanna Vinti <giovanna.vinti@aspag.it>

Cc: Valeria Ciotta <valeria.ciotta@aspag.it>

 1 allegati (303 KB)

2 Convocazione Gara Placche Defibrillatori.pdf;

Con la presente si comunica che per sopraggiunti impegni lavorativi, tanto alla scrivente quanto al Dott. S. Montalto, non sarà possibile essere presenti e si pertanto si chiede di rinviare a Giovedì 15 Dicembre alle ore 15:00.

Cordialità

Dott.ssa Valentina Impellizzeri

Dott. Salvatore Montalto

Inviato da iPhone

Il giorno 12 dic 2022, alle ore 10:27, Giovanna Vinti <giovanna.vinti@aspag.it> ha scritto:

Si trasmette in allegato nota prot. n. 203526 del 12/12/2022 di pari oggetto.

Il Segretario Org. Di Valutazione Tecnica  
Dott.ssa Giovanna Vinti

p.u. I

**ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA PER PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MEPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO".**

**VERBALE SEDUTA N. 3**

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 15,00 presso i locali della Direzione dell'UOC Farmacia del P.O. di Agrigento, si riunisce in autoconvocazione l'Organismo di Valutazione Tecnica per la "PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MEPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO".

Sono presenti:

Dott.ssa Valeria Ciotta – Presidente, Dott.ssa Valentina Impellizzeri – Componente, Dott. Salvatore Montalto - Componente.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Coll. Amm/vo Giovanna Vinti.

Dichiarata valida la seduta, i componenti prendono atto della ricezione della campionatura nonché delle email pervenute a questo Organismo in riscontro alle richieste/ chiarimenti di cui al verbale seduta n. 1 del 27/10/2022, e precisamente:

**1. e-mail del Servizio Provveditorato del 21/11/2022 ( Allegato n. 1):**

• "dalla valutazione della documentazione prodotta per il lotto n. 9 manca il "prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione della presenza della caratteristica tecnica richiesta" per come prodotto per gli altri lotti;"

➤ perviene a questo Organismo copia del "prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione della presenza della caratteristica tecnica richiesta", precedentemente non trasmessa.

**2. e-mail della Società Gi.Pi. Medical, distributore autorizzato/esclusivo per la linea piastre per defibrillazione di produzione della Società FIAB spa nella Regione Sicilia, del 22/11/2022 ( Allegato n. 2):**

• "dalla valutazione della documentazione prodotta per il lotto n. 10, in merito al modello M 5067 A Heartstart Hs1, la Società non ha prodotto offerta;

➤ con email del 22/11/2022 la Società Gi.Pi. Medical, comunica che questo modello di defibrillatore a loro risulta fuori produzione, per cui non è stata prodotta offerta.

Inoltre si prende atto, altresì, dell'ulteriore nota della società Gi.Pi. Medical datata 29/11/2022, acquisita dall'Asp di AG in data 01/12/2022, con la quale comunica che "alcune delle placche offerte presentano lo stesso codice compatibile con più defibrillatori, per tale motivo si presenta un solo campione del relativo codice". I componenti ne prendono atto (**Allegato 3**).

I componenti procedono ad esaminare la campionatura pervenuta dalla Società Gi.Pi. Medical srl:

**LOTTO n. 1**

**Marca defibrillatore Bexen Cardio – modello Reanibex 300/800**

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura si rileva quanto segue:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste.

Pediatrico - compatibili solo per Reanibex 800 e non per Reanibex 300 per come già rilevato dalla stessa Società;

Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;

Conforme per le altre caratteristiche richieste .

**LOTTO n. 2**

**Marca defibrillatore Cardiac Science Corp – modello Powerheart Aed G 3**

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura prodotta risulta:

Adulti - Manca campionatura radiotrasparenza;

Conforme per le altre caratteristiche richieste .

Pediatrico - Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;

Conforme per le altre caratteristiche richieste.

### LOTTO n. 3

#### Marca defibrillatore Comen – modello S8

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura si rileva quanto segue:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste.

Pediatrico - Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;  
Conforme per le altre caratteristiche richieste.

### LOTTO n. 4

#### Marca defibrillatore Cu Medical System Inc – modelli: Cu Hd1 Lifegain – Paramedic Cu Er 1 - Paramedic Cu Er 3

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura si rileva quanto segue:

Adulti - Manca campionatura radiotrasparenza;

Conforme per le altre caratteristiche richieste .

Pediatrico - Manca campionatura radiotrasparenza ;

Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;

Conforme per le altre caratteristiche richieste .

### LOTTO n. 5

#### Marca defibrillatore Esaote Spa – modello Mdf Vf Plus

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura si rileva quanto segue:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste .

Pediatrico - Fornitura non richiesta (vedi giusta delibera ASP AG n. 1502 del 12/09/2022).

### LOTTO n. 6

#### Marca defibrillatore Innomed Medical Inc – modello Cardio Aid 360b

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura si rileva quanto segue:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste.

Pediatrico - Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;

Conforme per le altre caratteristiche richieste.

### LOTTO n. 8

#### Marca defibrillatore Mindray Co Ltd – modelli: Beneheart D3 - Beneheart D6

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura prodotta risulta:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste .

Pediatrico - Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;

Conforme per le altre caratteristiche richieste.

### LOTTO n. 9

#### Marca defibrillatore Nihon Kohden Corp – modelli: Tec 5521 K – Tec 5531 K – Tec 5621

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura prodotta risulta:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste.

Pediatrico -

Per i Modelli Tec 5521K , Tec 5531K e 5621 manca offerta e campionatura del codice F7761P (Pediatrico radiotrasparente);

Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;

Conforme per le altre caratteristiche richieste.

**LOTTO n. 10**

**Marca defibrillatore Philips Medical System – modelli: Heartstart XI + - M 3535 A Heartstart Mrx - M 5067 A Heartstart Hs1**

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura prodotta risulta:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste .

Pediatrico - Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;  
Conforme per le altre caratteristiche richieste.

**LOTTO n. 11**

**Marca defibrillatore Physio Control – modelli: Lifepack 15 – Lifepack 1000**

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura prodotta risulta:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste .

Pediatrico - Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;  
Conforme per le altre caratteristiche richieste.

**LOTTO n. 12**

**Marca defibrillatore Schiller Ag – modello Defigard 5000**

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura prodotta risulta:

Adulti - Conforme alle caratteristiche richieste .

Pediatrico - Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;  
Conforme per le altre caratteristiche richieste.

**LOTTO n. 13**

**Marca defibrillatore Zoll Medical Corp – modelli: M series – R series Als – X series – Zoll Aed Plus**

Dall'esame della documentazione e dalla campionatura prodotta risulta:

Adulti - Per il Modello Zoll Aed Plus mancano quelli radiotrasparenti .

Conforme per le altre caratteristiche richieste.

Pediatrico - Per i modelli M Seriers, R series , X Sseries , Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale;


Per il Modello Zoll Aed Plus mancano quelli radiotrasparenti;

Conforme per le altre caratteristiche richieste.


Ultimati i lavori, la presente seduta viene chiusa alle ore 18,30.

Letto e confermato , il presente verbale viene sottoscritto dai presenti.

Il Presidente

Valeria Cioffe

Il Segretario Verbalizzante

Giovanna Duk'

(1)

**R: Verbale seduta n. 1 Organismo di valutazione tecnica RDO/MEPA Forniture placche per i defibrillatori di proprietà dell'ASP di AG**

Giovanna Vinti <giovanna.vinti@aspag.it>

ven 02/12/2022 09:48

A: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

In riscontro alla Vs email del 21/11/2022, si comunica che la Società Gi. Pi. Medical ha fatto pervenire la campionatura richiesta in data 01/12/2022, ovvero entro la tempistica determinata da codesto Settore.

L'esame della stessa avverrà da parte dell'Organismo di valutazione Tecnica alla prima data disponibile.

Distinti Saluti

Il Segretario Verbalizzante

Dr. Giovanna Vinti

---

**Da:** Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

**Inviato:** lunedì 21 novembre 2022 15:25

**A:** Giovanna Vinti <giovanna.vinti@aspag.it>; Valeria Ciotta <valeria.ciotta@aspag.it>; montalto.s@gmail.com <montalto.s@gmail.com>; Valentina Impellizzeri <v.impellizzeri@aspag.it>

**Oggetto:** R: Verbale seduta n. 1 Organismo di valutazione tecnica RDO/MEPA Forniture placche per i defibrillatori di proprietà dell'ASP di AG

In riscontro alle richieste di cui al verbale del 17.11 u.s., si trasmette copia della richiesta inviata in data odierna alla Società GiPi Medical.

In relazione al prospetto riepilogativo relativo al lotto n. 09, se ne allega qui una copia, in precedenza non scaricata.

Relativamente alla Campionatura, il termine perentorio per la presentazione della stessa è il 02.12 p.v. Si invitano le SS.LL. a comunicare allo scrivente Servizio il rispetto dei termini tassativamente indicati.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo  
UOC Servizio Provveditorato  
Asp Agrigento

---

**Da:** Giovanna Vinti <giovanna.vinti@aspag.it>

**Inviato:** giovedì 17 novembre 2022 17:35

**A:** Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>; forniture <forniture@ASPAG.IT>

**Cc:** Valeria Ciotta <valeria.ciotta@aspag.it>; montalto.s@gmail.com <montalto.s@gmail.com>; Valentina Impellizzeri <v.impellizzeri@aspag.it>

**Oggetto:** Verbale seduta n. 1 Organismo di valutazione tecnica RDO/MEPA Forniture placche per i defibrillatori di proprietà dell'ASP di AG

Si trasmette, in allegato, il verbale della seduta n. 1 redatto dall'Organismo di valutazione tecnica RDO/MEPA Forniture placche per i defibrillatori di proprietà dell'ASP di AG.

Re:RdO/Mepa n. 3209371 - Invio nota prot. 192827/2022

(2)

**Da** gipimedicalsrl <gipimedicalsrl@pec.it>  
**A** forniture@pec.aspag.it <forniture@pec.aspag.it>  
**Data** martedì 22 novembre 2022 - 11:54

Buongiorno,

in merito alla richiesta di chiarimenti la dicitura "na" indica "Non applicabile" in quanto non abbiamo tra i nostri prodotti la placca compatibile con il defibrillatore HS1.

Si fa presente ad ogni modo che ci risulta che il defibrillatore Hs1 sia uscito di produzione e che vi possano essere difficoltà nel reperire placche per il defibrillatore in questione.

In merito alla campionatura sarà nostra premura inviarvela al più presto.

Restando a disposizione, porgiamo.

Cordiali saluti

Gi.Pi. Medical srl

Da "forniture@pec.aspag.it" forniture@pec.aspag.it  
A "GiPi medical" gipimedicalsrl@pec.it  
Cc  
Data Mon, 21 Nov 2022 17:12:09 +0100  
Oggetto RdO/Mepa n. 3209371 - Invio nota prot. 192827/2022

In allegato si trasmette ns. nota in oggetto.  
Distinti saluti.

UOC Servizio Provveditorato  
Asp Agrigento



Del. 3

Spett.le  
Asp Agrigento

Catania, 29/11/2022

Oggetto: RDO 3209371 Acq. Placche compatibili con i defibrillatori di proprietà dell'ASP di Agrigento  
**Campionatura**

Il sottoscritto Giovanni Pietro Salafia nato a Catania provincia CT il 07/04/1983 e residente a Catania in Via Gabriele D'Annunzio n.190, Codice fiscale SLFGNN83D07C351F

In qualità di Amministratore Unico della Gi.Pi. Medical S.r.l - Sede legale in Catania (CT) - Via Gabriele D'Annunzio n.190, 95127 - Iscritta presso il Registro delle Imprese di Catania C.F./P.I. 05261540875, REA n. CT - 354257 – Tel.: 095 / 0931470 Fax: 095 / 2830122 E-mail: [gipimedicalsrl@gmail.com](mailto:gipimedicalsrl@gmail.com) pec: [gipimedicalsrl@pec.it](mailto:gipimedicalsrl@pec.it)

## comunica

Che alcune delle placche offerte presentano lo stesso codice compatibile con più defibrillatori, per tale motivo si presenta un solo campione del relativo codice.

Nello specifico riportiamo di seguito una tabella che riassume codice offerto e validità per i relativi lotti:

Codice Offerto	Campionatura valida per i Lotti
F7952	Lotto 1 – Lotto 3 – Lotto 11
F7752	Lotto 1 – Lotto 3 – Lotto 8 – Lotto 11
F7952P	Lotto 1 – Lotto 3 – Lotto 11
F7752P	Lotto 1 – Lotto 3 – Lotto 8 – Lotto 11
F7957W	Lotto 2
F7957PL	Lotto 2
F7958	Lotto 4
F7958PL	Lotto 4
F7958P	Lotto 4
F7962	Lotto 5
F7762	Lotto 5
F7955	Lotto 6 – Lotto 9
F7755	Lotto 6 – Lotto 9
F7955P	Lotto 6 – Lotto 9
F7755P	Lotto 6 – Lotto 9
F7952W	Lotto 8
F7952PW	Lotto 8
F7961U	Lotto 9
F7761	Lotto 9

Gi.Pi. Medical s.r.l. - Sede Legale Via Gabriele D'Annunzio 190 - 95127 Catania

P.Iva e C.F. 05261540875 Tel. 095 / 0931470 Fax 095 / 2830122


Website: <http://www.gipimedical.it/> email : [gipimedicalsrl@gmail.com](mailto:gipimedicalsrl@gmail.com) pec: [gipimedicalsrl@pec.it](mailto:gipimedicalsrl@pec.it)



F7961P	Lotto 9
F7950	Lotto 10
F7750	Lotto 10
F7950P	Lotto 10
F7750P	Lotto 10
F7952PL	Lotto 11
F7956	Lotto 12
F7756	Lotto 12
F7956P	Lotto 12
F7756P	Lotto 12
F7951	Lotto 13
F7751	Lotto 13
F7951P	Lotto 13
F7751P	Lotto 13
F7987W	Lotto 13
F7987PW	Lotto 13

Distinti saluti.

Dr Giovanni Pietro Salafia  
Amministratore Gi.Pi. Medical srl



A.U. L

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 209852 del 21/12/2022

AI Presidente Organ. Valutaz.  
Tecnica Dr.ssa Valeria Ciotta  
Dirig. Farmacista UOC Farmacia  
PO Agrigento  
e p.c. Ai Componenti Organ. Valutaz.  
Tecn.  
Dr. Salvatore Montalto  
Dr.ssa Valentina Impellizzeri

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

Riscontro Vs. verbale di valutazione tecnica n. 03 del 15.12.2022.

In relazione a quanto in oggetto indicato, si significa che a codesto Organismo è stato richiesto di esprimere un giudizio di conformità "piena" e non "parziale", limitato cioè ad alcune delle caratteristiche richieste, per come indicato nel verbale trasmesso ("Conforme per le *altre* caratteristiche richieste"). Non è possibile infatti procedere all'approvazione/esclusione delle offerte tecniche se non in presenza di completa conformità/difformità.

Codesto Organismo inoltre dichiara, per tutti i lotti oggetto di gara, ad eccezione del lotto n. 05, che "Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale".


Si precisa che codesta Commissione potrebbe richiedere, per il tramite di questo Ufficio, opportuni chiarimenti alla Ditta offerente, perché questa possa indicare in quale documento e/o in quale parte dell'offerta tecnica prodotta in gara, sia rilevabile o meno suddetta caratteristica, e consentire pertanto la consapevole espressione della conformità richiesta.

Si invita pertanto codesto spettabile Organismo a rivedere il giudizio di conformità complessivamente espresso nel suddetto verbale, attenendosi a quanto dichiarato nell'offerta tecnica prodotta dall'unico offerente rispetto al capitolato proposto, eventualmente previa richiesta di chiarimenti di cui sopra, così da addivenire, per la risaputa urgenza, alla definizione della presente procedura.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coll. Amm.vo e Rup  
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore UOC-Servizio Provveditorato  
Dr. Oreste Falco



A.U.R

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO  
Viale Della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO  
Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

---

Organismo Valutazione Tecnica

RDO/MEPA "Placche per Defibrillatori"

Prot. n. 213246 del 29/12/2022

Al Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dott. Oreste Falco  
Al Rup  
Dott. Giuseppe Palumbo

e.p.c. Al Dir. Medico UO Cardiologia P.O. Licata  
Dott. Salvatore Montalto  
Alla Dir. Farmacista Farmacia P.O. Licata  
Dott.ssa Valentina Impellizzeri

**Oggetto:** Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa ASP". Riscontro Vs. nota prot. n. 209852 del 21/12/2022

Con riferimento alla Vs. nota in oggetto, a chiarimento di quanto già evidenziato giusto verbale n. 3 del 15/12/2022, si precisa che, il compito di questo Organismo è quello di fornire un giudizio sulla base del materiale e dei documenti trasmessi dalla Ditta offerente che, in questo caso specifico, non può essere "pieno" poiché come comunicato nel verbale sopracitato, questo Organismo ha provveduto a rilevare le defezioni riscontrate con la dicitura "la non chiarezza e/o assenza di campionatura" reputando che le stesse venissero, da codesto Servizio, considerate oggetto di richiesta di chiarimenti alla Ditta offerente.

Di fatto, questo Organismo, stante la complessità dei dati tecnici da verificare, al fine di rendere più semplice la lettura, nel suddetto verbale, ha provveduto a riportare la sintesi delle verifiche effettuate richiamando distintamente i singoli lotti ed i singoli modelli, apponendo, laddove totalmente conformi la dicitura "*Conforme alle caratteristiche tecniche*", laddove non CHIARE, ovvero generiche e/o mancanti dell'apposita campionatura rispetto alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico, ha provveduto ad individuarle, per singolo lotto e per singolo modello, con la dicitura "*Non risulta ben chiaro se le placche risultano utilizzabili per uso neonatale*" e "*Manca campionatura*" procedendo, di contro, a convalidare la conformità delle restanti caratteristiche non esprimendone la totale conformità.

Va da sé che solo la Ditta offerente, per il tramite di codesto Provveditorato, può fornire delucidazioni in merito ai dubbi espressi nel sopracitato verbale.

Per evitare ulteriori lungaggini, si esplicita ulteriormente quanto già scritto nel verbale n.3 del 15/12/2022. Nello specifico, le nebulosità più riscontrate, in ordine alle caratteristiche previste dal capitolato tecnico per la voce "Placche adulte, pediatriche, neonatali e radiotrasparenti...." sono:


- La Ditta offerente, nei casi rilevati a verbale, o non ha prodotto campionatura dei modelli "Radiotrasparenti" e/o non ha precisato l'uso neonatale.

- In ordine all'uso neonatale, per essere ancora più esplicativi, la dicitura apposta sulla campionatura indicava solamente "fino a 25 Kg" non specificandone l'uso neonatale. Questa "genericità" è stata ritenuta ambigua da questo Organismo e ciò anche in ragione della dimensione delle placche.

Per quanto sopra dichiarato, anorché rilevato nel verbale n.3 del 15/12/2022, con la presente, si invita codesto Servizio a procedere con l'iter di gara, giustappunto per la risaputa urgenza a definire la procedura in questione.

Cordiali saluti.

Il Presidente dell'Org. di Valutaz. Tecnica  
Dott.ssa Valeria Ciotta



aw N

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 - Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 2309 del 01.01.2023

Alla GiPi Medical srl  
gipimedicalsrl@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale, e comunque fino ad esaurimento dei fabbisogni espressi, ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

Richiesta Chiarimenti


In relazione all'offerta tecnica prodotta da codesta Ditta per i lotti di seguito indicati, l'Organismo di Valutazione Tecnica, incaricato di esprimere il necessario giudizio di conformità in relazione ai prodotti oggetto di gara, ha richiesto che la Ditta produca i seguenti chiarimenti:

- Lotto 03: in quale documento (indicare la pagina) e/o in quale parte dell'offerta tecnica prodotta in gara, sia rilevabile o meno che il dispositivo offerto risulti utilizzabile per uso neonatale.
- Lotto 06: in quale documento (indicare la pagina) e/o in quale parte dell'offerta tecnica prodotta in gara, sia rilevabile o meno che il dispositivo offerto risulti utilizzabile per uso neonatale.
- Lotto 08: in quale documento (indicare la pagina) e/o in quale parte dell'offerta tecnica prodotta in gara, sia rilevabile o meno che il dispositivo offerto risulti utilizzabile per uso neonatale.
- Lotto 10: in quale documento (indicare la pagina) e/o in quale parte dell'offerta tecnica prodotta in gara, sia rilevabile o meno che il dispositivo offerto risulti utilizzabile per uso neonatale.
- Lotto 11: in quale documento (indicare la pagina) e/o in quale parte dell'offerta tecnica prodotta in gara, sia rilevabile o meno che il dispositivo offerto risulti utilizzabile per uso neonatale.
- Lotto 12: in quale documento (indicare la pagina) e/o in quale parte dell'offerta tecnica prodotta in gara, sia rilevabile o meno che il dispositivo offerto risulti utilizzabile per uso neonatale.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, c. 9, D. Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio), si invita codesta Società fornire i chiarimenti richiesti, tramite Sistema, entro il termine perentorio delle h. 17:00 di martedì 10.01 p.v. pena l'esclusione dalla gara in oggetto.

Distinti saluti.

Il Collab. Amministr. e RUP  
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore UOC Serv. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco





A.U. O

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 - Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 2311 del 04/01/2023

Al Presidente O.V.T.  
Dr.ssa Valeria Ciotta  
Dirig. Farmacista UOC Farmacia  
PO Agrigento  
e p.c. Ai Componenti O.V.T.  
Dr. Salvatore Montalto  
Dr.ssa Valentina Impellizzeri

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

Riscontro nota prot. 213246/2022.

Si riscontra Vs. nota in epigrafe indicata per rappresentare che, finalmente chiarito, con la suddetta nota, l'intendimento espresso nel verbale di valutazione n. 03 da codesto O.V.T., si è trasmessa alla Ditta offerente richiesta di chiarimenti, che qui si allega per opportuna conoscenza.

Si precisa che, in relazione ai lotti 01, 02, 04, 09, 13, la mancata produzione della campionatura richiesta (radiotrasparenza) o la dichiarata incompatibilità con i defibrillatori indicati (vedi lotto 01) come la mancanza di offerta per alcuni modelli di defibrillatori specificati (vedi lotto 09), rappresentano carenze non sanabili a mezzo soccorso istruttorio.

Infine, pur riconoscendo il certosino lavoro di questo O.V.T. nel riportare sinteticamente le verifiche effettuate per i singoli lotti e modelli, preme evidenziare che a questo Ufficio necessita una sintetica e "secca" valutazione di conformità/non conformità, al fine di procedere all'approvazione/esclusione delle offerte tecniche prodotte.

Distinti saluti.

Il Coll. Amm.vo e Rup  
Dr. Giuseppe Palumbo

Giuseppe Palumbo

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dr. Oreste Falco

Oreste Falco

00.8

**ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA PER PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MAPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO".**

**VERBALE SEDUTA N. 4**

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 15,30 presso i locali della Direzione dell'UOC Farmacia del P.O. di Agrigento, a seguito di formale convocazione prot. n. 7118 del 12/01/2023 nonché all'email del 17/01/2023, si riunisce l'Organismo di Valutazione Tecnica per la "PROCEDURA NEGOZIATA RDO/MAPA N. 3209371 PER LA FORNITURA DI "PLACCHE PER I DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ASP DI AGRIGENTO".

Sono presenti:

Dott.ssa Valeria Ciotta – Presidente, Dott.ssa Valentina Impellizzeri – Componente, Dott. Salvatore Montalto - Componente.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Coll. Amm/vo Giovanna Vinti.

Dichiarata valida la seduta, i componenti prendono atto delle note prot. nn. 2309 e 2311 datate 04/01/2023 trasmesse dal Settore Provveditorato dell'ASP al Presidente di questo Organismo, giusta email del 04/01/2023.

Con le superiori note la Ditta offerente GiPi Medical srl ed il Settore Provveditorato riscontrano i rilievi posti da questo Organismo giusto verbale n. 3 del 15/12/2022, per come di seguito riportati.

Ditta GiPi Medical srl:

- "per i lotti nn. 3 – 6 – 8 – 11 – 12 ...le placche PEDIATRICHE sono utilizzabili nei seguenti range Pediatriche < 8 anni (< 25Kg) ovvero, sia per face di età da 0 a 8 anni che per peso da 0 a 25 Kg;
- "per il lotto n. 10, in cui è presente il defibrillatore Philips HS, non abbiamo la placca neonatale specifica in quanto dovrebbe esistere solo quella originale";

Settore Provveditorato:

- "... in relazione ai lotti 01 ,02, 04, 09, 13, la mancata produzione della campionatura richiesta (radiotrasparenza) o la dichiarata incompatibilità con i defibrillatori indicati (vedi lotto 01) come la mancanza di offerta di alcuni modelli di defibrillatori specificati (vedi lotto 09), rappresentano carenze non sanabili a mezzo soccorso istruttorio".

Sulla scorta dei superiori chiarimenti, riesaminata la documentazione e la campionatura prodotta dalla Ditta offerente GiPi Medical srl in possesso di questo Organismo di Valutazione Tecnica rispetto a quanto previsto dal relativo capitolato tecnico, i componenti all'unanimità esprimono i singoli giudizi per i singoli lotti per come di seguito riportato:

**LOTTO n. 1**

**Marca defibrillatore Bexen Cardio – modello Reanibex 300/800**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara solo per modello Reanibex 800.

*Assenza offerta per il modello Reanibex 300 per come già rilevato dalla stessa Società;*

**LOTTO n. 2**

**Marca defibrillatore Cardiac Science Corp – modello Powerheart Aed G 3**

Si esprime Giudizio Negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per l'intero lotto.

*Assenza radiotrasparenza adulto/pediatrico.*

**LOTTO n. 3**

**Marca defibrillatore Comen – modello S8**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

**LOTTO n. 4**

**Marca defibrillatore Cu Medical System Inc** – modelli: **Cu Hd1 Lifegain – Paramedic Cu Er 1 - Paramedic Cu Er 3**

Adulti - Si esprime Giudizio Negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per l'intero lotto.

*Assenza radiotrasparenza adulto/pediatrico.*

**LOTTO n. 5**

**Marca defibrillatore Esaote Spa** – modello **Mdf Vf Plus**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

**LOTTO n. 6**

**Marca defibrillatore Innomed Medical Inc** – modello **Cardio Aid 360b**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

**LOTTO n. 8**

**Marca defibrillatore Mindray Co Ltd** – modelli: **Beneheart D3 - Beneheart D6**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

**LOTTO n. 9**

**Marca defibrillatore Nihon Kohden Corp** – modelli: **Tec 5521 K – Tec 5531 K – Tec 5621**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara per i modelli ed i codici offerti.

*Assenza offerta per i Modelli Tec 5521K, Tec 5531K e tec 5621 codice F776P.*

**LOTTO n. 10**

**Marca defibrillatore Philips Medical System** – modelli: **Heartstart XI + - M 3535 A Heartstart Mrx - M 5067 A Heartstart Hs1**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

*Assenza offerta modello M 5067 A Heartstart Hs1.*

**LOTTO n. 11**

**Marca defibrillatore Physio Control** – modelli: **Lifepack 15 – Lifepack 1000**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

**LOTTO n. 12**

**Marca defibrillatore Schiller Ag** – modello **Defigard 5000**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

**LOTTO n. 13**

**Marca defibrillatore Zoll Medical Corp** – modelli: **M series – R series Als – X series – Zoll Aed Plus**

Adulti - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara per i modelli **M series – R series Als – X series.**

Adulti - Si esprime Giudizio Negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per il Modello Zoll Aed Plus (assenza radiotrasparenza).


Pediatrico - Si esprime Giudizio Positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara per i modelli M series – R series Als – X series.

Pediatrico - Si esprime Giudizio Negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per il Modello Zoll Aed Plus (assenza radiotrasparenza).


Ultimati i lavori, la presente seduta viene chiusa alle ore 17,30.

Letto e confermato, il presente verbale, composto da tre pagine, viene sottoscritto dai presenti.

Il Presidente

Vincenzo Cottarelli

Il Segretario Verbalizzante

Domenico D'Urso

# ID Negoziazione: 3209371 - RdO Acq. placche compatibili con i defibrillatori di proprie...

Stato Rdo: In esame

Comunicati

Seduta pubblica


 [TORNA INDIETRO \(\)](#)

## [Comunicazione](#)



[GIOVANNI PIETRO SALAFIA](#)

07/02/2023 12:55:42 ✓



[GESTIONE](#)

[AUTORIZZAZIONI \(\)](#)

 [RIEPILOGO RDO \(\)](#)

 [RICHIESTE CHIARIMENTI \(\)](#)

 [COMUNICAZIONI \(\)](#)

 [OFFERTE PRESENTATE \(\)](#)

 [ESAME OFFERTE \(\)](#)


 [Comunicazione di Conformità/non conformità](#)

 [Allegati \(\)](#)

 [Buongiorno,](#)

 [preso visione del verbale seduta n. 4 allegato presente quanto segue:](#)

 [In merito al Lotto n. 9 le placche sono state offerte. All'interno della lista di compatibilità \(scheda tecnica\) viene indicato che le placche sono compatibili con l'intera serie di defibrillatori richiesta. Ove infatti viene indicato TEC- 5500 Series si fa riferimento all'intera serie di defibrillatori e, dunque, inclusivo dei defibrillatori richiesti TEC- 5521 e TEC-5531. Stesso discorso si applica per la Serie TEC-5600 ed allo specifico defibrillatore richiesto TEC - 5621. Inoltre la nostra offerta è completa sia per i defibrillatori richiesti che hanno in dotazione i cavi JC-755V, K342A \(JC-855V\) sia per il defibrillatori che hanno in dotazione il cavo JC-765V, K342B \(JC-865V\).](#)

 [In merito alle voci in cui le placche sono state giudicate non conformi per l'assenza della placcia radiotrasparente si fa ulteriormente presente quanto segue: le placche offerte sono funzionalmente equivalenti alle originali, se l'originale non ha la placcia radiotrasparente significa che la ditta produttrice FIAB né può né potrebbe produrre una placcia radiotrasparente se non contemplata dalla casa produttrice del defibrillatore. Inoltre i defibrillatori indicati rientrano nella categoria "AED", dedicati convenzionalmente ad un uso laico del defibrillatore e per tale motivo non contemplano l'utilizzo della placcia radiotrasparente.](#)

 [Per tali motivi richiediamo per il lotto 9 la conformità in quanto abbiamo le placche richieste che sono state correttamente offerte. Per i lotti 2, 4, 13 richiediamo la conformità per la motivazione sopra esposta.](#)

 GESTIONE PUNTEGGI ()

produttore del defibrillatore.  
Cordiali saluti

Gi.Pi. Medical srl

 ESCLUSI/AMMETTI CONCERENTI ()

RISPONDI

 Tu

06/02/2023 14:08:19 

 GESTIONE ANOMALIE OFFERTE ()

A: Gi.Pi. MEDICAL SRL;  
Cc:

RAPPORTO DI CONSEGNA

 AGGIUDICAZIONE ()

 Allegati Tab.Riep.conf.non conf..pdf () Verb. 04 OVT,Placche.pdf ()


 STIPULA ()  
Si allega verbale di valutazione conformità/non conformità dell'offerta tecnica prodotta in gara con allegato prospetto di sintesi dell'allegato verbale. Distinti saluti.

 SOSPENSIONE RDO/LOTTO ()

 REVOCARDO/LOTTO ()

 MODIFICA RDO ()

Acc. R



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO  
Viale Della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO  
Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

---

Organismo Valutazione Tecnica

RDO/MEPA "Placche per Defibrillatori"

Prot. n. 32025 del 23/02/2023

Al Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dott. Oreste Falco

Al Rup  
Dott. Giuseppe Palumbo

LORO SEDI

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa ASP".  
Riscontro Vs. e-mail del 07/02/2022.

Con riferimento alla Vs. e-mail, di cui all'oggetto, in merito alle osservazioni trasmesse dall'Operatore Economico Gi. Pi. Medical srl, si relaziona quanto segue.

Come già precedentemente precisato, il compito di questo Organismo di Valutazione Tecnica è quello di esprimere un giudizio di conformità sulle caratteristiche tecniche del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara, basato sull'esame della documentazione e campionatura pervenuta.

L'assenza delle placche radiotrasparenti, comune a più lotti, ha indotto questo Organismo a non rilasciare, per alcuni modelli, il giudizio di conformità.

Il quinto punto del capitolato tecnico di cui alla delibera n. 1502 del 15/09/2022 prevede, per tutte le placche oggetto di gara, la caratteristica tecnica della radiotrasparenza.

Di fatto, la comunicazione trasmessa dalla Ditta andrebbe a modificare quelle che sono le caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara (capitolato non redatto dai sottoscritti), il quale non ha previsto per i modelli in questione l'assenza della radiotrasparenza.

Questo Organismo non entra in merito sulla veridicità della comunicazione trasmessa dall'Operatore Economico, ma nel contempo non può con una semplice comunicazione esprimere giudizio di conformità difformandosi da quanto previsto dal capitolato di gara.

Peraltro, essendo questa caratteristica tecnica prevista nel capitolato sopracitato, non esclude che la stessa possa avere influito sulla platea degli Operatori Economici offerenti in fase di indagine di mercato e nel contempo adesso sull'unico Operatore offerente.

Tale argomentazione, in ogni caso, non rientra tra le facoltà decisionali di questo Organismo.

Per quanto sopra, in assenza di nuovi atti formali che intervengano a modificare/integrare quanto deliberato, questo Organismo non può assumere determinazioni differenti da quelle già espresse giusto verbale n. 4.

I Componenti


Dott. Salvatore Montalto

Dott.ssa Valentina Impellizzeri

*Salvatore Montalto*

Il Presidente dell'Org. di Valutaz. Tecnica  
Dott.ssa Valeria Ciotta

*Valeria Ciotta*



Acc. 5

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 39370 del 08-03-2023

Spett. GiPi Medical srl  
gipimedicalsrl@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 3209371, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale, e comunque fino ad esaurimento dei fabbisogni espressi, ed in tredici lotti, di "Placche per i defibrillatori di proprietà di questa Asp".

Notifiche di esclusione lotti n. 01, 02, 04, 09, 10, 13


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 D. Lgs. 50/2016, si comunica che l'offerta tecnica prodotta da codesta Ditta per i lotti n. 01, 02, 04, 09, 10, 13 è stata giudicata non conforme per le motivazioni indicate nella comunicazione di conformità/non conformità, trasmessa tramite Sistema in data 16.02.2023 e successivamente confermata con nota prot. 32025 del 23.02.2023, trasmessa tramite Sistema in data 07.03 u.s.

Codesta Società viene pertanto esclusa dalla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica relativamente ai lotti sopra indicati.

Distinti saluti


Il Collab. Amm. e RUP  
Dr. Giuseppe Palumbo

---



Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco

---





Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

RdO Acq. placche compatibili con i defibrillatori di proprietà dell'Asp di Agrigento

**NUMERO RDO** 3209371

**NUMERO LOTTO** 3

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**CF AMMINISTRAZIONE** 02570930848

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

GI.PI. MEDICAL SRL

**PARTITA IVA**

05261540875

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

SRL

Oggetto dell'Offerta

**DESCRIZIONE**

Prezzo Offerto

**Nome Caratteristica****Valore Offerto****Prezzo Offerto****16803,84**

## Elenco dichiarazioni abilitazione

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	Si
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	860887
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

RdO Acq. placche compatibili con i defibrillatori di proprietà dell'Asp di Agrigento

**NUMERO RDO** 3209371

**NUMERO LOTTO** 5

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**CF AMMINISTRAZIONE** 02570930848

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

GI.PI. MEDICAL SRL

**PARTITA IVA**

05261540875

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

SRL

Oggetto dell'Offerta

**DESCRIZIONE**

Prezzo Offerto

**Nome Caratteristica****Valore Offerto**

Prezzo Offerto

1441,50

## Elenco dichiarazioni abilitazione

<b>Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione</b>	860887
<b>Il sottoscritto Operatore Economico</b>	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
<b>Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell' ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.</b>	SI

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

RdO Acq. placche compatibili con i defibrillatori di proprietà dell'Asp di Agrigento

**NUMERO RDO** 3209371

**NUMERO LOTTO** 6

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**CF AMMINISTRAZIONE** 02570930848

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

GI.PI. MEDICAL SRL

**PARTITA IVA**

05261540875

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

SRL

Oggetto dell'Offerta

**DESCRIZIONE**

Copia di Prezzo Offerto

**Nome Caratteristica****Valore Offerto****Prezzo Offerto**

**37528,48**

## Elenco dichiarazioni abilitazione

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	860887
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

RdO Acq. placche compatibili con i defibrillatori di proprietà dell'Asp di Agrigento

**NUMERO RDO** 3209371

**NUMERO LOTTO** 8

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**CF AMMINISTRAZIONE** 02570930848

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

GI.PI. MEDICAL SRL

**PARTITA IVA**

05261540875

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

SRL

Oggetto dell'Offerta

**DESCRIZIONE**

Prezzo Offerto

**Nome Caratteristica****Valore Offerto**

**Prezzo Offerto**

**8259,82**

## Elenco dichiarazioni abilitazione

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	860887
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

RdO Acq. placche compatibili con i defibrillatori di proprietà dell'Asp di Agrigento

**NUMERO RDO** 3209371

**NUMERO LOTTO** 11

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**CF AMMINISTRAZIONE** 02570930848

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

GI.PI. MEDICAL SRL

**PARTITA IVA**

05261540875

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

SRL

Oggetto dell'Offerta

**DESCRIZIONE**

Prezzo Offerto

**Nome Caratteristica****Valore Offerto**

Prezzo Offerto

2577,74

## Elenco dichiarazioni abilitazione

<b>Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione</b>	860887
<b>Il sottoscritto Operatore Economico</b>	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
<b>Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.</b>	SI

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

RdO Acq. placche compatibili con i defibrillatori di proprietà dell'Asp di Agrigento

**NUMERO RDO** 3209371

**NUMERO LOTTO** 12

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**CF AMMINISTRAZIONE** 02570930848

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

GI.PI. MEDICAL SRL

**PARTITA IVA**

05261540875

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

SRL

Oggetto dell'Offerta

**DESCRIZIONE**

Prezzo Offerto

**Nome Caratteristica****Valore Offerto**

Prezzo Offerto

880,35

## SISTEMI DI E-PROCUREMENT

## Elenco dichiarazioni abilitazione

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esPLICITATO nel Capitolato d'Oneri.	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	860887
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'Incaricato**

**Il Funzionario Delegato**  
**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 13 MAR 2023  
Agrigento, li 13 MAR 2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le Sig. DOMENICO ALAIMO  
Sig.ra Sabrina Terrasi Coadiutore Amministrativo

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi