



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Telefono 0922 407279

FAX 0922 407119
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 99747 del 01/06/2022

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura, in somministrazione, di "Manipoli mono/pluriuso per chirurgia Open/videoassistita/di superficie con fornitura, in service, di Sistemi per la sintesi vasale/tissutale a ultrasuoni" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto, in regime di somministrazione, di "Manipoli mono/pluriuso per chirurgia Open/videoassistita/di superficie con fornitura, in service, di Sistemi per la sintesi vasale/tissutale a ultrasuoni" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, il cui fabbisogno presunto annuo verrà definito sulla base degli esiti della presente indagine di mercato, e le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata scheda tecnica e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre lunedì 13.06 p.v., a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (NON di listino) del dispositivo richiesti, franco destino (PP.OO. dell'Asp di Agrigento);
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire, agli Operatori Economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vp
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. / Provveditorato
Dr. Oreste Falco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Fornitura in service di sistemi per la sintesi vasale/tissutale a ultrasuoni comprensivi di apparecchiature

La fornitura dovrà comprendere:

- Installazione, collaudo e formazione degli strumenti
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tipo full risk per tutto il periodo contrattuale
- Fornitura di tutti i dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento del sistema stesso adeguatamente dimensionato in funzione del numero di interventi
- Tutto il materiale consumabile necessario per la manutenzioni correttive e preventive
- Tutto il materiale consumabile che dovesse essere necessario sostituire durante l'anno per guasti o malfunzionamenti sia dell'apparecchiatura che del materiale stesso
- Ogni altro onere a carico della ditta previsto nel capitolato di gara

Le apparecchiature devono essere di ultima generazione e dotate di tutti i cavi e gli accessori necessari per il corretto funzionamento.

Resta inteso che, qualora le apparecchiature offerte in sede di gara, non dovessero essere più in produzione o comunque fossero considerate superate tecnologicamente da sistemi di più recente introduzione sul mercato da parte del medesimo operatore economico aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo operatore, previo parere favorevole dell'ASP, sostituire il sistema offerto con il nuovo sistema, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE

I sistemi devono essere comprensivi di:

1. Generatori di energia
2. Strumenti monouso/pluriuso
3. Eventuali trasduttori pluriuso necessari per il funzionamento dei manipoli

GENERATORI DI ENERGIA

- Generatori a ultrasuoni multidisciplinari per l'emostasi, il taglio e la dissezione, con minima escara e carbonizzazione dei tessuti e minimo danno ai tessuti circostanti;
- Taglio e sigillatura dei vasi di grandi dimensioni o fasci di tessuto;
- Riconoscimento automatico dei manipoli;
- Controllo manuale e a pedale;
- Utilizzo in ambiente umido;
- Display visivo per il settaggio e la visualizzazione dei parametri d'uso e degli allarmi;
- Frequenza di lavoro almeno 35 kHz;
- Assenza di fumo, perfetta visibilità nell'area di lavoro;
- Utilizzabile per diversi tipi di chirurgie;
- Dotati di carrello, pedale e qualsiasi altro cavo e accessorio necessario al funzionamento.

QUANTITÀ GENERATORI

L'operatore economico sarà tenuto a fornire in service N. 9 generatori a ultrasuoni multidisciplinari, in particolare:

- N. 3 Generatori per il Blocco Operatorio del P.O. di Agrigento;
- N. 3 Generatori per il Blocco Operatorio del P.O. di Sciacca;
- N. 2 Generatori per il Blocco Operatorio del P.O. di Canicattì;
- N. 1 Generatore per il Blocco Operatorio del P.O. di Licata.

Il fabbisogno espresso per i generatori è da intendersi come fabbisogno di apparecchiature complessivo per l'intera durata dell'appalto.

MANIPOLI MONOUSO/PLURIUSO

- Strumento per chirurgia OPEN con branca attiva lungh. mm 14 (+- 2 mm) o equivalente. Tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente a ultrasuoni puri, stelo rotante diametro 5 mm, lunghezza dello stelo cm 21 (+- 5 cm). Una o più misure dello stelo.
- Strumento per chirurgia video-assistita con branca attiva lungh. mm 14 (+- 2 mm) o equivalente. Tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente a ultrasuoni puri, stelo rotante diametro 5 mm, lunghezza dello stelo di almeno cm 33 (+-5 cm). Una o più misure dello stelo.
- Strumento per chirurgia OPEN con branca attiva lungh. mm 19 (+- 2 mm) o equivalente. Tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente a ultrasuoni puri, stelo rotante diametro 5 mm, lunghezza dello stelo cm 21 (+- 5 cm). Una o più misure dello stelo.
- Strumento per chirurgia video-assistita con branca attiva lungh. mm 19 (+- 2 mm) o equivalente. Tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente a ultrasuoni puri, stelo rotante diametro 5 mm, lunghezza dello stelo di almeno cm 33 (+-5 cm). Una o più misure dello stelo.
- Strumento per chirurgia di superficie. Tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente a ultrasuoni puri, lunghezza dello stelo compresa nel range tra 8 e 18 cm. Una o più misure dello stelo.

INSTALLAZIONE E FORMAZIONE

L'installazione sarà a carico del fornitore. In fase di installazione, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- modalità di utilizzo del sistema
- modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema
- attività di manutenzione a carico dell'operatore

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE PER CIASCUNA APPARECCHIATURA

- Manuale d'uso completo in lingua italiana
- Relazione tecnica
- Depliant illustrativi
- Certificato di corrispondenza alle direttive CE
- Copia dell'offerta economica senza prezzi con il dettaglio dei prodotti offerti

GARANZIA

L'apparecchiatura s'intende coperta da garanzia full risk per tutta la durata del contratto dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell'Azienda.

Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

- Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature.
- Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
- Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
- Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata
- Apparecchiatura sostitutiva nel caso in caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.
- Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale

PROVA VISIONE

Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno dalla Stazione Appaltante, i concorrenti dovranno essere disponibili, pena l'esclusione dalla procedura di gara, ad illustrare e/o a far visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASP le apparecchiature presentate in offerta. I termini e le modalità di effettuazione delle prove saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e saranno comunicate ai concorrenti dal Responsabile del Procedimento. Le apparecchiature dovranno essere identiche a quelle presentate in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza delle medesime alle caratteristiche, alle finalità alla qualità/funzionalità richieste.