



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO. N. 1622 DEL 03 OTT 2022

OGGETTO: **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO – C.I.G. 927368354E - RDO n. 3053784 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI FORMEDIX**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 1761 DEL 28/09/2022

IL DIRIGENTE AMM.VO
Dott.ssa Maria Tirò

IL RESPONSABILE U.O.C. PROVVEDITORATO
Dott. Oreste Falco

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione con ordine di informare C.E. C.P. A 10 10 20 501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE TECNICO

SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvego

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

29 SET. 2022

L'anno duemilaventidue il giorno TRUE del mese di OTTOBRE nella sede
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/7/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, dott. Oreste Falco

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23.12.2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04.06.2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10.06.2020;

Premesso:

- che con atto n. 982 del 07.06.2022 è stata deliberata l'indizione della Gara telematica mepa per la fornitura di n. 5 elettrocardiografi per varie UU.OO. dell'ASP di Agrigento;
- che con RDO n. 3053784 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 30/06/2022;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che entro il termine prescritto sono pervenute le offerte degli OO.EE. 3CMED, CEAST, FORMEDIX e TECNOMED;
- che con verbali del seggio di gara dei 11.7.2022, 30.8.2022 e 8.9.2022, oltreché con verbali di valutazione tecnica ex mail del 29.8.2022 dell'Organo tecnico di supporto al RUP, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente atto, sono state compiute le attività ivi descritte e si è pervenuti all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore della ditta migliore offerente Formedix che ha offerto un prezzo unitario di €. 1.800,00 + IVA e un prezzo complessivo per n. 5 elettrocardiografi di €. 9.000,00 + IVA;
- che i documenti propedeutici alla presente aggiudicazione definitiva, richiesti con nota prot. 159291 del 20.9.2022, sono stati regolarmente trasmessi tramite piattaforma MEPA e sono stati effettuati i controlli di rito a carico dell'O.E. Formedix;

Visto il DURC della ditta aggiudicataria regolare ai fini INPS e INAIL;

Ritenuto, per quanto sopra, possibile, oltreché urgente, procedere all'aggiudicazione definitiva della RDO n. 3053784 relativa alla fornitura di n. 5 elettrocardiografi per varie UU.OO. dell'ASP di Agrigento in favore della ditta migliore offerente Formedix al prezzo unitario offerto di €. 1.800,00 + IVA nonché a complessivo per n. 5 elettrocardiografi di €. 9.000,00 + IVA;

Dato atto:

- che il complessivo importo derivante dalla presente aggiudicazione ammonta a €. 10.980,00 (€. 9.000,00 + IVA);
- che la lex specialis di gara riporta le strutture destinarie dei n. 5 elettrocardiografi di cui alla presente aggiudicazione, così come comunicate dall'Ingegnere clinico, ovvero:

N. 1 Elettrocardiografo per la Medicina Trasfusionale del PO di Agrigento

N. 1 Elettrocardiografo per la Psichiatria del PO di Sciacca

N. 1 Elettrocardiografo per la Chirurgia generale del PO di Sciacca

N. 1 Elettrocardiografo per l'Ortopedia del PO di Sciacca

N. 1 Elettrocardiografo per il Poliambulatorio di Naro

- che, al fine di soddisfare ulteriori necessità successive all'atto deliberativo di indizione, è stato previsto nella lex specialis di gara l'opzione di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) D. Lgs.n.50/2016, ovvero "L'ASP di Agrigento si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario – opzione ai sensi dell'art. 106 co.

1) a) D. LGS. n. 50/2016 – nel corso del anno successivo all'aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori n. 5 elettrocardiografi, ai medesimi prezzi e condizioni di aggiudicazione o migliorativi. L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'ASP, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna eccezione";

- che dopo la trasmissione della proposta deliberativa di indizione (prop. n. 1060 del 26.5.2022), giusta deliberazione n. 982 del 7.6.2022, sono pervenute altre richieste di elettrocardiografi, ovvero n. 1 per l'U.O.C. Medicina (prot. 98076 del 30.5.2022) e n. 1 per l'UOC Medicina del P.O. di Canicattì (prot. 40/DS del 04.08.2022);

Ritenuto, per quanto sopra, possibile, oltreché urgente:

- procedere all'aggiudicazione definitiva della RDO n. 3053784 relativa alla fornitura di n. 5 elettrocardiografi per varie UU.OO. dell'ASP di Agrigento, strutture sanitarie specificate nella lex di gara approvata con l'atto deliberativo di indizione n. 982 del 7/6/2022 e superiormente pedissequamente riportate, in favore della ditta Formedix al prezzo unitario offerto di €. 1.800,00 + IVA nonché a complessivo per n. 5 elettrocardiografi di €. 9.000,00 + IVA;

- esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) D. Lgs.n.50/2016, previsto al punto a) della lettera invito/capitolato speciale, al fine di soddisfare le richieste (prot. 98076 del 30.5.2022 prot. 40/DS del 04.08.2022) dei n. 2 elettrocardiografi da destinare alle UU.OO.CC. Medicina dei PP.OO. di Canicattì e Agrigento, salva e impregiudicata la facoltà di nuovamente esercitare l'opzione in parola per altri n. 3 elettrocardiografi (*...L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'ASP, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna eccezione*);

Dato atto:

- che il quadro economico derivante dal presente atto è il seguente:

€. 10.980,00 (€. 9.000,00 + IVA) quale importo di aggiudicazione della RDO 3053784 per la fornitura di n. 5 elettrocardiografi;

€. 4.392,00 (€. 3.600,00 + IVA) quale importo derivante dall'esercizio parziale dell'opzione prevista al punto a) della lettera invito/capitolato speciale, giusta disposizione di cui all'art. 106 co. 1 a) D. Lgs. n. 50/2016;

- che l'onere derivante dal presente atto risulta già assunto con l'atto deliberativo di indizione n. 982 del 7.6.2022 e che con il presente atto di aggiudicazione tale imputazione deve essere aggiornata come segue:
€. 15.372,00 IVA inclusa sul conto A101020501 "Attrezzi sanitari e scientifici". bilancio economico patrimoniale 2022

PROPOSTA DI

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti

1) Approvare la RDO n . 3053784 relativa 3053784 relativa alla fornitura di n. 5 elettrocardiografi per varie UU.OO. dell'ASP di Agrigento di seguito specificate:

n. 1 Elettrocardiografo per la Medicina Trasfusionale del PO di Agrigento
n. 1 Elettrocardiografo per la Psichiatria del PO di Sciacca
n. 1 Elettrocardiografo per la Chirurgia generale del PO di Sciacca
n. 1 Elettrocardiografo per l'Ortopedia del PO di Sciacca
n. 1 Elettrocardiografo per il Poliambulatorio di Naro

2) Approvare gli atti di gara, verbali del seggio di gara dei 11.7.2022, 30.8.2022 e 8.9.2022, oltreché con verbali di valutazione tecnica ex mail del 29.8.2022 dell'Organo tecnico di supporto al RUP e, conseguentemente, aggiudicare definitivamente gara telematica mepa per la fornitura di n. 5 elettrocardiografi per varie UU.OO. dell'ASP di Agrigento, in favore della ditta migliore offerente Formedix al prezzo unitario offerto di €. 1.800,00 + IVA, nonché a quello complessivo per n. 5 elettrocardiografi di €. 9.000,00 + IVA.

3) Esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) D. Lgs.n.50/2016, previsto al punto a) della lettera invito/capitolato speciale, al fine di soddisfare la richieste (prot. 98076 del 30.5.2022 prot. 40/DS del 04.08.2022) dei n. 2 elettrocardiografi da destinare alle UU.OO.CC. Medicina dei PP.OO. di Canicattì e Agrigento, salvo e impregiudicata la facoltà di nuovamente esercitare l'opzione in parola per altri n. 3 elettrocardiografi (...*L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'ASP, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna eccezione.*).

4) Dare atto che l'onere complessivo derivante della presente aggiudicazione è il seguente:

- €. 10.980,00 (€. 9.000,00 + IVA) quale importo di aggiudicazione della RDO 3053784 per la fornitura di n. 5 elettrocardiografi
- €. 4.392,00 (€. 3600,00 + IVA) quale importo derivante dall'esercizio parziale dell'opzione prevista al punto a) della lettera invito/capitolato speciale, giusta disposizione di cui all'art. 106 co. 1) a) D. Lgs. n. 50/16.

5) **Dare atto** che con il presente atto occorre aggiornare l'autorizzazione di spesa assunta con l'atto di indizione n. 982 del 7.6.2022 come segue:

€. 15.372,00 IVA inclusa sul conto A101020501 "Attrezzi sanitari e scientifici" bilancio economico patrimoniale 2022

6) **Dare atto** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse.

7) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di dotare le UU.OO. richiedenti delle attrezzi in parola.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Provveditorato
Dott. Oreste Falco

Allegati:

verbali del seggio di gara dei 11.7.2022, 30.8.2022 e 8.9.2022

verbali di valutazione tecnica ex mail del 29.8.2022

Dure Formedix

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere favorevole
Data 03/10/2022

Parere favorevole
Data 03/10/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPG
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 1

**VERBALE DI GARA
GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO.
DELL'ASP DI AGRIGENTO - C.I.G. 927368354E**

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di luglio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Cristina Bellavia | - Teste |
| 3) Sig. Alfonso De Leo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 982 del 07.06.2022 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO**, lotto unico;

che con RDO n. 3053784 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 30.06.2022;

che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato
1	3CMED	Lotto 1
2	CEAST	Lotto 1
3	FORMEDIX	Lotto 1
4	TECNOMED	Lotto 1

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.

Procede all'apertura dei plachi contenenti la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti.

Da atto che, a seguito della riforma della piattaforma MEPA non è più previsto – per le gare al prezzo più basso - il plico contenente la documentazione tecnica e, che, pertanto, al solo fine di aggirare tale ostacolo,

l'offerta tecnica delle ditte partecipanti – necessaria ai fini della corretta e conforme fornitura - è inclusa nel plico documentazione amministrativa;

che il seggio di gara provvederà all'esame della documentazione amministrativa e a scaricare la documentazione tecnica che verrà sottoposta all'esame dell'organo tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato;

che procede all'esame della documentazione delle ditte secondo l'ordine superiormente indicato, dando atto di quanto di seguito:

3CMED – documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni e richieste della lex specialis di gara

CEAST – documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni e richieste della lex specialis di gara

FORMEDIX – documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni e richieste della lex specialis di gara

TECNOMED – risulta presente in piattaforma esclusivamente la documentazione amministrativa (lettera invito/capitolato speciale, DGUE, dichiarazione congruità prezzi e dichiarazione di cui al punto A della lettera invito/capitolato speciale); non risulta presentata la documentazione tecnica richiesta nella lex di gara; ai sensi dell'art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016 (*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa*) non è possibile, per tale tipologia di documenti, attivare la procedura del soccorso istruttorio.

Per quanto sopra riscontrato:

- le ditte **3CMED**, **CEAST** e **FORMEDIX** vengono ammesse al prosieguo di gara, ovvero alla fase della valutazione tecnica della documentazione tecnica presentata;

- la ditta **TECNOMED** viene esclusa dal prosieguo di gara per non aver presentato la documentazione tecnica richiesta.

Indi, sospende la seduta per consentire all'organo tecnico di supporto al RUP, che verrà all'uopo nominato, le valutazioni di competenza.

Da mandato di procedere alla notifica dell'esclusione alla ditta Tecnomed e di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma Consip e sul sito dell'ASP.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Q5
IL TESTE Luigi Bellu
IL TESTE SP



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 2

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO – C.I.G. 927368354E

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di agosto, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Giovanna Maragliano | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 982 del 07.06.2022 è stata indetta la ***GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO***, lotto unico;

che con RDO n. 3053784 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 30.06.2022;

che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);

che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato
1	3CMED	Lotto 1
2	CEAST	Lotto 1
3	FORMEDIX	Lotto 1
4	TECNOMED	Lotto 1

che con verbale di gara dell'11/7/2022 la ditta Tecnomed è stata esclusa dal prosieguo di gara per non aver presentato la documentazione tecnica richiesta;

che la detta esclusione è stata ritualmente notificata;

che con prot. 132220 del 26.7.2022 è stata trasmessa la documentazione tecnica allo specialista in materia di apparecchiature elettromedicali;

RL *D* *AS* 1

Che la superiore nota è stata riscontrata con mail del 29.8.2022 contenente la valutazione tecnica della documentazione tecnica presentata delle ditte 3CMED, CEAST e Formedix

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.




Da, innanzi tutto, pubblica lettura della valutazione tecnica di cui avanti e cenno. Della stessa riporta sinteticamente i contenuti di seguito, rinviando per il dettaglio all'allegata valutazione:

3CMED	CONFORME
CEAST	NON CONFORME
FORMEDIX	CONFORME

Esclude la società CEAST dal prosieguo di gara per non aver conseguito il giudizio tecnico di conformità. Sospende la seduta per procedere alla notifica dell'esclusione, giusta art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta CEAST.

Rinvia a successiva seduta del seggio di gara il prosieguo delle attività volte a pervenire all'aggiudicazione provvisoria della fornitura.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE 
IL TESTE 

Valutazione tecnica n°5 Elettrocardiografi

Angelo Russi

Lun 29/08/2022 13:35

A: forniture <forniture@ASPAG.IT>

 1 allegati (20 KB)

Valutazione Elettrocardiografi.xlsx;

Buongiorno, in riferimento alla Vs. Prot. n. 132220 del 26/07/2022 si trasmette in allegato la valutazione tecnica delle offerte da Voi inoltrate inerenti la fornitura di n°5 Elettrocardiografi

Saluti Angelo Russi



Angelo Russi

Responsabile Tecnico Area Sicilia

Mobile: +39 344 3893400

Phone/Fax: +39 0922 591017

Email: a.russi@polygon.eu.com

Polygon S.p.A.

Via Laurentina, 456/458

00144 Roma

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.
Tecnologie Sanitarie spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

N°5 Elettrocardiografi			
DITTA	Formedix srl	Ceast	3C Med
MARCA	Zoncare	Schiller	Zoncare
MOD.	IMAC120	Cardiovit AT-102 G2	IMAC120
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE :			
1 elettrocardiografo digitale per l'acquisizione simultanea di 12 derivazioni	CONFORME	CONFORME	CONFORME
2 utilizzo per paziente adulto, pediatrico e neonatale	CONFORME	CONFORME	CONFORME
3 display LCD di almeno 8", ergonomico ed idoneo per la visualizzazione contemporanea delle 12 tracce in real time	CONFORME	CONFORME	CONFORME
4 dotato di tastiera alfanumerica completa	CONFORME	CONFORME	CONFORME
5 dotato di tasti o icone dedicate (per es. nuovo paziente, acquisizione, salva, invia, etc)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
6 facilmente programmabile e con la possibilità di creare standard di lavoro personalizzati	CONFORME	CONFORME	CONFORME
7 acquisizione in modalità sia automatica che manuale	CONFORME	CONFORME	CONFORME
8 visualizzazione ed analisi del tratto ST su tutte le derivazioni selezionabili e rappresentazione a video e su carta	CONFORME	CONFORME	CONFORME
9 filtri configurabili per l'instabilità della linea base, per il rumore e per gli artefatti	CONFORME	CONFORME	CONFORME
10 ampiezza della risposta in frequenza di almeno 0,05 – 300 Hz	CONFORME	NON CONFORME (risulta risposta in frequenza fino a 250Hz)	CONFORME
11 frequenza di campionamento dell'amplificatore pari ad almeno 8000 campioni/sec/canale	CONFORME	CONFORME	CONFORME
12 stampa del tracciato su foglio formato A4 di tutte le 12 derivazioni contemporaneamente e stampa delle principali informazioni	CONFORME	CONFORME	CONFORME
13 velocità di registrazione selezionabile tra 5-10-25-50 mm/sec		CONFORME	CONFORME
14 indicatori per segnalare la presenza di elettrodi disconnessi	CONFORME	CONFORME	CONFORME
15 rilevazione automatica dell'inversione delle derivazioni periferiche e precordiali adiacenti	CONFORME	CONFORME	CONFORME
16 rilevazione automatica del pacemaker	CONFORME	CONFORME	CONFORME
17 software per l'interpretazione automatica anche in ambito neonatale		CONFORME	CONFORME
18 anteprima del tracciato per una valutazione della qualità prima della stampa	CONFORME	CONFORME	CONFORME
19 formato di stampa selezionabile, a cui sia possibile aggiungere l'interpretazione automatica	CONFORME	CONFORME	CONFORME
20 stampante ad alta risoluzione	CONFORME	CONFORME	CONFORME
21 protezione contro scariche da defibrillatore	CONFORME	CONFORME	CONFORME
22 memorizzazione dei tracciati sull'hardware di sistema	CONFORME	CONFORME	CONFORME
23 dotato di batteria ricaricabile con autonomia minima di 3 ore di monitoraggio continuo senza stampa e carica batteria interno	CONFORME	CONFORME	CONFORME
25 indicatori del livello di carica della batteria	CONFORME	CONFORME	CONFORME
esportazione dei dati in PDF mediante collegamento LAN su una cartella condivisa	CONFORME	CONFORME	CONFORME
26 dotato di tutti gli accessori e componenti hardware necessari per l'eventuale integrazione con il sistema RIS/PACS aziendale e dotato delle seguenti classi DICOM 3.0 (fornire DCS ed evidenziare le classi):	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM ECG (NO PDF INCAPSULATO)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM WORKLIST	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM STORAGE	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM SEND	CONFORME	CONFORME	CONFORME
27 Dotato di porta USB e LAN	CONFORME	CONFORME	CONFORME
28 Dotato di carrello con ruote frenabili, cestello/cassetto, porta lettore codice a barre e asta porta cavo ECG	CONFORME	CONFORME	CONFORME
29 Lettore di codici a barre a 12 caratteri	CONFORME	CONFORME	CONFORME
30 Completo di cavo paziente a 10 derivazioni con terminali a banana e connettori a bottone separabili	CONFORME	CONFORME	CONFORME
31 Completo di almeno 3 risme di carta	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Esito Valutazione Tecnica	
	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 3

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO – C.I.G. 927368354E

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di settembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirrò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Giovanna Maragliano | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 982 del 07.06.2022 è stata indetta la ***GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO***, lotto unico;

che con RDO n. 3053784 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 30.06.2022;

che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);

che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato
1	3CMED	Lotto 1
2	CEAST	Lotto 1
3	FORMEDIX	Lotto 1
4	TECNOMED	Lotto 1

che con verbale di gara dell'11/7/2022 la ditta Tecnomed è stata esclusa dal prosieguo di gara per non aver presentato la documentazione tecnica richiesta;

che la detta esclusione è stata ritualmente notificata;

che con prot. 132220 del 26.7.2022 è stata trasmessa la documentazione tecnica allo specialista in materia di apparecchiature elettromedicali;

Che con mail del 29.8.2022 è stata inoltrata la valutazione tecnica richiesta con il prot. 132220 avanti riportato recante, in sintesi, quanto di seguito

3CMED	CONFORME
CEAST	NON CONFORME
FORMEDIX	CONFORME

Che con il verbale del 30.08.2022 la società CEAST è stata esclusa dal prosieguo di gara per non aver conseguito il giudizio tecnico di conformità;

Che la seduta di gara del 30.08.2022 è stata rinviata a successiva seduta per il prosieguo delle attività volte a pervenire all'aggiudicazione provvisoria della fornitura;

Che con prot. 147983 del 30.08.2022 il provvedimento di esclusione è stato notificato, giusta art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, alla CEAST, oltretutto è stata operata tale esclusione sulla piattaforma consip.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.



Procede all'apertura telematica delle offerte economiche delle società ammesse a tale fase, ovvero 3CMED e FORMEDIX dando pubblica lettura e riportandone di seguito il contenuto

	Prezzo unitario offerto (B.A. € 3.500,00)	Prezzo complessivo offerto (B.A. per n. 5 elettrocardiografi €. 17.500,00)
3CMED	€. 2.170,00	€. 10.850,00
FORMEDIX	€. 1.800,00	€. 9.000,00

Prende atto delle offerte rese dalle ditte avanti riportate e, conseguentemente, **aggiudica provvisoriamente la fornitura di n. 5 elettrocardiografi in favore della società FORMEDIX srl – migliore offerente – al prezzo unitario di €. 1.800,00 e al prezzo complessivo di €. 9.000,00.**

Da mandato all'Ufficio di procedere alle pubblicazioni e notifiche di rito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE 
IL TESTE 

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32246731	Data richiesta	22/07/2022	Scadenza validità	19/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FORMEDIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ED IN BREVE: FORMEDIX S.R.L.
Codice fiscale	06477620824
Sede legale	VIA ALFONSO BORRELLI 3 PALERMO PA 90139

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Categoria merceologica n. 2 - Servizi di Raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti speciali	
Requisito di ammissione	Descrizione
<u>Idoneità professionale</u>	<p>Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.</p> <p>Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e.s.m.i., per la Categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" e/o per la Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi". Ai fini dell'iscrizione, si applica inoltre quanto previsto dal D. Lgs. n. 205/2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9 febbraio 2011.</p>
<u>Informazione qualificante relativa all'idoneità professionale</u>	<p>Possesso della Classe dimensionale in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti, nell'ambito della Categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" e/o della Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi". Ai fini dell'ammissione allo SDAPA il singolo operatore economico potrà dichiarare di non essere in possesso della suddetta Classe dimensionale, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS (cfr. paragrafo 6).</p> <p>Classi dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A. quantità annua complessivamente trattata ≥ 200.000 tonnellate <input type="checkbox"/> B. quantità annua complessivamente trattata $60.000 \leq$ tonnellate < 200.000 <input type="checkbox"/> C. quantità annua complessivamente trattata $15.000 \leq$ tonnellate < 60.000 <input type="checkbox"/> D. quantità annua complessivamente trattata $6.000 \leq$ tonnellate < 15.000 <input type="checkbox"/> E. quantità annua complessivamente trattata $3.000 \leq$ tonnellate < 6.000 <input type="checkbox"/> F. quantità annua complessivamente trattata < 3.000 tonnellate <input type="checkbox"/> Nessuna Classe dimensionale
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	<p>Dichiare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria merceologica n. 2 - Servizi di Raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti speciali.</p> <p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS (cfr. paragrafo 6), si è resa necessaria in considerazione dell'elevata specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente operatori economici dotati di comprovata capacità nel settore in oggetto.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo ad attività di "raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti speciali", così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione dei predetti servizi. Ai fini del fatturato specifico, possono essere considerate anche le attività di movimentazione interna e i Servizi Gestionali, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente Capitolo d'Oneri per la categoria merceologica n. 2.</p>

TABELLA 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE CATEGORIA MERCEOLOGICA N. 2 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 03 OTT 2022

Agrigento, li 03 OTT 2022

Il Referente Ufficio atti deliberativi

Il collaboratore amm.vo

Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio atti deliberativi

Il collaboratore amm.vo

Sig.ra Sabrina Terrasi