

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO- rdo n. 3053784

CHIARIMENTI

Quesiti – E' stato richiesto:

- 1) se verranno accettati dimensioni del monitor inferiori a 8"
- 2) se la rilevazione automatica della inversione delle derivazioni periferiche e precordiali debba avvenire prima della acquisizione e trasmissione del tracciato ECG.

Risposte – (mail del 16.6.2022 del tecnico specializzato in materia)

1. Le dimensioni del monitor devono essere pari ad ALMENO 8'' e quindi non vengono accettati dimensioni inferiori, così come già riportato nel capitolato (in caso contrario sarebbe una modifica del capitolato stesso)
2. L'elettrocardiografo deve effettuare la rilevazione automatica della inversione delle derivazioni periferiche e precordiali, a prescindere dal momento in cui ciò avviene così come già riportato nelle caratteristiche tecniche.