



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 2

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO – C.I.G. 927368354E

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di agosto, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirrò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Giovanna Maragliano | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 982 del 07.06.2022 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ELETROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO**, lotto unico;

che con RDO n. 3053784 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 30.06.2022;

che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);

che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato
1	3CMED	Lotto 1
2	CEAST	Lotto 1
3	FORMEDIX	Lotto 1
4	TECNOMED	Lotto 1

che con verbale di gara dell'11/7/2022 la ditta Tecnomed è stata esclusa dal prosieguo di gara per non aver presentato la documentazione tecnica richiesta;

che la detta esclusione è stata ritualmente notificata;

che con prot. 132220 del 26.7.2022 è stata trasmessa la documentazione tecnica allo specialista in materia di apparecchiature elettromedicali;

PL *D* *ASL* 1

Che la superiore nota è stata riscontrata con mail del 29.8.2022 contenente la valutazione tecnica della documentazione tecnica presentata delle ditte 3CMED, CEAST e Formedix

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.




Da, innanzi tutto, pubblica lettura della valutazione tecnica di cui avanti e cenno. Della stessa riporta sinteticamente i contenuti di seguito, rinviando per il dettaglio all'allegata valutazione:

3CMED	CONFORME
CEAST	NON CONFORME
FORMEDIX	CONFORME

Esclude la società CEAST dal prosieguo di gara per non aver conseguito il giudizio tecnico di conformità. Sospende la seduta per procedere alla notifica dell'esclusione, giusta art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta CEAST.

Rinvia a successiva seduta del seggio di gara il prosieguo delle attività volte a pervenire all'aggiudicazione provvisoria della fornitura.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE 
IL TESTE 

Valutazione tecnica n°5 Elettrocardiografi

Angelo Russi

Lun 29/08/2022 13:35

A: forniture <forniture@ASPAG.IT>

1 allegati (20 KB)

Valutazione Elettrocardiografi.xlsx;

Buongiorno, in riferimento alla Vs. Prot. n. 132220 del 26/07/2022 si trasmette in allegato la valutazione tecnica delle offerte da Voi inoltrate inerenti la fornitura di n°5 Elettrocardiografi

Saluti Angelo Russi



Angelo Russi

Responsabile Tecnico Area Sicilia

Mobile: +39 344 3893400

Phone/Fax: +39 0922 591017

Email: a.russi@polygon.eu.com

Polygon S.p.A.

Via Laurentina, 456/458

00144 Roma

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Tecnologie Sanitarie spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

N°5 Elettrocardiografi			
DITTA	Formedix srl	Ceast	3C Med
MARCA	Zoncare	Schiller	Zoncare
MOD.	iMAC120	Cardiovit AT-102 G2	iMAC120
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE :			
1 elettrocardiografo digitale per l'acquisizione simultanea di 12 derivazioni	CONFORME	CONFORME	CONFORME
2 utilizzo per paziente adulto, pediatrico e neonatale	CONFORME	CONFORME	CONFORME
3 display LCD di almeno 8", ergonomico ed idoneo per la visualizzazione contemporanea delle 12 tracce in real time	CONFORME	CONFORME	CONFORME
4 dotato di tastiera alfanumerica completa	CONFORME	CONFORME	CONFORME
5 dotato di tasti o icone dedicate (per es. nuovo paziente, acquisizione, salva, invia, etc)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
6 facilmente programmabile e con la possibilità di creare standard di lavoro personalizzati	CONFORME	CONFORME	CONFORME
7 acquisizione in modalità sia automatica che manuale	CONFORME	CONFORME	CONFORME
8 visualizzazione ed analisi del tratto ST su tutte le derivazioni selezionabili e rappresentazione a video e su carta	CONFORME	CONFORME	CONFORME
9 filtri configurabili per l'instabilità della linea base, per il rumore e per gli artefatti	CONFORME	CONFORME	CONFORME
10 ampiezza della risposta in frequenza di almeno 0,05 – 300 Hz	CONFORME	NON CONFORME (risulta risposta in frequenza fino a 250Hz)	CONFORME
11 frequenza di campionamento dell'amplificatore pari ad almeno 8000 campioni/sec/canale	CONFORME	CONFORME	CONFORME
12 stampa del tracciato su foglio formato A4 di tutte le 12 derivazioni contemporaneamente e stampa delle principali informazioni	CONFORME	CONFORME	CONFORME
13 velocità di registrazione selezionabile tra 5-10-25-50 mm/sec		CONFORME	CONFORME
14 indicatori per segnalare la presenza di elettrodi disconnessi	CONFORME	CONFORME	CONFORME
15 rilevazione automatica dell'inversione delle derivazioni periferiche e precordiali adiacenti	CONFORME	CONFORME	CONFORME
16 rilevazione automatica del pacemaker	CONFORME	CONFORME	CONFORME
17 software per l'interpretazione automatica anche in ambito neonatale		CONFORME	CONFORME
18 anteprima del tracciato per una valutazione della qualità prima della stampa	CONFORME	CONFORME	CONFORME
19 formato di stampa selezionabile, a cui sia possibile aggiungere l'interpretazione automatica	CONFORME	CONFORME	CONFORME
20 stampante ad alta risoluzione	CONFORME	CONFORME	CONFORME
21 protezione contro scariche da defibrillatore	CONFORME	CONFORME	CONFORME
22 memorizzazione dei tracciati sull'hardware di sistema	CONFORME	CONFORME	CONFORME
23 dotato di batteria ricaricabile con autonomia minima di 3 ore di monitoraggio continuo senza stampa e carica batteria interno	CONFORME	CONFORME	CONFORME
25 indicatori del livello di carica della batteria	CONFORME	CONFORME	CONFORME
esportazione dei dati in PDF mediante collegamento LAN su una cartella condivisa	CONFORME	CONFORME	CONFORME
dotato di tutti gli accessori e componenti hardware necessari per l'eventuale integrazione con il sistema RIS/PACS aziendale e dotato delle seguenti classi DICOM 3.0 (fornire DCS ed evidenziare le classi):	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM ECG (NO PDF INCAPSULATO)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM WORKLIST	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM STORAGE	CONFORME	CONFORME	CONFORME
o DICOM SEND	CONFORME	CONFORME	CONFORME
27 Dotato di porta USB e LAN	CONFORME	CONFORME	CONFORME
28 Dotato di carrello con ruote frenabili, cestello/cassetto, porta lettore codice a barre e asta porta cavo ECG	CONFORME	CONFORME	CONFORME
29 Lettore di codici a barre a 12 caratteri	CONFORME	CONFORME	CONFORME
30 Completo di cavo paziente a 10 derivazioni con terminali a banana e connettori a bottone separabili	CONFORME	CONFORME	CONFORME
31 Completo di almeno 3 risme di carta	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Esito Valutazione Tecnica	
	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME