



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 128508 del 19/07/2022

A tutti gli Operatori interessati

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura, in regime di somministrazione, di "Kit per CPAP Completo Monouso" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto, in regime di somministrazione, di "Kit per CPAP Completo Monouso" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, per un fabbisogno presunto annuo di 600 pz., le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata scheda tecnica e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Tale fabbisogno è puramente indicativo e non vincolante per questa Asp, e potrà variare in sede di eventuale Procedura Negoziate.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre martedì 26.07 p.v., a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (NON di listino) del dispositivo richiesti, franco destino (PP.OO. Asp di Agrigento);
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando obbligatoriamente il relativo CPV, stante la sua necessaria indicazione nella nuova piattaforma di E-Procurement "Acquisti in rete".

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire, agli Operatori Economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Dr. Giuseppe Palumbo

I Direttore Amministrativo

Dott.ssa Maria Tirro

Sede legale Viale della Vittoria 321 -92100 Agrigento C.F. e P.I. 0257000014

Capitolato Tecnico KIT PER CPAP COMPLETO MONOUSO

DESCRIZIONE	CND	Fabb. Pres. annuo
<i>KIT PER CPAP COMPLETO MONOUSO, da collegare direttamente alla presa O2 senza uso di flussometro, composto da innesto per presa O2, generatore di flusso con FiO2 regolabile da 30, 60 o 90% con flussi superiori a 100 lpm, tubo corrugato, raccordo a gomito anti-asfissia, valvola peep regolabile da 5-7,5-10 cm H2O e maschera total face complete di nucale in tessuto e Velcro.</i>	Z12030102	600 pz.