



Verbale n. 7

**REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO**

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO.

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di giugno, presso la sede degli uffici amministrativi – U.O.C. Provveditorato, siti nel Viale della Vittoria n. 321 - Agrigento,

SONO PRESENTI

In seduta pubblica, i signori componenti il seggio di gara, giusta nomina del Commissario Straordinario prot. 190056 del 16.11.2022

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Sig.ra Rosetta Vella	- Segretario verbalizzante
Sig.ra Daniela Parla	- teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- teste

Si premette:

che con deliberazione esecutiva n. 1170 del 7/7/2022 è stata indetta la gara in oggetto specificata;
che il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione:

- online in data 8/8/2022 all'indirizzo <http://simap.europa.eu/enotice> per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - pubblicazione del 12/8/2022;
 - alla G.U.R.S. con nota prot. 145298 del 24.08.2022;
 - che l'estratto dell'avviso di gara è stato trasmesso per la pubblicazione agli agenti/editori indicati nell'atto n. 1170 del 7/7/2022, con note prott. 145444, 145439 e 145442 del 24.08.2022, per la pubblicazione sui quotidiani nel predetto atto parimenti indicati;
 - sul sito internet MIT – Servizio Contratti pubblici in data 8/9/2022 nonché il bando integrale di gara è stato pubblicato;
 - sul sito internet dell'Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti> in data 22.08.2022;
 - sulla piattaforma di negoziazione della Consip www.acquistiinretepa.it in data 22.08.2022;
- che l'ANAC, su richiesta della stazione appaltante, ha rilasciato il codice identificativo gara n. 8681357 – CIG 9362328579;

che il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 17.10.2022 ore 10:00, è stato prorogato, con avvisi pubblicati sulla piattaforma e sul sito dell'ASP, per le motivazioni ivi riportate, per il 24.10.2022 ore 10:00, successivamente per il 14.11.2022 ore 10:00 ed infine per il 15.11.2022 ore 10:00;

che, parimenti, la data di celebrazione della gara, inizialmente fissata per le ore 10:00 del 18.10.2022, è stata fissata con gli avvisi superiormente specificati, per il 25.10.2022 ore 10:00, successivamente per il 15.11.2022 ore 10:00 ed infine per il 17.11.2022 ore 10:00;

che la procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma telematica delle gare di Consip (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo www.acquistinrete.pa;

che sulla piattaforma di negoziazione Consip e sul sito dell'ASP sono stati ritualmente pubblicati i "chiarimenti" – allegati alla presente - per tutti gli interessati, contenenti specificazioni varie rese in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura;

che con atto deliberativo n. 1815 del 10.11.2022 la Direzione strategica ha proceduto alla sostituzione del RUP

che entro il termine di scadenza del 15.11.2022 ore 10:00 sono pervenute n. 7 offerte da parte delle sotto riportate ditte, come risultanti dal prospetto estratto dalla piattaforma telematica delle gare di Consip, allegato al presente verbale:

1 - ALTAMED S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) -18115

Lotto 1 - 14/11/2022 14:13:35

2 - MAR HOSPITAL SRL UNIPERSONALE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 20074

Lotto 1 - 10/11/2022 17:40:18

3 - MEDITECH DI ELVIRA SARNO

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 21097

Lotto 1 - 11/11/2022 20:18:18

4 - Sifem Medical Srl

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 14697

Lotto 1 - 12/11/2022 14:59:30

5 - Sirimed srl

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 16046

Lotto 1 - 14/11/2022 08:55:10

6 - STERIS SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 29126

Lotto 1 - 12/11/2022 08:40:49

7 - ULTRAMED S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 15764

Lotto 1 - 10/11/2022 16:42:00 ;

che con verbali del seggio di gara di gara dei 17.11.2022, 24.11.2022 e 29.11.2022, e 2.12.2022 è stata esaminata la documentazione amministrativa delle società partecipanti;

con verbale del seggio di gara del 2.12.2022 è stato dato atto dell'esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte rispetto alle richieste della lex specialis di gara e alle norme generali,

codistiche e di settore, secondo l'ordine presente sulla piattaforma, come di seguito e per le motivazioni ivi dettagliatamente riportate:

ALTAMED srl – documentazione amministrativa regolare – **ammessa al prosieguo di gara**

MAR HOSPITAL srl unipersonale – documentazione amministrativa non conforme alle prescrizioni del bando - **esclusa dal prosieguo di gara**

MEDITECH DI ELVIRA SARNO – documentazione amministrativa non conforme alle prescrizioni bando di gara - **esclusa dal prosieguo di gara**

SIFEM MEDICAL SRL – documentazione amministrativa regolare – **ammessa al prosieguo di gara**

SIRIMED SRL - documentazione amministrativa regolare – **ammessa al prosieguo di gara**

STERIS SRL - documentazione amministrativa regolare – **ammessa al prosieguo di gara**

ULTRAMED SRL - documentazione amministrativa regolare – **ammessa al prosieguo di gara;**

che con verbale del seggio di gara del 19.1.2023 è stato dato atto delle contestazioni delle società Mar Hospital e Meditech di Elvira Sarno avverso le proprie esclusioni e dei riscontri di questa S.A. alle predette contestazioni, a seguito di cui è stata **confermata l'esclusione già disposta con verbale del 2.12.2022 a carico della Mar Hospital** nonché è stata **revocata l'esclusione di cui al medesimo verbale del 2.12.2022 a carico della Meditech di Elvira Sarno** ed è stata **disposta la conseguente riammissione della stessa al prosieguo di gara.**

che con il medesimo verbale è stato dato atto della sospensione della seduta di gara per la trasmissione della documentazione tecnica della Meditech di Elvira Sarno – riammessa - all'organo tecnico di supporto al RUP, nominato con prot. 204430 del 13.12.2022 dalla Direzione Strategica Aziendale, cui era stata già trasmessa la documentazione tecnica delle ditte ammesse con verbale del 2.12.2022, per le valutazioni, in seduta riservata, di competenza dell'organo in parola.

che con verbale del seggio di gara del 12.4.2023 ha dato atto:

- della trasmissione da parte dell'organo tecnico di supporto al RUP del proprio verbale di valutazione tecnica con prot. 40932 del 10.3.2023

- della richiesta da parte del RUP, ex prot. 44766 del 16.3.2023, di apposita consulenza al fine di acquisire i chiarimenti nella stessa nota indicati;

- della prot. 16 del 24.3.2023 recante la chiesta consulenza;

- della nota prot. 50134 del 27.3.2023 alla società Sirimed recante invito a chiarire e confermare quanto ivi specificato nel termine assegnato;

- del mancato riscontro della Sirimed avverso la superiore nota e della conseguente conferma, in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa alla Sirimed, della valutazione tecnica dell'organo tecnico di supporto al RUP ex nota prot. 40932 del 10.3.2023;

Conseguentemente, nella medesima seduta del 12.4.2023 è stata data pubblica lettura della valutazione tecnica resa dall'Organo tecnico di supporto al RUP (prot. 40932 del 10.3.2023 ivi allegata) riportandone sinteticamente gli esiti nel detto verbale e di seguito:

ALTAMED srl – documentazione tecnica **conforme alle prescrizioni tecniche di gara**

MEDITECH DI ELVIRA SARNO – documentazione tecnica non **conforme alle prescrizioni tecniche di gara**

SIFEM MEDICAL SRL – documentazione tecnica **non conforme alle prescrizioni tecniche di gara**

SIRIMED SRL - documentazione tecnica **non conforme alle prescrizioni tecniche di gara**

STERIS SRL - documentazione tecnica **non conforme alle prescrizioni tecniche di gara**

ULTRAMED SRL - documentazione tecnica **conforme alle prescrizioni tecniche di gara**

disponendo le esclusioni delle società che non hanno conseguito il giudizio di conformità tecnica, ovvero

MEDITECH DI ELVIRA SARNO

SIFEM MEDICAL SRL

SIRIMED SRL

STERIS SRL

Nonché l'ammissione di quelle che avevano riportato giudizio di conformità, ovvero

ALTAMED srl

ULTRAMED SRL

E la sospensione della seduta di gara per disporre le notifiche delle esclusioni ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 alle società escluse avanti elencate, oltreché la notifica a tutti i partecipanti del presente verbale e le pubblicazioni di rito.

Della presente seduta di gara è stato dato conoscenza tramite la pubblicazione sul sito internet dell'ASP e la piattaforma telematica di negoziazione della Consip.

Tutto ciò premesso

Il Presidente

Alle ore 10.30 dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente da atto degli occorsi avvenuti a seguito della notifica dell'esclusione, ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, alle ditte superiormente indicate e, in particolare, della società Sirimed srl:

- prot. 0092/2023/GM del 13.4.2023 - allegata - della Sirimed srl di trasmissione "contestazione notifica esclusione e contestuale richiesta di riammissione"
- prot. 59681 del 14.04.2023 - allegata - UOC Provveditorato di riscontro alla superiore prot. 0092/2023/GM, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente verbale;
- prot. 59865 del 14.4.2023 – allegata – UOC Provveditorato all' Organo tecnico di supporto al RUP, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente verbale;
- mail del 20.4.2023 del Presidente dell'organo tecnico di richiesta di prova visione dell'attrezzatura offerta (scialistica) da Sirimed srl;
- successiva specificazione – mail del 10.05.2023 - del Presidente dell'Organo tecnico " di comunicare alla Sirimed srl la disponibilità a fornire in visione presso il nostro P.O. di Agrigento la stessa lampada proposta in sede di gara, montata su stativo, così da consentire il test;
- nota prot. 79263 del 23.5.2023 – allegata - di richiesta alla Sirimed srl della prova visione entro il termine indicato, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente verbale;
- riscontro, prot. 0122/2023/RL del 25.5.2023 – allegato - della Sirimed srl alla prova pratica dell'apparecchiatura offerta su stativo per il 10.6.2023 presso il P.O. di Agrigento;
- nota prot. 81267 del 25.5.2023 – allegata - di comunicazione all'organo tecnico e alla Sirimed srl della citata prova visione e richiesta del conseguenziale verbale tecnico relativo, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente verbale;
- nota prot. 0130/2023/FR del 7.6.2023 – allegata - della Sirimed recante la non disponibilità alla prova pratica;
- nota prot. 89407 del 9.6.2023 – allegata - di comunicazione dei contenuti della 0130/2023/FR della Sirimed e di richiesta di verbale tecnico (*a far conoscere le proprie determinazioni in ordine all'offerta tecnica presentata dalla Sirimed, specificata con prot. 0092/2023/GM del 13.4.2023 trasmettendo all'uopo verbale di valutazione tecnica conclusivo dal quale risulti chiaramente l'ammissione o l'esclusione motivata della società Sirimed*), i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente verbale
- riscontro dell'Organo tecnico ex prot. 97538 del 26.6.2023 – allegato – recante le determinazioni conclusive in ordine all'offerta tecnica della Sirimed srl

Tutto ciò premesso, da pubblica lettura della prot. 97538 del 26.6.2023 recante, ~~sinteticamente~~, la conferma dell'esclusione della Sirimed srl dalla gara *non essendo stata soddisfatta la necessità di test pratico che verificasse la presenza o meno del requisito tecnico minimo del Capitolo "diametro campo luminoso regolabile in un range che comprenda almeno l'intervallo tra 20cm e 25 cm per entrambe le cupole senza che l'intensità luminosa nel punto centrale vari al variare della dimensione di campo".*

Visto l'art. 15 del disciplinare di gara/capitolato generale che espressamente prevede la " PROVA VISIONE. Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno dalla Stazione Appaltante, i concorrenti dovranno essere disponibili, pena l'esclusione dalla procedura di gara, ad illustrare e/o a far

visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASP le apparecchiature presentate in offerta. Il concorrente/i concorrenti cui perverrà tale richiesta sono obbligate – pena l'esclusione dal prosieguo di gara - a presentare entro max gg. quindici (15) le apparecchiature offerte che dovranno pervenire presso l'ASP di Agrigento all'indirizzo che verrà appositamente comunicato”;

Vista l'istanza di partecipazione della Sirimed recante al punto 14 la dichiarazione “*di essere disponibile, pena l'esclusione, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, ad illustrare e/o a far visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASP le apparecchiature presentate in offerta.*”

Per tutte le motivazioni avanti riportate e considerato che la Sirimed srl non ha ottemperato all'obbligo di cui al citato p. 15 e che tale comportamento determina, per quanto previsto nella lex di gara, l'esclusione dalla gara (pena l'esclusione dal prosieguo di gara), si conferma l'esclusione, già disposta con verbale del 12.4.2023 e confermata dall'organo tecnico con prot. 97538 del 26.6.2023, della Sirimed srl dal prosieguo di gara, ovvero dalla fase successiva di apertura delle offerte economiche delle società che hanno conseguito il giudizio di conformità tecnica da parte dell'organo tecnico di supporto al RUP.

Si procede con l'apertura delle offerte economiche delle società ammesse alla presente fase, ovvero Ultramed e Altamed, dando pubblica lettura del contenuto e riportandolo sinteticamente di seguito:

Il Presidente

ALTAMED srl - €. 673.330,00

ULTRAMED srl - €. 393.456,80

Preso atto delle superiori offerte, dà atto della graduatoria di seguito indicata

ULTRAMED srl - €. 393.456,80

ALTAMED srl - €. 673.330,00.

Aggiudica provvisoriamente la FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO in favore della società Ultramed al prezzo complessivo offerto di €. 393.456,80 + IVA e alle condizioni tutte previste negli atti di gara.

Da mandato di procedere alla notifica dell'esclusione ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 di cui al presente verbale a carico della Sirimed srl, oltretutto la notifica a tutti i partecipanti del presente verbale e le pubblicazioni di rito.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13.50.

Presidente



Segretario verbalizzante



teste



teste



Tremestieri Etneo, 13.04.2023

Ns/Our rif.: Prot. n. 0092/2023/GM

Vs/Your rif.: Vs Prot. 58501 del 12/04/2023

Da/From: Giuseppe Manno

Spett.le

ASP DI AGRIGENTO

V.le della Vittoria, 321

92100 AGRIGENTO

c.a. Dir. UOC Provv.to - Dott. Oreste Falco

R.U.P. - Dott.ssa Maria Tirrò

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO. CIG: 9362328579

CONTESTAZIONE NOTIFICA ESCLUSIONE VS PROT. 58501 DEL 12/04/2023 E CONTESTUALE RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

Facciamo riferimento al Vs protocollo in oggetto citato ed al verbale n. 6 di pari data della commissione di gara, oltre che ai relativi allegati, per segnalare quanto segue.


Con la presente nota si contesta formalmente la notifica di esclusione ed il mancato giudizio di idoneità tecnica chiedendo, per i motivi di seguito esplicitati, la riammissione della scrivente impresa al prosieguo delle operazioni di gara.

Innanzitutto occorre segnalare che la scrivente impresa, contrariamente a quanto riportato nel suddetto verbale n. 6 della commissione, non ha mai ricevuto alcuna PEC relativa a richiesta di chiarimenti sulla propria offerta tecnica sulla propria casella pec (sirimed@pec.it).

Tale precisazione risulta fondamentale per spiegare e dimostrare la buona fede della scrivente che, avendo effettivamente riscontrato solo in data postuma l'invio di una nota su una mail ordinaria e peraltro non relativa all'area commerciale, solo per tale ragione non ha ottemperato alla relativa richiesta.

Nel caso specifico, ricordiamo che alla scrivente impresa non veniva richiesta alcuna integrazione documentale ma solo una conferma di quanto in realtà già presente nella documentazione di gara.

L'unica caratteristica contestata (peraltro in parte) dalla commissione tecnica ("diametro del campo luminoso regolabile in un range che comprenda almeno l'intervallo tra 20 e 25 cm per entrambe le cupole senza che l'intensità luminosa nel punto centrale vari al variare della dimensione del campo") risulta chiaramente ed inequivocabilmente indicata dalla scrivente impresa nella documentazione di gara e precisamente nella "Relazione tecnica comparativa" dove si cita testualmente " il diametro del campo è regolabile su 10 step da un minimo di 140 mm a un massimo di 320 mm per entrambe le cupole senza che l'intensità luminosa nel punto centrale vari al variare delle dimensioni del campo". Tale dichiarazione, che conferma indubbiamente la soddisfazione del requisito contestato, è stata facilmente riscontrata dallo stesso Rup come si evince dalle note inviatoci.



Questo sarebbe bastato per disporre la piena conformità tecnica del prodotto da noi offerto poiché si tratta di un documento, presentato in gara dalla scrivente impresa (distributore ufficiale della casa madre Mindray come precisato negli atti di gara) e verificato dal RUP.

La relazione tecnica comparativa, infatti, viene richiesta e presentata in gara proprio per specificare eventuali caratteristiche richieste dai capitolati tecnici di gara non opportunamente esplicitate nelle brochure o schede tecniche ma comunque possedute dai prodotti offerti. È chiaro che un documento generale redatto dalla casa madre, pur entrando nel dettaglio delle caratteristiche possedute, non può prevedere tutte le richieste dei futuri capitolati di gara e proprio per tale ragione la scrivente inserisce un documento che chiarisce punto / punto la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto posseduto.

Vogliamo inoltre precisare che non risulta alcuna contraddizione tra quanto riportato nella relazione tecnica comparativa e quanto presente a pg. 6 (non 7) nella relazione tecnica descrittiva che conferma " il diametro di campo è regolabile su 10 step da un minimo di 140 mm a un massimo di 320 mm" senza però entrare nell'altra caratteristica richiesta dal disciplinare e relativa alla variazione dell'intensità luminosa nel punto centrale al variare della dimensione del campo.

Tale seconda caratteristica richiesta è stata dichiarata nella Relazione tecnica comparativa e trova inoltre riscontro nel *punto 6 a pag. 41 del file Manuale Operatore HyLed Serie X (o pag. 2-17 del Manuale Operatore)*, presentato in sede di gara, che così recita: *"Il riflettore è in grado di calcolare automaticamente un coefficiente di compensazione dell'illuminazione in base al tempo di servizio e al cambiamento di stato, garantendo un'illuminazione efficace per l'intera durata utile"*; tale proprietà consente che l'intensità luminosa nel punto centrale NON vari al variare della dimensione del campo *operatorio*.

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare inutili lungaggini ed aggravio di costi per ambo le parti nel caso di eventuale nostro ricorso amministrativo verso il provvedimento di esclusione, nel rispetto del principio di favor participationis, già onorevolmente richiamato ed invocato da codesta Spett.le UOC nel prot. interno n. 44766 del 16/03/2023, si chiede di revocare il provvedimento e riammettere la scrivente al prosieguo delle operazioni di gara.

Al fine di dimostrare ulteriormente la nostra buona fede, come previsto dagli elaborati di gara, la scrivente si rende inoltre disponibile a fare visionare il prodotto offerto per la relativa verifica del requisito in una delle installazioni presenti nel territorio siciliano.

Confidando nel benevolo accoglimento della ns istanza, restiamo in attesa di Vs riscontro, fermo restando il diritto di tutela dei propri interessi nelle sedi opportune



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@pec.aspag.it
forniture@aspag.it

PROT. n. 58681 del 14/04/2023

SIRIMED SRL

Oggetto : PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO - codice identificativo gara ANAC n. 8681357 – CIG 9362328579 - N. GARA 3159307 – riscontro prot. 0092/2023/GM del 13.4.2023

Si fa seguito al provvedimento di esclusione ns. prot. 58501 del 12.4.2023 per contestare le affermazioni contenute nella vs. nota 009/2023/GM del 13.4.2023 relativamente agli atti posti in essere da questa UOC Provveditorato in ordine alla notifica della nota prot. 50134 del 27.3.23, che, si ribadisce, è stata inviata tramite pec all'indirizzo "pec" da codesta società inserito nella scheda di impresa presente in Consip (che si allega). Il fatto che Sirimed abbia inserito una mail info@sirimed.it nella detta casella pec, certamente è una pregiudiziale non addebitabile a chi scrive che ha effettuato la notifica con tutti i mezzi possibili.

Ed ancora, si conferma che la notifica della prot. 50154 del 27.3.2023 è avvenuta anche tramite piattaforma telematica di negoziazione ove risulta dal "rapporto di consegna" che la stessa è stata letta da codesta società in data 27.3.2023 ore 15:46:06.

Oltreché, è stata recapitata regolarmente la mail all'indirizzo presente nella scheda di impresa avanti indicata; indirizzo qualificato, oggi, "non commerciale" sebbene inserito nella piattaforma delle transazioni commerciali.

Per quanto sopra, di tutta evidenza è la conoscenza, come risultante dal rapporto di consegna presente nella piattaforma Consip, di codesta Società della prot. 50154 e del comportamento negligente dalla stessa tenuto nel momento in cui avrebbe dovuto, con toni pacati e comunque diversi da quelli usati nella nota che si riscontra, procedere a dare notizia di quanto richiesto.

Ed inoltre, ove fosse stato tenuto un atteggiamento collaborativo e costruttivo anche nella formulazione della prot. 0092/2023/GM, codesta Sirimed avrebbe probabilmente compreso che l'esclusione è avvenuta sulla base della valutazione tecnica dell'organo tecnico di supporto al RUP cui non è stato possibile fornire i dovuti elementi valutativi/conferme del requisito tecnico di cui trattasi.

Proprio per tale ragione, e per nel pieno rispetto dei consueti canoni di legittimità, legalità, trasparenza, par condicio, favor partecipationis che improntano l'attività di questa S.A., si informa che si sta provvedendo a trasmettere all'Organo tecnico di supporto al Rup la nota della Sirimed recante il riscontro tardivo, non preclusivo proprio perché avverso l'esclusione per motivazioni tecniche, alla prot. 50134 al fine della revisione del giudizio tecnico già reso con verbale prot. 40932 del 10.3.2023.

Distinti saluti.

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Provveditorato
Dott. Oreste Falco*



UOC Provveditorato

Data 14/04/2023
Prot. n° 53865

*Al Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
P.O. Agrigento
Dott. Gerlando Fiorica*

*Al Direttore Dipartimento materno infantile
Dott. Salvatore Incandela*

*Al Direttore UOC Cardiologia
P.O. Agrigento
Dott. Giuseppe Caramanno*

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si trasmette la nota prot. 0092/2023/GM del 13.4.2023 della Sirimed recante contestazioni all'esclusione della stessa per la conseguita non conformità tecnica di cui al verbale di codesto organo del 10.3.2023 prot 40932; la ditta, peraltro, a conferma di quanto ivi dichiarato, si rende disponibile alla prova visione.

Si precisa che, per la parte di competenza, la predetta nota di contestazione è stata riscontrata da questa UOC con nota che si allega.

Si resta in attesa di ricevere verbale di valutazione tecnica relativo a quanto contenuto nella prot. 0092 al fine di procedere ai successivi atti di competenza volti al completamento della procedura di gara.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente amm.vo
Dott. Asa Maria Tiro*

*Il Direttore UOC Provveditorato
Dott. Oreste Falco*



UOC Provveditorato
Data 23/05/2023
Prot. n° 79263

SIRIMED

e.p.c.

*Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
P.O. Agrigento
Dott. Gerlando Fiorica*

*Direttore Dipartimento materno infantile
Dott. Salvatore Incandela*

*Direttore UOC Cardiologia
P.O. Agrigento
Dott. Giuseppe Caramanno*

*All'Ingegnere Fabio Dattilo
c/o HC Consulting spa*

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO – prova visione

Con riferimento all'oggetto, si informa che il Presidente dell'organo tecnico di supporto al RUP ha chiesto con mail del 10.5.2023 di invitare codesta società *“a fornire in visione presso il nostro P.O. di Agrigento la stessa lampada proposta in sede di gara, montata su stativo”*, ciò al fine di effettuare la prova visione prevista all'art. 7 del capitolato speciale di gara ed al solo fine di procedere alla verifica dell'unica caratteristica contestata dall'organo tecnico *“diumetro del campo luminoso regolabile in un range che comprenda almeno l'intervallo tra 20 e 25 cm per entrambe le cupole senza che l'intensità luminosa nel punto centrale vari al variare della dimensione del campo”*.

Per quanto sopra, codesta Sirimed è invitata a dare riscontro alla presente entro giorni due comunicando la data in cui provvederà a fornire in prova visione l'attrezzatura in parola, che non potrà essere oltre la prima decade del mese di giugno. Si informa che la prova visione avverrà, ovviamente, in contradditorio con la Sirimed e alla stessa parteciperà, oltre all'organo tecnico nella sua collegialità, anche l'Ingegnere Fabio Dattilo della HC Consulting che fornisce consulenza alla scrivente ASP e che provvederà a dotarsi della strumentazione necessaria per le misurazioni del caso.

Si resta in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente amm. vo
Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Provveditorato
Dott. Oreste Falco*



Tremestieri Etneo, 25.05.2023

Ns/Our rif.: Prot. n. 0122/2023/RL

Vs/Your rif.: Vs Prot. 79263 del 23/05/2023

Da/From: Giuseppe Rifici

Spett.le

ASP DI AGRIGENTO

V.le della Vittoria, 321

92100 AGRIGENTO

c.a. Ufficio Provv.to Dott Oreste Falco

R.U.P. - Dott.ssa Maria Tirò

Dir. UOC An. e Rian. - Dott. Gerlando Florica

Dir. Dip. Materno Inf - Dott Salvatore Incandela

Dir. UOC Cardiologia - Dott. G. Caramanno

HC Consulting spa - Dott. Ing. Fabio Dattilo

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO. CIG: 9362328579

PROVA VISIONE

In risposta al Vs protocollo n. 79263 del 23 u.s., la scrivente, mentre conferma la propria disponibilità all'effettuazione della prova tecnica di visione dell'apparecchiatura offerta per la gara di cui in oggetto, comunica che, per motivi di ordine organizzativo e di disponibilità dell'apparecchiatura offerta su stativo, la prova potrà avvenire c/o il P.O. di Agrigento, nei locali da codesta Spett.le Amministrazione ritenuti opù idonei, il 10 giugno p.v.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

Cordiali saluti


SIRIMED SRL
Giuseppe Rifici

2



UOC Provveditorato
Data 25/05/2023
Prot. n° 81267

*Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
P.O. Agrigento
Dott. Gerlando Fiorica*

*Direttore Dipartimento materno infantile
Dott. Salvatore Incandela*

*Direttore UOC Cardiologia
P.O. Agrigento
Dott. Giuseppe Caramanno*

*All'Ingegnere Fabio Dattilo
c/o HC Consulting spa*

e p.c.

Spett.le SIRIMED

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO – prova visione

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza relativa all'oggetto, si trasmette la prot. 0122/2023/RL del 25.5.2023 (già in possesso delle SS.LL. poiché trasmessa p.c.) della società SIRIMED che ha comunicato la disponibilità per il 10. Giugno p.v. ad effettuare la prova tecnica di visione dell'apparecchiatura offerta nella gara di cui trattasi.

Per quanto sopra, le SS.LL. sono invitate a comunicare direttamente alla Sirimed i locali ove effettuare la prova visone. Nel reiterare il contenuto della ns prot. 79263, ovvero che la prova visione prevista all'art. 7 del capitolato speciale di gara è finalizzata esclusivamente alla "...verifica dell'unica caratteristica contestata dall'organo tecnico diametro del campo luminoso regolabile in un range che comprenda almeno l'intervallo tra 20 e 25 cm per entrambe le cupole senza che l'intensità luminosa nel punto centrale vari al variare della dimensione del campo..." e che "...la prova visione avverrà, ovviamente, in contradditorio con la Sirimed e alla stessa parteciperà, oltre all'organo tecnico nella sua collegialità, anche l'Ingegnere Fabio Dattilo della HC Consulting che fornisce consulenza alla scrivente ASP e che provvederà a dotarsi della strumentazione necessaria per le misurazioni del caso...", si resta in attesa di ricevere verbale dell'organo tecnico che espliciti l'esito della prova visione relativamente all'unica caratteristica tecnica contestata dall'organo tecnico e rechi il relativo giudizio tecnico.

Si resta in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

*Il Dirigenziale ammivo
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Provveditorato
Dott. Oreste Falco*



Tremestieri Etneo, 07.06.2023

Ns/Our rif.: Prot. n. 0130/2023/FR

Vs/Your rif.: Vs Prot. 81267 del 25/05/2023

Da/From: Giuseppe Rifici

Spett.le

ASP DI AGRIGENTO

V.le della Vittoria, 321

92100 AGRIGENTO

c.a. Ufficio Provv.to - Dott Oreste Falco

R.U.P. - Dott.ssa Maria Tirrò

Dir. UOC An. e Rian. - Dott. Gerlando Florica

Dir. Dip. Materno Inf - Dott Salvatore Incandela

Dir. UOC Cardiologia - Dott. G. Caramanno

HC Consulting spa - Dott. Ing. Fabio Dattilo

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO. CIG: 9362328579 -

IMPOSSIBILITA' EFFETTUAZIONE PROVA VISIONE

Facendo seguito al Vs protocollo n. 81267 del 25/05/2023, appreso da Casa Madre l'impossibilità di metterVi nelle condizioni di eseguire la Prova Visione nei tempi concordati e comunque in tempi brevi, nostro malgrado, ci troviamo costretti a disdire la prova visione dell'apparecchiatura offerta.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

Cordiali saluti


SIRIMED SRL
Giuseppe Rifici



UOC Provveditorato
Data 08/06/2023
Prot. n° 81267

*Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
P.O. Agrigento
Dott. Gerlando Fiorica*

*Direttore Dipartimento materno infantile
Dott. Salvatore Incandela*

*Direttore UOC Cardiologia
P.O. Agrigento
Dott. Giuseppe Caramanno*

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI APPARECCHIATURE (LAMPADE SCIALITICHE, MONITOR MEDICALI, REGISTRATORI MEDICALI E TELECAMERE) DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI E SALE PARTO DELL'ASP DI AGRIGENTO – verbale definitivo di valutazione tecnica offerta tecnica società Sirimed

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza relativa all'oggetto, da ultimo la prot. 81267 del 25.5.2023, si trasmette la nota n. 0130/2023/RL del 7.6.2023 (già in possesso delle SS.LL. poiché trasmessa p.c.) della società SIRIMED che ha comunicato impossibilità di "eseguire la prova visione nei tempi concordati e comunque in tempi brevi".

Pertanto, al fine di procedere agli atti di competenza, si invita codesto organo tecnico a far conoscere le proprie determinazioni in ordine all'offerta tecnica presentata dalla Sirimed, specificata con prot. 0092/2023/GM del 13.4.2023 (documentazione tutta in possesso delle SS.LL), trasmettendo all'uopo verbale di valutazione tecnica conclusivo dal quale risulti chiaramente l'ammissione o l'esclusione motivata della società Sirimed.

Si resta in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente amm. vo
Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



Prot. N. 97538 del 26/06/2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. O. Falco

Al Dir. Amm.vo UOC Provveditorato
Dr.ssa M. Tirro

Oggetto: procedura telematica di gara ad evidenza pubblica per la fornitura in somministrazione biennale di apparecchiature (lampade scialitiche, monitor medicali, registratori medicali e telecamere) – riscontro nota 89407 del 09-06-2023.

Gent.mi

In riferimento alla nota in oggetto, in relazione alla nota n. 0130/2023/RL del 07.06.2023 della Ditta SIRIMED con la quale la stessa comunicava "l'impossibilità ad eseguire la prova visione richiesta", si ritiene che, non essendo stata soddisfatta la necessità di test pratico che verificasse la presenza o meno del requisito tecnico minimo del Capitolato: "Diametro campo luminoso regolabile in un range che comprenda almeno l'intervallo tra 20 cm e 25 cm per entrambe le cupole senza che l'intensità luminosa nel punto centrale vari al variare della dimensione di campo", si debba confermare l'esclusione della Ditta SIRIMED dalla gara in oggetto.
Cordialmente.

Agrigento, li 26-06-2023

Dr. S. Incandela
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
IL CAPO DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
Dott. SALVATORE INCANDELA

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
Direttore Dott. Gerlando Fiorica - AC3917

Dr. G. Caramanno
Dott. Caramanno
Cod. FISCI: CRMGP55C26A09E
Cod. ENPAM: 300027324M

