



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 195141 del 25-11-2022

Sito Web Aziendale

Oggetto: Seconda Indagine di mercato per la fornitura di n. 10 "Strumenti per coagulazione e sigillatura vasi autoclavabili, pluriuso da laparoscopia" per il PO di Agrigento.

Aggiornamento schede tecniche

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto urgente, in somministrazione, dello strumentario in oggetto indicato, le cui specifiche tecniche, **aggiornate sulla base degli esiti delle offerte pervenute a seguito della precedente indagine prot. 187602 del 11.11.2022**, sono indicate alla presente.

Si precisa che i quantitativi su indicati sono meramente orientativi e potranno essere rettificati in sede di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 30.11.2022, a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (non di listino) e franco destino, del dispositivo proposto;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Indicazione del codice CPV. Si rappresenta l'importanza di tale indicazione, stante la sua necessaria indicazione nella nuova piattaforma di E-Procurement "Acquisti in rete";
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall'ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.


Si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore UOC Provveditorato
Dr. Oreste Falco



N. 10 Strumenti per coagulazione e sigillatura vasi autoclavabili, pluriuso da laparoscopia.

Ogni Strumento di coagulazione HF Bipolare Ø 5,0 mm, Lunghezza operativa almeno 330 mm deve essere così composto:

- Manipolo rotante su differenti posizioni lungo l'asse orizzontale, possibilmente dotato di pulsante on/off per una migliore maneggevolezza nella rotazione
- Camicia isolata, rotante a 360°, Ø 5,0 mm, con innesto facilitato sul manipolo

Inserti coagulanti HF Bipolari per Manipolo, Ø 5,0 mm, con innesco a vite, Lunghezza operativa camicia di inserimento almeno 330 mm:

- Micro pinza da presa, morsi zigrinati, diritta di lunghezza non specificata;
- Pinza da presa, morsi zigrinati, curva delicata;
- Pinza da presa, morsi zigrinati, curva;
- Pinza da presa diritta, morsi zigrinati, finestrata; Pinza Maryland, morsi zigrinati, curva;
- Forbici Metzenbaum curve, punte smusse, a doppia azione;
- Pinza da presa larga, morsi zigrinati, diritta, finestrata, con isolamento dei giunti e della parti esterne.

Accessori:

- Cavi di collegamento HF, Bipolari, con spina a cavo piatto lato strumento, spina compatibile con elettrobisturi in dotazione presso le S.O., di seguito elencati:

MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ME 411	ME411030302 1268
ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	VIO 300 D	11348852
MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ME 411	ME4110303021269
MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ME 411	ME4110303021267
VALLEYLAB INC	FORCE TRIAD	T5D45728EX

Si richiede la fornitura di due cavi per ogni elettrobisturi, a corredo dei dieci strumenti richiesti.