



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE SEMESTRALE DI POWER PORT PER LE UU.OO. DEI PP.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO

LOTTO N. 1 - C.I.G. 9476438C04

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di dicembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirrò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Daniela Parla | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

-che con atto deliberativo n. 1752 del 27.10.2022 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE SEMESTRALE DI POWER PORT PER LE UU.OO. DEI PP.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO**, articolata in un unico lotto

LOTTO N. 1 - C.I.G. 9476438C04

- che con RDO n. 3275699 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 23.11.2022;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che il detto termine di presentazione delle offerte, con avviso pubblicato il 17.11.2022 sul sito e sulla piattaforma consip, è stato prorogato e fissato per il giorno 28.11.2022 ore 10:00;
- che in pari data sono stati resi i chiarimenti richiesti dagli O.E. interessati alla procedura che si allegano, ritualmente pubblicati come avanti indicato;
- che entro il termine del 28.11.2022 ore 10:00 hanno presentato offerta le sotto riportate ditte:

1 - ERRE2 M S.R.L.S. - Singolo operatore economico - 21/11/2022 18:32:27

2 - CARDIO-MEDICAL DEVICES SRL - Singolo operatore economico - 23/11/2022 14:20:14

3 - VYGON ITALIA - Singolo operatore economico - 24/11/2022 12:21:41

4 - BECTON DICKINSON ITALIA - Singolo operatore economico - 24/11/2022 17:17:16

- che con verbale dell'1.12.2022 sono state compiute le attività ivi specificate e, in particolare, l'ammissione al prosieguo di gara di tutte le ditte partecipanti, la cui documentazione amministrativa prodotta è stata valutata regolare;
- che con mail dell'11.12.2022 è stata trasmessa la documentazione tecnica presentata dalle società ERRE2 M, CARDIO-MEDICAL DEVICES SRL, VYGON ITALIA e BECTON DICKINSON ITALIA allo specialista in materia il quale ha inoltrato propria valutazione tecnica con prot. 204646 del 13.12.2022 – allegata ;
- che con mail del 13.12.2022 sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla conformità resa in favore della Vygon;
- che lo specialista ha chiarito il giudizio reso con mail di pari data

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Da pubblica lettura della valutazione resa con prot. 204646, avanti citata e delle successive mail superiormente specificate, dando atto di quanto di seguito:

BECTON DICKINSON ITALIA - prodotto offerto: conforme
CARDIO-MEDICAL DEVICES SRL – prodotti offerti: conformi
ERRE2 M – prodotto offerto: conforme

VYGON ITALIA – prodotti offerti: conforme solo il modello 2016/SP poiché è l'unico che nella versione da 6Fr è in poliuretano, come richiesto in capitolato. I termini di tale conformità sono stati ulteriormente precisati con mail del 13.12.2022.

Preso atto di quanto sopra, ammette al prosieguo di gara le società BECTON DICKINSON ITALIA, CARDIO-MEDICAL DEVICES SRL, ERRE2 M per tutti i prodotti offerti, invero ammette al prosieguo di gara la ditta VYGON ITALIA esclusivamente per il modello 2016/SP.

Da atto, conseguentemente che l'offerta economica della VYGON ITALIA, allorquando si procederà all'apertura dei relativi plachi, verrà inserita nella graduatoria delle offerte solo nel caso in cui il prezzo offerto risulterà inequivocabilmente reso per il modello che ha superato la conformità tecnica.

Dispone la notifica del presente verbale, ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i partecipanti e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzione di questa S.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL TESTE

IL TESTE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
UOSD DI PARTOANALGESIA
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



Prot. N. 0 204646 del 13/12/2022

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. O. Falco

Al Dir. Amm.vo UOC Provveditorato
Dr.ssa M. Tirò

Oggetto: riscontro Gara telematica MEPA per la fornitura in somministrazione semestrale di Power Port per le UU.OO. dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Gent.ma Dr.ssa

In riscontro alla documentazione tecnica presentata dagli O.E. che hanno presentato candidatura alla Gara in oggetto, si relaziona di seguito quanto si evince dall'analisi delle schede tecniche prodotte:

Ditta **TECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.**, prodotto offerto: **PowerPort* isp MRI* in Plastica**.
Il prodotto offerto risulta **CONFORME** al capitolato di gara.

Ditta **CARDIO MEDICAL DEVICE SRL** prodotti offerti: **CELSITE SAFETY - CELSITE PORT VENOSI**
I prodotti offerti risultano **CONFORMI** al capitolato di gara.

Ditta **ERRE2 M s.r.l.s.** prodotto offerto: **HEALTHPORT POWER LPT**
Il prodotto offerto risulta **CONFORME** al capitolato di gara.

Ditta **VYGON** prodotto offerto: **Polysite serie 2000 – Polysite serie 3000 – Polysite serie 4000**
Si segnala che può essere rilasciata conformità al capitolato tecnico esclusivamente per il modello **2016ISP** poiché è l'unico che nella versione da 6 Fr è in poliuretano. (Si evidenzia che in capitolato è richiesto un catetere in poliuretano di Fr. 6 o 6,5)

Tanto si doveva. Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Agrigento, li 13-12-2022

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
Direttore Dott. Gerlando Fiorica - AG3917