



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

CAPITOLATO TECNICO RDO....3269957....

LOTTO N. 1 *CIG* **Z7A3864747**

N. 1900 - Telino monouso sterile a tre strati non in TNT. Deve riportare il marchio CE. Deve essere realizzato con struttura a tre strati di cui il primo strato (superficie di lavoro) in materiale altamente permeabile ai liquidi che non rilasci particelle di tessuto, lo strato intermedio costituito da materiale altamente assorbente, il terzo strato costituito da materiale impermeabile in polipropilene. Devono essere antistatici, ipoallergenici e non irritanti e garantire stabilità ed atossicità delle eventuali colorazioni. Imbustati singolarmente, confezionati in modo tale da permettere l'apertura con procedura non inquinante Diponibile nella misura 40x50 cm circa.

LOTTO N. 2 *CIG* **Z8C3864835**

N. 15 KIT DI EMERGENZA PER la disattivazione di farmaci citotossici da usare in caso di spandimenti accidentali. Provvisto di marcatura CE in una confezione che deve contenere le istruzioni dettagliate per l'uso. Al suo interno devono essere presenti i dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, soprascarpe, occhiali di protezione, maschera FFP3-S/LU), gli strumenti adibiti alla raccolta dei rifiuti, alla delimitazione dell'area contaminata ed alla inattivazione dei farmaci dispersi (sostanza addensante, tamponi e telini assorbenti, raccoglitori per lo smaltimento con relativi sigilli, sollevatore per frammenti di vetro, sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti speciali)