



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407116
Fax 0922407211
Funzionario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro
Email – forniture@pec.aspag.it
Prot. 182128 del 03 - 11-2022

Alla Ditta

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine di mercato per l'acquisto di protesi mammarie, espansori , sizer, matrici per la Chirurgia senologica Breast Unit aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato capitolato tecnico

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del dispositivo medico da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 14/10/2022 a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione per permettere la massima partecipazione di operatori economici alla procedura di gara

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
Dr. Oreste Falco

CAPITOLATO TECNICO

A) Protesi mammarie in gel di silicone coesivo per impianti di lunga durata

Caratteristiche:

forma: rotonda
base e altezza: variabili e regolari
proiezione: basso, moderato, alto
superficie: microtesturizzata, liscia
volumi: da 100ml a 700ml (valori orientativi)

forma: anatomica
base e altezza: variabili e regolari
proiezione: basso, moderato alto
superficie: microtesturizzata
volumi: da 100ml a 700ml (valori orientativi)

N.B.: con relativi sizer di prova

B) Protesi mammarie in micropoliuretano per impianti di lunga durata

Caratteristiche:

forma: anatomica
base e altezza: variabili e regolari
proiezione: basso, moderato alto
superficie: rivestimento in micropoliuretano
volumi: da 100ml a 700ml (valori orientativi)

forma: anatomica
base e altezza: variabili e regolari
proiezione: basso, moderato alto
superficie: rivestimento in micropoliuretano
volumi: da 100ml a 700ml (valori orientativi)

N.B.: con relativi sizer di prova

C) Espansori mammari con valvola magnetica:

forma: anatomicamente e rotonda
base e altezza: variabili e regolari
proiezione: basso, moderato alto
superficie: testurizzata
volumi: da 100ml a 700ml (valori orientativi)

D) Matrici dermiche post mastectomia:

1) matrice dermica acellulare indicata per il rafforzamento dei tessuti molli del polo inferiore della mammella post mastectomia

Caratteristiche minime:

- Il prodotto deve essere biocompatibile e anallergico, opportunamente trattato in modo da ridurre il rigetto xenogenico;
- completamente naturale priva di sostanze chimiche conservanti e agenti crosslinkanti; a struttura continua, fenestrabile;
- spessore max 0,6 mm;
- misure S/M/L/XL;
- in confezione singola, sterile, monouso, disidratata;
- indicazione specifica per la ricostruzione mammaria one step;
- validità di sterilizzazione 5 anni;

2) matrice dermica acellulare per ricostruzione mammaria con impianto pre-pettoriale :

Caratteristiche minime:

- il prodotto deve essere biocompatibile e anallergico, opportunamente trattato in modo da ridurre il rigetto xenogenico;
- completamente naturale priva di sostanze chimiche conservanti e agenti crosslinkanti;
- a struttura continua, non traforata per l'obliterazione degli spazi morti che consenta il completo avvolgimento della protesi in modo da evitare il contatto tra l'impianto in silicone e il sottocute con un unico dispositivo;
- spessore matrice da 0,6mm
- latex free;
- in confezione singola, sterile, monouso, disidratata;
- indicazione specifica per la ricostruzione mammaria prepettoriale;
- disponibilità di dimensioni della matrice tali da permettere il rivestimento di diverse misure di protesi.

3) Membrana in pericardio bovino non cross-linkata per ricostruzione prepettoriale, per copertura selettiva della superficie anteriore dei dispositivi protesici

Caratteristiche minime:

- disponibile in 4 misure: S/M/L/XL

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore UOC Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia
Cod. ENPAM: 300066436M
Iscr. Ordine dei Medici: AG2103
Carmelo Sciumè