

Capitolato Tecnico		
	<b>Impianti Retinici Monouso Sterili per il trattamento del Distacco di retina (le dimensioni si intendono uguali con +/-20%)</b>	<b>Fabb. annuo</b>
<b>A</b>	Banda di cerchiaggio Monouso Sterile in silicone della larghezza di 2,5 mm, lunghezza di 125 mm e altezza di 0,6 mm	100
<b>B</b>	Sleeve di Silicone Ovale Monouso Sterile con larghezza di 2,5 mm, altezza di 1,6 mm e lunghezza di 5 mm	50
<b>C</b>	Binario scanalato monouso sterile in silicone adatto a banda di cerchiaggio da 2,5 mm con larghezza di 7,5 mm altezza di 1,5 mm e lunghezza di 100 mm	50
<b>D</b>	Ruota simmetrica concava in silicone Monouso sterile con Scanallatura adatta a banda di cerchiaggio da 2,5 mm della lunghezza di 16 mm	50
<b>E</b>	Impianto Meridionale monouso sterile in silicone con larghezza 6,5 mm, altezza 1 mm e lunghezza di 10,5mm	30
<b>F</b>	Cuneo in silicone monouso con scannalatura adatta a banda da 2,5 mm con lunghezza di 16 mm	30
<b>G</b>	Cuneo in silicone monouso con scannalatura adatta a banda da 2,5 mm con lunghezza di 14 mm	30
<b>H</b>	Spugna in silicone monouso sterile ovale con larghezza di 7 mm altezza 3,25 mm e lunghezza di 80 mm	30