



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Sig. Alfonso De Leo Assistente Amm.vo
Telefono 0922 407226
forniture@aspag.it
alfonso.deleo@aspag.it

AVVISO ESPLORATIVO PER
“INDAGINE DI MERCATO”

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:

**“ Un Litotritore Combinato Balistico-Ultrasonico per U.O. di
Urologia – Agrigento”**

L’azienda ASP “AGRIGENTO 1”, con Sede Legale ed Amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – sito internet www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti, intende procedere all’affidamento di **“Un Litotritore Combinato Balistico-Ultrasonico per U.O. di Urologia – Agrigento”** mediante esperimento di idonea procedura di gara, previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato al fine di individuare una congrua base d’asta e per conoscere se vi sono operatori economici in grado di eseguire la fornitura con le modalità specificate nell’allegato al presente avviso.

La Procedura verrà condotta tramite procedura e-procurement portale www.acquistiinretapa.it. Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ASP, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare ed annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e/o di non dar seguito alla procedura in oggetto, in tal caso i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa.

Numero di Operatori che saranno invitati: Tutti gli operatori economici abilitati sul portale di e-procurement www.acquistiinretapa.it

Procedura: verrà scelta in base al prezzo a base d’asta scaturente dalla indagine di mercato in oggetto.

Criterio di aggiudicazione: la fornitura verrà assegnata ad unico lotto, a favore della migliore offerta selezionata con il criterio del “minor prezzo” (ex art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016. Requisiti minimi indispensabili ai fini della presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, redatta come da facsimile scaricabile in sito committente (www.asp.ag.it/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti “Avviso esplorativo per indagine di mercato “**Un Litotritore Combinato Balistico-Ultrasonico per U.O. di Urologia – Agrigento”**”.

Attestante:

- a) l'iscrizione al portale "Acquisti in rete" della Consip con abilitazione sul Mercato elettronico nella categoria di abilitazione " **Litotritore Combinato Balistico-Ultrasonico** " Identificativo **"33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari"**;
- b) l'insussistenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione ed alla stipula dei relativi contratti, come analiticamente indicate all'art. 80 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), al comma 2, al comma 4, al comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m);
- c) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura(o ad altro Albo /Registro specifico) e che non vi siano in corso procedure di cancellazione;
- d) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ex art. 26, comma 1, lettera a) punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) la regolarità ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190 e l'impegno, sino ad avvenuta conclusione del rapporto con la PA, al rispetto di quanto previsto dalla citata disposizione.

Gli operatori economici interessati devono, altresì, presentare:

- 1) Caratteristiche tecniche minime;**
- 2) Relazione tecnica in lingua italiana della fornitura in oggetto;**
- 3) Depliants illustrativi dei beni proposti in lingua italiana;**
- 4) Offerta economica comprensiva della quotazione dell'eventuale materiale di consumo o altri dispositivi per il funzionamento nel tempo del predetto Litotritore Combinato Balistico-Ultrasonico, specificatamente delle sonde ultrasoniche e pneumatiche per tutte le misure previste, tubi, connettori e tutto quanto necessario per il corretto e sicuro utilizzo dell'apparecchiatura, il preventivo deve contenere, altresì, il prezzo delle sacche monouso di raccolta dei frammenti.**

La documentazione del presente avviso è scaricabile sul seguente link: [AVVISO ESPLORATIVO PER "INDAGINE DI MERCATO" FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: " Un Litotritore Combinato Balistico-Ultrasonico per U.O. di Urologia – Agrigento" | Amministrazione Trasparente \(aspag.it\)](#)

La documentazione richiesta, dovrà giungere all'indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del 10/01/2023.

Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/407226 indirizzo email alfonso.deleo@aspag.it.

Ex D.Lgs 196/03 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'espletamento della presente procedura.


Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 20/12/2022.

21/12/2022. 


L'Assistente Amministrativo
Sig. Alfonso De Leo



Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Tirro





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Litotritore Combinato Balistico – Ultrasonico che deve possedere i sottoelencati requisiti minimi:

Caratteristiche tecniche minime	Caratteristiche tecniche offerte
<p>1. LITOTRITORE COMBINATO:</p> <p>Potenza balistica non inferiore a 3.5 bar;</p> <p>Unità di controllo della litotrissia balistica ed ultrasonica con settaggi separati per le due energie e possibilità di usarle separatamente;</p> <p>Stone Catcher;</p> <p>Comando con pedale doppio o pedali separati;</p> <p>Set completo per stone-Catcher riutilizzabile;</p> <p>Deflussore munito di regolatore;</p> <p>Manuale di istruzioni, fusibili, ecc.</p>	
<p>2. SET ULTRASONICO:</p> <p>Manipolo ultrasonico con frequenza non inferiore a 24 KHz;</p> <p>Tubo per manipolo ultrasonico;</p> <p>Connettori;</p> <p>Chiavi di fissaggio e blocco;</p> <p>Valigetta per il contenimento del set;</p>	
<p>3. SET PNEUMATICO:</p> <p>Manipolo pneumatico collegabile al sistema di aria compressa del blocco operatorio;</p> <p>Tappo sonda pneumatica per la sterilizzazione;</p> <p>Connettore combinato;</p> <p>Tubo Aria compressa per manipolo;</p> <p>Guarnizioni a tenuta per sonde pneumatiche;</p> <p>Valigetta per il contenimento del set;</p>	
<p>4. SONDE ULTRASONICHE:</p> <p>Quantitativo congruo di sonde di calibro fra 1.5 mm;</p> <p>per uretere e 4 mm per vescica e rene;</p>	

5. SONDE PNEUMATICHE: Quantitativo congruo di sonde di calibro fra 0.8 e 2 mm per utilizzo in uretere, rene e vescica;	
6. POMPA DI SUZIONE: Regolabile in velocità e provvista di filtri, tubi di Connessione, connettori, guarnizioni, clamp di blocco;	
7. CONTENITORE PER FRAMMENTI: Carrello di movimentazione dell'apparecchiatura; Cesta per lavaggio, Sterilizzazione e trasporto accessori;	

La ditta vincitrice dovrà fornire in base all'usura delle sonde una fornitura adeguata sia di sonde ultrasoniche che pneumatiche per tutte le misure previste. E inoltre tubi, connettori e tutto quanto necessario per il corretto e sicuro utilizzo dell'apparecchiatura.

Inoltre è necessaria una fornitura di sacche monouso di raccolta dei frammenti.

Agrigento 20.12.2022