



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it
Prot. n. 201255 del 20-12-2022

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di “Strumentario odontoiatrico per la Casa Circondariale di Sciacca e per il Poliambulatorio di Sciacca” dell’Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all’acquisto dei dispositivi in oggetto indicati, le cui specifiche tecniche nonché i relativi quantitativi sono allegate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre il 29.12.2022**, a mezzo pec all’indirizzo: forniture@pec.aspag.it, **citando nell’oggetto il numero di protocollo della presente**, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo **di mercato** (non di listino) e franco destino, dello strumentario richiesto, con indicazione del prezzo unitario e complessivo di ogni strumento offerto;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Indicazione del codice CPV. Si rappresenta l’importanza di tale indicazione, stante la sua necessaria indicazione nella nuova piattaforma di E-Procurement “Acquisti in rete”;
- ✓ Dichiarazione se l’articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip.

La ditta dovrà, altresì, indicare l’eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L’indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d’asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.


E’ pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire, agli Operatori Economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall’ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l’esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi

ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe Palumbo", written over a horizontal line.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Oreste Falco", written over a horizontal line.