



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 10526 del 18-01-2023

A tutte le ditte interessate

Oggetto : CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 6 BARELLE PER IL TRASPORTO E IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, la **FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 6 BARELLE PER IL TRASPORTO E IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI** e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta società riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicata relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 6.2.2023 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

File allegato:
capitolato tecnico

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848

N. 6 BARELLE PER IL TRASPORTO E IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI

CAPITOLATO TECNICO

Le barelle per il trasporto e il trattamento dei pazienti devono avere le seguenti caratteristiche e dotazioni minime:

- a) altezza variabile
- b) piano appoggio pazienti a due sezioni
- c) telaio superiore con paracolpi
- d) maniglioni/maniglie per spinta abbattibile
- e) relazione in altezza tramite pompa oleodinamica
- f) sponde laterali abbattibili
- g) regolazione trendelburg/anti trendelburg
- h) schienale regolabile
- i) telaio inferiore in acciaio, dotato di n. 4 ruote piroettanti, antistatiche di diametro adeguato
- j) quinta ruota
- k) comando frenatura centralizzata
- l) comando di blocco su ambo i lati della barella
- m) carico dilavoro di sicurezza:> kg 150
- n) materasso antistatico e sanificabile
- o) porta bombole O2
- p) porta sacche/accessori laterale
- q) doppio attacco per asta porta flebo, completati di asta a quattro ganci
- r) cesto porta indumenti
- s) a norma CE