

**Verbale n. 2**

**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 3425352 – per la fornitura in unico lotto, di n. 4 frigoriferi per lo “stoccaggio dei farmaci antiblastici per camera bianca” (n. 3 per la camera Bianca del P.O. di Agrigento e n. 1 per la camera Bianca del p.O. di Canicattì). SMART CIG ZA139D8B5A.

**VERBALE DI GARA**

L’anno duemilaventitre il giorno 9 del mese di Ottobre in Agrigento, alle ore 11,00 circa presso gli uffici amministrativi dell’U.O.C. Servizio Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Siggg.:

- Dr.ssa Maria Tirrò – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
  - Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
  - Sig.ra Daniela Parla – Testimone – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
  - Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti del seggio di gara, per dare lettura della valutazione tecnica per la conformità o non delle attrezzature in oggetto.

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione CS n. 165 del 03/02/2023 è stata indetta Procedura di gara tramite RDO/MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 1 comma a) del D.L. 76/2020 e comma 6 del D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in parola, mediante il criterio di cui all’art. 95 c. 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e cioè a favore del prezzo più basso, previo giudizio di conformità;
- con la suindicata Delibera è stato approvato il documento “Condizioni particolari di contratto”, “Capitolato tecnico” e “Schema di offerta economica”;
- la presente gara si articola in un unico lotto con SMART CIG ZA139D8B5A;
- in data 07.02.2023 è stata pubblicata, nella piattaforma telematica eProcurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), la RDO ME.PA. n. 3425352 per la fornitura in oggetto, con scadenza per

la presentazione delle offerte fissata dapprima per le ore 10:00 del 20/02/2023 e differita successivamente al 28.02.2023;

- entro la scadenza di cui sopra sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

#	<u>Denominazione concorrente</u>	<u>Forme di partecipazione</u>	<u>Lotti a cui ha partecipato</u>	<u>Data presentazione offerta</u>
<u>1</u>	<u>ETT SRL</u>	<u>Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</u>	<u>Lotto 1</u>	<u>27/02/2023 19:48:20</u>
<u>2</u>	<u>CBS MEDICAL SRL</u>	<u>Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</u>	<u>Lotto 1</u>	<u>21/02/2023 18:21:51</u>
<u>3</u>	<u>NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA</u>	<u>Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</u>	<u>Lotto 1</u>	<u>17/02/2023 16:42:18</u>
<u>4</u>	<u>BIOTECNICA DI CATALANO LEA &amp; C</u>	<u>Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</u>	<u>Lotto 1</u>	<u>15/02/2023 12:25:14</u>
<u>5</u>	<u>FARMAC SRL</u>	<u>Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</u>	<u>Lotto 1</u>	<u>20/02/2023 09:04:02</u>

Con verbale di gara n. 1 della seduta pubblica del 6 marzo 2023, il Presidente di gara ha proceduto:

- all'esclusione del prosieguo di gara dell'operatore economico NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA per le motivazioni ivi riportate nel predetto verbale;
- all'ammissione del prosieguo di gara degli operatori economici ETT S.r.l., CBS MEDICAL s.r.l., BIOTECNICA di Catalano LEA & C e FARMAC S.r.l.;

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Si fa presente, preliminarmente, che la U.O.C. Servizio Provveditorato con nota prot. n. 39276 del 08.03.2023 ha trasmesso al Direttore di Farmacia del P.O. di Agrigento la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici ammessi a gara.

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Sig. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso la piattaforma di eProcurement [www.acquisinretepa.it](http://www.acquisinretepa.it).

Il Presidente comunica che con nota del 20.09.2023 prot. n. 140009, il Direttore di Farmacia a firma congiunta con la Dirigente farmacista Dr.ssa Luisa Lombardo, ha trasmesso la valutazione tecnica degli operatori ammessi a gara, dandone lettura e riportandone gli esiti nella sottostante tabella:

#	<u>Denominazione concorrente</u>	<u>Forme di partecipazione</u>
<u>1</u>	<u>ETT SRL</u>	<u>NON CONFORME</u>
<u>2</u>	<u>CBS MEDICAL SRL</u>	<u>CONFORMITA' SUBORDINATA a quanto richiesto con nota prot. n.140009 del 20.09.2023</u>
<u>3</u>	<u>BIOTECNICA DI CATALANO LEA &amp; C</u>	<u>NON CONFORME</u>

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione
4	FARMAC SRL	CONFORMITA' SUBORDINATA a quanto richiesto con nota prot. n.140009 del 20.09.2023

Il Presidente sospende la seduta di gara, dando mandato al Sig. Alfonso De Leo per la relativa pubblicazione del presente verbale sul ME.PA. e nella sezione amministrazione trasparente del sito aziendale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Il presente verbale, che consta di cinque facciate - compresa l'allegata nota prot. n. 140009/2023 -, viene letto e sottoscritto alle ore 12,30 per come segue:

#### IL SEGGIO DI GARA


Dr.ssa Maria Tirò  
Presidente



Sig. Alfonso De Leo  
Segretario



Sig.ra Daniela Parla  
Testimone



Sig.ra Cristina Bellavia  
Testimone







*Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*  
*Sede legale viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
P.O. SAN GIOVANNI DI DIO-Cda Consolida 92  
Unità Operativa Complessa Farmacia  
Servizio UFA- Camera Bianca*

Prot.n.14000<sup>9</sup> del 20/09/2023

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott. O. Falco

**Oggetto: Valutazione conformità frigoriferi - riscontro nota prot n. 137202 del 14/09/2023**

In riferimento alla nota prot n. 137202 del 14/09/2023 avente per oggetto “Procedura negoziata a mezzo RDO/ME.PA n. 3425352 aperta per l'affidamento della fornitura in unico lotto di n.4 frigoriferi per “lo stoccaggio dei farmaci antiblastici per camera bianca” (n.3 frigoriferi per la camera bianca del P.O. di Agrigento e n.1 per la camera bianca del P.O. di Canicattì) SMART CIG ZA139D8B5A.,. Riscontro nota prot.n. 136594 del 14/09/2023, si trasmettono i giudizi di conformità:

Azienda **BIOTECNICA** modello frigorifero **DESMON DS-GM14G**:

- Richiesta da capitolato “Intervallo di campionamento regolabili” dato non reperibile nella documentazione ricevuta.
- Richiesta da capitolato “Semplice esportabilità su chiavetta USB e lettura dei report dimisura (fornire software se necessario)” dato non reperibile nella documentazione ricevuta.
- Richiesta da capitolato “Rumorosità inferiore a 60 dbA” dato non reperibile nella documentazione ricevuta.

Il prodotto offerto risulta essere **NON CONFORME** rispetto a quanto espressamente indicato nel bando di gara.

Azienda **CBS** modello frigorifero **FIOCCHETTI MEDICA 1500 TOUCH**:

Richiesta da capitolato “Dotato di almeno 6 ripiani a griglia scorrevoli ed estraibili” dato presente in scheda tecnica ma non indica chiaramente se dotati di sponde anticaduta o altra barriera ad essa assimilabile pertanto la conformità è subordinata al chiarimento interpretativo sul prodotto offerto.

Azienda **FARMAC** modello frigorifero **FIOCCHETTI MEDICA 1500 TOUCH:**

Richiesta da capitolato “*Dotato di almeno 6 ripiani a griglia scorrevoli ed estraibili*” dato presente in scheda tecnica ma non indica chiaramente se dotati di sponde anticaduta o altra barriera ad essa assimilabile pertanto la conformità è subordinata al chiarimento interpretativo sul prodotto offerto.


Azienda **ETT** modello frigorifero **SMEG/SCHNEIDER ELECTRIC FV140G2EVO:**

- Richiesta da capitolato “*Gas refrigeranti ecocompatibili, CFC e HCFC free*” dato non reperibile nella documentazione ricevuta.
- Richiesta da capitolato “*Rumorosità inferiore a 60 dbA*” dato non reperibile nella documentazione ricevuta.
- Richiesta da capitolato “Conformità alle Direttive Macchine, bassa tensione e compatibilità elettromagnetica” dato non reperibile nella documentazione ricevuta.

Pertanto il prodotto offerto risulta essere **NON CONFORME** a quanto espressamente indicato nel bando di gara.

**Pertanto, alla luce delle valutazioni tecniche si dichiarano NON CONFORMI i prodotti offerti dagli operatori economici: BIOTECNICA ed ETT mentre si rilascia una CONFORMITÀ subordinata alla richiesta di chiarimento interpretativo per gli operatori economici: FARMAC E CBS.**

Dirigente Farmacista  
Dott.ssa Luisa Lombardo



Direttore U.O.C. Farmacia, P.C. Agrigento  
Dott. Giuseppe Bellavia

