



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero AG 2
"Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca"
Unità Operativa di Medicina Trasfusionale
Direttore Dott. Pasquale Gallerano

LOTTO N 1

Etichette con collante certificato per emocomponenti, sacche per riduzione di volume, dispositivi per la lavorazione degli emocomponenti e contenitori per il trasporto

1) Sacche triple per la riduzione di volume e la separazione di diversi componenti del sangue

Quantità 1500/ anno

2) Etichette 100X100 ml per stampante termica con presenza apposito collante certificato per etichettare le unità di sangue, resistenti a basse temperature fino a - 40°C per stampanti tipo Intermec . Si richiede certificato del produttore. **Tutte le etichette devono essere dotate di marchi CE e certificati come dispositivo medico: Indicare numero di registrazione**

Quantita'- N. 55.000 /anno

3) Etichette 55X25 ml per stampante termica con presenza apposito collante certificato per etichettare le unità di sangue. Resistenti a basse temperature fino a - 40°C . Si richiede certificato del produttore. **Tutte le etichette devono essere dotate di marchi CE e certificati come dispositivo medico: Indicare numero di registrazione**

QUANTITA' : N. 300.000 /anno

4) Etichette 100X100 ml per stampante termica con presenza apposito collante certificato per etichettare le unità di sangue cordonale per criopreservare a -196 c°. Si richiede certificato del produttore. **Tutte le etichette devono essere dotate di marchi CE e certificati come dispositivo medico: Indicare numero di registrazione**

Quantita' 10.000 /anno

5) Etichette 55X25 ml per stampante termica con presenza apposito collante certificato per



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero AG 2
"Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca"
Unità Operativa di Medicina Trasfusionale
Direttore Dott. Pasquale Gallerano

etichettare le unità di sangue cordonale per criopreservare a -196 c°. Si richiede certificato del produttore

Quantita'- N. 10.000 /anno

6) Perforatori per segmenti – sacca prelievo del sangue provvisti di marchio IVD.
- N. 30000/anno.

7) Contenitore monouso rigido, impermeabile, in materiale riciclabile non inquinante.

Capacità atta a contenere almeno 2 e fino a 4 unità di GRC/ Plasma o 2 Unità di PLT da aferesi.
Dotato di divisorio per eventuale alloggio di apposito materiale refrigerante tale da garantire la temperatura dell' emocomponente durante il trasporto, se richiesto.

Dotato di apposito manico per il trasporto.

Sacca

Chiusura tale da consentire l'utilizzo di apposita etichetta antimanomissione (100X100 mm circa), generata dal sistema gestionale EmoNet.

Dotato di simboli di prevenzione e delle indicazioni richieste dalle normative di legge e per la tutela dei lavoratori.

Il dispositivo deve essere certificato come dispositivo medico CE

Quantita' 20.000 /anno

Sciacca 28.02.2023

Az. Sanitaria Provinciale Agrigento
P.O. Giovanni Paolo II - Sciacca
U.O.C. Medicina Trasfusionale
Il Direttore
Dott. Pasquale Gallerano