



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 4

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA N. 3585684 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DISPOSITIVI VARI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DI RIANIMAZIONE MAF DEI PP.OO. DI AGRIGENTO E RIBERA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirrò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Giovanna Maragliano | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 886 del 18.05.2023 è stata indetta la ***GARA TELEMATICA MEPA N. 3585684 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DISPOSITIVI VARI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DI RIANIMAZIONE MAF DEI PP.OO. DI AGRIGENTO E RIBERA***, lotti n. 5;

che con RDO n. 3585684 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 23 giugno 2023;

che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	TECNOMED SRL	Lotti 1 e 4	22/06/2023 17:05:48
2	MEDICAL PARMA S.R.L.	Lotto 1	22/06/2023 14:56:14
3	B.BRAUN MILANO	Lotto 2	22/06/2023 16:49:05
4	SIFEM MEDICAL S.R.L.	Lotto 1	21/06/2023 17:15:57
5	ALEA S.A.S.	Lotti 2 e 4	21/06/2023 11:39:11
6	SPENCER ITALIA SRL	Lotto 5	23/06/2023 08:55:13
7	BURKE & BURKE	Lotto 1 e 4	21/06/2023 10:37:49
8	FORMEDICAL CO. SRL	Lotti 1 e 2	20/06/2023 12:41:06
9	TECNOLIFE SRL	Lotto 1	21/06/2023 09:48:02
10	ICU MEDICAL EUROPE SRL	Lotto 2	20/06/2023 09:28:53

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
11	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Lotto 2	20/06/2023 10:47:44
12	3C MED S.R.L.	Lotto 1	21/06/2023 09:51:01
13	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	Lotto 4	21/06/2023 17:02:16
14	EDEN SANITFARMA SRL	Lotto 1	22/06/2023 15:06:42

Con verbale n. 1 del 4/7/2023 il seggio di gara ha proceduto a:

-esame del contenuto dei plichi contenenti la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, dando atto a quanto di seguito:

MEDICAL PARMA S.R.L. – non risulta dichiarato quanto di seguito: DGUE parte III sez. C “L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d’aggiudicazione (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice?”. Atteso che trattasi di fattispecie rientrante nell’art. 83 co. 9, viene attivato il soccorso istruttorio. La ditta viene ammessa con riserva di regolarizzazione.

TECNOLIFE SRL - non risulta dichiarato quanto di seguito: DGUE parte II sez. D “L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”. Atteso che trattasi di fattispecie rientranti nell’art. 83 co. 9 D.LGS. n. 50/2016, viene attivato il soccorso istruttorio. La ditta viene ammessa con riserva di regolarizzazione.

B.BRAUN MILANO – la ditta è ammessa con riserva di verifica di quanto dichiarato nel DGUE in relazione dell’art.80 comma 4 D.LGS 50/2016;

ALEA S.A.S.– documentazione amministrativa regolare;

TECNOMED SRL- documentazione amministrativa regolare;

SPENCER ITALIA SRL - documentazione amministrativa regolare;

SIFEM MEDICAL S.R.L.- documentazione amministrativa regolare;

ICU MEDICAL EUROPE SRL - documentazione amministrativa regolare;

FRESENIUS KABI ITALIA SRL - documentazione amministrativa regolare;

FORMEDICAL CO. SRL - documentazione amministrativa regolare;

EDEN SANITFARMA SRL - documentazione amministrativa regolare;

BURKE & BURKE - documentazione amministrativa regolare;

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.- documentazione amministrativa regolare;

3C MED S.R.L - documentazione amministrativa regolare.

- lotto n. 3 non ha ricevuto alcuna candidatura.

- chiudere la seduta di gara per consentire le regolarizzazioni avanti specificate e l’accertamento, sopra indicato, relativo alla B. Braun Milano.

- verificare la mera “presenza” della documentazione tecnica degli offerenti all’interno dei plichi “busta amministrativa” e che l’esame della stessa sarà a cura dell’organo tecnico di supporto al RUP che verrà all’uopo individuato.

Con verbale n. 2 del 7.11.2023 il seggio di gara ha proceduto a quanto di seguito:

“Prende atto che le società MEDICAL PARMA S.R.L. e TECNOLIFE SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa presentando quanto richiesto da questa S.A.

Relativamente alla società B. BRAUN MILANO sono state svolte interlocuzioni ufficiali con la preposta agenzia delle entrate di Milano (prot. 105119 del 7.7.2023, sollecito 161366 del 30.10.2023) che è stata espressamente avvertita di riscontrare entro il termine indicato, con l’avvertimento che decorso infruttuosamente tale termine si sarebbe ugualmente proceduto alla definizione della procedura; che nulla è pervenuto da parte dell’interpellato organo.

[Handwritten signatures and initials]

Da mandato di procedere alla notifica delle esclusioni e delle ammissioni e alle pubblicazioni di rito”.

-che con verbale n. 3 del 9.11.2023 il seggio di gara ha continuato nelle operazioni di gara come di seguito:
“Procede all’apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche degli OO.EE. ammessi alla presente fase, dandone pubblica lettura e riportandone di seguito il contenuto:

<u>lotto n. 1 – CIG 984027971D - N. 2 defibrillatori -base d’asta €.</u>		<u>9.000,00</u>
3C MED SRL	€.	6.192,50
BURKE & BURKE	€.	7.293,00
EDEN SANITFARMA SRL	€.	8.400,00
FORMEDICAL CO. SRL	€.	8.018,00
MEDICAL PARMA SRL	€.	7.992,00
TECNOMED SRL -	€.	8.976,40
TECNOLIFE SRL -	€.	8.600,00
SIFEM MEDICAL SRL	€.	7.920,00
<u>lotto n. 2 – CIG 9840308F09 - N. 4 pompe infusionali – base d’asta €.</u>		<u>11.000,00</u>
ALEA sas	€.	7.960,00
ICU MEDICAL EUROPE SRL	€.	7.800,00

<u>lotto n. 4 – CIG 984044501C - N. 2 Ventilatori polmonari - base d’asta €.</u>		<u>40.000,00</u>
ALEA sas	€.	36.000,00
BURKE & BURKE	€.	39.380,00

<u>lotto n. 5 – CIG 9840672B6C - presidi per immobilizzazione – base d’asta €.</u>		<u>4.130,00</u>
SPENCER	€.	2.388,00

Indi, **aggiudica provvisoriamente la fornitura ai migliori offerenti (prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta)** come segue:

<u>lotto n. 1 – CIG 984027971D - N. 2 defibrillatori</u>		
3C MED SRL	€.	6.192,50
<u>lotto n. 2 – CIG 9840308F09 - N. 4 pompe infusionali</u>		
ICU MEDICAL EUROPE SRL	€.	7.800,00

<u>lotto n. 4 – CIG 984044501C - N. 2 Ventilatori polmonari</u>		
ALEA sas	€.	36.000,00

<u>lotto n. 5 – CIG 9840672B6C - presidi per immobilizzazione</u>		
SPENCER	€.	2.388,00

Da mandato di procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito”.

- che a seguito della pubblicazione dei verbali del seggio di gara e di quello dello specialista n.q. di organo tecnico di supporto al RUP, la società Burke & Burke ha fatto pervenire, tramite piattaforma MePA, nota del 10.11.2023 afferente rilievi circa la valutazione tecnica del lotto n. 4 - offerta tecnica ditta ALEA sas;
- che l’organo tecnico di supporto al RUP, cui la precitata nota è stata sottoposta, ha comunicato con mail del 22.11.2023 gli esiti dell’esame delle esposte contestazioni dalla Burke & Burke;

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.

Da pubblica lettura della mail del 22.11.2023 dell’organo tecnico di supporto al RUP di cui di seguito riporta testualmente il contenuto *“In relazione a quanto contestato dalla ditta Burke & Burke, revisionata la documentazione prodotta dall’ O.E. Alea, si deve necessariamente accogliere tale contestazione posto che dalla documentazione non si evince la presenza della doppia batteria e soprattutto della possibilità di sostituzione a caldo (cioè durante il funzionamento del ventilatore). Altresì non si evince la presenza di protezione da urti durante il trasporto. Tali caratteristiche, per mero errore, non erano state evidenziate precedentemente. Pertanto, va espresso parere di non conformità per la ditta Alea”*

4

4

4

4

Pertanto, vengono sciolte le riserve a carico delle predette società e le stesse vengono ammesse al prosieguo di gara.

Prende atto della valutazione tecnica pervenuta dallo specialista richiedente, quale organo tecnico di supporto al RUP, ex prot. 157936 del 23.10.2023 e di quella successiva resa con mail del 3.11.2023 a seguito di chiarimento richiesto alla società ALEA sas, di cui da pubblica lettura, riportandone di seguito i contenuti:

lotto n. 1 – defibrillatori

3C MED S.R.L - conforme

BURKE & BURKE - conforme

EDEN SANITFARMA SRL - conforme

FORMEDICAL CO. SRL - conforme

MEDICAL PARMA S.R.L. - conforme

TECNOMED SRL - conforme

TECNOLIFE SRL - conforme

SIFEM MEDICAL S.R.L. - conforme

lotto n. 2 –pompe infusionali

ALEA sas – conforme

B.BRAUN MILANO – non conforme

FORMEDICAL CO. SRL - non conforme

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – non conforme

ICU MEDICAL EUROPE SRL – conforme

lotto n. 4 – ventilatori polmonari

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L – non conforme

ALEA sas – conforme

BURKE & BURKE - conforme

TECNOMED SRL – non conforme

lotto n. 5 – presidi per immobilizzazione

SPENCER – conforme

Procedere ad ammettere/escludere, sulla base del giudizio reso dall'organo tecnico di supporto al RUP le società partecipanti come appresso indicato:

lotto n. 1 – defibrillatori

3C MED S.R.L - ammessa

BURKE & BURKE - ammessa

EDEN SANITFARMA SRL - ammessa

FORMEDICAL CO. SRL - ammessa

MEDICAL PARMA S.R.L. - ammessa

TECNOMED SRL - ammessa

TECNOLIFE SRL - ammessa

SIFEM MEDICAL S.R.L. - ammessa

lotto n. 2 –pompe infusionali

ALEA sas – conforme

B.BRAUN MILANO – esclusa

FORMEDICAL CO. SRL - esclusa

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – esclusa

ICU MEDICAL EUROPE SRL – ammessa

lotto n. 4 – ventilatori polmonari

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L – esclusa

ALEA sas – ammessa

BURKE & BURKE – ammessa

TECNOMED SRL – esclusa

lotto n. 5 – presidi per immobilizzazione

SPENCER – ammessa



Preso atto del revisionato giudizio tecnico e sulla base dello stesso, procede a **revocare l'aggiudicazione provvisoria – lotto n. 4 - in favore della società Alea sas attesa la non conseguita conformità tecnica del prodotto offerto dalla stessa.**

Conseguentemente procede ad **aggiudicare il lotto n. 4 - n. 2 Ventilatori polmonari - in favore della società BURKE & BURKE al prezzo complessivo offerto di €. 39.380,00.**

Si riporta, per comodità espositiva, il prospetto delle aggiudicazioni provvisorie di tutti i lotti di gara, **lotto n.**

1 – CIG 984027971D - n. 2 defibrillatori

3C MED SRL €. 6.192,50

lotto n. 2 – CIG 9840308F09 - n. 4 pompe infusionali

ICU MEDICAL EUROPE SRL €. 7.800,00

Lotto n. 3 - CIG 9840388112 - n. 2 broncoaspiratori portatili

DESERTO

lotto n. 4 – CIG 984044501C - n. 2 Ventilatori polmonari

BURKE & BURKE €. 39.380,00

lotto n. 5 – CIG 9840672B6C - presidi per immobilizzazione

SPENCER €. 2.388,00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL TESTE

IL TESTE

**Re: GARA TELEMATICA MEPA N. 3585684 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI E DISPOSITIVI VARI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DI
RIANIMAZIONE MAF DEI PP.OO. DI AGRIGENTO E RIBERA - RDO n. 3585684 – lotto
n. 4**

Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

mer 22/11/2023 07:09

A:forniture <forniture@ASPAG.IT>

In relazione a quanto contestato dalla ditta Burke & Burke, revisionata la documentazione prodotta dall' O.E. Alea, si deve necessariamente accogliere tale contestazione posto che dalla documentazione non si evince la presenza della doppia batteria e soprattutto della possibilità di sostituzione a caldo (cioè durante il funzionamento del ventilatore).

Altresì non si evince la presenza di protezione da urti durante il trasporto.

Tali caratteristiche, per mero errore, non erano state evidenziate precedentemente. Pertanto, va espresso parere di non conformità per la ditta Alea.

Cordialmente

Dr. G. Fiorica

> Il giorno 15 nov 2023, alle ore 14:24, forniture <forniture@aspag.it> ha scritto:

>

> In uno alla presente si trasmette la nota del 10.11.2023 della società Burke & Burke relativa alla contestazione del giudizio espresso nei confronti della società ALEA - lotto n. 4 per i motivi ivi indicati.

> Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

> Maria Tirr ²

