



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE N. 2

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA N. 3585684 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DISPOSITIVI VARI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DI RIANIMAZIONE MAF DEI PP.OO. DI AGRIGENTO E RIBERA

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di Novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Daniela Parla | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 886 del 18.05.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA N. 3585684 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DISPOSITIVI VARI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DI RIANIMAZIONE MAF DEI PP.OO. DI AGRIGENTO E RIBERA**, lotti n. 5;

che con RDO n. 3585684 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 23 giugno 2023;

che entro il detto termine hanno presentato offerta le sotto riportate ditte per i lotti accanto specificati:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	TECNOMED SRL	Lotti 1 e 4	22/06/2023 17:05:48
2	MEDICAL PARMA S.R.L.	Lotto 1	22/06/2023 14:56:14
3	B.BRAUN MILANO	Lotto 2	22/06/2023 16:49:05
4	SIFEM MEDICAL S.R.L.	Lotto 1	21/06/2023 17:15:57
5	ALEA S.A.S.	Lotti 2 e 4	21/06/2023 11:39:11
6	SPENCER ITALIA SRL	Lotto 5	23/06/2023 08:55:13
7	BURKE & BURKE	Lotto 1 e 4	21/06/2023 10:37:49
8	FORMEDICAL CO. SRL	Lotti 1 e 2	20/06/2023 12:41:06
9	TECNOLIFE SRL	Lotto 1	21/06/2023 09:48:02
10	ICU MEDICAL EUROPE SRL	Lotto 2	20/06/2023 09:28:53
11	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Lotto 2	20/06/2023 10:47:44

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
12	3C MED S.R.L.	Lotto 1	21/06/2023 09:51:01
13	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	Lotto 4	21/06/2023 17:02:16
14	EDEN SANITFARMA SRL	Lotto 1	22/06/2023 15:06:42

Con verbale n. 1 del 4/7/2023 il seggio di gara ha proceduto a:

-esame del contenuto dei plichi contenenti la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, dando atto a quanto di seguito:

MEDICAL PARMA S.R.L. – non risulta dichiarato quanto di seguito: DGUE parte III sez. C “L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d’aggiudicazione (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice?”. Atteso che trattasi di fattispecie rientrante nell’art. 83 co. 9, viene attivato il soccorso istruttorio. La ditta viene ammessa con riserva di regolarizzazione.

TECNOLIFE SRL - non risulta dichiarato quanto di seguito: DGUE parte II sez. D “L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?” Atteso che trattasi di fattispecie rientranti nell’art. 83 co. 9 D.LGS. n. 50/2016, viene attivato il soccorso istruttorio. La ditta viene ammessa con riserva di regolarizzazione.

B.BRAUN MILANO – la ditta è ammessa con riserva di verifica di quanto dichiarato nel DGUE in relazione dell’art.80 comma 4 D.LGS 50/2016;

ALEA S.A.S.– documentazione amministrativa regolare;

TECNOMED SRL- documentazione amministrativa regolare;

SPENCER ITALIA SRL - documentazione amministrativa regolare;

SIFEM MEDICAL S.R.L.- documentazione amministrativa regolare;

ICU MEDICAL EUROPE SRL - documentazione amministrativa regolare;

FRESENIUS KABI ITALIA SRL - documentazione amministrativa regolare;

FORMEDICAL CO. SRL - documentazione amministrativa regolare;

EDEN SANITFARMA SRL - documentazione amministrativa regolare;

BURKE & BURKE - documentazione amministrativa regolare;

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.- documentazione amministrativa regolare;

3C MED S.R.L - documentazione amministrativa regolare.

- lotto n. 3 non ha ricevuto alcuna candidatura.

- chiudere la seduta di gara per consentire le regolarizzazioni avanti specificate e l'accertamento, sopra indicato, relativo alla B. Braun Milano.

- verificare la mera “presenza” della documentazione tecnica degli offerenti all'interno dei plichi “busta amministrativa” e che l'esame della stessa sarà a cura dell'organo tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo individuato.

D

D

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.

Prende atto che le società MEDICAL PARMA S.R.L. e TECNOLIFE SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa presentando quanto richiesto da questa S.A.

Relativamente alla società B.BRAUN MILANO sono state svolte interlocuzioni ufficiali con la preposta agenzia delle entrate di Milano (prot. 105119 del 7.7.2023, sollecito 161366 del 30.10.2023) che è stata espressamente avvertita di riscontrare entro il termine indicato, con l'avvertimento che decorso

JWS

infruttuosamente tale termine si sarebbe ugualmente proceduto alla definizione della procedura; che nulla è pervenuto da parte dell'interpellato organo.

Pertanto, vengono sciolte le riserve a carico delle predette società e le stesse vengono ammesse al prosieguo di gara.

Prende atto della valutazione tecnica pervenuta dallo specialista richiedente, quale organo tecnico di supporto al RUP, ex prot. 157936 del 23.10.2023 e di quella successiva resa con mail del 3.11.2023 a seguito di chiarimento richiesto alla società ALEA sas, di cui da pubblica lettura, riportandone di seguito i contenuti:

lotto n. 1 – defibrillatori

3C MED S.R.L - conforme

BURKE & BURKE - conforme

EDEN SANITFARMA SRL - conforme

FORMEDICAL CO. SRL - conforme

MEDICAL PARMA S.R.L. - conforme

TECNOMED SRL - conforme

TECNOLIFE SRL - conforme

SIFEM MEDICAL S.R.L. - conforme

lotto n. 2 – pompe infusionali

ALEA sas – conforme

B.BRAUN MILANO – non conforme

FORMEDICAL CO. SRL - non conforme

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – non conforme

ICU MEDICAL EUROPE SRL – conforme

lotto n. 4 – ventilatori polmonari

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L – non conforme

ALEA sas – conforme

BURKE & BURKE - conforme

TECNOMED SRL – non conforme

lotto n. 5 – presidi per immobilizzazione

SPENCER – conforme

Procedere ad ammettere/escludere, sulla base del giudizio reso dall'organo tecnico di supporto al RUP le società partecipanti come appresso indicato:

lotto n. 1 – defibrillatori

3C MED S.R.L - ammessa

BURKE & BURKE - ammessa

EDEN SANITFARMA SRL - ammessa

FORMEDICAL CO. SRL - ammessa

MEDICAL PARMA S.R.L. - ammessa

TECNOMED SRL - ammessa

TECNOLIFE SRL - ammessa

SIFEM MEDICAL S.R.L. - ammessa

lotto n. 2 – pompe infusionali

ALEA sas – conforme

B.BRAUN MILANO – esclusa

FORMEDICAL CO. SRL - esclusa

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – esclusa

ICU MEDICAL EUROPE SRL – ammessa

lotto n. 4 – ventilatori polmonari

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L – esclusa

ALEA sas – ammessa

BURKE & BURKE – ammessa

TECNOMED SRL – esclusa


lotto n. 5 – presidi per immobilizzazione

SPENCER – ammessa

Da mandato di procedere alla notifica delle esclusioni e delle ammissioni e alle pubblicazioni di rito.

La presente seduta del seggio di gara viene chiusa alle ore 16.00 per consentire le pubblicazioni e notifiche avanti indicate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE 
IL TESTE 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



Prot. N. 0 157936 del 23/10/2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa C. Schinelli

Oggetto: GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DISPOSITIVI VARI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DI RIANIMAZIONE MAF DEI PP.OO. DI AGRIGENTO E RIBERA – riscontro tecnico.

In riferimento alla gara in oggetto, presa visione delle schede tecniche di prodotti offerti dai diversi OO.EE. intervenuti, si relaziona quanto segue:

LOTTO 1: DEFIBRILLATORI

3C MED: **CONFORME**

BURKE & BURKE: **CONFORME**

EDEN SANITFARMA: **CONFORME**

FORMEDICAL: **CONFORME**

MEDICAL PARMA SRL: **CONFORME**

SIFEM MEDICAL: **CONFORME**

TECNOLIFE SRL: **CONFORME**

TECNOMED: **CONFORME**

LOTTO 2: POMPE INFUSIONALI

ALEA SAS: Si richiede di chiarire se la pompa infusionale offerta verrà fornita con il supporto richiesto in capitolato, stante il fatto che dalla documentazione prodotta non si evince.

BBRAUN: Si evince un range di velocità di infusione da 0,1 ml/h a 999,9 ml/h. In capitolato è richiesto un range da 0,1 ml/h a 1500 ml/h. Per quanto sopra esposto si ritiene **NON CONFORME**.

FORMEDICAL CO SRL: Si evince una durata della batteria “non inferiore a 10 ore”. In capitolato è richiesta una durata fino ad 11 ore. Per quanto sopra esposto si ritiene **NON CONFORME**.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



FRESENIUS KABI: Si evince un range di velocità di infusione da 0,1 ml/h a 1200 ml/h. In capitolato è richiesto un range da 0,1 ml/h a 1500 ml/h. Per quanto sopra esposto si ritiene **NON CONFORME**.

ICU MEDICAL: CONFORME

LOTTO 3: ASPIRATORI PORTATILI

Non presente alcuna offerta

LOTTO 4: VENTILATORI POLMONARI

AIR LIQUIDE MEDICAL: Si evince l'assenza del polmone dinamico richiesto in capitolato. Pertanto si dichiara **NON CONFORME**.

ALEA SAS: CONFORME

BURKE & BURKE: CONFORME

TECNOMED: Si evince l'assenza della modalità HFNC e della ventilazione in corso di RCP. Pertanto si dichiara **NON CONFORME**.

LOTTO 5: PRESIDI PER IMMOBILIZZAZIONE

SPENCER: CONFORME

In riferimento al lotto 3, andato deserto, si chiede di eseguire nuova indagine di mercato. Si dovrà considerare un fabbisogno di N. 6 aspiratori portatili per corredare le altre due ambulanze di trasporto e due carrelli di emergenza.

Cordialmente

Agrigento, li 23-10-2023

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
Direttore Dott. Gerlando Fiorica - AG3917



PROT: n. 161454 del 30/10/2023

ALEA sas

Oggetto : GARA TELEMATICA MEPA N. 3585684 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DISPOSITIVI VARI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DI RIANIMAZIONE MAF DEI PP.OO. DI AGRIGENTO E RIBERA

Con riferimento all'oggetto, si informa che l'organo tecnico di supporto al RUP con prot. 157936 del 23.10.2023 ha chiesto di conoscere "Alea sas ...chiarire se la pompa infusionale offerta verrà fornita con il supporto richiesto in capitolato".

Considerato che nella presente fase tecnica di gara la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 co. 9 D.Lgs. n. 50/2016 non può fornire alcun elemento aggiuntivo rispetto alla documentazione tecnica prodotta in gara, codesta ALEA è invitata a precisare in quale parte (pagina, capoverso, ecc...) della documentazione tecnica già prodotta quale offerta tecnica può essere riscontrato quanto sopra, ovvero "la presenza del supporto richiesto in capitolato".

Si precisa che nessun elemento aggiuntivo verrà valutato dall'organo tecnico.

Si invita a riscontrare entro e non oltre giorni sette dalla presente che si trasmette esclusivamente tramite piattaforma telematica di negoziazione.

*Il Dirigente amm.vo
Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli*

**R: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA,
IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E
RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI
AGRIGENTO E RIBERA**

commerciale@aleasas.it <commerciale@aleasas.it>

mar 31/10/2023 14:40

A:forniture <forniture@ASPAG.IT>

✉ 2 allegati (659 KB)

prot. n. 161757 del 31.10.2023.pdf; SCHEDA TEC+RELAZIONE.pdf.p7m;

Buongiorno,

sono con la presente a rispondere a quanto da voi richiesto nella comunicazione in allegato.

La pompa infusionale offerta è “*Dotata di comoda maniglia per il trasporto e di sistema di fissaggio per supporto mobile*” come indicato nel paragrafo “trasportabilità” a pagina 2 della scheda tecnica, e quindi può essere alloggiata sulle ambulanze.

Si noti che forniamo a diverse ditte che allestiscono mezzi ospedalieri ed ambulanze e utilizzano il supporto in dotazione.

Inoltre, nella comunicazione viene da voi indicato di dare riscontro tramite piattaforma telematica, ma sul MEPA non è arrivata nessuna comunicazione a cui poter dare riscontro.

Pertanto si chiede di confermare che la risposta inviata tramite mail sia sufficiente o, in alternativa, di indicare un indirizzo PEC oppure di inoltrare la richiesta direttamente tramite MEPA.

Rimaniamo in attesa di vs riscontro.

Cordiali Saluti

Dott.ssa Chiara Curatolo

Ufficio Gare



Alea s.a.s.

Strada Genova, 299 10024 Moncalieri (TO)

Ufficio : (39) 0116811907

Fax : (39) 011- 6470395

P.iva 05067060011

Web :www.aleasas.it

Mail: commerciale@aleasas.it

[Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela della riservatezza personale (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e collegate), questa mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. È proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente mail senza autorizzazione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedire la stessa al mittente. Grazie]

Da: amministrazione@aleasas.it <amministrazione@aleasas.it>

Inviato: martedì 31 ottobre 2023 11:03

A: commerciale@aleasas.it

Oggetto: I: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

Da: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Inviato: martedì 31 ottobre 2023 10:25

A: amministrazione@aleasas.it

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

Si trasmette la nota prot. n. 161757 del 31.10.2023.

Cordiali saluti.

**I: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA,
IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E
RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL`ASP DI
AGRIGENTO E RIBERA**

forniture <forniture@ASPAG.IT>

ven 03/11/2023 14:56

A: Maria Tirrò <maria.tirro@aspag.it>

Da: Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

Inviato: venerdì 3 novembre 2023 12:56

A: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Oggetto: R: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL`ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

Presa visione del chiarimento prodotto dalla ditta ALEA, si ritiene il prodotto offerto conforme e pertanto si chiede di ammettere la Ditta al prosieguo delle procedure di gara.

Cordialmente

Dr. Gerlando Fiorica

Direttore UOC Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del dolore

Direttore UO Blocco Operatorio

Direttore f.f. Dipartimento Emergenza

ASP Agrigento - P.O. San Giovanni di Dio

Da: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Inviato: giovedì 2 novembre 2023 10:11

A: Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

Oggetto: R: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL`ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

prego non tener conto del titolo della mail, trattasi della gara delle ambulanze

Da: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Inviato: giovedì 2 novembre 2023 10:06

A: Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

Oggetto: I: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL`ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

Gent.mo Direttore,

Trasmetto il chiarimento reso dalla ditta Alea in riscontro alla ns nota prot. 161757 del 31.10.2023.

Resto in attesa di valutazione tecnica.

Cordiali saluti.

Maria Tirrò

Da: commerciale@aleasas.it <commerciale@aleasas.it>

Inviato: martedì 31 ottobre 2023 14:38

A: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Oggetto: R: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

Buongiorno,

sono con la presente a rispondere a quanto da voi richiesto nella comunicazione in allegato.

La pompa infusionale offerta è “*Dotata di comoda maniglia per il trasporto e di sistema di fissaggio per supporto mobile*” come indicato nel paragrafo “trasportabilità” a pagina 2 della scheda tecnica, e quindi può essere alloggiata sulle ambulanze.

Si noti che forniamo a diverse ditte che allestiscono mezzi ospedalieri ed ambulanze e utilizzano il supporto in dotazione.

Inoltre, nella comunicazione viene da voi indicato di dare riscontro tramite piattaforma telematica, ma sul MEPA non è arrivata nessuna comunicazione a cui poter dare riscontro.

Pertanto si chiede di confermare che la risposta inviata tramite mail sia sufficiente o, in alternativa, di indicare un indirizzo PEC oppure di inoltrare la richiesta direttamente tramite MEPA.

Rimaniamo in attesa di vs riscontro.

Cordiali Saluti

Dott.ssa Chiara Curatolo

Ufficio Gare



Alea s.a.s.

Strada Genova, 299 10024 Moncalieri (TO)

Ufficio : (39) 0116811907

Fax : (39) 011- 6470395

P.iva 05067060011

Web :www.aleasas.it

Mail: commerciale@aleasas.it

[Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela della riservatezza personale (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e collegate), questa mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. È proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente mail senza autorizzazione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedire la stessa al mittente. Grazie]

Da: amministrazione@aleasas.it <amministrazione@aleasas.it>

Inviato: martedì 31 ottobre 2023 11:03

A: commerciale@aleasas.it

Oggetto: I: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

Da: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Inviato: martedì 31 ottobre 2023 10:25

A: amministrazione@aleasas.it

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE AI BLOCCHI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO E RIBERA

Si trasmette la nota prot. n. 161757 del 31.10.2023.
Cordiali saluti.

