

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO



DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1812 DEL 10 NOV. 2022

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa – Replicazione dei pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza per quench pilotato, azionamento manuale della ventilazione d'emergenza, sgancio elettrico, nella sala magneti “B.14 Zona comandi DM 14 gennaio 2021 Ministero salute” - RM PP.OO. “San Giovanni di Dio” di Agrigento, “Giovanni Paolo II” di Sciacca, “S. Giacomo d’Altopasso” di Licata” e “Barone Lombardo” di Canicattì.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 2004 DEL 04/11/2022

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Amministrativo

(dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

Rosa Spinella Denaro

IL RUP
(Geom. Giuseppe Biancucci)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore F.F.

(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

101020403

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

GLORIA PICONE

(ADDETTO RESPONSABILE)

(Coll. Amm. GLORIA PICONE)

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

08 NOV. 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 08 NOV. 2022 del mese di NOVEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CIRQUÉ
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 146816 del 29/08/2022 (All. n. 1) l'Esperto Responsabile della sicurezza dei siti aziendali di RM dell'Asp di Agrigento, dott. Salvatore Piraneo, comunicava che – al fine di adeguare gli impianti di Risonanza Magnetica dei quattro PP.OO. dell'Asp di Agrigento al Decreto 14/01/2021 del Ministero della Salute al D.A. Regione Siciliana 08/09/2021 n. 888 – occorre procedere alla replicazione (punto B. 14 del citato D.M. 14/01/2021) all'interno delle sale R.M. dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento dei pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza per quench pilotato, azionamento manuale della ventilazione d'emergenza e sgancio elettrico nella sala magnete;
- che nella suddetta nota viene segnalata la necessità di procedere alla replicazione dei pulsanti di sicurezza, presenti nelle sale comandi all'interno della SALA RM (punto B. 14 del citato D.M. 14/01/2021) è ritenuta di notevole importanza ai fini della sicurezza del personale interno che ivi lavora, dei pazienti e dei tecnici esterni;
- che come rappresentato con nota prot. n. 171915 del 12/10/2022 si evidenziava la necessità di richiedere alla competente U.O.C., l'attivazione di uno o più servizi riguardanti l'espletamento di tutte le attività relative alla sicurezza in ambito di Risonanza Magnetica, ivi comprese quelle inerenti *“le nuove verifiche ai sensi dello stesso Decreto .. da affidare a ditta esterna specializzata”*;
- che con nota prot. n. 171915 del 12/10/2022 il Servizio Tecnico, tra l'altro, rappresentava preliminarmente che, relativamente all'adeguamento delle Risonanze Magnetiche dell'ASP di Agrigento, con delibera del Commissario Straordinario n. 1041 del 15/06/2022 è stato approvato preventivo di spesa e autorizzazione esecuzione intervento di manutenzione di n. 2 (due) schermature da radiofrequenza RM presso i PP.OO. di Agrigento e Sciacca;
- che con nota 173021 del 14/10/2022 l'U.O.C. Servizio Tecnico, rispetto alla richiesta di *“duplicazione dei pulsanti di quench pilotato, di azionamento manuale della ventilazione d'emergenza e di sgancio elettrico in sala magnete [...]”* chiedeva all'Esperto Responsabile U.O. Fisica Sanitaria dott. Salvatore Piraneo, di fornire almeno i seguenti elaborati, al fine di consentire allo stesso Servizio di procedere con l'iter previsto per l'affidamento: relazione tecnica; elaborati grafici con allocazione dei dispositivi previsti; elaborati economici o di spesa; specifiche tecniche richieste con le qualificazioni che dovrà possedere l'operatore economico specializzato;
- che con nota prot. n. 175657 del 20/10/2022, il Responsabile U.O. Fisica Sanitaria, dott. Salvatore Piraneo, inoltrava gli elaborati richiesti unitamente ad un elenco di ditte specializzate al fine di consentire al Servizio Tecnico di procedere con l'iter di affidamento;

PRESO ATTO della necessità evidenziata dall'Esperto Responsabile U.O. Fisica Sanitaria, circa l'adeguamento ai sensi del D.M. 14/01/2021 (punto B.14) della *“zona comandi devono essere installati i pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza [...] I pulsanti di sicurezza devono essere replicati all'interno della SALA RM”* e che gli interventi di che trattasi si rendono necessari per garantire la sicurezza di operatori e pazienti in quanto, in caso di emergenza, la mancanza non consentirebbe di attivare i sistemi di sicurezza ivi previsti.

RILEVATO, pertanto:

- che con note prott. nn. 176572 – 176756 – 176737 - 176778 del 21/10/2022 sono state inoltrate richieste di disponibilità a ditte idonee specializzate comunicate dal Responsabile U.O. di Fisica Sanitaria dell'Asp di Agrigento, dott. Salvatore Piraneo, con nota prot. n. 175657 del 20/10/2022;
- che con preventivo n. 97 ricevuto a mezzo mail in data 24/10/2022 (All. n. 2), ed indirizzata all'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Asp di Agrigento, la ditta INES s.r.l. ha offerto un costo complessivo di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00 euro) IVA esclusa per l'esecuzione di:
 - n. 4 “Installazione di pulsante sgancio elettrico in sala RM;
 - n. 3 “Installazione di pulsante attivazione ventilazione emergenza in sala RM per: Magnetom Essenza Siemens 1,5 T PO Agrigento; Ingenia Philips 1,5 T PO Licata; Ingenia Philips 1,5 T PO Canicattì;
 - n. 1 Installazione di pulsante attivazione ventilazione emergenza in sala RM per: SIGNA EXCITE HD GE Healthcare 1,5 T PO Sciacca”;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (mille/00 euro) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 30/10/2018 che conferma la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di poter procedere senza utilizzare mezzi telematici per gli acquisti *"infra 1.000 euro"*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 ha modificato l'art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, innalzando l'importo sopra indicato da 1.000 euro (mille/00 euro) a 5.000 euro (cinquemila/00 euro);

ACCERTATO che gli importi per gli affidamenti del servizio in esame sono inferiori ad 5.000 euro (cinquemila/00 euro);

RITENUTO, pertanto:

- di dovere provvedere alla replicazione dei pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza per quench pilotato, azionamento manuale della ventilazione d'emergenza, sgancio elettrico, nella sala magnete (B.14 Zona comandi D.M. 14 gennaio 2021 Ministero salute) - RM PP.OO. "San Giovanni di Dio" di Agrigento, "Giovanni Paolo II" di Sciacca, "S. Giacomo d'Altopasso" di Licata" e "Barone Lombardo" di Canicattì;
- di dovere procedere all'approvazione del preventivo di spesa n. 97 ricevuta a mezzo mail in data 24/10/2022, per un importo pari ad € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00 euro) oltre IVA 22% della ditta INES s.r.l. (P.I. 002570930848) con sede in Pellezzano (SA) nella via Federico Wener n. 51;

DARE ATTO che l'onere economico dell'intervento in oggetto di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00 euro) oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 5.368,00 (cinquemilatrecentosessantotto/00 euro), è da imputarsi sul conto economico A101020403 *"Impianti e macchinari non sanitari"* del Bilancio di esercizio 2022;

DARE ATTO che il R.U.P. della presente procedura è il Geom. Giuseppe Biancucci;

DARE ATTO che per le peculiarità della prestazione, occorre affiancare al RUP nominato tra il personale in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico la figura di supporto individuata tra personale esperto nel settore in servizio presso questa ASP di Agrigento;

DARE ATTO che il CIG sarà acquisito successivamente all'approvazione del presente provvedimento dal R.U.P. incaricato;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

RILEVATO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **DARE ATTO** della necessità rappresentata circa l'esigenza di provvedere alla replicazione dei pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza per quench pilotato, azionamento manuale della ventilazione d'emergenza, sgancio elettrico, nella sala magnete (B.14 Zona comandi D.M. 14 gennaio 2021 Ministero salute) - RM PP.OO. "San Giovanni di Dio" di Agrigento, "Giovanni Paolo II" di Sciacca, "S. Giacomo d'Altopasso" di Licata" e "Barone Lombardo" di Canicattì, così come richiesto dall' Esperto Responsabile U.O. Fisica Sanitaria Dott. Salvatore Piraneo;

2. **APPROVARE** il preventivo di spesa di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00 euro) oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 5.368,00 (cinquemilatrecentosessantotto/00 euro) relativo alla manutenzione n. 2 schermature da radiofrequenza: apparecchiatura RM marca SIEMENS modello MAGNETOM da 1,5 T installata presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento; apparecchiatura RM GE Healthcare modello SIGNA EXCITE HD da 1,5 T installata presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca (AG);
3. **DARE ATTO** che l'onere economico dell'intervento in oggetto di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00 euro) oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 5.368,00 (cinquemilatrecentosessantotto/00 euro) è da imputare sul conto economico A101020403 "*Impianti e macchinari non sanitari*" del Bilancio di esercizio 2022;
4. **DARE ATTO** che il R.U.P. della presente procedura è il Geom. Giuseppe Biancucci;
5. **DARE ATTO** che per le peculiarità della prestazione, occorre affiancare al RUP nominato tra il personale in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico la figura di supporto individuata tra personale esperto nel settore in servizio presso questa ASP di Agrigento;
6. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e dalla U.O.C. S.E.F.P.;
7. **DARE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
8. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l'immediata e tempestiva soluzione delle criticità sopra evidenziate;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore F.F.

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere

favoloso

Data

10/11/2022

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

buon

Data

10/11/2022

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico e di nominare la figura di supporto individuata tra personale esperto nel settore in servizio presso questa ASP di Agrigento nella persona del Dott. Salvatore Piraneo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



All 1

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE

C.da Consolida, AGRIGENTO
 Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Agrigento 29/08/2022
Prot. 0146816

Al Commissario Straordinario

Al Direttore Sanitario

Al Direttori Sanitari dei PPOO di Agrigento Licata Canicattì e Sciacca

Al Direttore del Servizio Tecnico

Ai Responsabili delle Sicurezza Medica dei siti RM

Oggetto: Risonanze Magnetiche ASP di Agrigento - adeguamento siti RM al DECRETO 14 gennaio 2021 del Ministero della salute e D.A. Regione Siciliana 8 settembre 2021 n. 888

Risulta necessario nel rispetto dei Decreti in oggetto adempiere alle seguenti prescrizioni:

1. Mantenere gli impianti di condizionamento in modo da garantire i parametri microclimatici entro gli standard previsti dalla normativa vigente;
2. I sistemi di ventilazione devono essere controllati almeno ogni sei mesi verificando il corretto funzionamento e rilasciando certificazione;
3. La gabbia di Faraday deve essere correttamente manutenzionata con frequenza almeno annuale con emissione di report completo dei valori di shielding;
4. Il tubo di quench deve essere ispezionato con adeguata strumentazione da ditta specializzata in modo da accertarsi della integrità dell'impianto di evacuazione dei fluidi criogenici con rilascio di verbale di avvenuta ispezione con esito.

Inoltre i pulsanti di sicurezza, presenti nella sala comandi devono essere replicati all'interno della SALA RM – punto B.14 del Decreto Ministeriale.

Il sottoscritto quale esperto responsabile della sicurezza verificherà le manutenzioni, le certificazioni e raccoglierà i Report finali e, provvederà a che i suddetti controlli e adeguamenti vengano comunicati agli organi di vigilanza regionali secondo Art. 6 D.A. 8 settembre 2021 n. 888 della regione Siciliana.

Ditte specializzate possono garantire quanto prescritto dai decreti sopra citati.

L'Esperto Responsabile della Sicurezza dei siti aziendali di RM Dott. Salvatore Piraneo

Cliente

Destinazione

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O. DI FISICA SANITARIA FAG
Agrigento
DARICOPROTEZIONE
C.da Consolida

P.IVA: 002570930848 C.F.: 02570930848

 Preventivo Cliente

Data: 19/10/2022

n. documento: 97

Valuta: EUR

Validità: 30 giorni

Codice	Descrizione	U.M	Q.ta	Prezzo	Sc.	Importo	Iva
PSE	Installazione di pulsante sgancio elettrico in sala RM	PZ	4	600,00		2.400,00	22%
PVE	Installazione di pulsante attivazione ventilazione emergenza in sala RM per: Magnetom Essenza Siemens 1,5 T PO Agrigento; Ingenia Philips 1,5 T P.O. Licata; Ingenia Philips 1,5 T P.O. Canicattì	PZ	3	400,00		1.200,00	22%
PVE	Installazione di pulsante attivazione ventilazione emergenza in sala RM per: SIGNA EXCITE HD GE Healthcare 1,5 T PO Sciacca	PZ	1	800,00		800,00	22%

Imponibile: 4.400,00

Iva: 968,00

TOTALE: 5.368,00

Agente:Nessuno

Sconto: 0% 0% 0% 0%

 NOTE

Siti: PO " S. Giovanni di Dio" di Agrigento; PO "Giovanni Paolo II" di Sciacca (Ag); PO "Barone Lombardo" di Canicattì (Ag); P.O. "S. Giacomo D'Altopasso" di Licata (Ag)

Ines srl

Rif. Bancario: BCP

IBAN: IT46G0514215200CC1471099429

 Via Federico Wenner, 51

84080

SA

P.IVA: 02722690647

 0899952538



1851

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____


 Immediatamente esecutiva dal 10 NOV. 2022

Agrigento, li 10 NOV. 2022

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi