

Richiesta Chiarimenti

Quesito 1

“...si richiede stralcio del lotto 13, in quanto il medesimo prodotto è già aggiudicato nella PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” E “TERAPIA DEL DOLORE” OCCORRENTI AL FABBISOGNO QUINQUENNALE DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA al lotto 341 voce a.”.

Quesito 2

“si chiede di chiarire se la durata della fornitura è semestrale, come indicato nel file "Condizioni particolari contratto", o triennale, come indicato nel file "Capitolato tecnico".

Quesito 3

LOTTO 1: *“si chiede se vengono accettati dispositivi medici di classe ii b alta disinfezione e sterilizzazione liberanti acido peracetico equivalenti da attivare con precursori di acido peracetico non adamantanici”.*

Quesito 4

LOTTO 2: *“si chiede se viene accettato oltre alla classificazione dm pmc anche prodotto chimico”.*

Quesito 5

LOTTO 11: *“si chiede di specificare se la quantità triennale richiesta e il prezzo si riferiscono al pz (2,5l) oppure a litro”.*

Quesito 6

LOTTO 12: *“si chiede di specificare se la quantità triennale richiesta e il prezzo si riferiscono al pz (5l) oppure a litro”.*

Quesito 7

LOTTO 14: *“si chiede la destinazione d’uso del prodotto richiesto. si chiede se viene accettato un prodotto alcolico. si chiede se la quantità triennale richiesta e il prezzo si riferiscono a salvietta oppure a confezione”.*

Quesito 8

Formato Lotto 2 - “chiediamo se è ammesso partecipare con il formato da 2,5 Lt anziché 1 Lt... ”.

Quesito 1	Il lotto aggiudicato per la gara di Anestesia e Rianimazione ha quantità sufficienti a coprire solo le necessità del reparto cui è dedicata la gara e quindi non bastano a coprire le necessità dell'intera azienda.
Quesito 2	La durata della fornitura è semestrale, la colonna D della griglia Excel presenta un refuso
Quesito 3	No, si confermano le caratteristiche richieste nella descrizione del lotto 1 di cui al capitolato tecnico approvato con deliberazione CS n. 953 del 30.05.2023.
Quesito 4	No, si conferma classificazione DM o PMC di cui al capitolato tecnico approvato con deliberazione CS n. 953 del 30.05.2023.
Quesito 5	I quantitativi sono espressi in pezzi (bottiglie o tamiche) e sono bastevoli per 6 mesi come indicato nel documento condizioni particolari di contratto, quanto indicato nella colonna D del file Excel è un refuso.
Quesito 6	I quantitativi sono espressi in pezzi (bottiglie o tamiche) e sono bastevoli per 6 mesi come indicato nel documento condizioni particolari di contratto, quanto indicato nella colonna D del file Excel è un refuso.
Quesito 7	La Destinazione d'uso è la detersione del paziente. Non viene accettato un prodotto alcolico. I quantitativi sono espressi in pezzi (salviette) e sono bastevoli per 6 mesi come indicato nel documento condizioni particolari di contratto, quanto indicato nella colonna D del file Excel è un refuso.
Quesito 8	No, si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico approvato con deliberazione CS n. 953 del 30.05.2023.

L'organino Tecnico di supporto
al RUP