

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO – CONTRADA CONSOLIDA
UNITA' OPERATIVA DI PATHOLOGIA CLINICA**

SPETT.LE PROVVEDITORATO

S E D E

Si richiedono numero 3 Frigoriferi professionali per uso laboratorio, ciascuno con una capienza di Litri circa 800

Si richiede che come caratteristiche tecniche rispondano ai seguenti requisiti:

- Frigoriferi ventilati e no frost con range di esercizio 0°C / 8°C
- Porta esterna in vetro
- Ripiani 4-5 ad altezza regolabile
- Sbrinamento automatico senza fluttuazione della temperatura
- Controllo della temperatura con display digitale
- Chiusura a chiave
- Allarme sonoro di porta aperta
- Allarme visivo e sonoro errata temperatura
- Illuminazione interna
- Registrazione log errori via USB

Agrigento li 13-06-2023

IL DIRETTORE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Taurino". The signature is fluid and cursive, with "Francesco" written above "Taurino". To the left of the signature, the date "13-06-2023" is written vertically. To the right, the title "IL DIRETTORE" is printed in a standard font.