



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

CHIARIMENTO del 4/07/2023

RDO 3621948

Stante le richieste di chiarimenti pervenute da più operatori economici si comunica con valore di notifica alle ditte interessate a partecipare alla RDO in oggetto quanto segue:

- A) lotto 1 – le protesi devono avere superficie microtesturizzata (come le protesi anatomiche)
- B) Lotto 3 - gli espansori essendo essendo impianti removibili, sono ammissibili sia con superficie micro che macrotesturizzata
- C) Lotti 1 e 2 i sizer devono essere ovviamente sterili (come già indicato nel capitolato d'oneri all'articolo 4) nonchè risterilizzabili e riutilizzabili
- D) Lotto 3 - in merito alle osservazioni inerenti le caratteristiche degli espansori, “*sia essi anatomici che rotondi*” dalla indagine di mercato espletata prima della presente gara non è pervenuta osservazione che “*non esistono espansori mammari di forma rotonda*” pertanto ciascuna ditta potrà offrire per la propria produzione con prodotti compatibili con quanto indicato nel capitolato tecnico.
- E) Lotto 4 In riguardo alla osservazione che attiene “*la validità di sterilizzazione di 5 anni*” le ditte dovranno rispettare la validità di sterilizzazione a norma di legge sia essa 3 o 5 anni

Il Rup
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Anna Spataro