

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



Prot. N. 0 127508 del 28/08/2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. O. Falco

Al Dir. Amm.vo UOC Provveditorato
Dr.ssa M. Tirò

Oggetto: riscontro mail del 14-08-2023 – “chiarimenti PROCEDURA DI GARA TELEMATICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA E N. 7 VENTILATORI POLMONARI PEDIATRICI/NEONATALI –TUTTI COMPRENSIVI DEL MATERIALE DI CONSUMO”

Gent.ma Dr.ssa

Premesso che i chiarimenti hanno la funzione di chiarire le possibili ambiguità o situazioni di incertezza rispetto ad alcune clausole della documentazione d'appalto, ma che non possono modificare in alcun modo la legge di gara e che, quindi, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante non hanno la valenza giuridica di modificare la documentazione di gara, nemmeno in minima parte; considerato peraltro che la presente procedura è stata preceduta da diverse indagini di mercato dalle quali non si sono mai evinte le richieste oggi avanzate; si riepilogano, di seguito, le considerazioni sui chiarimenti richiesti dagli OO.EE:

QUESITO N. 1) - LOTTO 1 N. 8 apparecchi per anestesia da destinare ai PP.OO. dell'ASP di Agrigento, siamo a chiedervi quanto segue:

- Di dettagliare i singoli PP.OO. di destinazione, specificando altresì il tipo di prolunghe gas (UNI oppure AFNOR) necessarie per ogni singolo P.O. e Sala Operatoria

RISPOSTA: Presso i PP.OO. di Agrigento, Licata e Canicattì gli attacchi gas medicali sono UNI.

...
QUESITO N. 2)- LOTTO 1 N. 8 apparecchi per anestesia da destinare ai PP.OO. dell'ASP di Agrigento, siamo a chiedervi quanto segue:

- Di confermare che, relativamente ai sistemi di assorbimento della CO₂ (calce sodata), saranno considerati conformi canestri riutilizzabili, visto che questi potranno essere riempiti con calce sodata facilmente reperibile sul libero mercato

RISPOSTA: Si conferma.

...
QUESITO N. 3) - LOTTO 1 – n. 8 apparecchi per anestesia, comprensivi di materiale di consumo:
1) “Uscita gas freschi ausiliaria con visualizzazione sullo schermo della pressione delle vie aeree”



Nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione delle aziende di settore garantendo la massima possibilità di scelta da parte della stazione appaltante, si chiede di ritenere sufficiente la monitorizzazione della pressione delle vie aeree in caso di utilizzo del sistema di ventilazione manuale interno.

RISPOSTA: non si può accogliere la richiesta in quanto la caratteristica presente in capitolato “Uscita gas freschi ausiliaria con visualizzazione sullo schermo della pressione delle vie aeree” è utile per valutare a video le pressioni generate ventilando manualmente con il Mepleson quando venga collegato all’uscita gas freschi ausiliaria. Se così non fosse, tali parametri non potrebbero essere valutati con possibile rischio di barotrauma.

QUESITO N. 4) - LOTTO 1 – n. 8 apparecchi per anestesia, comprensivi di materiale di consumo:
“Dotato di almeno 2 alloggiamenti per vaporizzatori elettromedicali di cui almeno 1 attivo con impostazione e lettura della percentuale di alogenato direttamente dal display del ventilatore”
Si richiede se viene ritenuto compatibile ed equivalente un vaporizzatore elettronico, nella lettura su schermo dei valori impostati, ma non nell’impostazione degli stessi, che offre il vantaggio di poter essere utilizzato anche in caso di emergenza.

RISPOSTA: Non si può accogliere la richiesta in quanto in capitolato sono richiesti vaporizzatori per gas anestetici di tipo elettronico anche e soprattutto per la gestione automatica dell’anestesia. Infatti i vaporizzatori che non siano di tipo elettronico non consentono la gestione automatica dell’anestesia. Ciò comporterebbe una modifica del capitolato.

QUESITO N. 5) - LOTTO 1 – n. 8 apparecchi per anestesia, comprensivi di materiale di consumo.
“Sistema di gestione automatica dell’anestesia a bassi flussi mediante l’impostazione di valori target.”
Nell’ottica di consentire la più ampia partecipazione delle aziende di settore garantendo la massima possibilità di scelta da parte della stazione appaltante, si chiede di ritenere compatibile ed equivalente un sistema con applicazione software che visualizzi a display l’andamento dei valori target dell’O2 e dell’agente anestetico espirato con la possibilità di avere un algoritmo predittivo delle stesse concentrazioni per ottimizzare la gestione della terapia e i tempi di risveglio.

RISPOSTA: Non si può accogliere la richiesta poiché la “predizione” è superflua in un sistema a gestione automatica dell’anestesia. La predizione potrebbe soltanto proporre all’anestesista di effettuare variazioni delle impostazioni che, invece, il sistema a gestione automatica effettua autonomamente automaticamente. Pertanto, il sistema proposto potrebbe essere integrativo ma sicuramente non può sostituire la caratteristica richiesta in capitolato.

QUESITO N. 6) - LOTTO 1 – n. 8 apparecchi per anestesia, comprensivi di materiale di consumo.
“Sistema di autodiagnosi per il controllo del buon funzionamento dell’apparecchio all’avvio completa ed automatica di durata ridotta”
Si chiede se per completo e automatico si intende un sistema di autodiagnosi all’avvio completo del test perdite, allarmi e sistema respiratorio

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



RISPOSTA: Precisando che il test degli allarmi va inteso come test del funzionamento di indicazione sonora e visiva (nessun apparecchio, in fase di test automatico, verifica la funzionalità di tutti gli allarmi), la risposta è affermativa.

Cordialmente

Agrigento, li 28-08-2023

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
Direttore Dott. Gerlando Fiorica - AG3917