

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1863 DEL 20/10/2023

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione semestrale ed in due lotti autonomi e distinti, di "Kit per termoablazione a radiofrequenza e kit per radiofrequenza pulsata/standard" per l'UOS Terapia del Dolore afferente alla UOC Anestesia e Rianimazione P.O. di Agrigento. Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 2121 DEL 17-10-2023

Il Collab. Amm.vo
(Dr. Giuseppe Palumbo)

Il Dirig. Amm.vo
(Dr.ssa Maria Tirro)

Il Direttore UOC Serv. Provveditorato
(Dr.ssa Cinzia Schinelli)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

(INCENTIVI PERSONALE)
(142099) del 18/10/2023 .e.E. C.P. + CONTI INCENTIVI E ASAC
+ C501010 501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.E.F.P.
Sig.ra Siracusa Maria
DIRETTORE UOC SEF e P.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Siracusa

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19 OTT 2023

L'anno duemilaventitre il giorno VENTI del mese di OCTOBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e ulteriormente integrato con D.A. 28/2023 del 29/06/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DR. S.SA TERESA CINQUE, adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

II Direttore UOC Servizio Provveditorato, Dr.ssa Cinzia Schinelli

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

PREMESSO

- **CHE** con nota prot. 106653 del 11.07.2023, qui allegata (All. A), il Direttore UOC Farmacia del P.O. di Agrigento inoltrava richiesta di acquisto di “*Kit per termoablazione e radiofrequenza*”, avanzata dal Direttore UOC Anestesia/Rianimazione/Terapia del Dolore del P.O. di Agrigento, per le motivazioni in detta nota riportate, dettagliando caratteristiche tecniche nonché fabbisogno annuo presunto;
- **CHE** con prot. 120189 del 04.08 u.s. (All. B), questo Servizio avviava apposita indagine di mercato, pubblicata sulla pagina web del sito istituzionale di questa Asp, sez. Amministrazione Trasparente, al fine di esperire apposita procedura di scelta del contraente, in base alla vigente normativa, per la fornitura delle suddette attrezzature;
- **CHE** con nota prot. 129491 del 31.08.2023 (All. C), il Direttore UOC Farmacia del P.O. di Agrigento sollecitava, tra l'altro, l'avvio di gara dedicata per l'acquisto dei suddetti dispositivi, “*...indispensabili per il Servizio di Terapia del Dolore attivo da mesi e che garantisce già l'assistenza sanitaria a molti pazienti.*”;
- **CHE** con nota prot. 144888 del 29.09.2023 (All. D), questo Servizio relazionava i Direttori richiedenti anche sugli esiti dell'indagine di mercato svolta, rappresentando che le offerte pervenute “*...imporrebbro l'avvio di Procedura Aperta, i cui tempi di esecuzione (max cinque/sei mesi) contrastano con il carattere urgente sottolineato in detta nota prot. 129491/2023.*”, invitandoli eventualmente a rivedere i fabbisogni annui espressi;
- **CHE** con nota prot. 149413 del 06.10 u.s. (All. E), il Direttore UOC Farmacia del P.O. di Agrigento, accoglieva “*... l'invito a rimodulare i fabbisogni espressi, dimezzandoli, per poter trattare i pazienti per un periodo minimo di sei mesi e per consentire a codesto Provveditorato, in questo lasso di tempo, la definizione di una procedura superiore alla soglia comunitaria atta a garantire il fabbisogno annuale*”;

ATTESO

- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), i dispositivi richiesti non rientrano tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;
- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi,

e che i beni richiesti rientrano tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTO

- l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il comma 1 lett. e), per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie, consentendo lo svolgimento di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato;

RILEVATO

- CHE, sulla base dei fabbisogni semestrali espressi e del prezzo posto a base d'asta, determinato sulla base della media aritmetica delle offerte pervenute in sede d'indagine di mercato, risulta possibile, ai sensi della normativa citata, attivare una procedura di scelta del contraente a mezzo RDO/MEPA, invitando gli Operatori economici proponenti offerta, per l'affidamento della fornitura, in somministrazione semestrale ed in due lotti autonomi e distinti, di "*Kit per termoablazione e radiofrequenza e kit per radiofrequenza pulsata/standard*" per l'U.O.S. Terapia del Dolore, afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento, per un importo complessivo presunto di € 177.610,13 oltre opzioni e IVA di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- CHE occorre approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. F), disciplinante le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., con le allegate specifiche tecniche;

RITENUTO

- di dover nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Palumbo, dando atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, nei termini e modalità previsti dal Regolamento Aziendale approvato con Delibera 1283 del 03.08.2020, ai sensi del quale (art. 11, c. 2) "*Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate qualora intervengano norme vincolanti contenute in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, nonché pareri o linee guida con valore vincolante rilasciati da Autorità quali ANAC etc.*";
- di dover nominare, con il successivo provvedimento di aggiudicazione della presente procedura, ai sensi art. 114, c. 1 D. Lgs 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 262.402,56 comprese IVA e competenze interne ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 e regolamento aziendale approvato con Delibera 1283/2020 come da seguente quadro economico:

Fornitura di " <i>Kit per termoablazione e radiofrequenza e kit per radiofrequenza pulsata/standard</i> " per l'U.O.S. Terapia del Dolore del P.O. di Agrigento	€ 177.610,13
Opzioni ex art. 120 D. Lgs. n. 36/2023	35.522,03

IVA 22%	€ 46.889,07
Competenze interne 1% ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 2.131,32
Contrib. Anac	€ 250,00
TOTALE	€ 262.402,56

deve essere imputato nel Conto Economico C501010501 per come di seguito indicato:

- Per € 86.673,75 IVA compresa nel corrente Bilancio d’Esercizio;
- Per € 173.347,49 IVA compresa nel Bilancio d’Esercizio 2024;
- Per € 250,00 sul conto n. 502020199 (Altri servizi non sanitari da privato) del corrente Bilancio d’Esercizio;
- Per € 2.131,32 sul conto n. C516040605 e sul conto n. P202050601 del Bilancio d’Esercizio 2023, giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall’esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell’effettiva risultanza di gara;

- che si provverà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 250,00, così come determinata con Delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa sopra citata, l’esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA con invito agli Operatori economici proponenti offerta, per l’affidamento della fornitura, in somministrazione semestrale ed in due lotti autonomi e distinti, di “*Kit per termoablazione e radiofrequenza e kit per radiofrequenza pulsata/standard*” per l’U.O.S. Terapia del Dolore, afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento, per un importo complessivo presunto di € 177.610,13 oltre opzioni IVA di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- **APPROVARE** l’allegato documento denominato “Condizioni particolari di contratto” (All. E), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., con le allegate specifiche tecniche nonché i quantitativi dei dispositivi oggetto di gara;
- **NOMINARE** Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Dr. Giuseppe Palumbo, Collab. Amministr. Prof. in forza presso questa UOC proponente, dando atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, nei termini e modalità previsti dal Regolamento Aziendale approvato con Delibera 1283 del 03.08.2020, ai sensi del quale (art. 11, c. 2) “*Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate qualora intervengano norme vincolanti contenute in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, nonché pareri o linee guida con valore vincolante rilasciati da Autorità quali ANAC etc.*”;

- **PROVVEDERE**, con il successivo provvedimento di aggiudicazione della presente procedura, alla nomina, ai sensi art. 114, c. 1 D. Lgs 36/2023, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- **DARE ATTO** che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 262.402,56 comprese IVA e competenze interne ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 e regolamento aziendale approvato con Delibera 1283/2020 come da seguente quadro economico:

Fornitura di "Kit per termoablazione e radiofrequenza e kit per radiofrequenza pulsata/standard" per l'U.O.S. Terapia del Dolore del P.O. di Agrigento	€ 177.610,13
Opzioni ex art. 120 D. Lgs. n. 36/2023	35.522,03
IVA 22%	€ 46.889,07
Competenze interne 1% ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 2.131,32
Contrib. Anac	€ 250,00
TOTALE	€ 262.402,56

deve essere imputato nel Conto Economico C501010501 per come di seguito indicato:

- Per € 86.673,75 IVA compresa nel corrente Bilancio d'Esercizio;
- Per € 173.347,49 IVA compresa nel Bilancio d'Esercizio 2024;
- Per € 250,00 sul conto n. 502020199 (Altri servizi non sanitari da privato) del corrente Bilancio d'Esercizio;
- Per € 2.131,32 sul conto n. C516040605 e sul conto n. P202050601 del Bilancio d'Esercizio 2023, giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

- **CHE** si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 250,00, così come determinata con Delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e di relativo avviso sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 50, c. 8 del D. Lgs. 36/2023;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante l'urgenza manifestata dai Direttori richiedenti.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

favoloso

Data

19/10/2013

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

favoloso

Data

19/10/2013

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore UOC Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMMVO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Teresa Cinque

Contabilita': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2023
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 18/10/2023
Alla data : 18/10/2023
Dalla P.Nota: 142099
Alla P.Nota : 142099
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
N. Reg.	Num.	Doc		Protoc.		Causale Movimento			
142099	18/10/23	17/10/23		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	2.131,32		0,00
	1	P.N.2121/23	POVV.T0			P.N.2121/23 PROV.FORN.KIT TERMOABLACIONE E RADIOFREQUENZA			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		2.131,32
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							2.131,32	2.131,32	



*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana*

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057
P.Iva e C.F. 02570930848
P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia
Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

Al d. A

Prot. 106653 del 11/07/2023
Servizio Dispositivi Medici

*Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
e.p.c. Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione*

**OGGETTO: RICHIESTA D'ACQUISTO KIT PER TERMOABLAZIONE E
RADIOFREQUENZA**

Si trasmette, in allegato, richiesta d'acquisto di kit per termoablazione e radiofrequenza per la UOS Terapia del dolore.

L'apparecchiatura e il suo materiale di consumo descritti nel capitolato allegato, non sono presenti in una gara attiva e sono indispensabili per il Servizio di Terapia del Dolore attivo da pochi mesi.

*Si chiede di porre in essere quanto necessario affinché venga indetta una gara dedicata.
Cordiali saluti.*

*U.O.C. Farmacia
Il Dirigente Farmacista
Dott.ssa Valeria Ciotta*

*Il Direttore della Farmacia
Dr. Giuseppe Bellavia*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



*Al Direttore UOC Farmacia
 Dr. G. Bellavia*

*Oggetto: richiesta acquisto kit per termoablazione e radiofrequenza per UOS Terapia del dolore
 afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento.*

Si richiede l'acquisto del sottoelencato materiale necessario per i trattamenti di terapia del dolore che si effettuano presso il nostro Ambulatorio.

Preme sottolineare che il Servizio di Terapia del dolore è attivo da circa cinque mesi e per tale motivo, all'epoca della redazione dei fabbisogni relativi alla gara di anestesia e rianimazione, non erano stati indicati, dal Dr. Marotta, i fabbisogni di materiale relativo alle procedure antalgiche.


Si aggiunge, altresì, che nello specifico, il materiale oggi richiesto, non è presente in tale gara poiché innovativo e di ultima generazione.

Si chiede di volere avviare la procedura di acquisto.

Cordialmente.

LOTTO	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE
1	<i>Kit per termoablazione con tecnologia a radiofrequenza raffreddata a 60 ° per nervi periferici composto da n. 1 Probe attivo, n. 3 cannula introduttore G17 dotati di una via laterale per infusione di farmaci in grado di provocare un trattamento sferico ad angolo indipendente, n. 1 kit sterile tubi-buretta per radiofrequenza raffreddata. Completati di Elettrodo di dispersione. Disponibilità di diverse lunghezze e punte attive per consentire il trattamento adeguato dei diversi target nervosi: Anca, Cervicale, Ginocchio, Lombare, Sacrale, Spalla, Toracico.</i>	
a	<i>G17 Lunghezza 50, 75 mm con Punta Attiva mm 2</i>	<i>20 pezzi</i>
b	<i>G17 Lunghezza 75,100,150 mm con Punta Attiva mm 4</i>	<i>20 pezzi</i>
c	<i>G17 Lunghezza 75 mm con Punta Attiva mm 5,5</i>	<i>20 pezzi</i>
d	<i>Kit dedicato per RF Sacro Iliaca misura G17 lunghezza 75 mm e 150mm con punta attiva da 4 mm con sistema di centratrice ad Epsilon per l'individuazione dei punti di trattamento.</i>	<i>10 pezzi</i>

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE
U.O. BLOCCO OPERATORIO
DIRETTORE DR. G. FIORICA



e	Kit dedicato per RF Biacuplastica TRANSDISCAL del disco intervertebrale con sonda bipolare misura G 17 lunghezza 150 mm punta attiva da 6 mm	20 pezzi
2	KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA/STANDARD Composti da Sonda Monouso per Radiofrequenza, Cannula RF con marker radiopaco per identificare l'effettiva parte attiva, Placca-elettrodo di dispersione e filo monouso per Radiofrequenza. Disponibilità di varie misure in diametro G, lunghezza mm, e profilo della punta attiva (dritta, curva acuta, curva arrotondata)	
a	Punta dritta G 18,20,21,22 lunghezza 100,145 mm con Punta Attiva 10 e 5 mm	150 pezzi
b	Punta Curva Acuta G 18,20,22 lunghezza 54,60,100,145 mm con Punta Attiva 5, 10 mm	50 pezzi
c	Punta Curva Arrotondata G 20 lunghezza 100,145 mm con Punta Attiva 10 mm	50 pezzi
d	Kit MultiProbe 17 G lunghezza 100 mm con Punta Attiva mm 4	5 pezzi
	La ditta deve fornire al bisogno e su richiesta il GENERATORE di frequenza in grado di gestire 4 tipologie di RF (Pulsata-Standard-Bipolare- Raffreddata) completo di Pompa Peristaltica.	

Agrigento, li 26-06-2023


Dr. G. Fiorica

ASP AGRIGENTO
 P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento
 U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
 TERAPIA INTENSIVA

Direttore Dott. Gerlando Fiorica - AC3917

Oggetto: Capitolato Tecnico per l'acquisto di kit per termoablazione e radiofrequenza per UOS Terapia del dolore afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento.

LOTTO	DESCRIZIONE	FABBIS. ANNUALE
1	<p>Kit per termoablazione con tecnologia a radiofrequenza raffreddata a 60° per nervi periferici composto da n. 1 Probe attivo, n. 3 cannula introduttore G17 dotati di una via laterale per infusione di farmaci in grado di provocare un trattamento sferico ad angolo indipendente, n. 1 kit sterile tubi-buretta per radiofrequenza raffreddata.</p> <p>Completi di Elettrodo di dispersione.</p> <p>Disponibilità di diverse lunghezze e punte attive per consentire il trattamento adeguato dei diversi target nervosi:</p> <p>Anca, Cervicale, Ginocchio, Lombare, Sacrale, Spalla, Toracico.</p>	
a	G17 Lunghezza 50, 75 mm con Punta Attiva mm 2	20 pezzi
b	G17 Lunghezza 75, 100, 150 mm con Punta Attiva mm 4	20 pezzi
c	G17 Lunghezza 75 mm con Punta Attiva mm 5,5	20 pezzi
d	Kit dedicato per RF Sacro Iliaca misura G17 lunghezza 75 mm e 150mm con punta attiva da 4 mm con sistema di centratrice ad Epsilon per l'individuazione dei punti di trattamento.	10 pezzi
e	Kit dedicato per RF Biacuplastica TRANSDISCAL del disco intervertebrale con sonda bipolare misura G 17 lunghezza 150 mm punta attiva da 6 mm	20 pezzi
2	KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA/STANDARD Composti da Sonda Monouso per Radiofrequenza, Cannula RF con marker radiopaco per identificare l'effettiva parte attiva, Placca-elettrodo di dispersione e filo monouso per Radiofrequenza. Disponibilità di varie misure in diametro G, lunghezza mm, e profilo della punta attiva (dritta, curva acuta, curva arrotondata)	
a	Punta dritta G 18, 20, 21, 22 lunghezza 100, 145 mm con Punta Attiva 10 e 5 mm	150 pezzi
b	Punta Curva Acuta G 18, 20, 22 lunghezza 54, 60, 100, 145 mm con Punta Attiva 5, 10 mm	50 pezzi
c	Punta Curva Arrotondata G 20 lunghezza 100, 145 mm con Punta Attiva 10 mm	50 pezzi
d	Kit MultiProbe 17 G lunghezza 100 mm con Punta Attiva mm 4	5 pezzi
	La ditta deve fornire al bisogno e su richiesta il GENERATORE di frequenza in grado di gestire 4 tipologie di RF (Pulsata-Standard- Bipolare-Raffreddata) completo di Pompa Peristaltica.	



peo.B

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 120189 del 04-08-2023

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di "Kit per termoablazione e radiofrequenza" per UOS Terapia del dolore afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto dei dispositivi in oggetto indicati, le cui specifiche tecniche nonché i relativi quantitativi annui sono indicate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 14.08.2023, a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (non di listino) e franco destino, dei dispositivi richiesti;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.R.
- ✓ Indicazione del codice CPV. Si rappresenta l'importanza di tale indicazione, stante la sua necessaria indicazione nella nuova piattaforma di E-Procurement "Acquisti in rete";
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

Si precisa che i quantitativi indicati sono meramente orientativi e potranno essere successivamente rettificati in sede di gara.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi ed è finalizzata, oltre che ad individuare una congrua base d'asta, anche a verificare che le specifiche tecniche proposte consentano la partecipazione degli Operatori Economici interessati.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli operatori economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall' ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur

sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara


Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Dirig. Amm.vo UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Tirò





Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

per C

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

Prot. 129491 del 31/08/2023

Servizio Dispositivi Medici

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

OGGETTO: RICHIESTA D'ACQUISTO SISTEMA DI NEUROMODULAZIONE

Si trasmette, in allegato, richiesta d'acquisto di sistema di neuromodulazione per la UOS Terapia del dolore.

L'apparecchiatura e il suo materiale di consumo descritti nel capitolato allegato, sono presenti nella gara di Anestesia e Rianimazione al lotto 277 ma i fabbisogno per l'Asp di Agrigento sono pari a zero.

Inoltre, si coglie l'occasione di sollecitare per la seconda volta la nostra nota n.106653 del 11/07/2023 per l'acquisto di kit per termoablazione e radiofrequenza.

Tali apparecchiature con i loro materiali di consumo sono indispensabili per il Servizio di Terapia del Dolore attivo da mesi e che garantisce già l'assistenza sanitaria a molti pazienti.


Si chiede di porre in essere quanto necessario affinché venga indetta una gara dedicata per i prodotti sopraelencati.

La presente ha carattere d'urgenza.

Cordiali saluti.

U.O.C. Farmacia
Il Dirigente Farmacista
Dott.ssa Valeria Ciotta

Il Direttore della Farmacia
Dr. Giuseppe Bellavia



All. D

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspaa.it

Prot. n. 16488 del 29-1-2023

AI Direttore UOC Farmacia PO Agrigento
AI Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
PO Agrigento

Oggetto: Riscontro nota prot. 129491 del 31.08.2023, richiesta d'acquisto "Sistema di Neurostimolazione midollare" e sollecito acquisto "Kit per termoablazione e radiofrequenza", rif. nota prot. 106653 del 11.07.2023

Con riferimento alle note in epigrafe indicate, si rappresenta che, relativamente alla richiesta di acquisto prot. 129491/2023 di "Sistema di Neurostimolazione midollare", l'indagine di mercato svolta ha prodotto offerta unicamente da due Società, una delle quali ha rilevato come il capitolato proposto, qui allegato per economia di procedimento, indica caratteristiche tecniche talmente esclusive che potrebbero discriminare la partecipazione ad un'eventuale gara, in quanto possedute da unica azienda concorrente.

Si rappresenta pertanto l'opportunità di rimodulare il capitolato a suo tempo proposto, al fine di consentire la massima partecipazione nonché il rispetto dei principi di non discriminazione e di concorrenza.

Si allega documentazione tecnica prodotta dalla suindicata Società a seguito dell'indagine di mercato sopra citata.


In relazione alla richiesta di acquisto prot. 106653/2023 "Kit per Termoablazione e radiofrequenza", l'indagine di mercato celermente svolta ha rilevato offerte d'importo superiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 14 D. Lgs. 36/2023, che imporrebbro l'avvio di Procedura Aperta, i cui tempi di esecuzione (max cinque/sei mesi) contrastano con il carattere urgente sottolineato in detta nota prot. 129491/2023.

Qualora le SS.LL. non intendano attendere la suddetta tempistica, si porge cortese invito a rimodulare i fabbisogni espressi, a fine di avviare più celere Procedura negoziata a mezzo RdO/MePa ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Dirig. Amm.vo UOC Servizio Provveditorato
Drs.ssa Maria Tirro



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

all. E

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

149413

Prot. del 06/10/2023

Servizio Dispositivi Medici

Al Dirigente Amministrativo U.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Maria Tirò

Al Collaboratore Amministrativo

Dott. Giuseppe Palumbo

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

OGGETTO: Acquisto "Sistema di Neurostimolazione midollare" e "Kit per Termoablazione e radiofrequenza".

Facendo seguito alla Vs nota protocollo n.144888 del 29/09/2023, sentito per le vie brevi il Dott. Fiorica, si riscontra quanto segue:

- Per quanto riguarda il Sistema di Neurostimolazione midollare, il capitolato presentato è stato estrapolato dal lotto 277 della gara di Anestesia e Rianimazione il cui fabbisogno per l'Asp di Agrigento è pari a zero.

Il lotto sopracitato è stato aggiudicato alla Ditta Theras Lifetech e l'offerta trasmessa da codesto Provveditorato è della Ditta Medtronic, due ditte differenti.

Pertanto la rilevazione espressa dalla terza "Società", la quale lamenta che "il capitolato proposto indica caratteristiche tecniche talmente esclusive che potrebbero discriminare la partecipazione ad una eventuale gara, in quanto possedute da un'unica Azienda concorrente" non corrisponde al vero.

Per quanto sopra, la rimodulazione del suddetto capitolato risulta essere superflua.

→ - In merito all'acquisto del "kit per Termoablazione e Radiofrequenza", al fine di tamponare l'emergenza in essere, si coglie l'invito a rimodulare i fabbisogni espressi, dimezzandoli, per poter trattare i pazienti per un periodo minimo di sei mesi e per consentire a codesto Provveditorato, in questo lasso di tempo, la definizione di una procedura superiore alla soglia comunitaria atta a garantire il fabbisogno annuale.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

U.O.C. Farmacia


Il Dirigente Farmacista

Dott.ssa Valeria Ciotta

Il Direttore della Farmacia

Dr. Giuseppe Bellavia

Di solito



All. 7

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo.)

Telefono: 0922407279

FAX 0922 407119

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA ad inviti, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione semestrale ed in due lotti autonomi e distinti, di "Kit per termoablazione a radiofrequenza e kit per radiofrequenza pulsata/standard" per l'UOS Terapia del Dolore afferente alla UOC Anestesia e Rianimazione P.O. di Agrigento (L01 Cig: _____, L02 Cig: _____)

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda, giusta Delibera a contrarre n. _____ del ____ / 10 / 2023, esecutiva, indice, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) D. Lgs. 36/2023, Procedura Negoziata, tramite RDO/ME.PA ad inviti, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione semestrale ed in due lotti autonomi e distinti, di "Kit per termoablazione a radiofrequenza e kit per radiofrequenza pulsata/standard" per l'UOS Terapia del Dolore afferente alla UOC Anestesia e Rianimazione P.O. di Agrigento, le cui caratteristiche tecniche nonché i fabbisogni presunti semestrali sono allegati alla presente, per un importo unitario presunto, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi pervenuti a seguito di indagine di mercato, per come in dettaglio di seguito indicato:

Lotto 01: Kit per termoablazione con tecnologia a radiofrequenza – Cig: _____ – importo a b.a. € 93.648,13 oltre opzioni e IVA di legge;

Lotto 02: Kit per radiofrequenza pulsata/standard – Cig: _____ – importo a b.a. € 83.962,00 oltre opzioni e IVA di legge;

Per un importo complessivo presunto a base d'asta, di € 177.610,13 oltre opzioni e iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto degli dispositivi sopra menzionati, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Consegna presso i magazzini farmaceutici dei PP.OO. emittenti l'ordine.

Prevedendo il capitolato anche la fornitura, "...al bisogno e su richiesta, di GENERATORE di frequenza in grado di gestire 4 tipologie di RF (Pulsata-Standard- Bipolare- Raffreddata) completo di Pompa Peristaltica", al verificarsi di tale condizione l'Operatore Offerente è tenuto all'esecuzione anche delle seguenti prestazione:

- Consegnare installazione e collaudo presso la struttura sanitaria richiedente; saranno a carico del fornitore tutte le opere di installazione e di eventuale cablaggio, nessuna esclusa, e dovrà essere fornito tutto quanto necessario per l'installazione.
- Fornitura, in service Full Risk, di n. 01 "GENERATORE", le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato Capitolato tecnico, da installare presso la struttura sanitaria richiedente; durante il periodo del service (sei mesi da collaudo positivo), manutenzione ordinaria preventiva (come da indicazioni del produttore) e manutenzione straordinaria Full Risk su chiamata in numero illimitato; tempo di intervento tecnico: 08 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. In mancanza, la Società fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto), al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore

La fornitura è da intendersi in regime di somministrazione e, quindi, le quantità sopra indicate sono riferite al fabbisogno stimato per circa 06 (sei) mesi e sono da ritenersi indicative e non impegnative per questa ASP; si conviene, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, l'entità della somministrazione non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno di questa Azienda nel periodo di vigenza contrattuale; l'ASP si riserva, pertanto, di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale sanitario di che trattasi. Le quantità, pertanto, potranno subire variazioni in diminuzione, senza alcun limite, in relazione al fabbisogno reale ed effettivo delle Strutture interessate, correlato all'andamento delle relative patologie, non esattamente prevedibile o predeterminabile, per cui l'Appaltatore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta;

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni, da eseguire all'interno delle strutture, non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato. Inoltre, qualora i beni da fornire prevedessero una scadenza, questa non deve essere inferiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche di gara.

Si precisa che la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, verrà attuata tramite FVOE, in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCpass. L'Operatore Economico che intenda partecipare ad uno o più lotti di gara dovrà, pertanto registrarsi al servizio FVOE (seguendo le istruzioni reperibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) indicando a sistema il CIG dei lotti della procedura cui intende partecipare. Il PassOe rilasciato dal sistema dovrà essere inserito nella busta amministrativa.

Revisione Dei Prezzi: avendo il contratto durata inferiore all'anno, non è contemplata l'ipotesi di Revisione prezzi.

Opzione ex art. 120 c. 9 D. Lgs. n. 36/2023: questa Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di usufruire dell'opzione di cui all'art. 120 c. 9 D. Lgs. n. 36/2023 nella misura massima del 20% della base d'asta, ovvero complessivamente € 35.522,03 oltre IVA di legge, per il periodo di vigenza contrattuale, ciò per poter soddisfare le eventuali richieste da parte delle proprie strutture ospedaliere. Si precisa che l'aggiudicatario nulla potrà pretendere in ordine al mancato esercizio totale o parziale delle presenti opzione da parte della S.A.

Opzione ex art. 120 c. 10 D. Lgs. 36/2023: questa Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà, qualora in vigenza del contratto il fabbisogno espresso per i vari lotti per circa sei mesi non fosse esaurito, di prorogarne l'esecuzione per un periodo non superiore ad ulteriori 03 (tre) mesi, e comunque entro il limite della concorrenza massima del relativo CIG, senza che la Ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso. Nel qual caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, agli stessi - o più favorevoli per la Stazione Appaltante - prezzi, patti e condizioni.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultò conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 36/2023. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara per impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. **PassOE:**
2. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023, di insussistenza delle cause di esclusione previsti all'art. 94 commi 1 e 2 del citato D. Lgs. 36/2023, con indicazione delle generalità complete dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023;
3. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94 comma 5 lettere a) b) d) e) f) e comma 6 del D lgs 36/2023;
4. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 95 comma 1 lettere a) b) c) d) e) e comma 2 D lgs 36/2023;
5. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
6. Copia delle Condizioni Particolari di contratto e del Capitolato Tecnico debitamente firmata digitalmente per accettazione;
7. In relazione al GENERATORE: specifiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, con dépliants illustrativi, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, unitamente a manuale d'uso completo in lingua italiana dell'apparecchiatura offerta;
8. In relazione ai DISPOSITIVI: breve relazione tecnica dei dispositivi offerti corredata di dépliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa;
9. Schema Offerta Tecnica, rigorosamente senza prezzi, in cui dovrà essere indicato codice CND e numero RDM, nonché il Codice Aziendale, così da rendere inequivocabile l'individuazione del dispositivo offerto;
10. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
11. Eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
12. Dettaglio Prezzi Offerti, completa di tutti i dati ivi richiesti; dovrà contenere il prezzo unitario del dispositivo offerto, il prezzo complessivo nonché i dati del confezionamento.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO: la ditta aggiudicataria dovrà:
 entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 106 D.Lgs. 36/2023; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di validità del contratto (06 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 36/2023; come previsto dall'art. 18 c. 10 D. Lgs 36/2023, al momento della stipula del contratto telematico, l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento, qualora dovuto, dell'imposta di bollo di cui all'allegato I.4 al codice, nelle modalità indicate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28.06.2023 e risoluzione n. 37/E del 28.06.2023 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) La durata della fornitura è fissata in 06 mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto;
- 3) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi trasporto e consegna presso i magazzini farmaceutici dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento emittenti l'ordine e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolo, in base a calcoli

- di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanaione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 4) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite NSO; in caso di particolare urgenza la ditta dovrà consegnare entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
 - 5) La fornitura, in conformità all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accettare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accettare che l'apparecchiatura e le attrezature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.
 - 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
 - 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
 - 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
 - 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA**
(timbro e firma del legale rappresentante)

**Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli**

Oggetto: Capitolato Tecnico per l'acquisto di kit per termoablazione e radiofrequenza per UOS Terapia del dolore afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento.

LOTTO	DESCRIZIONE	FABBIS. ANNUALE
1	<p><i>Kit per termoablazione con tecnologia a radiofrequenza raffreddata a 60° per nervi periferici composto da n. 1 Probe attivo, n. 3 cannula introduttore G17 dotati di una via laterale per infusione di farmaci in grado di provocare un trattamento sferico ad angolo indipendente, n. 1 kit sterile tubi-buretta per radiofrequenza raffreddata.</i></p> <p><i>Completi di Elettrodo di dispersione.</i></p> <p><i>Disponibilità di diverse lunghezze e punte attive per consentire il trattamento adeguato dei diversi target nervosi:</i></p> <p><i>Anca, Cervicale, Ginocchio, Lombare, Sacrale, Spalla, Toracico.</i></p>	
a	G17 Lunghezza 50, 75 mm con Punta Attiva mm 2	20 pezzi
b	G17 Lunghezza 75, 100, 150 mm con Punta Attiva mm 4	20 pezzi
c	G17 Lunghezza 75 mm con Punta Attiva mm 5,5	20 pezzi
d	<i>Kit dedicato per RF Sacro Iliaca misura G17 lunghezza 75 mm e 150mm con punta attiva da 4 mm con sistema di centratrice ad Epsilon per l'individuazione dei punti di trattamento.</i>	10 pezzi
e	<i>Kit dedicato per RF Biacuplastica TRANSDISCAL del disco intervertebrale con sonda bipolare misura G 17 lunghezza 150 mm punta attiva da 6 mm</i>	20 pezzi
2	KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA/STANDARD Composti da Sonda Monouso per Radiofrequenza, Cannula RF con marker radiopaco per identificare l'effettiva parte attiva, Placca-elettrodo di dispersione e filo monouso per Radiofrequenza. Disponibilità di varie misure in diametro G, lunghezza mm, e profilo della punta attiva (dritta, curva acuta, curva arrotondata)	
a	Punta dritta G 18, 20, 21, 22 lunghezza 100, 145 mm con Punta Attiva 10 e 5 mm	150 pezzi
b	Punta Curva Acuta G 18, 20, 22 lunghezza 54, 60, 100, 145 mm con Punta Attiva 5, 10 mm	50 pezzi
c	Punta Curva Arrotondata G 20 lunghezza 100, 145 mm con Punta Attiva 10 mm	50 pezzi
d	Kit MultiProbe 17 G lunghezza 100 mm con Punta Attiva mm 4	5 pezzi
	<i>La ditta deve fornire al bisogno e su richiesta il GENERATORE di frequenza in grado di gestire 4 tipologie di RF (Pulsata-Standard- Bipolare-Raffreddata) completo di Pompa Peristaltica.</i>	



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 20/10/2023
Agrigento, li 20/10/2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi