

OFFERENTE:	
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime AUTOCLAVE A VAPORE
	Marca
	Modello
	N° di repertorio
1	Autoclave automatica a vapore per Blocco Operatorio da 2 Unità di Sterilizzazione
2	Versione da pavimento ad una porta
3	Volume camera di circa 200 litri
4	Caricamento camera ad altezza ergonomica
5	Telaio, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304
6	Camera di sterilizzazione in acciaio inox almeno AISI 316 di adeguato spessore (tipicamente 5 cm) e di facile pulizia
7	Intercapedine in acciaio inox di adeguato spessore (tipicamente 5 cm)
8	Porta in acciaio inox almeno AISI 316 ad alto spessore
9	Porta con chiusura a scorrimento con dispositivo pneumatico di sicurezza
10	Sistema di protezione antischacciamento sulla porta
11	Sistema di tenuta della camera mediante compressione delle guarnizioni di tenuta
12	Camera interna munita di guide scorrevoli per eventuale carrello interno di carico e scarico
13	Cicli di sterilizzazione controllati a microprocessore
14	Interfaccia con display a colori
15	Almeno tre cicli standard programmati di sterilizzazione: ferri, gomma e tessuti
16	Cicli test: penetrazione del vapore (Bowie&Dick), tenuta del vuoto
17	Chiave di accesso per la modifica dei parametri dei cicli
18	Indicazione e visualizzazione delle fasi del ciclo
19	Registrazione dati per mezzo di stampante a bordo macchina
20	Possibilità di trasferimento dati su sistema esterno di acquisizione e supervisione centralizzato

21	Dimensioni di ingombro, 900x1100x1850H mm (±5%)
22	Peso
23	Alimentazione elettrica 380 VAC, 50 Hz
24	Marcatura CE
25	L'autoclave dovrà essere progettata e costruita secondo le normative vigenti; UNI, CEI, ISPEL, IEC, 97/23/CE (apparecchiatura a pressione - PED), ed UNI EN ISO 15614-1 (procedure di saldatura), UNI EN ISO 14971 (analisi del rischio) UNI EN 285 (sterilizzatrici a vapore), UNI EN ISO 17665-1 (sviluppo, convalida e test di routine); Direttive 2014/35/CEE per la Bassa Tensione; 2014/30/CEE per la Compatibilità Elettromagnetica, 2006/42/CEE per le Macchine, ecc.
26	Certificato di convalida
27	Garanzia full risk 24 mesi