



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. _____ del _____

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali (Ecocardiografi, Ortopantomografo, Polisonnografi, Spirometri) in riferimento alla Linea Progettuale 2.6 PSN 2013 "Sviluppo modelli Chronic Care Model" per il DSB di Agrigento.

Richiesta chiarimenti su capitolato.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si allegano chiarimenti resi dal Dirigente Medico incaricato, a seguito di quesito posto da Operatore interessato alla procedura:

D.: In merito all'indagine di mercato richiamata in oggetto si chiede di specificare la tipologia di Ecografo richiesto (portatile o carrellato) e la tipologia di sonde che desiderate.

Si allega riscontro.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Dirig. Amm.vo UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Tirrò



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
SEDE LEGALE : VIALE DELLA VITTORIA, 321 – AGRIGENTO
DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI AGRIGENTO
DIREZIONE

Direttore del Distretto: Dott. Ercole Marchica
Email: distrettodibase.agrigento@aspag.it
Web: www.aspag.it

Prot. n. 140016 del 20/09/2023

Alla C.A. del Dott. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
SEDE

Oggetto: indagine di mercato prot. n. 137550 del 15.09.2023 per richiesta acquisto apparecchiature elettromedicali nota prot. 127892/2023.

Con la presente si comunica che la dotazione standard per la richiesta di ecografo dovrà essere fornita di:

1. Carrello,
 2. Sonde multifrequenze ad ampio spettro da 2,5 a 12 MHz (tutte le frequenze disponibili in commercio),
- come da nota di richiesta acquisto prot. n. 127892/2023 che si allega in calce.
Tanto si doveva.

Il Direttore
Dott. Ercole Marchica