



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. n. 138010 del 18.09.2023

#### Sito Web Aziendale

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, a mezzo Trattativa Diretta su MePa, preceduta da valutazione comparativa di preventivi, per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento.

#### **Aggiornamento scheda tecnica.**

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'acquisto delle attrezzature sanitarie di cui all'oggetto, le cui specifiche tecniche, **aggiornate rispetto all'indagine di mercato prot. 76450 del 17.05.2023**, sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico e da affidare mediante Trattativa Diretta su MePa, ai sensi della normativa citata, ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 D. Lgs 36/2023), nonché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Amministrazione aggiudicatrice: Asp Agrigento, UOC Servizio Provveditorato, Viale della Vittoria 321 – Agrigento;

Oggetto dell'appalto: Affidamento della fornitura, in acquisto, di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento la chiusura del "Progetto Obiettivo PSN anno 2015, Linea 5.9 Cronicità - Organizzazione della rete telematica Ospedale/Territorio, per la gestione delle Epilessie in età evolutiva", le cui specifiche tecniche sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico;

Procedura: Affidamento diretto previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023. Il presente avviso viene pubblicato per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura. Il presente invito non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo questa Asp, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto miglior offerente, previo giudizio positivo di conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste, e che sarà ritenuto idoneo, secondo i criteri esposti nel presente documento. L'Asp di Agrigento inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata. Quest'Asp inoltre si riserva di

interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopralluogo ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella bozza di contratto qui allegata.

Corrispettivo e durata del contratto: gli Operatori economici interessati dovranno produrre un preventivo fino alla concorrenza del valore massimo pari complessivamente ad € 34.669,20 iva compresa (Euro trentaquattromilaseicentosessantanove/20). Il contratto avrà durata di 02 (due) anni (durata della garanzia richiesta), decorrenti dalla data del perfezionamento del contratto.

Modalità di aggiudicazione della fornitura: Il prestatore sarà individuato secondo il criterio del prezzo più basso, previo giudizio positivo di conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste.

Il preventivo richiesto, firmato digitalmente, nonché l'ulteriore documentazione a corredo dello stesso e più sotto elencata, dovranno pervenire all'indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, entro e non oltre il 26.09 p.v. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire allo stesso indirizzo entro le h. 12.00 del 22.02 p.v.

Unitamente al preventivo l'Operatore interessato dovrà produrre:

1. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, compilando, per le parti d'interesse, l'allegato modulo Allegato\_1, firmato digitalmente;
2. Elenco delle principali forniture attestanti pregresse esperienze in forniture similari all'oggetto della presente, idonee ad attestare la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, firmato digitalmente;
3. Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip;
4. Copia dell'allegato Capitolato Tecnico, debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
5. Depliants illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto, firmato digitalmente;
6. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura), firmato digitalmente;
7. Eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura, firmato digitalmente;

Il presente avviso non costituisce procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura delle attrezzature sanitarie richieste.

La richiesta di preventivi non vincola in alcun modo quest'Asp, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Quest'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in

sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall'ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.


Si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Dirig. Amm.vo UOC Serv. Provveditorato  
Dr.ssa Maria Tirò



Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori				
OFFERENTE:				
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc.***
	Marca	(indicare)		
	Modello	(indicare)		
	N° di repertorio	(indicare)		
1	<i>N° 2 Sistemi per l'acquisizione di segnali EEG e Video EEG per la gestione delle epilessie in età evolutiva per il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza (NPIA) , dotato di:</i>	(si/no)		
1.1	Amplificatore di ultima generazione e recente immissione sul mercato	(si/no) descrivere		
1.2	Sistema di registrazione con almeno 26 canali monopolari, 8 bipolari (utilizzabili anche come monopolari)	(si/no) descrivere		
1.3	Possibilità di impostare liberamente tutti i canali in AC o in DC	(si/no) descrivere		
1.4	Elevata frequenza di campionamento per ogni canale ( almeno 500Hz per canale)	(si/no) descrivere		
1.5	Campionamento almeno 24 bit	(si/no) descrivere		
1.6	Display LCD a colori integrato in testina per la visualizzazione di segnali e impedanze.	(si/no) descrivere		
1.7	Bottone marca eventi integrato	(si/no) descrivere		
1.8	Possibilità di aumentare gli amplificatori per incrementare il numero di canali disponibili	(si/no) descrivere		
1.9	Stimolatore flash con braccio di supporto	(si/no) descrivere		
1.10	Doppio check di impedenza in testina (visualizzazione impedenze su display integrato e tramite illuminazione degli ingressi attivi)	(si/no) descrivere		
1.11	Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato.	(si/no) descrivere		
1.12	Il sistema deve poter essere connesso tra mite la rete ospedaliera ad una Stazione di lettura e refertazione compatibile (vedi caratteristiche in basso).	(si/no) descrivere		

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori

OFFERENTE:				
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc.***
1.13	PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22"	(si/no) descrivere		
1.14	Stampante laser b/n	(si/no) descrivere		
2	<b>Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:</b>			
2.1	• Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce	(si/no) descrivere		
2.2	• Possibilità di definire differenti schermate di lavoro	(si/no) descrivere		
2.3	• Possibilità di definire parametri di acquisizione e preset di lavoro	(si/no) descrivere		
2.4	• Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato	(si/no) descrivere		
2.5	• Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line	(si/no) descrivere		
2.6	• Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività.	(si/no) descrivere		
2.7	• Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica	(si/no) descrivere		
2.8	• Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office	(si/no) descrivere		
3	<b>MODULO VIDEO EEG</b>			
3.1	Software di acquisizione per segnali Video EEG	(si/no) descrivere		
3.2	Webcam di ultima generazione FULL HD con controlli software da applicativo di registrazione.	(si/no) descrivere		
3.3	Treppiede per telecamera			
3.4	Microfono ambientale ad alta fedeltà	(si/no) descrivere		
4	<b>CARATTERISTICHE GENERALI EEG</b>			
4.1	Carrello di tipo medicale con trasformatore di isolamento completo di tutti gli accessori (incluso monitor);	(si/no) descrivere		
4.2	Ingombri e peso ridotto	(valore)		
4.3	Alimentazione 230 V 50 Hz	(valore)		
4.4	Certificazioni a norma di legge	(si/no) elencare		

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori

OFFERENTE:				
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc.***
4.5	Marcatura CE	(si/no) elencare		
4.6	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi	(valore)		
5	<b>Accessori in dotazione per ogni sistema:</b>			
5.1	• N. 50 elettrodi a ponte grandi	(si/no) elencare		
5.2	• N. 50 cavetti per elettrodi a ponte	(si/no) elencare		
5.3	• N. 9 Cuffie elastiche in PTS (6 misura pediatrica + 3 per adulti )	(si/no) elencare		
6	<b>N. 1 STAZIONE DI LETTURA E REFERTAZIONE</b>	(si/no) descrivere		
	Stazione di Lettura e refertazione degli esami EEG e VEEG acquisiti con sistemi sopra descritti, dotata di:	(si/no) descrivere		
6.1	PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22"	(si/no) descrivere		
6.2	Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato.	(si/no) descrivere		
6.3	La stazione deve poter essere connessa tramite la rete ospedaliera ai Sistemi acquisitori di EEG - VEEG (vedi caratteristiche in alto).	(si/no) descrivere		
6.4	Stampante laser b/n.	(si/no) descrivere		
	Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:			
6.5	Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce.	(si/no) descrivere		
6.6	Possibilità di definire differenti schermate di lavoro.	(si/no) descrivere		
6.7	Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato.	(si/no) descrivere		
6.8	Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line.	(si/no) descrivere		
6.9	Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività.	(si/no) descrivere		
6.10	Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica.	(si/no) descrivere		

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori

OFFERENTE:				
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc.***
6.11	Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office.	(si/no) descrivere		
7	<b>CARATTERISTICHE GENERALI REFERTAZIONE</b>			
7.1	Ingombri e peso ridotto	(valore)		
7.2	Alimentazione 230 V 50 Hz	(valore)		
7.3	Certificazioni a norma di legge	(si/no) elencare		
7.4	Marcatura CE	(si/no) elencare		
7.5	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi	(valore)		
<b>Campi da compilare</b>				

\* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.

\*\* In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisito

\*\*\* Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito