



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, preceduto da valutazione comparativa di preventivi, per l' affidamento urgente della fornitura ed installazione, in un lotto unico ed indivisibile, di defibrillatori manuali e semiautomatici (DAE), destinati all'ASP di Agrigento nell'ambito del progetto "Strategia Area Interna Sicani Telemedicina per la Continuità assistenziale nell'area Interna Sicani" azione C1.1.1 - linea d'intervento AISIC_ 15 (CUP: C77H20001490006, Cig: _____)

Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si allegano chiarimenti a seguito di quesiti posti da Operatore interessato alla procedura:

In merito alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

COD. A punto 1.3

si richiede di confermare che saranno valutati e ritenuti idonei monitor/defibrillatori funzionanti mediante le sole piastre monouso (che, peraltro, sono quelle che la linea guida ERC indica come soluzione preferenziale).

COD.B punto 1.5

si richiede di confermare che il requisito dello stimolatore transtoracico per il defibrillatore DAE è un refuso , in quanto non ci risultano DAE con tale caratteristica, e che pertanto saranno valutati e ritenuti idonei defibrillatori DAE che non posseggono tale caratteristica.

in relazione ai 2 quesiti, siamo a chiarire quanto segue:

COD. A punto 1.3: si ribadisce la necessità di avere ANCHE le piastre plurioso, il monitor/defibrillatore deve essere dotato di piastre plurioso e cavo per utilizzo piastre monouso.

COD. B punto 1.5: si conferma che la caratteristica di stimolatore transtoracico, richiesta per il DAE è un refuso e che pertanto saranno valutati e ritenuti idonei defibrillatori DAE che non posseggono tale caratteristica.

Il Coll. Amm.vo

Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore UOC Serv. Provveditorato

Dr.ssa Ginzia Schinelli