



CAPITOLATO TECNICO

PER SERVIZIO A DOMICILIO DI NOLEGGIO DI CONCENTRATORI FISSI E PORTATILI DI OSSIGENO

LOTTO N. 1 CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO

Il concentratore di ossigeno fisso offerto deve essere di ultima generazione e di nuova fabbricazione, inoltre, deve essere corredata dalle certificazioni di qualità previste dalle normative vigenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. 626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla loro immissione in commercio, e che gli stessi sono in possesso della marcatura CE prevista dal D.L.vo 46/97;

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL DISPOSITIVO - CONCENTRATORE FISSO

- in grado di erogare un flusso di ossigeno continuo da 0,5 a 5 l/min;
- fornito di ruote integrate per il trasporto;
- dotato di umidificatore integrato per ridurre al minimo le secrezioni;
- dotato dei principali allarmi;
- di peso inferiore o uguale a 15 kg;
- alimentazione elettrica 230 V (+/- 10%);
- 50 Hz;
- Livello di rumore inferiore o uguale a 43 Dba;
- Purezza di ossigeno 90%-96%;
- filtri: il concentratore dovrà essere dotato di opportuni filtri antipolvere e filtri biologici da sostituirsi secondo le necessità

QUANTITATIVI PRESUNTI

Il fabbisogno presunto di concentratori di ossigeno fissi dell'Asp di Agrigento è di n. 124.

Il suddetto quantitativo non è intendersi impegnativo per l'Azienda potendo esso variare in aumento o in diminuzione in dipendenza del reale fabbisogno dei presidi senza la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

LOTTO N. 2 CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE

Il concentratore di ossigeno portatile offerto deve essere di ultima generazione e di nuova fabbricazione, inoltre, deve essere corredata dalle certificazioni di qualità previste dalle normative vigenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. 626/94 come modificato dal

D.lgs.242/96, conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla loro immissione in commercio, e che gli stessi sono in possesso della marcatura CE prevista dal D.L.vo 46/97;

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL DISPOSITIVO - CONCENTRATORE PORTATILE

- Peso contenuto (inferiore a 3 kg);
- Dotato di zaino per il trasporto;
- Dotato di umidificatore integrato per ridurre al minimo le secrezioni;
- possibilità di ricaricare la batteria sia tramite rete elettrica domestica che tramite cavo auto (accendisigari) in dotazione;
- In grado di erogare un flusso pulsato fino a 5 l/min;
- Dotato dei principali allarmi;
- Possibilità di utilizzare anche una seconda batteria opzionale supplementare (con estensione dell'autonomia sino a 15 h);
- filtri: il concentratore dovrà essere dotato di opportuni filtri antipolvere e filtri biologici da sostituirsi secondo le necessità

QUANTITATIVI PRESUNTI

- Il fabbisogno presunto di concentratori portatili dell'Asp di Agrigento è di n. 80.
- Il suddetto quantitativo non è intendersi impegnativo per l'Azienda potendo esso variare in aumento o in diminuzione in dipendenza del reale fabbisogno dei presidi senza la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

LOTTI N. 1 E N. 2

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nell'ipotesi in cui, durante il periodo contrattuale, venissero immessi sul mercato, nuovi concentratori di ossigeno fissi e/o portatili analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la ditta aggiudicataria si impegna a proporre all'A.S.P. di Agrigento i nuovi prodotti in sostituzione e/o affiancamento dei dispositivi aggiudicati, allo stesso prezzo e condizioni tutte di cui alla gara

ASSISTENZA TECNICA

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un'assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo, per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, del concentratore portatile offerto in noleggio.

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere effettuati entro 24 ore dalla chiamata telefonica e completati entro 48 ore. Deve inoltre essere garantita la manutenzione ordinaria.

MATERIALE DI CONSUMO

Il materiale di consumo e quant'altro necessario per l'uso delle apparecchiature (ovvero il materiale accessorio), adatto e necessario sia per il paziente adulto che pediatrico, dovrà essere fornito dal fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, secondo le indicazioni e

i quantitativi contenuti nella prescrizione dello specialista, e si intende inclusa l'eventuale sostituzione dei presidi a causa di rotture o qualora gli stessi risultassero insufficienti.

Il fornitore dovrà garantire la fornitura dei materiali di consumo per ogni assistito , nella quantità e misure diverse al fine di assicurare la copertura di tutte le possibili tipologie di pazienti.

I prezzi offerti devono essere uguali od inferiori a quelli praticati ad altre aziende sanitarie pubbliche, regionali e nazionali, di dimensioni analoghe a quelle di questa Azienda.