



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Viale Della Vittoria n. 321  
CAP. 92100 CITTÀ AGRIGENTO  
Telefono 0922-407238  
FAX 0922-4071120  
Mail: [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

DATA *11/10/2013*  
PROT. *151657*

*A tutte le ditte interessate*

**OGGETTO:** Consultazione preliminare di mercato per l'acquisto di un sistema di nuova generazione per isteroscopia /rettoscopia ambulatoriale integrato ad un sistema video Endo compact per Office

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere all'acquisizione di un sistema di nuova generazione per istero/rettoscopia ambulatoriale integrato ad un sistema video Endo compact per Office, e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di che trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se il prodotto di cui in oggetto, rientra tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo relativo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si indicano quali minime caratteristiche tecniche e di composizione del sistema in oggetto:  
N. 1 Sistema Video Endo compact con Pc schermo medico da 17,3" con 1,07 miliardi di colori a latenza molto bassa, con integrata sorgente luminosa a LED 60 W, testina video camera Full HD, sistema di registrazione e riproduzione video e foto.

Predisposto per videocamera 4K, collegamento tramite cavo HDIM o VGA con monitor ausiliario, sistema di registrazione su chiavetta USB per riportare Video e foto su PC ausiliario per l'integrazione di immagini su cartella clinica o referti, dotato di pulsanti per una gestione facile e intuitiva, impostazioni speciali preimpostate e possibilità di memorizzare impostazioni speciali individuali, porte USB, connessioni per cavo luce e testina videocamera, pulsante di sicurezza per il rilascio, cavo porta luce prima della rimozione, manopola di regolazione dell'illuminazione;

N. 1 Camicia esterna a flusso continuo ovalare diam 14,9 Fr;

N. 1 Camicia interna a flusso continuo ovalare per canicia esterna 14,9 Fr;

N. 1 Camicia isteroscopica interna con canale operativo da 5 Fr con trafilato lungo tutta la lunghezza della stessa, per camicia esterna ovale 14,9 Fr;

N. 1 Elemento operativo passivo mono/bipolare BI-POWER per camicia Fr 14,9;

N. 2 Sistema ottico ad alta finizione di II° generazione dotata di struttura a 3 tubi, autoclavabile diam 2,9 mm Visione 30° HD+2 con connessione cavo a fibre ottiche angolato a 90°, rotante a 360° lungo l'asse Orizzontale;

N. 2 Sistema ottico ad alta finizione di II° generazione dotata di struttura a 3 tubi, autoclavabile diam 2,9

mm Visione 0° HD+2 con connessione cavo a fibre ottiche angolato a 90°, rotante a 360° lungo l'asse orizzontale;  
N. 2 Cavo bipolare ad alta frequenza per elemento operativo;  
N. 1 Box da 10 gommini a tenuta a doppia sezione separabile;  
N. 2 Mini pinza da biopsia e da presa ANTI-KINK Fr 5;  
N. 2 Mini forbice lama acuta mono ganascia mobile, ANTI-KINK Fr 5;  
N. 2 Mini forbice lama smussa mono ganascia mobile, ANTI-KINK Fr 5;  
N. 1 Strumento a spirale e terminale appuntito per fissazione di miomi;  
N. 1 Box da 10 mini anse bipolare, terminale a goccia per resettore Fr 14,9;  
N. 1 Box da 6 mini anse a freddo terminale uncino smusso piccolo;  
N. 1 Box da 6 mini anse a freddo terminale uncino smusso grande;  
N. 2 Box da 20 Hystero-Block sistemi per blocco paracervicale uterino, ago da 20 G punta obliqua.

Si precisa che tutti gli strumenti e articoli componenti il sistema devono essere della stessa marca (produzione) per un ottimale integrazione tra loro ed un migliore interscambio con strumentazione già presente nelle nostre U.O.

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, si invita a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda gara.

Si invita, altresì, a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si rimane in attesa di riscontro entro max 10 giorni all'indirizzo mail [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it) e indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it).

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente U.O.C. Provveditorato  
Dott.ssa Maria Tirò