

**CHIARIMENTI RESI A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DA OPERATORI  
INTERESSATI ALL'INDAGINE DI MERCATO PROT. 205697 DEL 14.12.2022.**

Contrariamente a quanto indicato da una ditta, il capitolato non identifica prodotti unici della ditta KLS Martin, e contrariamente a quanto evidenziato da un'altra ditta, il capitolato non identifica prodotti unici della ditta Medtronic; dalla documentazione pervenuta risulta che le caratteristiche richieste non individuano una singola specifica marca di elettrobisturi e accessori e consentono la partecipazione alla gara con materiale conforme alla richiesta di marche diverse.

Si fa presente inoltre quanto segue:

La caratteristica richiesta "due prese per uso bipolare, ciascuna attivabile alternativamente con comando a pedale": consente di avere pronti all'uso due strumenti diversi utilizzabili alternativamente (ad esempio uno strumento per taglio bipolare e uno strumento per coagulazione bipolare).

Relativamente alla caratteristica richiesta "corrente bipolare automatica per la sigillatura di vasi fino a 7 mm di diametro": è sufficiente che sia supportata da dichiarazione della ditta offerente o della ditta produttrice.

Si conferma la caratteristica richiesta "Possibilità di modificare la potenza impostata per una corrente monopolare anche durante la sua erogazione, senza che il chirurgo debba interrompere l'erogazione per permettere la variazione voluta.": tale caratteristica evita che il chirurgo debba interrompere l'erogazione di corrente (magari in un momento particolarmente delicato dell'intervento) per aspettare che venga modificata la potenza.

La caratteristica richiesta "Coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto e stop automatico in base all'impedenza rilevata": tale particolarità riduce la possibilità che si eroghi corrente per un tempo maggiore a quanto necessario, riduce la possibilità di un effetto di incollaggio del tessuto sulle pinze bipolari e permette di ottenere un miglior risultato.

La caratteristica richiesta "Visualizzazione contemporanea mediante indicatori numerici in watt sul frontale dell'apparecchio, anche mentre si sta erogando la corrente per sigillatura vasi di diametro fino a 7 mm, delle potenze impostate per due uscite per uso monopolare e della potenza impostata per una uscita per coagulazione bipolare" non esclude che per alcuni tipi di correnti, come ad esempio per la corrente di sigillatura, sia possibile la visualizzazione di una indicazione espressa in effetti anziché in watt.

Relativamente alle pinze richieste "n. 8 pinza bipolare cm 17 circa a punte piegate da 1 mm, con cavo, riutilizzabile almeno 50 volte": la dicitura "con cavo" è un refuso e viene eliminato nell'allegato capitolato tecnico modificato.

Si ritiene inoltre di ridurre la quantità di accessori richiesti, così come dettagliato nell'allegato capitolato tecnico modificato.