

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINAL

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 44 DEL 11 GEN 2024

OGGETTO: Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, n. 3906014, per l'affidamento della fornitura di un "Monitor di contaminazione" per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento (CIG A03CECE000). Autorizzazione all'acquisto e affidamento fornitura.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 44 DEL 8-1-2024

Il Collab. Amm.vo
(Dr. Giuseppe Palumbo)

Il Dirig. Amm.vo
(Dr.ssa Maria Tirro)

Il Direttore UOC Serv. Provveditorato
(Dr.ssa Cinzia Schinelli)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A 10 10 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ADDETTO RESPONSABILE
dott. Antonia Gloria Picone

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

DR. CINZIA SCHINELLI
DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10.01.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 GENNAIO del mese di GENNAIO, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e con D.A. 28/2023 del 29/06/2023 e ulteriormente modificato con D.A. 32/2023/GAB del 27/10/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DR. TANZEA CINGUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

II Direttore UOC Servizio Provveditorato, Dr.ssa Cinzia Schinelli

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

PREMESSO CHE:

- con mail del 18.09.2023 (All. A), il Dirigente Responsabile U.O. Fisica Sanitaria dell'Asp di Agrigento trasmetteva richiesta per "...l'acquisto di due sistemi di rilevazione radioattività: uno di verifica di contaminazione e uno di ricerca radionuclidi", in quanto "I nostri attuali sistemi attualmente in uso hanno circa 20 anni e non ci sono più pezzi di ricambio", allegando altresì specifiche tecniche;
- con prot. 157181 del 20.10.2023 (All. B), questo Servizio pubblicava sul sito istituzionale di questa Asp, sez. Ammin. Trasp., avviso di Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, preceduto da valutazione comparativa di preventivi, per l'acquisto, in due lotti autonomi e distinti, di due sistemi di rilevazione radioattività (Lotto 01 "Monitor di contaminazione", L02 "Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile") per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, finalizzato all'individuazione del miglior Operatore Economico offerente, in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, cui affidare, ai sensi della citata normativa, detta fornitura;
- entro il termine assegnato, perveniva unica offerta per il lotto 01 "Monitor di contaminazione" dall'O. E. Else Solution srl, mentre alcuna offerta perveniva per il lotto 02 "Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile";
- con mail del 27.11.2023, questo Servizio trasmetteva la documentazione tecnica del dispositivo offerto al Dirigente richiedente, per il necessario giudizio di conformità tecnica, propedeutico all'avvio dell'Affidamento Diretto e da questi reso positivamente con mail del 28.11.2023 (All. C);
- stante il giudizio positivo di conformità tecnica, in data 13.12 u.s. questo Servizio avviava, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, Trattativa Diretta su MePa n. 3906014 col predetto Operatore Else Solution srl, per l'affidamento della fornitura di un "Monitor di contaminazione" per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento (Cig: A03CECE000), per un importo a base d'asta presunto di € 5.700,00 oltre iva di legge (All. D), determinato sulla base dell'offerta ricevuta e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- in data 28.12 u.s., esaminata e giudicata conforme la documentazione amministrativa richiesta alla Società invitata e da questa prodotta, si è provveduto in pari data all'upload della documentazione tecnica, identica a quella precedentemente dichiarata conforme dal Direttore UOC Farmacia del PO di Agrigento, rendendo pertanto superfluo il rinnovo del parere di conformità;
- si è pertanto proceduto all'apertura dell'offerta economica, rilevando il prezzo offerto dall'Operatore Economico concorrente, per come risulta dall'allegato "Documento di offerta economica" (All. E) generato dalla piattaforma MePa/CONSIP, e ammontante ad € 5.700,00 oltre iva di legge;

ATTESO CHE

- in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti rientrano tra i codici

CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

- in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), i beni richiesti non rientrano tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018), emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

VISTO

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il c. 1, lett. b) che consente l'affidamento diretto per importi inferiori € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che tale ultima condizione risulta attestata dalla dichiarazione richiesta al succitato Operatore e da questi prodotta (All. F);

DATO ATTO CHE

- è stata completata la verifica dei requisiti ex artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023, attuata tramite FVOE, in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCPass e che non si sono rilevate criticità tali da inficiare l'affidabilità dell'Operatore sull'esecuzione della fornitura;
- per quanto sopra, ai sensi dell'art. 50, c. 6 D. Lgs. 36/2023, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- risulta possibile approvare la Trattativa Diretta n. 3906014 (Cig A03CECE000) per l'affidamento della fornitura di un “*Monitor di contaminazione*” per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, con l'O. E. Else Solution s.r.l., avente sede legale in via Carlo Goldoni n. 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), cod. fisc. 01376730188, partita IVA 12384150152, per l'importo complessivo di € 5.700,00 oltre iva di legge;
- l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 6.954,00 IVA compresa va imputato sul Conto Patrimoniale A101020501 del corrente Bilancio d'Esercizio;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **APPROVARE** la procedura di Affidamento Diretto, a mezzo Trattativa Diretta su MEPA n. 3906014 (Cig A03CECE000), per la fornitura di un “*Monitor di contaminazione*” per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento per come in premessa riportata e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- **APPROVARE** l'allegato documento denominato “Condizioni particolari di contratto” (All. G), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip, con l'allegato capitolo tecnico, per come ricevuto dal Dirigente richiedente;
- **AGGIUDICARE** la fornitura *de quo* alla Società Else Solution s.r.l., avente sede legale in via Carlo Goldoni n. 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), cod. fisc. 01376730188 partita IVA 12384150152, per l'importo complessivo di € 5.700,00 oltre iva di legge, alle condizioni indicate nel documento denominato “Condizioni particolari di contratto”, e nell'offerta prodotta dal suddetto Operatore Economico, quale risulta dall'allegato “Documento di offerta economica” (All. E) generato dalla piattaforma MePa/CONSIP;
- **NOMINARE**, ai sensi dell'art. 15, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il dipendente di ruolo della

proponente UOC Servizio Provveditorato, Dr. Giuseppe Palumbo e nominare altresì, ai sensi art. 114, c. 1 D.Lgs 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dr. S. Piraneo, Dirigente Responsabile U.O. Fisica Sanitaria dell'Asp di Agrigento;

- **DARE ATTO** che è stata completata la verifica dei requisiti ex artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023, attuata tramite FVOE e che non si sono rilevate criticità tali da inficiare l'affidabilità dell'Operatore sull'esecuzione della fornitura;
- **DARE ATTO** che, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 50, c. 6 D. Lgs. 36/2023, è possibile disporre l'esecuzione anticipata del contratto;
- **AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura *de quo* con la suddetta Società, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 36/2023;
- **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 6.954,00 IVA compresa va imputato sul Conto Patrimoniale A101020501 del corrente Bilancio d'Esercizio;
- **CHE** l'esecuzione della Presente Deliberazione verrà curata dalla proponente UOC Servizio Provveditorato;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante l'urgenza di assicurare la fornitura dello strumentario *de quo* all'UO richiedente.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

II Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere buona
Data 11-01-24

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere buona
Data 11-01-24

Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Sistemi di Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



I: Acquisto monitor portatili per verifica contaminazione e rifiuti in Medicina Nucleare

forniture

Lun 18/09/2023 15:50

A:Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

 2 allegati (592 KB)

Monitor portatile multicanale.pdf; Monitor portatili rivelazione.pdf;

Da: fisica sanitaria <fisica.sanitaria@ASPAG.IT>

Inviato: lunedì 18 settembre 2023 09:21

A: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Oggetto: Acquisto monitor portatili per verifica contaminazione e rifiuti in Medicina Nucleare

Si chiede l'acquisto di due sistemi di rivelazione radioattività: uno di verifica di contaminazione e uno di ricerca radionuclidi. I nostri attuali sistemi attualmente in uso hanno circa 20 anni e non ci sono più pezzi di ricambio.

Si allegano scede tecniche

I due monitor vanno messi in due lotti diversi per dare ampia possibilità di partecipazione alla ditte .

(il costo presunto totale di entrambi i monitor è di inferiore a 20.000)

Dott. Salvatore Piraneo

Responsabile U.O. di Fisica Sanitaria

Specialista in Fisica Medica


Esperto di Radioprotezione

tel. 0922 442137 ufficio

cell. 328 4124850

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita informativa

Il presente messaggio, corredata da eventuali allegati, contiene informazioni di natura riservata ed è da considerarsi ad utilizzo esclusivo del destinatario. Qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione, conservazione, copia, stampa o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso ad opera di soggetti diversi dal destinatario è strettamente vietata. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di avvisare tempestivamente il mittente e di provvedere alla relativa cancellazione unitamente ai contenuti allo stesso allegati





Agrigento 18/09/2023

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

**Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile
Con cristallo NaI ad alta sensibilità da 2 pollici di diametro
(Sceda tecnica)**

Sistema autostabilizzato con sorgente interna e possibilità di calibrazione con sorgente esterna.

Ampia libreria di nuclidi. Almeno 50 nuclidi nella libreria con possibilità di caricarne altri.
Rivelatore NaI (2 x 1 pollice)

Principali modalità operative: La modalità di misura deve essere Dose Rate e il Count Rate con indicatori di avviso e allarme. Il sistema deve visualizzare le unità in Sieverts.

Range di misura in Energia 20 keV 2,5 MeV,

Range di misura in Rate di Dose da 10 nSv/h a 1 Sv/h.

Modalità di identificazione della sorgente di radiazione e dei radionuclidi emittenti, modalità Spettrometro con visualizzazione dello spettro.

Spettro Gamma 2048 canali;

Calibrazione Sorgente esterna: e o incorporata di bassissima attività

Gamma di energia

NaI: da 15 keV a 3 MeV. GM: da 45 keV a 1,5 MeV

Sensibilità (137C) > 1500 cps per μ Sv/h

Intervallo di Rate di dose Totale: 10 nSv/h – 1 /Sv/h.

Risoluzione Energetica @662 KeV \leq 7.2 KeV

Peso: \leq 2 Kg

Batterie ricaricabili con tempo di autonomia di almeno 10 ore di funzionamento a bassa autoscarica

Borsa di protezione e dell'alloggiamento.

AMBIENTE Operativo Temperatura da -20°C a +55°C, Umidità relativa Dal 10% al 95%, senza condensa

COMPUTER Memoria >16 GB (può memorizzare fino a 100.000 di spettri)

SOFTWARE Sistema operativo compatibile con MS Windows

**Dott. Salvatore Piraneo
Esperto di Radioprotezione
III grado N° d'Ordine 559**



Agrigento 18/09/2023

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Monitor di contaminazione (Sceda tecnica)

Rilevatore della contaminazione da sostanze radioattive in medicina nucleare, per misurare emettitori alfa e beta-gamma per contaminazioni su superfici quali pavimenti, pareti, scrivanie, oggetti, indumenti o pelle. Controllo di rifiuti radioattivi. Monitor di contaminazione basato sulla tecnologia a scintillazione e tubo Geiger.

Caratteristiche:

- Misurazione simultanea e separata dell'alfa e contaminazioni beta-gamma;
- Misure in cps con elevata sensibilità (fondo inferiore a 0,1 cps);
- Misurazione del rateo di dose gamma (Dose rate range 0.1 μ Sv/h to 20 mSv/h Range di Energia 50 keV to 1.3 MeV C);
- Strumento portatile, maneggevole e robusto;
- Ampio intervallo di temperature ambientali di funzionamento;
- Alimentato con batterie ricaricabile;
- Display unità con elettronica a microprocessore, elaborazione del segnale elettronica;
- Scintillatore ZnS(Ag) con fotomoltiplicatore e tubo Geiger – Muller per la dose
- Area di misurazione minima 160 cm²;
- Fondo alfa < 0.20 cps
- Fondo beta < 20 cps
- Supporto a muro
- Batterie ricaricabili
- Valigetta per il trasporto

Dott. Salvatore Piraneo
Esperto di Radioprotezione
III grado N° d'Ordine 559



All. B

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 157181 del 20-06-2023

Sito Web Aziendale

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, preceduto da valutazione comparativa di preventivi, per l'affidamento della fornitura, in due lotti autonomi e distinti, di due sistemi di rivelazione radioattività (L01 "Monitor di contaminazione", L02 "Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile") per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, all'affidamento della fornitura, in due lotti autonomi e distinti, di due sistemi di rivelazione radioattività: uno di verifica di contaminazione e uno di ricerca radionuclidi per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, le cui specifiche tecniche sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico, da affidare mediante Trattativa Diretta su MePa, ai sensi della normativa citata, ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 D. Lgs 36/2023), nonché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Amministrazione aggiudicatrice: Asp Agrigento, UOC Servizio Provveditorato, Viale della Vittoria 321 – Agrigento;

Oggetto dell'appalto: Fornitura ed installazione di un "Monitor di contaminazione" (Lotto n. 01) e di un "Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile" (Lotto n. 02), le cui specifiche tecniche sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico;

Procedura: Affidamento diretto previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023. Il presente avviso viene pubblicato per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura. Il presente invito non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo questa Asp, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto miglior offerente, previo giudizio positivo di conformità alle specifiche tecniche richieste, e che sarà ritenuto idoneo, secondo i criteri esposti nel presente documento. L'Asp di Agrigento inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata. Quest'Asp inoltre si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico e nella bozza di contratto qui allegata.

Corrispettivo e durata del contratto: gli Operatori economici interessati dovranno produrre un preventivo fino alla concorrenza del valore massimo, per il lotto 01 ("Monitor di contaminazione"), di € 6.000,00 (Euro seimila,00) oltre iva di legge, e per il lotto 02 ("Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile") di € 14.000,00 (Euro quattordicimila,00) oltre iva di legge. Il contratto avrà durata biennale (durata della garanzia), decorrenti dalla data del perfezionamento del contratto.

Modalità di aggiudicazione della fornitura: Il prestatore sarà individuato secondo il criterio del prezzo più basso, previo giudizio positivo di conformità alle specifiche tecniche richieste. In caso di migliori offerte ex aequo, agli Operatori miglior offerenti verrà richiesta miglioria. In caso di ulteriore ex aequo, la sorte deciderà l'affidamento.

Il preventivo richiesto, firmato digitalmente, nonché l'ulteriore documentazione a corredo dello stesso e più sotto elencata, dovranno pervenire all'indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, inderogabilmente entro e non oltre il 30.10 p.v. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire allo stesso indirizzo entro le h. 12.00 del 26.10 p.v.

Unitamente al preventivo l'Operatore interessato dovrà produrre:

1. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, compilando, per le parti d'interesse, l'allegato modulo Allegato_1, firmato digitalmente. Non saranno prese in considerazione offerte non accompagnate dal suddetto modulo firmato digitalmente;
2. Elenco delle principali forniture, firmato digitalmente, attestanti pregresse esperienze in forniture similari all'oggetto della presente, con indicazione degli enti e dei relativi importi, idonee ad attestare la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip;
4. L'Operatore dovrà redigere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta.
5. Depliants illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
6. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
7. Eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
8. Tempi di consegna;

Il presente avviso non costituisce procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura dei dispositivi in oggetto.

La richiesta di preventivi non vincola in alcun modo quest'Asp, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Quest'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.


E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal


fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall'ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

Si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo


Il Dirig. Amm.vo
Dr.ssa Maria Tirrò


Il Direttore UOC Serv. Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli


Monitor di contaminazione (Scheda tecnica)

Rilevatore della contaminazione da sostanze radioattive in medicina nucleare, per misurare emettitori alfa e beta-gamma per contaminazioni su superfici quali pavimenti, pareti, scrivanie, oggetti, indumenti o pelle. Controllo di rifiuti radioattivi. Monitor di contaminazione basato sulla tecnologia a scintillazione e tubo Geiger.

Caratteristiche:

- Misurazione simultanea e separata dell'alfa e contaminazioni beta-gamma;
- Misure in cps con elevata sensibilità (fondo inferiore a 0,1 cps);
- Misurazione del rateo di dose gamma (Dose rate range 0.1 μ Sv/h to 20 mSv/h Range di Energia 50 keV to 1.3 MeV C);
- Strumento portatile, maneggevole e robusto;
- Ampio intervallo di temperature ambientali di funzionamento;
- Alimentato con batterie ricaricabile;
- Display unità con elettronica a microprocessore, elaborazione del segnale elettronica;
- Scintillatore ZnS(Ag) con fotomoltiplicatore e tubo Geiger-Muller per la dose
- Area di misurazione minima 160 cm²
- Fondo alfa < 0.20 cps
- Fondo beta < 20 cps
- Supporto a muro
- Batterie ricaricabili
- Valigetta per il trasporto

**Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile Con
cristallo NaI ad alta sensibilità da 2 pollici di diametro
(Scheda tecnica)**

- Sistema autostabilizzato con sorgente interna e possibilità di calibrazione con sorgente esterna.
- Ampia libreria di nuclidi. Almeno 50 nuclidi nella libreria con possibilità di caricarne altri. Rivelatore NaI (2 x 1 pollice)
- Principali modalità operative: La modalità di misura deve essere Dose Rate e il Count Rate con indicatori di avviso e allarme. Il sistema deve visualizzare le unità in Sieverts.
- Range di misura in Energia 20 keV 2,5 MeV,
- Range di misura in Rate di Dose da 10 nSv/h a 1 Sv/h.
- Modalità di identificazione della sorgente di radiazione e dei radionuclidi emittenti, modalità Spettrometro con visualizzazione dello spettro.
- Spettro Gamma 2048 canali;
- Calibrazione Sorgente esterna: e/o incorporata di bassissima attività Gamma di energia
- Nal: da 15 keV a 3 MeV. GM: da 45 keV a 1,5 MeV Sensibilità (^{137}C) > 1500 cps per $\mu\text{Sv}/\text{h}$
- Intervallo di Rate di dose Totale: 10 nSv/h – 1/Sv/h. Risoluzione Energetica @662 KeV \leq 7.2 KeV
- Peso: \leq 2 Kg
- Batterie ricaricabili con tempo di autonomia di almeno 10 ore di funzionamento a bassa autoscarica
- Borsa di protezione e dell'alloggiamento.
- AMBIENTE Operativo Temperatura da -20°C a +55°C, Umidità relativa Dal 10% al 95%, senza condensa
- COMPUTER Memoria > 16 GB (può memorizzare fino a 100.000 di spettri) SOFTWARE Sistema operativo compatibile con MS Windows

Alle e

R: Affid. diretto, previa valutazione di preventivi, di due sistemi di rivelazione radioattività (L01 "Monitor di contaminaz.", L02 "Dispositivo di identificaz. di radioisotopi portatile") Notifica esito ind. di mercato e trasmiss. doc. tecnica.

fisica sanitaria <fisica.sanitaria@ASPAG.IT>

mar 28/11/2023 09:35

A:Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>;Salvatore Piraneo <salvatore.piraneo@aspag.onmicrosoft.com>

 1 allegati (304 KB)

Identificazione radioisotopi.pdf;


Verificata la scheda l'offerta tecnica del monitor di contaminazione offerto dalla Ditta ELSE si dà la piena conformità a quanto richiesto
per quanto riguarda il dispositivo di **Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile** si può pubblicare la stessa scheda. (semplicemente non è stato visto)

Si riallega scheda

Dott. Salvatore Piraneo
Responsabile U.O. di Fisica Sanitaria
Specialista in Fisica Medica
Esperto di Radioprotezione
tel. 0922 442137 ufficio
cell. 328 4124850

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita informativa

Il presente messaggio, corredata da eventuali allegati, contiene informazioni di natura riservata ed è da considerarsi ad utilizzo esclusivo del destinatario. Qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione, conservazione, copia, stampa o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso ad opera di soggetti diversi dal destinatario è strettamente vietata. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di avvisare tempestivamente il mittente e di provvedere alla relativa cancellazione unitamente ai contenuti allo stesso allegati



Da: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Inviato: lunedì 27 novembre 2023 13:32

A: Salvatore Piraneo <salvatore.piraneo@aspag.onmicrosoft.com>; fisica sanitaria <fisica.sanitaria@ASPAG.IT>

Oggetto: Affid. diretto, previa valutazione di preventivi, di due sistemi di rivelazione radioattività (L01 "Monitor di contaminaz.", L02 "Dispositivo di identificaz. di radioisotopi portatile") Notifica esito ind. di mercato e trasmiss. doc. tecnica.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si rappresenta che l'indagine è stata riscontrata

unicamente dalla Società Else Solution, che ha trasmesso offerta tecnica, che qui si allega, unicamente per il lotto n. 02 (“Dispositivo di identificaz. di radioisotopi portatile”).

In relazione a tale offerta, voglia la SV rendere giudizio di conformità, propedeutico all'affidamento diretto.

In relazione al lotto n. 01, non è stata avanzata alcuna offerta e pertanto si richiede, qualora ritenuto opportuno, la rimodulazione del capitolato tecnico, qui allegato per economia di procedimento.

Qualora la SV ritenga di confermare le specifiche a suo tempo rese, si procederà alla ripubblicazione, esclusivamente per questo lotto e sempre in caso di positivo esito della valutazione di cui sopra, di nuova indagine di mercato.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si pongono distinti saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

fol. D

Trattativa Diretta su Mepa, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un "Monitor di contaminazione" per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento

Dati Principali**Numero RDO**

3906014

Nome RDO

Monitor di contaminazione per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

GIUSEPPE PALUMBO

PLMGPP66B24A0890

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

CINZIA SCHINELLI SCHCNZ62C63G273I

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Date

Pubblicazione

13/12/2023 15:26

Inizio presentazione offerte

13/12/2023 15:26

Termine ultimo presentazione offerte

18/12/2023 11:00

Data limite stipula contratto

17/06/2024 23:59

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

60

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG
A03CECE000**CUP**
-

CPV	Descrizione	Categoria	Fornitura
Identificativo 38341500-2	Apparecchi per il controllo della contaminazione	Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio	100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta
2**Termini di pagamento**

60 GG DATA ACCERTAMENTO


Importo presunto fornitura

€ 5.700,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO (AGRIGENTO); Consegna: Come da ordine informatico; Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara

**Cond.Part.Contr.Capit..pdf****2971.9 Kb****Cond. Part. di contratto da rendere firmate digitalmente per accettazione****Schema Off.Tecnica.docx****51.5 Kb****Schema Off. Tecnica**

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

12384150152

ELSE SOLUTIONS

per E

Offerta Economica relativa a

Descrizione Monitor di contaminazione per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento

RdO nr. 3906014

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Ufficio SERVIZIO PROVVEDITORATO

Codice fiscale 02570930848 **Codice univoco ufficio** Non presente

Indirizzo sede Viale della vittoria, 321

Città Agrigento

Recapito telefonico +390922407407

Email cinzia.schinelli@aspag.it

Punto ordinante CINZIA SCHINELLI

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ELSE SOLUTIONS

Partita IVA

12384150152

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	5700

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Mod.RC-01 Rev.4 del 02/09/10



Trezzano sul Naviglio, 25/10/2023

Spett.le

All F
A.S.P. AGRIGENTO
Viale della Vittoria 321
92100 AGRIGENTO

Rif.Ns. Offerta n. 2302182/dt/gm

OGGETTO: Vs. richiesta d'offerta Prot. N. 157181 del 20/10/2023 per la fornitura, in due lotti autonomi e distinti, di due sistemi di rivelazione radioattività (L01 "Monitor di contaminazione", L02 "Dispositivo di identificazione di radioisotopi portatile") per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento

Il sottoscritto Massimo Agosti in qualità di Legale Rappresentante della scrivente ELSE Solutions srl, con riferimento alla richiesta in oggetto

DICHIARA

Che alcune delle forniture analoghe all'oggetto offerto per il LOTTO 1 sono:


data	Ente	Importo €
2022	I.N.F.N. – Genova	7.130,00
2022	CISAM S.PIETRO A GRADO	11.199,72
2023	ULSS VENEZIA-MESTRE	16.440,00
2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – FIRENZE	8.700,00

In fede.

ELSE
Via Carlo Goldoni n.18
20090 Trezzano sul Naviglio
Massimo Agosti
Legale Rappresentante

Pagina 1 di 1

ELSE Solutions s.r.l. Via Carlo Goldoni, 18 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
C.F.: 01376730188 - P. IVA: IT12384150152 - Capitale Sociale Euro 110.000,00 i.v.
Tel.: +39 0248409290 Fax: +39 0248409294 - www.elsesolutions.com - info@elsesolutions.com



002 6

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo.)

Telefono: 0922407279

FAX 0922 407119

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Trattativa Diretta su Mepa, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un "Monitor di contaminazione" per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento (CIG A03CECE000).

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e previa verifica della copertura finanziaria, Trattativa Diretta su Mepa per l'affidamento della fornitura di un "Monitor di contaminazione" per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento (CIG A03CECE000), le cui caratteristiche tecniche sono indicate alla presente, per un importo complessivo presunto di € 5.700,00 oltre iva di legge.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto degli dispositivi sopra menzionati, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- ✓ Consegnare installazione e collaudo presso la struttura sanitaria richiedente; saranno a carico del fornitore tutte le opere di installazione e di eventuale cablaggio, nessuna esclusa, e dovrà essere fornito tutto quanto necessario per l'installazione.
- ✓ Garanzia full risk non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo, senza oneri a carico dell'azienda; il livello di assistenza minima che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:
 - Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature.
 - Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
 - Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
 - Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata. Apparecchiatura sostitutiva nel caso in caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.
 - Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale durante il periodo di garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore nonché la sostituzione di materiale di usura;
- ✓ Formazione: in fase di installazione, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente: modalità di utilizzo del sistema; modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema; attività di manutenzione a carico dell'operatore. Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti

usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

Resta inteso che la conclusione del presente Affidamento Diretto è subordinato ad apposito Atto autorizzativo della Direzione Generale di questa Asp, all'esito positivo delle verifiche ex 94 e 95 D. Lgs 36/2023 nonché alla produzione della documentazione prodromica alla stipula del contratto e che verrà richiesta con successiva nota.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni, da eseguire all'interno delle strutture, non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato. Inoltre, qualora i beni da fornire prevedessero una scadenza, questa non deve essere inferiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023 con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 c. 4 D. Lgs. 36/2023, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche di gara.

Si precisa che la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, verrà attuata tramite FVOE, in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCpass. L'Operatore Economico che intenda partecipare ad uno o più lotti di gara dovrà, pertanto registrarsi al servizio FVOE (seguendo le istruzioni reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) indicando a sistema il CIG dei lotti della procedura cui intende partecipare. Il PassOe rilasciato dal sistema dovrà essere inserito nella busta amministrativa.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua e conveniente ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. 36/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara per impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, la Ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. PassOe;
2. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023, di insussistenza delle cause di esclusione previsti all'art. 94 commi 1 e 2 del citato D. Lgs. 36/2023, con indicazione delle generalità complete dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023;
3. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94 comma 5 lettere a) b) d) e) f) e comma 6 del D.lgs 36/2023, firmata digitalmente;
4. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 95 comma 1 lettere a) b) c) d) e) e comma 2 D.lgs 36/2023;
5. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
6. Copia delle Condizioni Particolari di contratto e del Capitolato Tecnico debitamente firmata per accettazione;

7. Breve relazione tecnica del dispositivo offerto corredata di depiants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa;
8. Manuale d'uso completo in lingua italiana delle apparecchiature offerte;
9. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
10. Eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
11. Schema Offerta Tecnica, rigorosamente senza prezzi, in cui dovrà essere indicato codice CND e numero RDM, nonché il Codice Aziendale, così da rendere inequivocabile l'individuazione del dispositivo offerto;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, da costituire secondo le modalità previste dall'art. 106 D.Lgs. 36/2023; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (24 mesi) e sarà automaticamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 c. 8 D. Lgs. 36/023, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, di cui all'allegato I.4 del citato decreto n. 36/2023, nelle modalità di cui alla Risoluzione Agenzia delle entrate 28/6/2023.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) La durata della fornitura è fissata in 24 mesi (durata della garanzia), decorrenti dalla data indicata nel contratto;
- 3) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi trasporto e consegna presso la struttura sanitaria richiedente e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 4) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite NSO; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 5) La fornitura, in conformità all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; nell'eventualità

di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.


- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato II.13 D. Lgs 36/2023; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dra.ssa Cinzia Schinelli



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Agrigento 18/09/2023

**Monitor di contaminazione
(Sceda tecnica)**

Rilevatore della contaminazione da sostanze radioattive in medicina nucleare, per misurare emettitori alfa e beta-gamma per contaminazioni su superfici quali pavimenti, pareti, scrivanie, oggetti, indumenti o pelle. Controllo di rifiuti radioattivi. Monitor di contaminazione basato sulla tecnologia a scintillazione e tubo Geiger.

Caratteristiche:

- Misurazione simultanea e separata dell'alfa e contaminazioni beta-gamma;
- Misure in cps con elevata sensibilità (fondo inferiore a 0,1 cps);
- Misurazione del rateo di dose gamma (Dose rate range 0.1 μ Sv/h to 20 mSv/h Range di Energia 50 keV to 1.3 MeV C);
- Strumento portatile, maneggevole e robusto;
- Ampio intervallo di temperature ambientali di funzionamento;
- Alimentato con batterie ricaricabile;
- Display unità con elettronica a microprocessore, elaborazione del segnale elettronica;
- Scintillatore ZnS(Ag) con fotomoltiplicatore e tubo Geiger – Muller per la dose
- Area di misurazione minima 160 cm²;
- Fondo alfa < 0.20 cps
- Fondo beta < 20 cps
- Supporto a muro
- Batterie ricaricabili
- Valigetta per il trasporto

Dott. Salvatore Piraneo
Esperto di Radioprotezione
III grado N° d'Ordine 559

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37899182	Data richiesta	04/10/2023	Scadenza validità	01/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------


Denominazione/ragione sociale	ELSE Solutions Srl
Codice fiscale	01376730188
Sede legale	VIA CARLO GOLDONI 18 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 20090

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____


DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 11 GEN 2024

Agrigento, li 11 GEN 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi