



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it

PROT: n. 163827 del 3-11-2023

A tutte le ditte interessate

Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI CATETERI PER COLANGIOSCOPIA PERORALE DIGITALE CON NOLEGGIO TRIENNALE DEI PROCESSORI DEDICATI

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, la fornitura di **DI CATETERI PER COLANGIOSCOPIA PERORALE DIGITALE CON NOLEGGIO TRIENNALE DEI PROCESSORI DEDICATI** e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta società riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato complessivo, oltreché quello delle singole voci presenti nel capitolato tecnico, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità presenti nelle specifiche tecniche. Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 79, allegato II.5, parte II - A del D. Lgs. n. 36/2023 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 17.11.2023 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.yo
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli*

File allegato:
capitolato tecnico



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO**
**U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE ENDOSCOPICA E
LAPAROSCOPICA**
Direttore Prof. Carmelo Sciumè

**Ufficio Forniture ASP AG
Sede**

Oggetto: Richiesta di acquisizione di cateteri per Colangioscopia perorale digitale per l'indagine, in visione diretta del sistema pancreatico-biliare ed accessori dedicati con finalità di diagnosi di stenosi indeterminate biliari e litotrissia elettroidraulica della calcolosi pancreaticobiliare "difficile". Fornitura in formula di noleggio triennale dei processori dedicati:

Materiale consumabile:

1.A	Qt. Stimata annuale 10 unità	Colangioscopio per la visione diretta delle vie biliari, sterile, monouso, monoperatore. Catetere con 4 direzioni di movimento e possibilità di blocco in posizione, dotato di porta del canale operativo per inserimento accessori da 1.2mm, una porta dedicata per aspirazione fluidi ed una porta dedicata per irrigazione. Presenza di 2 led per illuminazione ed un sensore digitale per immagini video sulla punta distale.
1.B	Qt. Stimata annuale 3 unità	Cestello monouso dedicato, in nitinol, per la cattura e recupero di calcoli e frammenti di calcoli con un diametro da 15 mm, compatibile con canale da 1.2mm
1.C	Qt. Stimata annuale 3	Ansa monouso, in nitinol da 9mm indicata per la rimozione endoscopica di corpi estranei. Compatibile con canale da 1.2mm.
1.D	Qt. Stimata annuale 5	Pinza per biopsia monouso indicata per prelievo di tessuto biliopancreatico, con doppia fenestratura per aumentare la capacità di presa. Compatibilità con canale da 1.2mm
1.E	Qt. Stimata annuale 10	Sonda monouso per litotrissia elettroidraulica di calcoli del sistema biliopancreatico da 1.9 fr, compatibile con canale di lavoro di un colangioscopio da 1.2mm

Controller dedicato per l'impiego dei catetere per Colangioscopia perorale biliopancreatica

Controller dedicato l'impiego delle sonde per litotrissia elettroidraulica volte alla frantumazione di calcoli del sistema pancreatico-biliare compatibile con processore dedicato alla Colangioscopia

I processori dedicati alla colangioscopia ed alla litotrissia elettroidrualica devono essere tra loro compatibili e fornibili in forma di noleggio triennale comprensivo di manutenzione Full risk che preveda:

- supporto tecnico telefonico illimitato 7 giorni su 7 per l'intera durata del noleggio;
- sostituzione dell'apparecchiatura in caso di qualsiasi guasto, malfunzionamento o danno accidentale;
- verifica annuale di sicurezza elettrica;
- aggiornamenti ed eventuali upgrade di software ed hardware.

Cordiali Saluti

Agrigento, 11.05.2023

Il Direttore
Prof. Carmelo Sciumè

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore UOC Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia.
Cod. ENPAM: 300066436M
Iscr. Ordine dei Medici: AG2103

