



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale Della Vittoria n. 321

CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO
Telefono 0922-407238

FAX 0922-4071120

Mail: forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

DATA *07/12/2013*
PROT. *183889*

A tutte le ditte interessate

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per di arredi ed accessori per sala di emodinamica con relativa installazione

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere all'acquisizione di arredi ed accessori per sala di emodinamica con relativa installazione e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di che trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti di cui in oggetto, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo relativo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si indicano quali tipologie, caratteristiche tecniche e quantità degli arredi e degli accessori in oggetto:

- N. 5 piantane reggi flebo;
- N. 2 carrelli in acciaio per sala operatoria con piano intermedio e sopralzo di dimensioni comprese tra L 120 cm – 140 cm, P 60 cm – 80 cm, H 80 cm – 90 cm;
- N. 1 carrello in acciaio per sala operatoria di dimensioni comprese tra L 60-80 cm, P 50-60 cm, H 85-95 cm;
- N. 2 carrelli di emergenza con cassetti e frontale di chiusura con porta sigillo, asta reggi flebo ed alloggio pompa di aspirazione;
- N. 1 base di lavoro di dimensioni comprese tra L 140-160 cm, P 60-70 cm; H 85-95 cm;
- N. 1 base di lavoro di dimensioni comprese tra L 75-100 cm, P 60-70 cm, H 85-95 cm;
- N. 3 carrelli raccoglitori rifiuti in acciaio e pedale con coperchio;
- N. 4 colonne con serrandina, su ruote gemellate con freno, fianchi in ABS dimensioni comprese tra L 75-80 cm, P 60-70 cm, H 170-210 cm che consentano di alloggiare 1 asta porta blister per cateteri angiografici posizionati a 130 cm dalla base;
- N. 1 colonna con serrandina, su ruote gemellate con freno, fianchi in ABS dimensioni comprese tra L 75-80, P 60-70 cm, H 170-210 cm che consentano di alloggiare 1 asta porta blister per introduttori a 160 cm dalla base e 1 asta porta blister per introduttori a 110 cm dalla base e due cassetti di circa 20 cm alla base;

- N. 5 colonne con serrandina, su ruote gemellate con freno, fianchi in ABS dimensioni comprese tra L 75-80 cm, P 60-70 cm, H 170-210 cm che consentano di alloggiare n. 6 ripiani;
- N. 1 colonna con serrandina, su ruote gemellate con freno, fianchi in abs dimensioni comprese tra L 75-80 cm, P 60-70 cm, H 170-210 cm che consentano di alloggiare cassetti di altezza tra 20 e 30 cm;
- N. 2 scrivanie angolari con passa cavi e con le seguenti caratteristiche per ciascuna;
- N. 1 angolo a dx e con ingombro frontale tra 150 e 155 cm, ingombro laterale dx 180-185 cm, profondità tra 60-65 cm;
- N. 1 angolo a sn e con ingombro frontale tra 120 e 125 cm, ingombro laterale dx 180-190 cm, profondità tra 60-65 cm;
- N. 4 sedie per scrivania

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, si invita a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda gara.

Si invita, altresì, a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si rimane in attesa di riscontro entro max 10 giorni all'indirizzo mail forniture@aspag.it e indirizzo pec forniture@pec.aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà