

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N.1
AGRIGENTO
Servizio Provveditorato
Verbale in seduta pubblica di procedura gara telematica su Consip
VERBALE N. 4 SEDUTA PUBBLICA

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER IL
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA DELL'ASP DI AGRIGENTO IN ATTUAZIONE
DELLA FASE P2 DEL PIANO DI INVESTIMENTI FINANZIATO CON FONDI PNC
"PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" – CUP I83C22000640005**

**numero di gara ANAC 9518727
gara CONSIP 3920993**

Nell'anno Duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di marzo presso sede Servizio provveditorato sito in Viale della Vittoria 321 – Agrigento

SONO PRESENTI

in seduta pubblica i signori componenti il Seggio di gara, giusta nomina del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato prot. 22614 del 6/2/2024


Presidente - Dr.ssa Maria Tirò

Segretario verbalizzante - Dr. Domenico Vella

Teste - Sig.ra Anna Spataro

Si premette:

- Che con deliberazione 2279 del 15/12/2023 è stata indetta procedura aperta telematica su piattaforma Consip n.ro 3920993 per la fornitura ed installazione di strumentazione per il Laboratorio di Sanità pubblica dell'Asp di Agrigento in attuazione della fase P2 del piano di investimenti finanziato con fondi PNC "programma salute, ambiente, biodiversità e clima" – CUP I83C22000640005
- Che è stata regolarmente pubblicato il bando di gara sulla GUUE del 26/12/2023, sulla GURS parte II e III n.01 del 5/01/2024 e per estratto sui quotidiani nazionali il Corriere della Sera e sul Messaggero e sui quotidiani locali La Sicilia e il Corriere dello Sport edizione regionale Sicilia ;
- Che è stata pubblicata la documentazione di gara sul sito web aziendale www.aspag.it e in data 28/12/2023 sul portale ASP Consip n.ro gara 3920993;
- Che l'ANAC , su richiesta della Stazione appaltante, ha rilasciato il numero di gara Simog 9518727 e i relativi CIG;
- Che il termine di presentazione dell'offerte è stato fissato per le ore 12,00 del 4/02/2024



- Che la procedura deve essere espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma telematica della gare ASP Consip (di seguito “piattaforma”) disponibile all’indirizzo web www.acquistintirete.pa
- Che sulla piattaforma di negoziazione Consip e sul Sito Asp sono stati pubblicati i “chiarimenti” per tutti gli interessati contenenti specificazione varie rese in riscontro alle richieste degli operatori economici interessati alla procedura di gara;
- Che entro il termine di scadenza delle h 12,00 del 4/2/2024 sono pervenute le sotto riportate offerte come risultanti dal prospetto riepilogativo estratto dalla piattaforma telematica Consip

O.E. Elementar Italia s.r.l.

Lotto 10

O.E. Fulltech Instruments s.r.l.

Lotti 3 e 7

O.E. Montepaone s.r.l.

Lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 8

O.E. Smeg S.p.a.

Lotto 2

O.E. Thermo Fisher Scientific S.p.a.

Lotto 7

- Che con verbale n. 1 del 09/02/2024 il Seggio di gara per i lotti n. 1 e 2 ha avviato i lavori per l’esame della documentazione amministrativa, verificando la presenza della documentazione tecnica, sospendendo i lavori alle ore 12:10 e rinviando la prosecuzione alle ore 10:00 del 14/02/2024.
- Che con verbale n. 2 del 14/02/2024 il Seggio di gara ha proseguito i lavori per i lotti n. 3, 4, 6, 7, 8 e 10, con l’esame della documentazione amministrativa e verificando la presenza della documentazione tecnica, sospendendo i lavori alle ore 13:30 e rinviando la prosecuzione alle ore 10:00 del 20/02/2024;
- Che con nota prot. n. 30477 del 20/02/2024 veniva comunicato il differimento della terza seduta pubblica alle ore 10:00 del 29/02/2024;
- Che con nota del prot. 32130 del 22/02/2024 è stato nominato l’organo tecnico per la valutazione della documentazione tecnica, ovvero per la verifica della corrispondenza, tra quanto richiesto in ordine alle specifiche tecniche / requisiti minimi di cui ai capitolati di gara e quanto presentato dagli OO.EE.;
- Che con verbale n. 3 del 29/03/2024 il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione integrata in seguito a soccorso istruttorio, sciogliendo le riserve e dichiarando definitiva l’ammissione alla fase successiva degli OO.EE. Montepatone s.r.l., SMEG s.p.a., Fulltech Instruments s.r.l., Thermo Fisher Scientific s.p.a. ed Elementar s.p.a.
- Che con nota mail del 29/02/2024, veniva inviata la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all’organo tecnico per la verifica della corrispondenza, tra quanto richiesto in ordine alle specifiche tecniche / requisiti minimi di cui ai capitolati di gara e quanto presentato dagli OO.EE.
- Che con nota prot. n. 43635 del 13/03/2024, l’organo tecnico ha trasmesso gli esiti della valutazione della documentazione tecnica;

Tanto Premesso


il Presidente di gara dichiara aperta la seduta alle h 10,00 e da lettura della nota trasmessa dall’organo tecnico prot. n. 43635 del 13/03/2024, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante, relativa alla valutazione della documentazione tecnica presentata dagli OO.EE., per la quale se ne riportano di seguito gli esiti:

Lotto 10


O.E. Elementar Italia s.r.l. prezzo offerto € 48.792,26 (quarantottomilasettecentonovantadue/26) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 49.180,33 oltre I.V.A., unico partecipante per il lotto n. 10, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;

Con l'aggiudicazione provvisoria dei lotti n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10, la presa d'atto che i lotti n. 5 e 9 sono andati deserti, si dichiarano concluse le operazioni di gara alle ore 12:20

Presidente - Dr.ssa Maria Tirro



Segretario verbalizzante - Dr. Domenico Vella



Teste - Sig.ra Anna Spataro



- Montepaone s.r.l., documentazione tecnica risultata conforme per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 6 e 8, ammessa alla fase economica della procedura di gara;
- SMEG s.p.a., documentazione tecnica risultata conforme per il lotto n. 2, ammessa alla fase economica della procedura di gara;
- Fulltek Instruments s.r.l., documentazione tecnica risultata non conforme per i lotti n. 3 e 7, per le motivazioni espresse dall'organo tecnico, nell'allegata nota prot. 43635 del 13/03/2024, non ammessa alla fase economica della procedura di gara;
- Thermo Fisher Scientific S.p.a., documentazione tecnica risultata conforme per il lotto n. 7, ammessa alla fase economica della procedura di gara;
- Elementar Italia s.r.l., documentazione tecnica risultata conforme per il lotto n. 10, ammessa alla fase economica della procedura di gara;

Conclusa la fase di valutazione della documentazione tecnica, propedeutica all'avvio della valutazione delle offerte economiche, il presidente comunica la prosecuzione dei lavori con l'apertura delle buste economiche, tramite il Segretario verbalizzante, punto istruttore della gara, accede con le proprie credenziali nella piattaforma gare in ASP su portale AcquistiInrete.

Si inizia con l'esame delle offerte per lotto, come di seguito verbalizzato:

Lotto 1

O.E. Montepaone s.r.l., prezzo offerto € 3.979,00 (tremilanovecentosettantanove/00) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 4.918,03 oltre I.V.A., unico partecipante per il lotto n. 1, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;

Lotto 2

O.E. Montepaone s.r.l., prezzo offerto € 9.047,00 (novemilaquarantasette/00) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 11.475,41 oltre I.V.A., per il lotto n. 2:

O.E. Ditta Smeg s.p.a., prezzo offerto € 7.316,40 (settemilatrecentosedici/40) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 11.475,41 oltre I.V.A., risultato il minor prezzo offerto per il lotto n. 2, quindi provvisoriamente aggiudicatario;

Lotto 3

O.E. Montepaone s.r.l., prezzo offerto € 20.450,00 (ventimilaquattrocentocinquanta/00) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 20.491,80 oltre I.V.A., unico partecipante rimasto in gara per il lotto n. 3, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;

Lotto 4

O.E. Montepaone s.r.l., prezzo offerto € 2.339,00 (duemilatrecentotrentanove/00) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 2.459,02 oltre I.V.A., unico partecipante per il lotto n. 4, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;

Lotto 6

O.E. Montepaone s.r.l., prezzo offerto € 2.028,00 (duemilaventotto/00) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 2.049,18 oltre I.V.A., unico partecipante per il lotto n. 6, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;

Lotto 7

O.E. Thermo Fisher s.p.a., prezzo offerto € 61.293,12 (sessantunomiladuecentonovantatre/12) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 65.573,77 oltre I.V.A., unico partecipante rimasto in gara per il lotto n. 7, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;

Lotto 8

O.E. Montepaone s.r.l., prezzo offerto € 8.097,00 (ottomilanovantasette/00) oltre I.V.A., sull'importo a base d'asta di € 8.196,72 oltre I.V.A., unico partecipante per il lotto n. 8, del quale risulta provvisoriamente aggiudicatario;





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
 Sede legale: Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento
 Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA
 Viale della Vittoria 321 Agrigento
 Tel. /Fax 0922 407474
 e mail dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it

Prot. n° 0043635 del 13.03.2024

Al Direttore Servizio Provveditorato
 ASP - Agrigento

Oggetto: Valutazione Tecnica dei Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Fase P2 del PNC

In riferimento all'appalto relativo alla fornitura ed installazione di strumentazione per il Laboratorio Sanità Pubblica dell'ASP di Agrigento, in attuazione della fase P2 del PNC, Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, si trasmette la **valutazione** della documentazione tecnica presentata dagli OIO.EE.

LOTTO N.1 : Box per bombole gas compresso

Ditta MONTEPAONE Conforme

LOTTO N.2 : Lavavetreria per laboratorio con sistema di asciugatura e comprensiva di lavamatracci

Ditta MONTEPAONE Conforme

Ditta SMEG Conforme

LOTTO N.3: Sistema di purificazione dell'acqua per l'applicazione di laboratorio

Ditta MONTEPAONE Conforme

Ditta FULTECK Non Conforme

Nella relazione tecnica presentata dalla ditta Fultek sono riportate delle caratteristiche tecniche che in parte non corrispondono a quelle riportate nel depliant in allegato, i due elementi pertanto risultano difformi e non conformi in alcuni punti con quanto richiesto nel capitolo tecnico dell'ASP-LOTTO 3- del tipo:

- 1) nel capitolo -LOTTO 3- si chiede un sistema costituito da 1) una macchina per la produzione di acqua di grado III, 2) Serbatoio esterno, 3) una macchina per la produzione di acqua ultra pura.





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA
Viale della Vittoria 321 Agrigento
Tel. /Fax 0922 407474
e mail dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it

Nella relazione tecnica presentata dalla ditta viene riportato il sistema costituito da un modulo unico in grado di produrre acqua di tipo II al posto di acqua di tipo III.

Nella voce "caratteristiche tecniche" viene invece riportata la dicitura "pre-trattamento grado III, produzione di acqua al giorno di 576L".

Il sistema offerto dalla ditta risulta costituito da un solo modulo che produce direttamente dall'acqua di rete ,acqua di grado II così come si evince anche dal deplian+ un serbatoio esterno

- 2) nel capitolato -LOTTO 3- viene riportato "Batteri max 0,001 CUF/mL". Nella relazione tecnica presentata dalla ditta è riportato Batteri max 0,001 CUF/mL nel deplian viene riportato < 0,01 CUF/mL
 - 3) nel capitolato -LOTTO 3- viene riportato "DNAse < 5 pg/mL ". Nella relazione tecnica presentata dalla ditta è riportato DNAse < 5pg/mL , nel deplian viene riportato <10 pg/mL
 - 4) nel capitolato -LOTTO 3- nella voce Serbatoio esterno viene riportato "Display digitale indicante il livello di riempimento", nella relazione tecnica presentata dalla ditta è riportata la presenza display digitale, nel deplian non viene riportato nessun display
 - 5) nel capitolato -LOTTO 3- viene riportato" capacità minima di produzione di acqua al giorno -Acqua di tipo III – pari a 240L ,nella relazione tecnica presentata dalla ditta nella voce -Pre –trattamento Grado II (viene presa in considerazione tale voce in quanto la ditta dichiara di produrre dall'acqua di rete, acqua di grado II), la capacità di produzione di acqua al giorno è di 120L

LOTTO N.4 : Pompe da vuoto

Ditta MONTEPAONE

LOTTO N.5 : Sistema completo per indagini molecolari in Real Team Lamp per la rilevazione delle specie batteriche in matrici alimentari, ambientali e acque destinate al consumo umano

DESENTO

LOTTO N.6 : Armadio/cassaforte blindato a due ante

Ditta MONTEPAONE

LOTTO N.7 : Cromatografo ionico per la determinazione di anioni e cationi nelle acque

Ditta FULTECK NON Conforme

- 1) in merito alla fornitura della colonna anionica , la ditta presenta una colonna modello A-07 che consente solamente l'analisi delle sostanze secondo la normativa APAT 4020 non





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA
Viale della Vittoria 321 Agrigento
Tel. /Fax 0922 407474
e mail dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it

permettendo quindi la determinazione di clorati, cloriti e bromati, così come richiesto nel capitolato tecnico Lotto 7

- 2) non è ben chiaro come mai nel depliant presentato dalla ditta il cromatografo per la determinazione dei cationi viene identificato con la sigla S-152-A+ mentre nella relazione tecnica presentata dalla ditta il cromatografo offerto per la determinazione dei cationi viene identificato con la sigla S-151-A+

Ditta TERMO FISCHER Conforme

LOTTO N.8 : Gruppo di continuita' per strumentazione chimica

Ditta MONTEPAONE Conforme

LOTTO N.9 : GC/MS triplo quadrupolo

DESERTO

LOTTO N.10 : TOC con autocampionatore per solidi e liquidi

Ditta ELEMENTAR Conforme



