

CHIARIMENTO N. 3 DEL 08/03/2024

QUESITO n. 1: “...chiarire se tutti gli accessori consumabili del monitor, come cavo ECG, sensore SpO2, Sonda di temperatura e bracciale NIBP, debbano essere riutilizzabili o monouso/monopaziente...”.

Risposta n. 1: I cavi ECG, SpO2, Sonda di temperatura e bracciale NIBP devono essere riutilizzabili, la fornitura dovrà essere dotata anche di un monouso per tipo, per poter eseguire un utilizzo (il collaudo).

QUESITO n. 2: “...Con riferimento alle caratteristiche di minima elencate nell’Allegato 1 Specifica Monitor viene da Voi indicata al punto 13 la caratteristica “Porta per lo scarico dei dati (USB)”. Siamo con la presente a chiedere se questa caratteristica risulta fondamentale per la partecipazione alla gara in virtù del fatto che viene già richiesto al punto 11 la caratteristica possibilità di stampa e che nella maggior parte dei Monitor Multiparametrici in commercio l’interfaccia USB presente...”.

Risposta n. 2: la dotazione di una porta USB è sufficiente (utilizzo anche per stampa).

QUESITO n. 3: “1) file Excel All.1 Specifica monitor - **Punto 14 Resistente agli urti**: Si chiede di specificare cosa si intende per resistenza agli urti. Sulla base di quale norma e quale grado di minima?
2) file Excel All.1 Specifica monitor - [CONDIZIONI ASSISTENZA TECNICA] **Punto 1.4 Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso**: Si chiede di specificare se cavo ECG, sensore SPO2, bracciale per NIBP, sensore temperatura che in un monitor multiparametrico sono considerati accessori pluripaziente/pluriuso e che dunque non sono né monopaziente né monouso, risultano esclusi dalla garanzia?...”.

Risposta n. 3:

1) si conferma Resistente agli urti accidentali, eventualmente specificare il tipo di protezione.

2) In caso di riparazione si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso per eseguire la riparazione.

Il cavo ECG, sensore SPO2, bracciale per NIBP, sensore temperatura che in un monitor multiparametrico sono considerati accessori pluripaziente/pluriuso avranno la loro garanzia offerta, non sono legati alla durata della garanzia del monitor.

QUESITO n. 4: “...All.1 Specifica_MONITOR” - sheet "Assistenza Tecnica" ai punti 1.2, 1.3, 1.4, viene descritto cosa è da ritenersi compreso o escluso nella fornitura. Si richiede conferma alla Stazione Appaltante se considerare la carta termica della stampante del monitor multiparametrico come compresa nella fornitura...”.

Risposta n. 4: La fornitura dovrà comprendere la carta termica per un utilizzo (per il collaudo).

QUESITO n. 5: *“...con riferimento al Vostro documento “Condizioni particolari di fornitura”, all'Art. 2, dove sono specificate le sedi ed i reparti di destinazione, risulta che 4 monitor dovranno essere installati c/o il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, U.O. di Terapia Intensiva Neonatale...”. Si chiede conferma che questi 4 monitor dovranno essere compatibili per l’uso sul neonato e quindi dovranno essere equipaggiati con accessori per uso neonatale.*

Risposta n. 5: **Sentito per le vie brevi il Responsabile della U.O. di Terapia Intensiva Neonatale, si comunica che l’acquisto dei monitor per la Terapia Intensiva Neonatale non è più corrente per le esigenze cliniche del reparto, per cui la scrivente stazione appaltante si riserva con successivo provvedimento amministrativo di diminuire la fornitura entro il c.d. “Quinto d’obbligo”.**

**F.to Il RUP
Rag. Alfonso De Leo**