



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**UOC Provveditorato**

**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**

**Funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro**

**Pec :[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)**

**Prot. 1284 Ph del 22/8/2024**

Alla Ditta

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di elettromedicali per le Ambulanze PPOO di Agrigento e Ribera

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'acquisto di elettromedicali per le Ambulanze PPOO di Agrigento e Ribera aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato capitolato tecnico.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 5/9/2024 mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, dovranno essere indicate eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione alla gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui la ditta abbia prodotti c.d. "equivalenti" ed a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

La ditta dovrà, altresì, indicare la attinente categoria merceologica di iscrizione al Me.Pa

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le  
*[Signature]*  
**Anna Spataro**

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli  
*[Signature]*



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO

CAPITOLATO TECNICO

- aspiratore con flacone di secreti OB-J per sacche monouso 1000 ml
- staffa di supporto e ricarica OB WB (conforme alla norma EN 1789)
- alimentatore esterno da tensione di rete EU con spina volante a 2 poli (alimentazione di rete compresa tra 100 e 240 Vca)
- Potenza di aspirazione nominale: 800 mbar (80 kPa) ±10%
- Flusso di aspirazione nominale: 30 LPM a regime ad aria libera ±10%
- Tempo di funzionamento massimo (a ciclo libero): 60 minuti ±10%
- Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi e solidi: IP34d
- Funzionamento/carica: 12÷15 Vcc
- Pompa a pistone priva di manutenzione
- Batteria ermetica al piombo
- dotato di cavo di ricarica completo di spina accendisigari e connettore volante a 2 poli
- Dimensioni: 350 mm (l) x 240 mm (h) x 120 mm (p)
- Peso: 4,6 kg completo degli accessori, senza la staffa di supporto

Il Dispositivo medico in classe IIa in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), a tutte le normative vigenti e alle norme principali di riferimento.

Il presidio dovrà essere dotato di apposito alloggio per ambulanza.

Quantità richiesta n° 2 aspiratori e n° 200 sacche monouso per ognuno.