



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore L'Assistente Amm.vo Alfonso De Leo
Telefono 0922 407226 alfonso.deleo@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione all'Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio triennale di un Litotritore Extracorporeo ad onde d'urto.

Caratteristiche tecniche:

Come da Capitolato Tecnico Allegatato.

Totale importo a base d'asta oltre Iva di Legge pari ad € 172.800,00 così suddiviso:

€ 2.000,00 per ogni seduta mensile e per un importo complessivo del noleggio triennale pari ad € 144.000,00= + I.V.A. (n. 72 sedute complessive);

€ 400,00 per eventuale seduta aggiuntiva e per un importo complessivo pari ad € 28.800,00 (n. 72 sedute aggiuntive).

Pertanto, al fine di conoscere l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, e verificarne la rispondenza alle esigenze di questa Azienda Sanitaria, si ritiene di svolgere, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, una consultazione preliminare di mercato.

Si precisa che queste indagini di mercato hanno esclusivamente finalità esplorative e sono preordinate ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente manifestazione di interesse, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura o del servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. La consultazione di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. **Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/23.**

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio e dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura/del servizio; l'operatore economico dovrà inoltre evidenziare l'aliquota I.V.A.

I tempi di avvio fornitura 10 giorni consecutivi e da calendario dall'ordine NSO.

Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 108 comma 3 del D. Lgs.vo 36/2023.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato (allegare eventuale delega), mediante firma digitale.

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.09.2024 a mezzo pec forniutre@pec.aspag.it.**

Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva partecipazione alla gara.

- Requisiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, artt. 94 – 95 – 96 – 97 - 98;
- Iscrizione al Registro delle Imprese, a norma del D. Lgs. n. 36/2023, art. 99.

Modalità di espletamento della successiva procedura di gara.

La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all'individuazione di operatori economici idonei alla fornitura di cui all'oggetto e interessati alla partecipazione ad una successiva procedura di gara.

La manifestazione di interesse presentata dall'operatore economico pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante e rappresenta esclusivamente una preliminare dichiarazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti richiesti dovrà successivamente essere attestato dall'operatore in sede di gara nell'ipotesi di invito alla stessa. L'affidamento verrà espletato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva **fase di selezione e invito alla gara** – si procederà all'invito di un massimo di cinque operatori economici tra quelli risultati idonei dal punto di vista tecnico rispetto alle prescrizioni tecniche di gara, in caso che il numero degli idonei è maggiore di cinque si procederà secondo la scelta degli operatori economici che avranno offerto i prodotti ritenuti conformi e con il minor prezzo tra quelli pervenuti -, e di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che i medesimi possano vantare alcuna pretesa.

Documentazione da presentare

- Scheda tecnica del prodotto offerto.
- Offerta economica come da schema allegato.
- Certificazione vigente.

Ulteriori informazioni.

Ai sensi del D. Lgs. N 196/03 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito aziendale www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti e sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.

Il RUP L'Assistente Amministrativo
Rag. Alfonso De Leo

Il Dirigente U.O.S. Economato/Acquisizione
Beni e Servizi non Sanitari
Dott.ssa Rosalia Calà

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento della fornitura in noleggio triennale di un Litotritore Extracorporeo ad onde d'urto.

N. 1 unità mobile di litotrissia extracorporea di ultima generazione idonea a sostenere il carico previsto di nn. 8/10 pazienti per seduta, con le seguenti specifiche tecniche:

- ✓ apparecchiatura multifunzionale di ultima generazione (fornire adeguata documentazione) adeguata per trattamento di calcoli renali, ureterali, vescicali e di IPP;
- ✓ generatore di onde d'urto di tipo elettromagnetico/piezoelettrico, ad elevate prestazioni in termini di pressione focale e di energia specifica resa nel fuoco;
- ✓ accoppiamento generatore-paziente con terapia motorizzata dotata di alta flessibilità di posizionamento;
- ✓ il generatore dovrà essere dotato di adeguate dimensioni focali;
- ✓ profondità di penetrazione regolabile tale da consentire una distanza fra superficie di accoppiamento del generatore e centro del fuoco di almeno 150 mm. Per il trattamento di pazienti obesi;
- ✓ ampio range di pressione focale, almeno 50MPa, con idonee possibilità di regolazione;
- ✓ energia al fuoco maggiore di 50mJ;
- ✓ diametro della superficie di accoppiamento di almeno 14 cm;
- ✓ almeno 7 livelli dio energia;
- ✓ apparecchiatura completa di puntamento ecografico inline e/o outline;
- ✓ sistema di puntamento X-ray e fluoroscopio offline e/o in line;
- ✓ fluoroscopia continua e pulsata con possibilità di snapshot;
- ✓ sistema di puntamento radiologico isocentrico motorizzato;
- ✓ consolle per il controllo dei parametri delle onde d'urto e della movimentazione dell'arco a "C";
- ✓ puntamento effettuabile tramite posizionamento del lettino o della testa di terapia;
- ✓ puntamento ecografico e radiologico utilizzabile contemporaneamente senza interruzione del trattamento;
- ✓ nessuna necessità di installazione e/o adeguamento locali per l'utilizzo dell'apparecchiatura;
- ✓ carico sul pavimento da dichiarare;
- ✓ tavolo radiotrasparente con movimenti motorizzati con una portata minima di 160 Kg;
- ✓ potenza del generatore di almeno 3,3kW;
- ✓ intensificatore delle immagini con diametro di almeno 6 pollici;
- ✓ DPI per operatore;
- ✓ Rumorosità inferiore a 85 decibel;
- ✓ Sistema digitale di archiviazione immagini e video;
- ✓ Sistema di riduzione dose paziente.

La fornitura dovrà comprendere:

- a) Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk per tutta la durata del contratto, comprendente:
 - ✓ Fornitura di idoneo manuale d'uso cartaceo ed elettronico redatto in lingua italiana;
 - ✓ Istruzioni operative e procedure di sicurezza in copia cartacea e formato elettronico redatte in lingua italiana;
 - ✓ DPI necessari per la sicurezza degli operatori;
 - ✓ Garanzia dell'assistenza durante tutta la durata della procedura;
 - ✓ Aggiornamento tecnologico in corso di fornitura

✓ Supporto scientifico e bibliografico
✓ Prima dell'inizio della seduta di litotrissia, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare un'attività di verifica e controllo di tutto il sistema consegnato per l'esecuzione dei trattamenti di litotrissia, rilasciando apposita attestazione di regolare funzionamento del sistema, al fine di garantire l'Azienda e, quindi, il personale dell'U.O. di Urologia della corretta esecuzione dei trattamenti.

- b) Fornitura del materiale di consumo necessario per l'attività;
- c) Trasporto, installazione, avvio, smontaggio e ritiro delle attrezzature;
- d) Disponibilità di un tecnico per le procedure di litotrissia;
- e) N. 12-18 sedute/anno per ciascuna U.O. di Urologia; al fine di abbattere le liste di attesa, l'ASP può richiedere a mezzo di specifico ordine scritto l'espletamento di sedute aggiuntive; la seduta aggiuntiva può essere richiesta dal Direttore dell'U.O. di Urologia qualora ha necessità di trattare almeno n. 8 pazienti;
- f) La programmazione delle sedute sarà definita dal Direttore U.O. Urologia in accordo con la ditta aggiudicataria; ogni seduta avrà una durata presumibilmente di sei ore dalle ore 8:00 alle 14:00; per ogni seduta è previsto il trattamento di almeno 8 pazienti; tale articolazione potrà variare su richiesta del Direttore UO Urologia in relazione alle esigenze legate alla programmazione degli interventi e alle liste di attesa, fermo restando l'obbligo di recupero con rendicontazione a cura del Direttore UO Urologia;
- g) Formazione ed addestramento del personale addetto all'uso del sistema fornito;
- h) Corso di aggiornamento in caso di evoluzione dei sistemi forniti o di avvicendamento del personale stesso con rilascio da parte della ditta degli attestati di partecipazione controfirmati dal Direttore dell'U.O.;