



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 150829 del 16.9.2024

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di "Presidi dialitici" per l'U.O.C. Nefrologia
- Dialisi del P.O. di Agrigento.

RIMODULAZIONE CAPITOLATO

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto dei dispositivi in oggetto indicati, **IL CUI CAPITOLATO È STATO RIMODULATO RISPETTO ALLA MEDESIMA INDAGINE PROT. 136707/2024** e le cui specifiche tecniche, nonché i relativi quantitativi annui sono allegate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre il 13.09.2024**, a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, **citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente**, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo **di mercato** (non di listino) e franco destino, dei dispositivi richiesti;
- ✓ Depliants illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip nella categoria del codice CPV 331900000-8 (CPV del dispositivo);
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip, indicando le modalità di individuazione dello stesso sul suddetto portale o, meglio ancora, trascrivendo il link ove reperirlo.

Si precisa che i quantitativi indicati sono meramente orientativi e potranno essere successivamente rettificati in sede di affidamento.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di poter presentare, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal

fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall' ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.


A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli



Capitolato Tecnico per presidi dialitici

<i>N. Lotto</i>	<i>SubLotto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Fabbis. Annuo Presunto (pz.)</i>
Lotto 01		Aghi fistola da emodialisi con le seguenti caratteristiche:	
Lotto 01	a	ago in acciaio siliconato con diametro 17 G con foro laterale, lunghezza 20 mm., tubo soffice lungo 30 cm. con clamp di chiusura, alette girevoli, sistema di sicurezza copertura ago, raccordo terminale luer lock con tappo rigido, sterilizzazione a raggi gamma	4.000
Lotto 01	b	ago in acciaio siliconato con diametro di 16 G provvisto di foro laterale, lunghezza 25 mm., tuba soffice lungo 30 cm. con clamp di chiusura, alette girevoli, sistema di sicurezza copertura ago, raccordo terminale luer lock con tappo rigido, sterilizzazione a raggi gamma	30.000
Lotto 01	c	ago fistola per emodialisi a singolo ago con diametro di 16 G. sterilizzazione a raggi gamma	300
Lotto 02		Cateteri venosi centrali tunnellizzati con le seguenti caratteristiche:	
Lotto 02	a	catetere venoso centrale da 15 fr bilume tunnellizzato a tunnellizzazione retrograda della lunghezza di 19 cm.	100
Lotto 02	b	catetere venoso centrale da 15 fr bilume tunnellizzato a tunnellizzazione retrograda della lunghezza di 23 cm.	25
Lotto 03		Catetere bilume per emodialisi da 14,5 fr in carbotano termosensibile completamente radiopaco a tunnellizzazione anterograda e con ampie fessure laterali romboidali e punta distale simmetrica al fine di ridurre al massimo il ricircolo. L'introduttore peel-away deve essere valvolato, cuffia in dacron, lunghezza punta-cuffia da 19 a 33 cm., volume priming indicato sia sul tratto arterioso che venoso o sulle clamps. Rivestimento di eparina non eluente sul lume interno e esterno del catetere onde ridurre il rischio di trombosi; anello in tungsteno sulla punta onde migliorare la visualizzazione radiografica. Il catetere deve includere tutto il kit necessario per l'impianto completo.	80
Lotto 04		Presidi per interventi di angioplastica percutanea di fistole artero-venose per emodialisi. Catetere a palloncino per PTA per angioplastica percutanea per il trattamento delle ostruzioni di fistole artero-venose da emodialisi sia native che artificiali. Apertura dedicata prossimale al palloncino che consente l'infusione di liquidi diagnostici e terapeutici. Due marcatori radiopachi situati ad entrambe le estremità del palloncino. L'estremità prossimale del catetere incorpora tre porte luer lock dedicate per l'accesso al lume di gonfiaggio del palloncino, al lume di infusione del liquido e alla porta di inserimento del filo guida. Lunghezza catetere 75 cm., diametro 5,6,7,8,9,13,12 mm. lunghezza del palloncino 40 mm. Confezionamento singolo. Accessori necessari non presenti nella confezione: introduttore 6 Fr, filo guida da 0,035", dispositivo di gonfiaggio con manometro fino a 25 atm.	60
Lotto 05		Laccetti vascolari vessel loops	60