



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 160934 del 21.10.2024

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di "Dispositivi per Endoscopia" per le UU.OO. di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto dei dispositivi in oggetto indicati, le cui specifiche tecniche, nonché i relativi quantitativi annui sono allegate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 30.10.p.v., a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (non di listino) e franco destino, dei dispositivi richiesti;
- ✓ Deplianti illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip nella categoria del codice CPV 33168000-5 (CPV del dispositivo);
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip, indicando le modalità di individuazione dello stesso sul suddetto portale o, meglio ancora, trascrivendo il link ove reperirlo.

Si precisa che i quantitativi indicati sono meramente orientativi e potranno essere successivamente rettificati in sede di affidamento.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di poter presentare, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di

trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall' ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.


A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli



Capitolato Tecnico per Disp. Endoscopia

N. Lotto	DESCRIZIONE	Fabbis. Annuo Presunto (pz.)
Lotto 01	<i>Set peg tipo pull e push sterile, monouso, da 20 a 24 fr, catetere a cupola in silicone. Il kit deve contenere: telo fenestrato, bisturi chirurgico n. 11, ansa di recupero, ago Angiocath e/o Seldinger, guida per introduzione, sonda per PEG in silicone, tamponi di garza, forbici, pinza emostatica curva, 2 distanziali esterni, morsetto a C, connettori ENFit, spugne di drenaggio-</i>	150
Lotto 02	<i>Kit PEG enfit basso spessore calibro da 18 a 24 fr, pull e push, misure 1.7/2.4/3.4/4.4 - Completa di accessori(tubo decompressore varie misure,adattatori x bolo mis 18/24/28fr retti ed angolati).</i>	25
Lotto 03	<i>Sonda per alimentazione digiunale attraverso la PEG calibro 8.5 e 12fr punta rastremata idrodisolvente preformata curva e a pigtail, completa di loop per ancoraggio interno compatibile con attacco Enfit.</i>	25
Lotto 04	<i>Pinza da recupero,guaina metallica,lunghezza 230 cm. con diametro 2,4 mm.,esternamente teflonata con ultimi 10 cm scoperti per una maggiore flessibilità.Sistema di presa combinato ad alligatore e denti di topo, apertura interna 10 mm. ed esterna 13,6 mm.Pinza completa di manico. Articolo monouso sterile.</i>	200
Lotto 05	<i>Papillotomo monouso a due/tre lumi con rivestimento di sicurezza, punta radiopaca, lunghezza operativa 1700 mm, naso 3/7 mm. Filo di taglio 20/25 mm. Compatibile con filo guida da 0,035", precurvato dotato di gancio a "C" per aggancio ad endoscopio.</i>	300
Lotto 06	<i>Papillotomo triplo lume rotante dx e sx per scambio rapido precariato con filo guida da 0.35/0.25 inch. a doppia colorazione in nitinol con punta floppy da 5cm o 9cm in platino, idrofila, lunghezza 205, 260 e 450cm, catetere da 5.5 fr con lunghezza 200cm, precurvato, naso da 5mm e da 7mm, filo di taglio 20/25/30mm. Disponibile anche versione con filo di taglio protetto. Sterile e monouso</i>	150
Lotto 07	<i>Palloncino a triplo lume Catetere a palloncino per estrazione calcoli a 3 lumi con markers lungo il catetere, palloncino multicalibro a tre step misure 10-12-15 e 13-15-18 mm, palloncino a forma piatta, adatta per minimizzare la frizione durante il recupero, lunghezza catetere 200 cm diametro catetere 2,3 mm compatibile con canale da 2,8 mm, utilizzabile con guida corta e lunga, sterile monouso.</i>	350