

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 85 DEL 16 GEN 2025

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E
DEL D. LGS 36/2023 PER FORNITURA DI N. 1 COLONNA VIDEOENDOSCOPICA PER LA
IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGIA GENERALE PO SCIACCA –
REVOCA RDO 4782010 E CONTESTUALE INDIZIONE NUOVA GARA RDO ME.PA.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 03 DEL 15-1-2025

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Funzionario Amministrativo

 Anna Spataro

IL DIRIGENTE AMM.VO UOS

BENI E SERVIZI SANITARI

 Prof. Dr. Cinzia Schinelli

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO


UOS ECON-ACQUISIZIONE

BENI/SERVIZI NON SANITARI

 Dott.ssa Rosalia Cala

IL DIRETTORE UOC

SERVIZIO PROVVEDITORATO

 Dr.ssa Cinzia Schinelli

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.


C.P.

 A 10.10.2025

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA _____

 16 GEN 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno SEDEI del mese di
GENNAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUA adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, Dott.ssa Cinzia Schinelli

- Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- Premesso che con deliberazione 759 del 28/10/2024 è stata autorizzata ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36/2023, procedura negoziata sul Me.Pa a mezzo di RDO aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previa conformità tecnica del bene offerto, per la fornitura di n. 1 colonna videoendoscopica occorrente alla Unità di Endoscopia Digestiva della Chirurgia Generale del PO di Sciacca per l'importo complessivo a base d'asta di € 190.000,00 oltre iva;
- Considerato che con la precitata deliberazione sono stati approvati i documenti di gara e, tra l'altro, il capitolato tecnico di gara redatto dalla Ingegneria Clinica aziendale;
- Considerato, altresì, che in esecuzione alla prefata deliberazione è stata pubblicata sul MePa RDO 4782010 del 30/10/2024 riscontrata da due operatori economici per i quali si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e all'inoltro della documentazione tecnica per la relativa valutazione alla Ingegneria Clinica aziendale - che ha redatto il capitolato tecnico - e al Dr G. Scarpa - Dirigente della Unità di Endoscopia Digestiva della Chirurgia Generale del PO di Sciacca - che ne ha richiesto l'acquisto;
- Considerato, altresì che lo stesso Dirigente medico della Unità di Endoscopia Digestiva del PO di Sciacca visionato il capitolato tecnico di gara e la documentazione tecnica presentata dalle due Società partecipanti alla gara, ha posto in evidenza la difformità del capitolato tecnico posto in gara *“rispetto alle nostre richieste di avere invece tecnologia top di gamma e di ultima generazione”*;
- Che, quindi, con nota prot. 845 del 3/1/2025 lo stesso Direttore della UO di Endoscopia Digestiva del PO di Sciacca - inviata alla Direzione amministrativa aziendale e per conoscenza a questa UOC Provveditorato - ha formalmente chiesto la revoca della gara in corso poiché *“la dicitura tecnologia top di gamma e di ultima generazione in difformità a quanto richiesto non era stata applicata ai terminali endoscopici; tale dettaglio era mancante nel capitolato (di gara)”*;
- Dato atto che nella lettera invito della superiore gara MePa RDO 4782010 è previsto *“ la presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art.108 comma 10) del D lgs 36/2023 e smi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare e /o di risoluzione del contratto senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere”*;
- Rilevato che sulla base delle formali motivazioni ed esigenze di interesse pubblico esposte dal Dirigente della UO di Endoscopia digestiva del PO di Sciacca per un acquisto che *“che rifletta gli interessi comuni dell'Azienda anche in prospettiva di destinare un bene alla istituenti UOSD di Endoscopia di Sciacca che potrà garantire un Servizio di qualità agli utenti”* è possibile procedere, ai sensi dell'art. 21 quinqueies Legge 190 del 1990, alla revoca in autotutela della gara Me.Pa. RDO 4782010 del 30/10/2024, rientrando nella facoltà della Stazione appaltante revocare una gara anche dopo l'avvio delle procedure di scelta del contraente *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento....”* e che essendo in fase antecedente all'aggiudicazione non comporta alcun indennizzo nei confronti degli operatori economici;

- Acquisto con la medesima nota 845/2025 il nuovo capitolo tecnico di gara redatto dal Dr Scarpa con le caratteristiche tecniche del sistema di videoendoscopia da acquistare ponendo in evidenza il requisito tecnico *“tecnologia top di gamma e di ultima generazione”*;
- Che occorre approvare il nuovo capitolo tecnico di gara redatto dal Dr. Scarpa e procedere a espletamento di nuova procedura negoziata sul Me.Pa ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36/2023 a mezzo di RDO aperta per la fornitura di n. 1 Colonna videoendoscopica per l'ambulatorio di Endoscopia digestiva della Chirurgia Generale del PO di Sciacca, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previa conformità tecnica del bene offerto, importo complessivo a base d'asta € 190.000,00 oltre iva;
- Di confermare quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. Il Dirigente medico del Servizio di Endoscopia Digestiva del PO di Sciacca Dr. Giuseppe Scarpa;
- Ritenuto e considerato quanto sopra;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) Di dare atto della nota prot. 845 del 3/1/2025 con la quale il Direttore della UO di Endoscopia Digestiva del PO di Sciacca ha chiesto la revoca della gara per la fornitura di n.1 colonna videoendoscopica occorrente alla Unità di Endoscopia digestiva della Chirurgia Generale del PO di Sciacca, indetta in esecuzione giusta deliberazione 759 del 28/10/2024, per la motivazioni di natura tecnica indicate nella medesima nota ed esplicitate in premessa;
- 2) Di procedere, quindi, alla revoca in autotutela della gara MePa RDO 4782010 del 30/10/2024, indetta in esecuzione alla deliberazione 759 del 28/10/2024, rientrando nella facoltà della Stazione appaltante revocare una gara anche dopo l'avvio delle procedure di scelta del contraente per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico anche per una diversa valutazione dei medesimi presupposti già considerati in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità della prosecuzione della gara stessa;
- 3) Di approvare il nuovo capitolo tecnico di gara redatto dal Dirigente della Unità di Endoscopia Digestiva della Chirurgia Generale del PO di Sciacca – Dr G .Scarpa che ne ha richiesto l'acquisto - che indica le caratteristiche tecniche che il sistema di videoendoscopia deve possedere ponendo in evidenza il requisito tecnico *“tecnologia top di gamma e di ultima generazione”*;
- 4) Di autorizzare espletamento di procedura negoziata sul Me.Pa ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs 36/2023 a mezzo di RDO aperta per la fornitura di n.1 colonna videoendoscopica per l'Amulatorio di Endoscopia Digestiva della Chirurgia Generale del PO di Sciacca con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previa conformità tecnica del bene offerto, importo complessivo a base d'asta € 190.000,00 oltre iva;
- 5) Da dare atto che, per come già previsto nella deliberazione 759 del 28/10/2024, l'importo complessivo di € 231.800,00 iva compresa grava sullo patrimoniale A101020501 del bilancio corrente il tutto a valere sul centro di costo del PO di Sciacca e che la somma non era prevista nel programma triennale degli acquisti 2024/2026 approvato giusta

deliberazione 1027 del 30/05/2024, è stata autorizzata con oneri a carico del bilancio aziendale 2025, giusta nota della Direzione Sanitaria Aziendale prot. 163341/2024 ;

- 6) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento la UOC Provveditorato;
- 7) Di munire la deliberazione della clausola di immediata esecuzione al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenziali nel più breve tempo possibile;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
Dr.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere F. Schinelli
Data 16.01.2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

Il COLLABORATORE AMM.VO I.P.C.
Giuseppe S. Giuseppe
Giuseppe S. Giuseppe



Prot. int. n° 34039
del 24-05-2024

*Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero AG 2
Presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" Sciacca
Servizio di Endoscopia digestiva*

Direttore: Prof. C. Sciumè

AI	Direttore Generale ASP di Agrigento
AI	Direttore Amministrativo ASP Agrigento
AI	Direttore Sanitario ASP di Agrigento
AI	Direttore UOC Provveditorato ASP Agrigento
AI	Capo Dipartimento del P.O. di Sciacca

Oggetto: Adeguamento tecnologico (rapaire-exange) Colonna di Videoendoscopia
Servizio di Endoscopia PO Sciacca

Il Servizio di Endoscopia del PO di Sciacca ha la necessità di adeguare tecnologicamente la sala endoscopica per gestire in maniera più celere le richieste degli esami endoscopici.

Poiché la sala è dotata di una colonna con video processore Fujinon (anno di produzione 2011) di vecchia generazione, che ha livelli molto bassi dovuti proprio alla vetustà dello stesso e data la necessità di ampliare il parco strumenti endoscopici con strumenti di ultima generazione e top di gamma,

SI RICHIEDE

l'ampliamento ed aggiornamento tecnologico (repair-exange) con un nuovo sistema di ultima generazione e top di gamma serie ELUXEO composto da: n° 1 Video Processore serie 7000, n° 1 Carrello, n° 1 Monitor HD 32", n° 1 Pompa di irrigazione, n° 2 Pompe di insufflazione CO2, N° 2 VideoGastroskop standard serie 700 e n° 2 VideoColonscopi standard serie 700.

Si tiene a precisare che gli strumenti presenti in reparto sono compatibili e utilizzabili con il nuovo sistema di VideoEndoscopia richiesto.

Si precisa inoltre che la strumentazione richiesta deve essere coperta da contratto di manutenzione full-risk per almeno 24 mesi comprensivo di danni accidentali e disponibilità muletti stessa serie nell'arco delle 48/72 ore dall'apertura di chiamata del guasto.

Di seguito specifiche tecniche richieste:

N° 1 VIDEOPROCESSORE

- **VIDEOPROCESSORE DIGITALE TOP** di gamma e di ultima generazione in grado di

trasmettere un segnale Full-HD TOP di gamma tra tutti i videoprocessori per videoendoscopia

flessibile presenti nel portfolio prodotti HD

- Dotato di sistema di enfatizzazione dei tessuti/cromoendoscopia virtuale tramite il quale è possibile risaltare la vascolarizzazione ed il pattern della mucosa; la cromoendoscopia deve essere realizzata tramite tecnica di pre-processing della luce (tecnica a filtro o luce di illuminazione speciale)
- Gestione avanzata dell'immagine (freeze, zoom, enfatizzazione, regolazione del colore)
- Riconoscimento automatico degli endoscopi (modello e numero di serie)
- Dotato di ingressi/uscite video analogiche e digitali (HD-SDI, DVI, Composito, S-Video).
- Controllo elettronico automatico del diaframma e dell'esposizione
- Dotato di ingresso video che permetta il picture in picture con sorgente video esterna
- Compatibile con sistema di intelligenza artificiale CAD per il rilevamento dei polipi del colon

N° 1 FONTE DI LUCE

- Fonte luminosa TOP di gamma tra tutte le fonti di luce per videoendoscopia flessibile presenti nel portfolio
- Tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
- Regolazione automatica e manuale dell'intensità luminosa
- Almeno 3 livelli di insufflazione della pompa
- Compatibile con strumenti dotati di unico connettore
- Maggiore durata della sorgente luminosa

N° 1 MONITOR

- Monitor medicale da 32" LCD con retroilluminazione LED
- Dotato di almeno 2 ingressi digitali DVI e HD-SDI
- Dotato di tutti i cavi necessari per gli automatismi e il suo collegamento alle diverse periferiche

N° 2 VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD ALTA DEFINIZIONE

- Videogastroscopio diagnostico e di ultima generazione
- Dotato di sensore CMOS ad alta definizione
- Lunghezza operativa almeno 1030 mm
- Distanza focale: 2-100 mm
- Diametro esterno della sonda non superiore a 9.5 mm
- Canale Operativo pari a 2.8 mm
- Angolo di Visione 140°
- Angolazioni Alto/Basso – Destra/Sinistra: almeno 210°/90° - 100°/100°
- Dotato di sistema di Cromoendoscopia virtuale
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario
- Diametro dell'estremità distale più contenuto
- Maggiore lunghezza operativa
- Dotato di maggiore numero di livelli di cromoendoscopia per enfatizzare meglio i diversi tratti anatomici
- Dotato di connettore unico
- Connnettore a videoprocessore/fonte di luce privo di pin scoperti, al fine di evitare l'ossidazione dei contatti

N° 2 VIDEOCOLONSCOPIO STANDARD ALTA DEFINIZIONE

- Videocolonscopio diagnostico e di ultima generazione Dotato di sensore CMOS ad alta

definizione

- Distanza focale: 2-100 mm
- Angolo di Visione 170°
- Lunghezza operativa dell'endoscopio superiore a 1.150 mm
- Diametro distale della sonda non superiore a 13.2 mm
- Canale operativo da almeno 3.7 mm
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario
- Angolazioni Alto/Basso – Destra/Sinistra: almeno 180°/180° - 160°/160°
- Tubo di inserzione con flessibilità progressiva o sistema equivalente
- Dotato di sistema di Cromoendoscopia Virtuale
- Bottigliette di lavaggio/insufflazione standard

N° 1 POMPA DI IRRIGAZIONE

- pompa per Lavaggio forzato attraverso il canale lavaggio supplementare - da collegare agli endoscopi
- dotata di pedale
- completa di bottiglietta per l'acqua
- completa degli accessori necessari al suo funzionamento

N° 2 POMPE DI INSUFFLAZIONE CO2

- possibilità di connessione sia alla bombola che a parete
- diversi livelli di insufflazione almeno due
- Possibilità di modificare il flusso (alto o basso) senza cambiare tubo
- Dimensioni compatte

N°1 CARRELLO

- Carrello medico dotato di almeno tre ripiani.
- Trasformatore di isolamento, medico di almeno 1.600 VA
- Asta porta endoscopi
- Braccio supporto monitor orientabile alto/basso e destra/sinistra (2 snodi)
- Almeno un cassetto
- Cassettino porta-tastiera a scorrimento frontale
- Ante di chiusura posteriore
- Almeno 8 prese per consentire la connessione di tutte le periferiche inserite nella torre endoscopica
- Idoneo alloggiamento della eventuale bombola per CO2
- Compatibilità con gli strumenti presenti in reparto

Spesa presunta circa €. 139.000,00 oltre iva

Sciacca 24/05/2024

Il Dirigente Medico
Dr. G. Scarpa

Fwd: Adeguamento tecnologico Endoscopia Sciacca

PO Sciacca - Endoscopia <posciacca.endoscopia@ASPAG.IT>

gio 18/07/2024 15:04

A:forniture <forniture@ASPAG.IT>;Cinzia Schinelli <cinzia.schinelli@aspag.it>

 1 allegati (610 KB)

Acquisto seconda colonna.pdf;

Si reitera la richiesta di un adeguamento tecnologico della colonna di Videoendoscopia del servizio di Endoscopia del PO di Sciacca. Si rappresenta l'URGENZA dell'acquisizione del bene tecnologico in oggetto, indispensabile e infungibile ai fini di poter ottemperare, congiuntamente all'acquisizione di 1 unità infermieristica, alle esigenze di abbattimento delle liste di attesa di Endoscopia Digestiva così come dettato dal Piano Attuativo Aziendale per il Recupero delle liste di attesa 2023-2024 (nota della DS n.83813 del 2/5/2024). Secondo il piano, infatti, il numero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da recuperare al 31/12/2023, tra cui quelle endoscopiche, annoverano a circa 4.782; i principali nodi critici da affrontare sono, tra l'altro, la carenza di personale e la carente dotazione tecnologica esistente.

Di concerto col DG, che ha condiviso, aumentando sia la dotazione infermieristica che quella tecnologica del Servizio di Endoscopia di Sciacca, ciò potrebbe significativamente contribuire, e anche in tempi brevi, all'abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni endoscopiche già note.

Inviato da Outlook per iOS

Da: PO Sciacca - Endoscopia <posciacca.endoscopia@ASPAG.IT>

Inviato: Sunday, May 26, 2024 5:57:01 PM

A: Cinzia Schinelli <cinzia.schinelli@aspag.it>

Oggetto: Adeguamento tecnologico Endoscopia Sciacca

Inviato da Outlook per iOS



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Funzionario istruttore : coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – forniture@aspag.it

Prot.

Del

Spett.le Ditta

Oggetto: procedura negoziata per la fornitura di n. 1 Colonna videoendoscopica per la Chirurgia Generale del PO di Sciacca RDO

Questa Azienda indice gara sul MePa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 1 Colonna videoendoscopica per la Chirurgia Generale del PO di Sciacca aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato capitolo tecnico

Importo a base d'asta € 190.000,00 oltre iva

Non è stato predisposto Duvri in quanto non esistono rischi da interferenze da valutare stante che la fornitura sarà eseguita in orari di chiusura e, comunque, senza la presenza di terzi. Pertanto non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza di cui all'art 26 D lgs 81/08 e s.m.i.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 3 del medesimo D lgs 36/2023 anche in presenza di una sola offerta valida, alla ditta che, previa conformità tecnica dei beni offerti e in possesso dei requisiti di cui agli artt 94 e 95 del D lgs 36/2023 e che non si trovi nelle condizioni di esclusione cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001, avrà praticato il prezzo complessivo più basso. Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Il prezzo offerto si intende compreso del trasporto, scarico, facchinaggio, consegna ed installazione presso il P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca.

L'apparecchiatura offerta dovrà avere una garanzia per vizi e difetti derivanti dal processo di fabbricazione Full Risk inclusi danni accidentali e possibilità di muletto in caso di guasto strumentazione che possano manifestarsi per un periodo minimo di ventiquattro mesi dalla data del collaudo che comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva e correttiva per i 24 mesi di garanzia, senza oneri a carico di questa Asp.

L'apparecchiatura dovrà possedere la certificazione CE quale rispondenza alle prescrizioni di cui alla Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (possesso marcatura CE), come recepita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche, nonché la conformità alle prescrizioni di sicurezza vigenti ed ogni altra vigente normativa applicabile. Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione del dispositivo nel Repertorio dei Dispositivi Medici (art.10 D.Lgs. 332/2000), la conformità dell'apparecchiatura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.


Le condizioni particolari di assistenza tecnica in garanzia sono quelle indicate nell'allegato "B"

La ditta dovrà, quindi, produrre, quale documentazione amministrativa :

- 1) DGUE
- 2) copia della presente lettera- invito firmata per accettazione incondizionata tutte le clausole indicate
- 3)capitolato tecnico firmato per accettazione
- 4) condizioni particolari di assistenza tecnica in garanzia Allegato B firmato per accettazione

Per quanto attiene la documentazione tecnica, la ditta dovrà produrre:

- documentazione tecnica redatta in lingua italiana, rese in originale o in copia conforme quali schede tecniche, Manuali d'uso, deplianti illustrativi dai quali evincere il possesso delle caratteristiche tecniche richieste.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

- Certificati di conformità alle norme ed alle Direttive CE redatti in lingua italiana e/inglese rese in originale o in copia conforme.
- Relazione tecnica illustrante le condizioni di fornitura ed assistenza tecnica che non potranno essere inferiori a quelle indicate all'allegato B
- Allegato A indicante l'eventuali materiale di consumo necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura
Quale documentazione economica la ditta dovrà presentare oltre l'offerta da sistema e offerta su carta intestata della Società con l'indicazione di tutti i dati dei singoli componenti l'apparecchiatura

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art. 101 del D lgs 36/2023 e smi.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili quelle indicate al medesimo art. 101 del D Lgs 36/2023 e comunque le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Altresì, la ditta aggiudicataria si impegna collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art.8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana")

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

La ditta aggiudicataria dovrà, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, produrre deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 117 del D Lgs 36/2023 resa con le modalità prevista dall'art. 106 del medesimo D Lgs.

L'apparecchiatura completa di tutti gli accessori per l'utilizzo sarà ordinata da questo Servizio Provveditorato e dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data ordine presso i locali indicati nell'ordinativo. La spesa derivante dalla aggiudicazione grava sul bilancio aziendale

La consegna sarà oggetto di verifica di conformità e di messa in sicurezza di cui alle norme CEI, in ossequio all'art. 116 del D lgs 36/2023, con la redazione di apposito verbale di collaudo firmato da entrambe le parti contraenti. Ad avvenuto collaudo e formazione del personale la ditta potrà emettere la fattura codice univ ufficio T1DFDX e questa UOC procederà alla liquidazione e pagamento entro i termini di pagamento stabiliti da normativa vigente in materia. E' obbligo della ditta aggiudicataria la formazione del personale medico, sanitario e tecnico che utilizzerà l'apparecchiatura

Questa Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale sul valore del contratto nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto pari all'1% dell'importo contrattualizzato per ogni giorno naturale o successivo di ritardo e nella misura del 5% per la mancata consegna, fino alla concorrenza del 10% sull'imponibile.

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D lgs 36/2023.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art.108 comma 10) del D lgs 36/2023 e smi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare e /o di risoluzione del contratto senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA INVITO
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE**
La Ditta

ALL, 10

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA

Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica.

N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:

Condizioni particolari di assistenza tecnica

Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature

Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna

Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.)

Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso;

Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni;

Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata.

Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano;

La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo

Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali

Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante).

Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore.


Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5)

Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dal costruttore

Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura

La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,);

N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

CAPITOLATO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE PER UN SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA TOP DI GAMMA E DI ULTIMA GENERAZIONE

SARANNO ESCLUSI TUTTI I SISTEMI LA CUI IMMISSIONE SUL MERCATO È ANTECEDENTE AL 01 GENNAIO 2014

Sistema composto da:

Videoprocessore ad alta definizione Top di gamma e di ultima immissione sul mercato con le seguenti caratteristiche:

- Sistema di enfatizzazione/colorazioni digitale di ultima generazione (BLI, LCI oppure I-SCAN oppure TXI, RDI, BAI MAC)
- Registrazione in HD di immagini fisse e in movimento su supporto USB o Smart Card o Pendrive (può essere integrato nel video processore o fornito a parte separatamente)
- Zoom digitale fino a 2x
- Funzione Dicom
- Funzione media preview. Possibilità di visualizzare a monitor l'anteprima delle immagini salvate sul Supporto USB
- Funzione Freeze Scan per la selezione automatica del miglior frame da salvare
- Dotato di applicativo per il salvataggio delle immagini paziente direttamente su un PC collegato in rete, comandabile dal tasto dell'endoscopio

Fonte di luce separata o integrata Top di gamma e di ultima immissione sul mercato con le seguenti caratteristiche:

- Dotato di almeno 4 lampade a LED, regolabile su più livelli
- Pompa di insufflazione aria/acqua integrata con potenza regolabile su tre livelli
- Dotato di uscite digitale: alta definizione

Monitor

- Monitor medicale almeno 32" LCD con retroilluminazione del tipo mini LED
- Dotato di almeno 2 ingressi digitali DVI e HD-SDI
- Dotato di tutti i cavi necessari per gli automatismi e il suo collegamento alle diverse periferiche

N° 2 Videogastroscopi Standard

- Videogastroscopio diagnostico, di ultima generazione e di ultima immissione sul mercato utilizzabile con il videoprocessore sopraindicato
- Top di gamma tra tutti gli strumenti flessibili per videoendoscopia presenti nel portfolio prodotti
- Tecnologia ad alta definizione certificata dal produttore
- Compatibile con sistema di enfatizzazione/colorazioni digitale di ultima generazione (I-SCAN oppure TXI, RDI, BAI MAC, oppure BLI, LCI)
- Strumento water proof senza necessità di alcun tappo di tenuta

- Lunghezza operativa almeno 1030 mm
- Distanza focale 2-100 mm
- Dotato di sistema close focus
- L'illuminazione deve provenire da fonte di luce dedicata, non sono ammesse soluzioni dotate di led sul distale dello strumento
- Diametro esterno della sonda non superiore a 10,5 mm
- Canale operativo non inferiore a 2,8 mm
- Angolo di visione non inferiore a 140°
- Dotato di tasti funzione per il controllo delle periferiche abbinate
- Angolazioni Alto/Basso - Destra/Sinistra di almeno 210°/90° - 100°/100°
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario
- Dotato di sistema di cromoendoscopia virtuale
- Bottiglietta di lavaggio/insufflazione standard ed accessori per il lavaggio pulizia e disinfezione

N° 2 Videocolonscopi Standard

- Videocolonscopio diagnostico, di ultima generazione e di ultima immissione sul mercato utilizzabile con il videoprocessore sopraindicato
- Top di gamma tra tutti gli strumenti flessibili per videoendoscopia presenti nel portfolio prodotti
- Tecnologia ad alta definizione certificata dal produttore
- Compatibile con sistema di enfatizzazione/colorazioni digitale di ultima generazione (I-SCAN oppure TXI, RDI, BAI MAC, oppure BLI, LCI)
- Strumento waterproof senza necessità di alcun tappo di tenuta
- Ampiezza angolo di visione non inferiore a 170°
- Lunghezza operativa dell'endoscopio compresa tra 1300 e 1700 mm
- Canale operativo biotico di almeno 3,7 mm
- Diametro distale della sonda non superiore a 13,6 mm
- Dotato di sistema close focus
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario
- Angolazioni Alto/Basso - Destra/Sinistra almeno 180°/180° - 160°/160°
- Tubo di inserzione con possibilità di selezionare manualmente i livelli di rigidità flessibilità dello strumento
- Dotato di sistema di cromoendoscopia virtuale
- Bottiglietta di lavaggio/insufflazione standard ed accessori per il lavaggio pulizia e disinfezione.

Pompa di lavaggio

- Pompa per Lavaggio forzato attraverso il canale lavaggio supplementare da collegare agli endoscopi
- dotata di pedale
- completa di bottiglietta per l'acqua
- completa degli accessori necessari al suo funzionamento

N° 2 Pompa CO₂


- Insufflatore di CO₂
- Possibilità di connessione sia alla bombola che a parete
- Diversi livelli di insufflazione (almeno 2)
- Dotato di bottiglietta per CO₂/acqua
- Possibilità di cambiare il flusso (alto o basso) senza cambiare tubo

Carrello

- Carrello medicale dotato di 4 ripiani
- Trasformatore di isolamento, medicale di almeno 1.600 VA
- Asta porta endoscopi
- Braccio supporto monitor orientabile alto/basso e destra/sinistra (2 snodi)
- Almeno un cassetto
- Cassettino porta-tastiera a scorrimento frontale
- Ante di chiusura posteriore
- Almeno 8 prese per consentire la connessione di tutte le periferiche inserite nella torre endoscopica
- Idoneo alloggiamento della eventuale bombola per CO2

Garanzia 24 MESI con assistenza tecnica di tipo Full-risk inclusi danni accidentali e possibilità di muletto in caso di guasto strumentazione.

Tutti gli strumenti devono essere forniti completi di raccordi per il re-processing con le lava-endoscopi presenti in reparto.



Dr. G. Scarpa
Dr. Giuseppe SCARPA
Medico Chirurgo
Ord. Medici PA 9926



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio online dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 16 GEN 2025

Agrigento, li 16 GEN 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi