



PROSP. N° 17068P
DATA 08-11-2024

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Telefono 0922 /407631
forniture@aspag.it

**AVVISO ESPLORATIVO PER
"INDAGINE DI MERCATO"**

**FINALIZZATA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 MISURATORI DI REAZIONE
SEMPLICI E COMPLESSI.**

L'azienda ASP "AGRIGENTO", con Sede Legale ed Amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – sito internet www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti, intende procedere alla fornitura di “n. 2 misuratori di tempi di reazione semplici e complessi”, mediante esperimento di idonea procedura di gara sul portale (Me.Pa.), previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare l'offerta specificando:

- Scheda tecnica del prodotto offerto;
- Prezzo unitario IVA esclusa;

La documentazione richiesta dovrà giungere esclusivamente all'indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 18/11/2024;

Non saranno tenute in considerazione forme di invio carenti o diverse da quelle richieste nella presente indagine; Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/407511 - 0922/407111, indirizzo email: forniture@pec.aspag.it.

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'espletamento della presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 08/11/2024.

Si allega scheda tecnica del prodotto richiesto.

L'Assistente Amministrativo
Biagio De Martino

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore UOC Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

Di seguito si riportano alcune delle caratteristiche proprie degli strumenti richiesti:

- Precisione > 1/1000s;
- Esami: visivo semplice + acustico semplice + visivo di allerta + acustico di allerta – visivo di vigilanza – visivo di selettività;
- Stampate: alfanumerica su carta;
- Dati stampati: tipo esame effettuato; ogni singolo tempo di reazione; la differenza mediata di ogni singolo tempo; il risultato mediato dei tempi; lo scarto semplice medio; la deviazione standard; il coefficiente di variazione; il numero di omissioni agli impulsi inviati; il numero di falsi allarmi; il numero di reazioni sul totale di impulsi inviati; grafico riepilogativo; spazio per l'immissione manuale sullo scontrino dei seguenti dati: nome dell'esaminando, data dell'esame, note eventuali; nome dell'esaminatore;
- Memorizzazione dei dati: su pen-drive USB;
- Alimentazione: batteria e/o corrente elettrica

